

**ACTA N°064-2024 DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N°010-2024-IAFAS-EP 1RA CONVOCATORIA**

**“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL”**

En la ciudad de Lima, siendo el día 29 de octubre del 2024, el Comité de Selección del procedimiento de selección, ha procedido a llevar a cabo la admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas en la: Licitación Pública N°010-2024-IAFAS EP 1ra Convocatoria para la **“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”**, conforme a los siguientes fundamentos:

1. ANTECEDENTES:

Con fecha, 25 de octubre de 2024 hasta el 29 de octubre de 2024 en cumplimiento del cronograma del procedimiento de selección, se procedió con la revisión de la documentación contenida en las ofertas, a fin de determinar la admisión de lo solicitado en el numeral 2.2.1.1 (referido a los documentos de presentación obligatoria y las especificaciones técnicas solicitadas en las bases integradas), del procedimiento de selección y continuar con la admisión de las ofertas, en la cual se registraron los siguientes participantes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	20110133091	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	11/09/2024	Válido
2	20333483395	GAMEL S.R.L.	22/10/2024	Válido
3	20493132416	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	23/09/2024	Válido
4	20493626095	TECAMAZONIA S.A.C.	13/09/2024	Válido
5	20505126069	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.	18/09/2024	Válido
6	20516920123	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	16/09/2024	Válido
7	20517656055	DROGUERIA BIOMEDIC S.A.C.	05/09/2024	Válido
8	20536421794	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	04/09/2024	Válido
9	20545272688	INTEGRACION Y SOLUCIONES MEDICAS DE DIAGNOSTICO S.A.C. - ISOLMEDIC S.A.C.	22/10/2024	Válido
10	20600756011	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	04/09/2024	Válido
11	20602984371	AMAZON MEDICAL S.A.C.	18/09/2024	Válido
12	20605791744	ALPERU SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA S.A.C.	12/09/2024	Válido
13	20606026421	ERAL MEDICAL S.A.C.	10/09/2024	Válido
14	20606423374	ELVIMEDIC GROUP SAC	02/09/2024	Válido
15	20608303635	A & P DROGUERIA S.A.C.	10/09/2024	Válido
16	20608966405	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.	11/09/2024	Válido

17	20609542005	CORPORACION TECNOMEDICAL S.A.C.	11/09/2024	Válido
18	20610809015	MEDCO SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/09/2024	Válido

Nro.	Tipo Proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20110133091	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	11/09/2024	Válido		11/09/2024	20110133091	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
2	Proveedor con RUC	20333483395	GAMEL S.R.L.	22/10/2024	Válido		22/10/2024	20333483395	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
3	Proveedor con RUC	20493132416	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	23/09/2024	Válido		23/09/2024	20493132416	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
4	Proveedor con RUC	20493626095	TECAMAZONIA S.A.C.	13/09/2024	Válido		13/09/2024	20493626095	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
5	Proveedor con RUC	20505126069	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.	18/09/2024	Válido		18/09/2024	20505126069	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
6	Proveedor con RUC	20516920123	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	16/09/2024	Válido		16/09/2024	20516920123	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
7	Proveedor con RUC	20517656055	DROGUERIA BIOMEDIC S.A.C.	05/09/2024	Válido		05/09/2024	20517656055	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
8	Proveedor con RUC	20536421794	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	04/09/2024	Válido		04/09/2024	20536421794	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
9	Proveedor con RUC	20545272688	INTEGRACION Y SOLUCIONES MEDICAS DE DIAGNOSTICO S.A.C. - ISOLMEDIC S.A.C.	22/10/2024	Válido		22/10/2024	20545272688	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
10	Proveedor con RUC	20600756011	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C.	04/09/2024	Válido		04/09/2024	20600756011	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️

Nro.	Tipo Proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20602984371	AMAZON MEDICAL S.A.C.	18/09/2024	Válido		18/09/2024	20602984371	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
12	Proveedor con RUC	20605791744	ALPERU SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA S.A.C.	12/09/2024	Válido		12/09/2024	20605791744	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
13	Proveedor con RUC	20606026421	ERAL MEDICAL S.A.C.	10/09/2024	Válido		10/09/2024	20606026421	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
14	Proveedor con RUC	20606423374	ELVIMEDIC GROUP SAC	02/09/2024	Válido		02/09/2024	20606423374	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
15	Proveedor con RUC	20608303635	A & P DROGUERIA S.A.C.	10/09/2024	Válido		10/09/2024	20608303635	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
16	Proveedor con RUC	20608966405	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.	11/09/2024	Válido		11/09/2024	20608966405	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
17	Proveedor con RUC	20609542005	CORPORACION TECNOMEDICAL S.A.C.	11/09/2024	Válido		11/09/2024	20609542005	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️
18	Proveedor con RUC	20610809015	MEDCO SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/09/2024	Válido		10/09/2024	20610809015	🔍 ⏪ ⏩ 🗑️

2. REPORTE DE PRESENTACION DE OFERTAS:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)
Nomenclatura : LP-SM-10-2024-IAFAS-EP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nro. ítem	Descripción del ítem	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC)				
20505126069	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.		24/10/2024	19:34:52	Electronico
20333483395	GAMEL S.R.L.		24/10/2024	20:53:33	Electronico

Con fecha, 25 de octubre de 2024 se reunió el Comité de Selección desde las 09:00 horas hasta las 16:00 horas, sin embargo, se ha optado por postergar dichos actos antes mencionados hasta el 28 de octubre de 2024, debido a la complejidad de las propuestas presentadas por los postores.

Con fecha, 28 de octubre de 2024 se reunió el Comité de Selección desde las 09:00 horas hasta las 16:00 horas, sin embargo, se ha optado por postergar dichos actos antes mencionados hasta el 29 de octubre de 2024, debido a la complejidad de las propuestas presentadas por los postores.

Con fecha, 29 de octubre de 2024 se reunió el Comité de Selección desde las 09:00 horas hasta las 17:00 horas, por el cual, se ha optado declarar desierto el procedimiento de selección por lo detallado anteriormente.

"Art. 57. "La prórroga o postergación de las etapas de un procedimiento de selección son registradas en el SEACE modificando el calendario original. El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, comunica dicha decisión a través del SEACE y, opcionalmente, a los correos electrónicos de los participantes."

RELACIONADO AL ÍTEM ÚNICO:

1. ADMISIÓN DE OFERTA

Se procedió con la revisión de la documentación contenida en las ofertas presentadas, donde se evidencia lo siguiente:

Licitación Pública N° 010-2024/IAFAS-EP- 1RA CONVOCATORIA

ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC)

ITEM UNICO

N°	POSTOR	OFERTA	OFERTA
		GAMEL S.R.L.	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE
e)	Documentación de sustento de cumplimiento de las especificaciones técnicas, deberán presentar folletos, instructivos, manuales, catálogos o similares de fabricante en original o copia. a): Equipo de Rayos X Estacionario, desde el literal A01 hasta el J04 b): Equipo de Rayos X Rodable Digital, desde el literal A01 hasta el I02 c): Equipo de Rayos Arco en C, desde el literal A01 hasta el G04 Los demás literales de las Especificaciones Técnicas se sustenten mediante la declaración jurada del Anexo 3.44 Cualquier documento presentado en otro idioma que no sea el español debe de tener su respectiva traducción certificada. (No se aceptarán declaraciones jurada).	NO CUMPLE (a)	NO CUMPLE (b)
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE (c)	NO CUMPLE (d)
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA	NO APLICA
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	CUMPLE	NO CUMPLE (e)
ESTADO		NO ADMITIDO	NO ADMITIDO

- a. Respecto al postor GAMEL S.R.L., se indica que de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TECNICAS, el mencionado postor NO CUMPLE el requisito de admisión debido a lo sustentado en el Informe N° 112-2024-CEHB, detallado de la siguiente manera:

POSTOR 02: GAMEL S.R.L.

- SUB ITEM 01: EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO

A	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLIMIENTO
111	PC 16 GB RAM, 1 TB, W10 O SUPERIOR	NO CUMPLE OFRECE UN CPU Inter Core 2 Duo >= 3.7 GHZ.

111: PC 16 GB RAM, 1 TB, W10 O SUPERIOR

El CPU: Intel Core 2 Dúo ≥ 3.7 GHz (multinúcleo de última generación)" presenta varias inconsistencias:

1. No existe un procesador Intel Core 2 Duo que soportaría una configuración de 16 GB de RAM de manera óptima, ya que estos procesadores están limitados tanto en frecuencia como en capacidad de memoria, dependiendo del modelo, y suelen admitir hasta 8 GB de RAM en configuraciones de placa base compatibles, aunque en la práctica, la mayoría de las configuraciones eran de 4 GB debido a la tecnología y el software de la época.
2. Frecuencia de ≥ 3.7 GHz**: Los procesadores Intel Core 2 Duo nunca alcanzaron una frecuencia tan alta. La mayoría de los modelos tienen frecuencias entre 1.8 y 3.0 GHz. Un procesador de esta línea con frecuencia de 3.7 GHz no existe.

Por último, la Ley de Contrataciones del Estado establece el numeral g) Vigencia Tecnológica.

Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.

- SUB ITEM 02: EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL RODABLE
CUMPLE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
- SUB ITEM 03: EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C
CUMPLE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

- b. Respecto al postor X RAY SALES AND SERVICE S.A.C., se indica que de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TECNICAS, el mencionado postor NO CUMPLE el requisito de admisión debido a lo sustentado en el Informe N° 112-2024-CEHB, detallado de la siguiente manera:

POSTOR 01: X RAY SALES AND SERVICE SAC

SUB ITEM 01: EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO

A	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLIMIENTO
H	DOS (02) FLAT PANEL INCORPORADO DE LA MISMA MARCA DE EQUIPO	NO CUMPLE PRESENTA FLAT PANEL MARCA CANON

H DOS (02) FLAT PANEL INCORPORADO DE LA MISMA MARCA DE EQUIPO

La especificación requiere un FLAT PANEL de la misma marca que el equipo. Sin embargo, al revisar el registro sanitario, se observa que la marca del equipo es **RADIOLOGIA**, mientras que la marca del detector es **CANON**.

Esto significa que la información proporcionada no cumple con la especificación requerida, ya que el detecto es de una marca diferente del Equipo

2	POLYRAD SE	01 Soporte de tubo POLYRAD S: POLY-S-FNTS 01 Mesa Elevadora POLYRAD PREMIUM NET: POLYPRE-NET 01 Soporte de Pared POLYRAD S: POLY-S-WBS 01 Soporte de Alimentación: BRAKE BOX R 01 Generador de R XRST: RSTR800 01 Tubo de rayos x: TOSHIBA E7254FX 01 Colimador: Manual Raico R225/R225 DHHS y automático Raico R225ACS 01 Detector Digital: CANON FD4134JR Y FD4134RPW 01 SW de adquisición de imágenes: ATS, primo S	v1 Unión mecánica para Seguimiento 01 Empuñadura 01 Banda de compresión 01 Soporte de cabeza 01 Soporte de brazos 01 Soporte de manos 01 Soporte móvil para detectores 01 Conjunto Receptor (mesa y soporte de pared) 01 Bandeja para casete Porta-película o CR (mesa y soporte de pared) 01 Conjunto para receptor fijo (mesa y soporte de pared) 01 Conjunto para receptor portátil (mesa y soporte de pared) 01 Receptor 01 Pantallas fijas o extraíbles 01 Unión Mecánica para Seguimiento	Caja de cartón conteniendo los componentes y accesorios.
---	------------	--	--	--

- SUB ITEM 02: EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL RODABLE
CUMPLE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
- SUB ITEM 03: EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C
CUMPLE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

- c. Respecto al postor GAMEL S.R.L., se indica que no presento una adecuada declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4), debido a que no se evidencia que, dentro del plazo de ejecución contractual no se detalla el tiempo de entrega de los distintos servicios que se mencionan a continuación: entrega, instalación, puesta funcionamiento y capacitación, lo cual a sido solicitado por el area usuaria, en tal sentido no se admite la oferta del postor. Al respecto, debemos recordar que el literal a) del artículo 36 del Reglamento, establece que la modalidad de llave en mano es "Aplicable para la contratación de bienes y obras. En el caso de bienes el postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en funcionamiento (...)", detallado de la siguiente manera:

84

INSTITUCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL EJERCITO DEL PERU
LICITACION PUBLICA N° 010-2024
PRIMERA CONVOCATORIA
"ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL (HMC)"

ANEXO N° 04



DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores
COMITÉ DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 010-2024 – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del Procedimiento de la Referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de Cuarenta y cinco (45) días calendarios, para la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de dichos equipos, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Lima, 24 de octubre de 2024

GAMEL SRL

Gabriela Mera Castillo
Gerente General


- d. Respecto al postor X RAY SALES AND SERVICE S.A.C., se indica que no presento una adecuada declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4), debido a que no se evidencia que, dentro del plazo de ejecución contractual no se considera la capacitación, lo cual a sido solicitado por el área usuaria, en tal sentido no se admite la oferta del postor. Al respecto, debemos recordar que el literal a) del artículo 36 del Reglamento, establece que la modalidad de llave en mano es "Aplicable para la contratación de bienes y obras. En el caso de bienes el postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en funcionamiento (...)", detallado de la siguiente manera:

X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.
R.U.C. 20505126059



ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores
COMITÉ DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 010-2024-IAFAS EP
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de **CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS CALENDARIO**.

DETALLE:
PLAZO DE ENTREGA: 50 DIAS CALENDARIO
SU INSTALACION: 04 DIAS CALENDARIO
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: 01 DIA CALENDARIO

Lima 23 de Octubre del 2024.

X-RAY SALES AND SERVICE S.A.C.

Roberto Segura Carrera
REPRESENTANTE LEGAL

- e. Respecto al postor X RAY SALES AND SERVICE S.A.C., se indica que de acuerdo al Anexo N° 6, el sistema de contratación se rige al sistema de SUMA ALZADA por el cual únicamente se consigna el precio total de la oferta, considerando que en una contratación de este tipo, las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, por lo cual el postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir el requerimiento.

El Art. 35 del Reglamento indica: a) A suma alzada (...) "El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento. (...)", detallado de la siguiente manera:

X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.
R.U.C. 20505126069



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 010-2024-IAFAS EP
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL S/
EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO	S/ 585,000.00
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL RODABLE	S/ 455,000.00
EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	S/ 860,000.00
TOTAL S/ ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC)	S/ 1,900,000.00

El precio de la oferta es en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar.

Lima 23 de octubre del 2024.

X-RAY SALES AND SERVICE S.A.C.

Roberto Segura Carrera
REPRESENTANTE LEGAL

3. CONCLUSIÓN

El Artículo 76 del Reglamento indica: "76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 de ser el caso".

El Artículo 76 del Reglamento señala: "76.3. Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".

En virtud de ello este comité de selección, conforme al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, habiéndose verificado la oferta del postor, se procede a declarar desierto de la siguiente manera:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL EP			
Nº ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	DESCRIPCION DEL POSTOR	ESTADO DE OFERTA
UNICO	- EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL RODABLE - EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	GAMEL S.R.L.	DESIERTO (NO CUMPLE: Documentación de sustento de cumplimiento de las especificaciones técnicas, Documentos de sustento y Anexo N° 4)
		X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.	DESIERTO (NO CUMPLE: Documentación de sustento de cumplimiento de las especificaciones técnicas, Documentos de sustento, Anexo N° 4 y Anexo N°6)

Vistos los resultados obtenidos de los actos precedentes y estando conforme a lo establecido en las bases del presente procedimiento de selección el comité de selección por UNANIMIDAD, declara desierto el procedimiento de selección para la contratación de **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL EP**, para el ITEM UNICO.

Es todo lo que tiene en mención este comité de selección.



ZAMORA QUISPE GABY DANIELA
TTE EP
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ
DE SELECCIÓN



ASTUDILLO GUTIERREZ ANGELICA
MY EP
MIEMBRO TITULAR DEL COMITÉ DE
SELECCIÓN



VERGARA BORJAS JUANA ROSA
MY EP
MIEMBRO TITULAR DEL COMITÉ DE
SELECCIÓN