

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 17:10:49

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

D-217 ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 50 LITROS

B02 CÁMARA INTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, 316L, 316TI

Se comenta que no todos los fabricantes tienen aceros bajo el estándar americano, existen múltiples fabricantes que usan sus estándares locales, por lo que, para facilitar una mayor pluralidad de postores, se solicita indicar:

B02 CÁMARA INTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, 316L, 316TI O EQUIVALENTE

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.1      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 17:10:49

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

D-352 ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 30 LITROS

B03 CÁMARA INTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.

Se comenta que no todos los fabricantes tienen aceros bajo el estándar americano, existen múltiples fabricantes que usan sus estándares locales, por lo que, para facilitar una mayor pluralidad de postores, se solicita indicar:

B03 CÁMARA INTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 O EQUIVALENTE.

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      Numeral: III      Literal: 5.1      **Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501645517     | Fecha de envío : | 28/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | VITALTEC S.A.C. | Hora de envío :  | 17:10:49   |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS

Dado a que se no se indica mucha información de los lugares donde se instalará los equipos y considerando que varias empresas proveedoras se encuentran en lima, solicitamos cordialmente indicar las condiciones del ambiente actual, así como un croquis con las conexiones que facilite un brindar un precio acorde a lo requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.4.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta del postor, se debe indicar que, el área de esterilización del centro de salud Huarrocondo es un ambiente recientemente construido con sus respectivos acabados. Se adjunta en las bases integradas, el plano del área de esterilización en donde se encuentran ubicados los equipos a adquirir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 17:10:49

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

**PLAZO DE ENTREGA 30 DÍAS**

Se comenta que el plazo de entrega para el paquete es muy corto, se debe tener en cuenta el tiempo de fabricación, de transporte, desaduanaje, almacenaje, distribución y puesta en operación, por lo que es muy poco tiempo. Se solicita indicar:

**PLAZO DE ENTREGA 60 DÍAS**

A la vez se solicita eliminar el factor de evaluación plazo de entrega, debido a que los tiempos son muy cortos y la mayoría de los postores se encuentran en lima.

**Acápite de las bases : Sección: General**

**Numeral: III**

**Literal: 8.2**

**Página: 37**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, el plazo de entrega establecido en las bases es de 30 días calendarios, la misma que fue resultado de la indagación de mercado realizada, ya cual cuenta con pluralidad de postores de tal manera que estas se efectuen en forma oportuna, igual forma se tiene la premura de adquirir los bienes de la presente convocatoria, y que permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 17:10:49

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Si bien es cierto que el mantenimiento preventivo es por el periodo de la garantía tres (03) años, solicitamos cordialmente aclarar si la frecuencia de la misma se tomará de los manuales de fábrica o la entidad maneja una frecuencia distinta que no se detalla.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** III

**Literal:** 8.2

**Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la solicitud del postor, se debe aclarar que, la frecuencia del mantenimiento preventivo será cada seis (06) meses durante los tres (03) años de garantía requeridos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

|                         |                             |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 10479008618                 | Fecha de envío : | 28/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN LUIS | Hora de envío :  | 22:27:35   |

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

B 05 CAMARA DE ACERO INOXIDABLE CON LA CAPACIDAD DE LA CAMARA DE 20 LITROS +/- EL 10% O MAYOR SOLICITAMOS AL COMITE ESPECIAL ACLARAR EL TIPO DE ACERO INOXIDABLE DE LA CAMARA DEL ESTERILIZADOR PARA QUE NO EXISTA ERRORES O CONTROVERSIAS FUTUROS.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.1. **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la solicitud del postor, el punto B05 de las características técnicas del equipo ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 20 LITROS, indicará lo siguiente:

B05 CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, 316L Ó 316TI, CON LA CAPACIDAD DE CÁMARA DE 20 LITROS +/- 10% O MAYOR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

|                         |                             |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 10479008618                 | Fecha de envío : | 28/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN LUIS | Hora de envío :  | 22:38:54   |

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

D 02 DOS (02) BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE COMO MINIMO  
LAS ESTERILIZADORES VERTICALES NO CUENTAN CON BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, CUENTAN CON CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE , SOLICITAMOS AL DIGNO COMITE MODIFICAR DE LA SIGUIENTE MANERA: D 02 DOS (02) BANDEJAS Y/O CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE COMO MINIMO

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO 3      **Literal:** 3.1.      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la solicitud del postor, el punto D02 de las características técnicas del equipo ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 30 LITROS, indicará lo siguiente:  
D02 DOS (02) BANDEJAS Y/O CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE COMO MÍNIMO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

|                         |                             |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 10479008618                 | Fecha de envío : | 28/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN LUIS | Hora de envío :  | 22:45:54   |

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

B 06 PUERTO DE COMUNICACION RS-232 O TECNOLOGIA SUPERIOR PARA COMUNICACION A UNA PC.  
SOLICTAMOS AL COMITE ESPECIAL MODIFICAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
B 06 PUERTO DE COMUNICACION RS-232 O USB, O TECNOLOGIA SUPERIOR PARA COMUNICACION A UNA PC.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO 3      **Literal:** 3.1.      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la solicitud del postor, el punto B06 de las características técnicas del equipo ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 50 LITROS, indicará lo siguiente:  
B06 PUERTO DE COMUNICACIÓN RS-232, USB O TECNOLOGÍA SUPERIOR PARA COMUNICACIÓN A UNA PC.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null