

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:24:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del equipo solicitan 100 o más hemogramas por hora. Consultamos amablemente al comité evaluador si aceptarían equipos con 80 o más hemogramas por hora, con el fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.1.1 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relacion a la consulta se aclara que: la performance de hemograma debe ser: 100 hemogramas por hora a mas, y la performance de HEMOGRAMA RETICULOCITOS: debe tener una permormance igual o mayor de 80 pruebas por hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:24:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las características técnicas del equipo solicitan: contar con lector de fluidos corporales. Solicitamos muy respetuosamente consideren esta característica como opcional, con el fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relación ala consulta, se aclara que: la cantidad de equipos es de 02 (unidades-) uno o dos de ellos deben contar con lector de fluidos corporales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:24:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Analizador, numeral 11, solicitan proporcionar control de calidad externo trimestral (se aceptará como control externo la participación en un programa de control interlaboratorial con controles de 3ra opinión). Consultamos amablemente al área usuaria si permitiría contar con sistema de control de calidad interlaboratorial de 1ra opinión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relación a la consulta , se aclara que en relación al control de calidad, debe ser de la siguiente manera: análisis mensual de control de calidad interno, efectuado en conjunto con el personal de la empresa. Proporcionar control de calidad externo trimestral , elegido por el area usuaria(se aceptara como control de calidad externo la participación en un programa de control interlaboratorial con controles de 3ra opinion).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura :AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:24:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la experiencia del postor, solicitan bienes similares a venta de material médico de uso hospitalario, solicitamos amablemente que consideren bienes similares a venta de reactivos de laboratorio en general para dar pase a la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se acepta como bienes de similares a los siguientes: venta de materiales medico de uso hospitalario realizado a hospitales, clínicas y centros de salud especializado y/o venta de reactivos de laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura :AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:24:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases estándar no hacen referencia al tiempo de contratación por lo cual muy amablemente consultamos al área usuaria aclarar: ¿ Por cuánto tiempo será el periodo de contratación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se informa que según nuestra estadistica de produccion mensual, los hemogramas adquiridos en la presente compra tendra un periodo de duracion de 4.5 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:24:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo en cesion de uso, solicitan linealidades: WBC:0-500x10*12/L, RBC:0-8.6X10*12/L; HGB:0-260g/L; PLT:0-5000X10*9/L. Entendemos que aceptarán que estas linealidades estén dentro del rango de linealidad extendida para permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se aclara que las linealidades debe ser: WBC:0-500X10*12/L:RBC:0-8.60X10*12/L; HGB:0-260 g/L; PLT: 0-5000X10*X9/L, parametros reportables de granulocitos inmaduros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	22:22:26

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Cap. III ¿ Especificaciones Técnicas 3.1 / Numeral 6.1.1 / Página 21

Se solicita la entrega de dos equipos, los cuales podrían tener características técnicas diferentes. En ese sentido, con la finalidad de garantizar la uniformidad de resultados y asegurar la compatibilidad de los reactivos en ambos equipos, solicitamos se considere como requisito que los reactivos ofertados para ambos equipos sean los mismos. Esto permitirá evitar discrepancias en los resultados, ya que distintas metodologías podrían implicar parámetros distintos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relación a la consulta, se aclara que: se requieren 02 equipos como mínimo, con metodología iguales y que ambas usen el mismo reactivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	22:22:26

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas se indica como accesorio el requerimiento de aire acondicionado para el ambiente donde se ubicará el equipo. Al respecto, solicitamos se aclare si ambos equipos estarán instalados en un mismo ambiente (lo que implicaría un solo equipo de aire acondicionado) o en ambientes separados (en cuyo caso se requerirían dos equipos de aire acondicionado). Agradeceremos confirmar si esta interpretación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se aclara que, al contar con 2 ambientes de laboratorio, cada equipo debera contar con su aire acondicionado y demas accesorios para la buena marcha del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:41:37

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan,
METODOLOGIA: IMPEDANCIA ELECTRICA Y/O COLORIMETRIA Y/O CITOMETRIA DE FLUJO.

Entendemos que cada fabricante tiene sus propias metodologías, por lo cual solicitamos que también se ACEPTE la metodología fluorescencia, modificándose a metodología: impedancia eléctrica y/o colorimetría y/o citometría de flujo y/o fluorescencia. Solicitamos aceptar la consulta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relación a la consulta, se amplía la metodología a lo siguiente: metodología: impedancia electrica y/o colorimetria y/o citometria de flujo y/o fluorescencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:41:37

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan,
Performance de hemogramas: 100 hemogramas por hora a mas. Performance de HEMOGRAMA + RETICULOCITOS debe tener un performance igual o mayor a 80 pruebas por hora.

Entendemos que la denominación hemogramas hace referencia al procesamiento de ¿CBC+DIFF¿ Y también que cada fabricante por sus propias metodologías tiene sus propios performances dependiendo su procesamiento, y en aras de fomentar la pluralidad solicitamos ACEPTE performance de hemograma (CBC+DIFF) + reticulocitos igual o mayor a 60 pruebas por hora. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra para nuestra participación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se aclara que, la performance de HEMOGRAMA + RETICULOCITOS: debe tener una permormance igual o mayor de 80 pruebas por hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:41:37

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan,
Consumibles: todos los consumibles, calibradores, control positivo y negativo, complementos y accesorios deberán ser entregados ¿..

Con respecto a los controles, entendemos que en hematología se usan 3 niveles de controles (alto, normal y bajo) por lo que entendemos que hubo un error tipográfico al mencionar control positivo y negativo, por lo que Solicitamos ELIMINAR ese enunciado y reemplazarlo por ¿CONTROLES¿ para evitar inconvenientes futuros. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra para nuestra participación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se aclara en el items consumibles: debe incluir todos los consumibles, incluyendo: calibradores y controles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:41:37

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan: control de calidad: analisis mensual de control de calidad interno, efectuado en conjunto con el personal de la empresa. Proporcionar control de calidad externo trimestral, elegido por el área usuaria (se aceptara como conrol de calidad externo, la participación en un programa de control interlaboratorial con controles de 3era opinión)

Respecto a la importancia del control externo y considerando la necesidad de evaluar un adecuado desempeño en los analizadores, solicitamos que el control externo debe ser MENSUAL, en cual ayudara al laboratorio a decisiones oportunas. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se aclara en el items control de calidad lo siguiente: control de calidad: analisis mensual de control de calidad interno, efectuado en conjunto con el personal de la empresa. Proporciona control de calidad externo mensual o trimestral, elegido por el area usuaria (se aceptara como control de calidad externo, la participacion en un programa de control interlaboral con controles de 3ra opcion).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura :AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:41:37

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan: se entregara el 20% del total de pruebas para efectuar las calibraciones y el control interno.
Entendemos que en el procesamiento de controles de calidad y calibradores ocurre un gasto de reactivo que por lo general oscila entre un 5% -10%, por lo que solicitamos se ACEPTE la entrega del 10% de pruebas por calibraciones y controles. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3Literal: 3.1Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, acepta que: adicionalmente se entregara el 10% del total de pruebas para efectuar las calibraciones y el control interno, efectuando en conjunto con el personal de la empresa. En cualquier caso, en que falte alguno de ellos, el proveedor procedera a su entrega como reposicion inmediata.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:41:37

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan: Colorante rápido para tinciones hematológicas (coloración en menos de 20 segundos)
Entendemos que este colorante rápido para tinciones hematológicas es parte de la reposición de reactivos que se tendría que reponer ante alguna falla, considerando el tipo de reactivo, por ende, solicitamos ELIMINAR ese enunciado para evitar malas interpretaciones futuras, considerando que ya se indica la reposición inmediata. Solicitamos aceptar la consulta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relación a la consulta, SE OMITE: colorante rápido para tinciones hematologicas (coloración en menos de 20 segundos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null