

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LABORATORIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 10401304059

Nombre o Razón social : CASTRO LOAYZA ELVIO

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 21:46:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

COPIA SIMPLE DE AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO EMITIDO POR LA DIGEMID A NOMBRE DEL POSTOR.

SOLICITAMOS AL COMITE SUPRIMIR DICHO REQUERIMIENTO YA QUE ESTOS EQUIPOS DE ESTERILIZACION NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA DIGEMID

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.2. **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la solicitud del postor, se debe aclarar que, en los requisitos de calificación del presente proceso, no se requiere la AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LABORATORIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	10401304059	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CASTRO LOAYZA ELVIO	Hora de envío :	21:57:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

B 10 APAGADO AUTOMATICO CON ALARMA DE FIN DE PROCESO EXISTEN EQUIPO DE ESTERILIZACION QUE TIENEN MODO STANBY CUANDO EL PROCESO DE ESTERLIZACION TERMINA EL CUAL ENTRA EN AHORRO DE ENERGIA SIN NECESIDAD QUE SE APAGUE EL EQUIPO, POR LO QUE SOLICITAMOS AL DIGNO COMITE TENGA A BIEN ACEPTAR EQUIPOS COMO MODO STANDBY CON ALARMA DE FIN DE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1. Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la solicitud del postor, se debe aclarar que, en la página 29 de las bases administrativas, figura el equipo CENTRÍFUGA PARA 24 TUBOS, y el punto B10 de sus características técnicas indica lo siguiente:
B10 NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 67 DB.
Por lo que su solicitud no sería coherente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LABORATORIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	10401304059	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CASTRO LOAYZA ELVIO	Hora de envío :	22:16:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

B 05 ACABADO EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE

Deseamos al comité indicar que existen equipos que cuentan con interior de acero inoxidable y exterior en acero recubierto con pintura epoxi en polvo, los cuales son resistente a diversos químicos y vapores. Por lo que, solicitamos al comité aceptar también equipos con interior de acero inoxidable y exterior en acero recubierto con pintura epoxi en polvo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1. Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LABORATORIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20610754172	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO S&C INTERNATIONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:03:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

8.2 plazo de Entrega 30 días calendarios.- hacemos de conocimiento al Comité de Selección que al ser equipos de vigencia tecnológica, se requiere siempre que tengan que ser importados, pedimos al comité ampliar el plazo de Entrega a 60 Días Calendarios, quedando de la siguiente manera:
PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIOS

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1. Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, el plazo de entrega establecido en las bases es de 30 días calendarios, la misma que fue resultado de la indagación de mercado realizada, ya cual cuenta con pluralidad de postores de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna, igual forma se tiene la premura de adquirir los bienes de la presente convocatoria, y que permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LABORATORIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20610754172	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO S&C INTERNATIONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:10:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR CONTRATO:
K) CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION FIRMADO Y LEGALIZADO.-
SOLICITAMOS AL COMITE OBVIAR EL TERMINO LEGALIZADO, YA QUE SON DOCUMENTOS VIRTUALES QUE LOS FABRICANTES NOS ENVIAN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 2 Literal: 2.4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, a fin de garantizar la calidad del equipamiento objeto a adquirir, el cual fue elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null