

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA
Nomenclatura :	AS-SM-13-2024-CS/MM-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS AMBULANCIAS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, EN CUMPLIMIENTO DE LA R.M. 953-2006/MINSA - NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	17:43:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

04 COLLARIN CERVICAL ADULTO, Cubierto de algodón, manifestamos que ya no se fabrican los Collarines Cervicales Pre Hospitalarios con Algodón, sino de acuerdo a cada fabricante; solicitamos al comite considerar que esta descripción sea de acuerdo a cada fabricante ya que por BIOSEGURIDAD y VIGENCIA TECNOLOGICA se utilizan otros tipos de materiales que no sean absorbentes a los líquidos, fluidos o secreciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 04 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Inciso A, B, C, E, F, G, I, e J

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia al artículo 72 del RLCE, en nuestra condición de Área Usuaría aclaramos en relación a la presente consulta que los postores deberán cumplir las especificaciones técnicas solicitadas para dicho producto, no obstante, a ello con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores y promover la competencia, también se aceptarán como materiales hipo alérgico: Cubierto con algodón - cierre de belcroespuma suave o revestido en espuma de poliuretano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.CARACTERISTICAS DE LOS BIENES

5.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES

N° 4

Collarín cervical adulto

Material hipo alérgico.

Cubierto de algodón ¿ cierre de velcro espuma suave o revestido en espuma de poliuretano

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS/MM-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS AMBULANCIAS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, EN CUMPLIMIENTO DE LA R.M. 953-2006/MINSA - NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	17:43:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

05 COLLARIN CERVICAL PEDIATRICO, cubierto de Algodón, expresamos al comité que los COLLARINES CERVICALES DE ATENCION PRE HOSPITALARIA ya no se fabrican en algodón sino de otro tipo de material de acuerdo a cada fabricante, considerando la BIOSEGURIDAD y que no sean absorbentes de LIQUIDOS FLUIDOS O SECRECIONES, por lo cual solicitamos este punto sea descrito de acuerdo al fabricante de cada producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Inciso A, B, C, E; F, G, I y J

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia al artículo 72 del RLCE, en nuestra condición de Área Usuaría aclaramos en relación a la presente consulta que los postores deberán cumplir las especificaciones técnicas solicitadas para dicho producto, no obstante, a ello con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores y promover la competencia, también se aceptarán como materiales hipo alérgico: Cubierto con algodón - cierre de belcroespuma suave o revestido en espuma de poliuretano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.CARACTERISTICAS DE LOS BIENES

5.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES

N° 5

Collarín cervical pediátrico

Material hipo alérgico.

Cubierto de algodón ¿ cierre de velcro espuma suave o revestido en espuma de poliuretano

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS/MM-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS AMBULANCIAS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, EN CUMPLIMIENTO DE LA R.M. 953-2006/MINSA - NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	17:43:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CAMILLA DE AMBULANCIA TELESCOPICA, segun la imagen referencial; consultamos al comite si aceptarían una camilla tipo M ya que es mucho mas segura para el paciente como para el personal asistencial cuidando su ergonomia y seguridad al momento de la atención del paciente

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 21 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Inciso A, B, C, E, F, G, I y J

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia al artículo 72 del RLCE, en nuestra condición de Área Usuaría aclaramos en relación a la presente consulta que los postores deberán cumplir las especificaciones técnicas solicitadas para dicho producto; no obstante, al no haberse precisado el TIPO DE CAMILLA serán permitidas las CAMILLAS TIPO M y CUALQUIER OTRO TIPO, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas para el bien

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.CARACTERISTICAS DE LOS BIENES

5.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES

Nº 21

Camilla de ambulancia telescópica aluminio

(¿)

Camillas tipo M y/o cualquier otro tipo, siempre y cuando cumplan con las características técnicas establecidas en la especificaciones técnicas solicitadas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS/MM-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS AMBULANCIAS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, EN CUMPLIMIENTO DE LA R.M. 953-2006/MINSA - NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	17:43:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CAMILLA DE AMBULANCIA TELESCOPICA la camilla puede ajustarse con los dispositivos de fijacion cuando esta en el piso de la ambulancia, por VIGENCIA TECNOLOGICA TANTO EUROPEA COMO AMERICANA aceptarían una CAMILLA CON SOPORTE DE FIJACION TIPO 10G CERTIFICADA, vigente para dar mayor seguridad y estabilidad al paciente al momento de traslado y para el personal de seguridad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 21 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Inciso A; B; C; E; F; G; I y J

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia al artículo 72 del RLCE, en nuestra condición de Área Usuaría aclaramos en relación a la presente consulta que los postores deberán cumplir las especificaciones técnicas solicitadas para dicho producto; no obstante, al no haberse precisado los dispositivos de fijación de la camilla al piso de la ambulancia, serán permitidas la presentación de los sistemas de fijación tipo 10g, FP, FA América 37/38, entre otros, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas para el bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.CARACTERISTICAS DE LOS BIENES

5.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES

Nº 21

Camilla de ambulancia telescópica aluminio

(¿)

Dispositivos de fijación de la camilla al piso de la ambulancia, serán permitidas la presentación de los sistemas de fijación tipo 10g, FP, FA América 37/38, entre otros, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas para el bien.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS/MM-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS AMBULANCIAS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, EN CUMPLIMIENTO DE LA R.M. 953-2006/MINSA - NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	17:43:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAMILLA TELESCOPICA PARA AMBULANCIA Barra de tiro científicamente optimizada 10, este termino se conoce mundialmente como SISTEMA DE FIJACION 10G que es una prueba para la resistencia de impacto que se hace a las camillas telescópicas, consultamos al comite si se podria presentar la camilla con la CERTIFICACION 10G generando la pluralidad de postores y participantes con camilla de procedencia americana y europea

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 21 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Inciso A; B; C; E; F; G; I y J

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia al artículo 72 del RLCE, en nuestra condición de Área Usuaría aclaramos en relación a la presente consulta que los postores deberán cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para dicho producto; no obstante, a ello advertimos que se solicito la barra de tiro científicamente optimizada 10 en concordancia con la Norma Técnica de Salud para el transporte asistido de pacientes por vía terrestre, por lo que los postores podrán presentar camillas con tipo de certificación 10G, 20G, EN 1865, EN1789, SAE J3027, entre otras, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas para el bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.CARACTERISTICAS DE LOS BIENES

5.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES

N° 21

Camilla de ambulancia telescópica aluminio

Barra de tiro científicamente optimizada 10

Los postores podrán presentar camillas con tipo de certificación 10G, 20G, EN 1865, EN1789, SAE J3027, entre otras, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas para el bien.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS/MM-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS AMBULANCIAS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, EN CUMPLIMIENTO DE LA R.M. 953-2006/MINSA - NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	17:43:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CAMILLA TELESCOPIA PARA AMBULANCIA Medidas de alturas aproximadas, consultamos al comite si aceptarían la descripción de acuerdo a cada fabricante ya que hay camillas que cuentan con más de 7 posiciones solicitadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 21 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Inciso A; B; C; E;F; G; I y J

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia al artículo 72 del RLCE, en nuestra condición de Área Usuaría aclaramos en relación a la presente consulta que los postores deberán cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para dicho producto que son 7 posiciones solicitadas; no obstante, a ello con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores y promover la competencia, también se aceptarán CAMILLA TELESCOPIA PARA AMBULANCIA con más de 7 posiciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.CARACTERISTICAS DE LOS BIENES
5.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES
Nº 21

Camilla de ambulancia telescópica aluminio
Posición
(i)
+ de 7 posiciones

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS/MM-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS AMBULANCIAS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, EN CUMPLIMIENTO DE LA R.M. 953-2006/MINSA - NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	17:43:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CAMILLA TELESCOPICA PARA AMBULANCIA, de acuerdo a la Vigencia Tecnológica, consultamos al comite si aceptarían cuidando la ERGONOMIA del PERSONAL ASISTENCIAL y del PACIENTE si aceptarían que la parte superior se separe del carril central de la camilla para mayor maniobrabilidad ante una emergencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 21 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Inciso A, B, C, E; F, G, I y J

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia al artículo 72 del RLCE, en nuestra condición de Área Usuaría aclaramos en relación a la presente consulta que los postores deberán cumplir las especificaciones técnicas solicitadas para dicho producto; no obstante, al no haberse precisado, si el modelo incluye o no la separación de la camilla sobre el carril central, se aclara que se aceptarán ambos modelos de camillas, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas para el bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- 5.CARACTERISTICAS DE LOS BIENES
- 5.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES
- Nº 21

Camilla de ambulancia telescópica aluminio
Modelo: se aceptara camilla con separación y/o sin separación sobre el carril central

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS/MM-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS AMBULANCIAS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, EN CUMPLIMIENTO DE LA R.M. 953-2006/MINSA - NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	17:43:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
CAMILLA TELESCOPICA PARA AMBULANCIA, consultamos al comite si ACEPTARIAN UN PORTA BALON DE OXIGENO para el uso del paciente al momento del traslado fuera de la ambulancia

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 21 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art. 2 Inciso A, B, C, E, F, G, I y J

Análisis respecto de la consulta u observación:
En concordancia al artículo 72 del RLCE, en nuestra condición de Área Usuaría aclaramos en relación a la presente consulta que los postores deberán cumplir las especificaciones técnicas solicitadas para dicho producto; no obstante a ello, a la presente consulta se hace de conocimiento que nuestras ambulancias cuentan con todos estos accesorios adicionales, por lo que no es obligatorio que los postores lo ofrezcan en su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS/MM-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS AMBULANCIAS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, EN CUMPLIMIENTO DE LA R.M. 953-2006/MINSA - NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	17:43:00

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
CAMILLA TELESCOPICA PARA AMBULANCIA, consultamos al comite si ACEPTARIAN UN PORTA SUERO TELESCOPICO para el uso del paciente al momento del traslado fuera de la ambulancia

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 21 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART. 2 INCISO A, B, C, E, F, G, I y J

Análisis respecto de la consulta u observación:
En concordancia al artículo 72 del RLCE, en nuestra condición de Área Usuaría aclaramos en relación a la presente consulta que los postores deberán cumplir las especificaciones técnicas solicitadas para dicho producto; no obstante a ello, a la presente consulta se hace de conocimiento que nuestras ambulancias cuentan con todos estos accesorios adicionales, por lo que no es obligatorio que los postores lo ofrezcan en su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null