

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código : 20451829913

Nombre o Razón social : DBG SOLUCIONES S.A.C

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 12:28:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Requieren Rango ajustable de distancia Inter pupilar de 48-75 con ajuste de dioptrias +/-5 en los dos oculares
Solicitamos amablemente al comité en aras de fomentar la pluralidad del proceso y permitir que marcas de buena calidad participen, aceptar: Rango ajustable de distancia Inter pupilar de 48-75 o 52-75 con ajuste de dioptrias +/-5 en los dos oculares

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código : 20451829913

Nombre o Razón social : DBG SOLUCIONES S.A.C

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 12:28:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indican: Los objetivos deben ser ESD con un diámetro de campo máximo de 30.67mm para la posición más baja, con oculares de 10x, que permite observar muestra en un mayor campo visión.

Sin embargo, no indican el aumento del objetivo ESD deseado, por tanto entendemos que el estereoscopio debe estar dotado y contar con objetivos ESD para un futuro.

Agradeceremos al comité confirmar nuestra apreciación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código : 20451829913

Nombre o Razón social : DBG SOLUCIONES S.A.C

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 12:28:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indican: Objetivos que puedan lograr resolución de hasta 460lp/mm.

Solicitamos amablemente al comité en aras de fomentar la pluralidad del proceso aceptar: Objetivos que puedan lograr resolución de hasta 460lp/mm o 440lp/mm

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código : 20451829913

Nombre o Razón social : DBG SOLUCIONES S.A.C

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 12:28:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indican: Los objetivos deben ser ESD con un diámetro de campo máximo de 30.67 para la posición más baja.

Solicitamos amablemente para promover la pluralidad del proceso aceptar: Los objetivos deben ser ESD con un diámetro de campo máximo de 30.67 o 30.70 para la posición más baja.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código : 20451829913

Nombre o Razón social : DBG SOLUCIONES S.A.C

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 12:28:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indican: El plazo de realización del servicio no excederá de los 30 días calendario.

Solicitamos amablemente al comité considerar un plazo mayor, ya que los equipos serán importados y revisados para su envío y esto toma un plazo mayor de 30 días.

Considerar aceptar: El plazo de realización del servicio no excederá de los 45 días calendario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A FIN DE FOMENTAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN, SE ACEPTA AMPLIAR EL PLAZO DE LA PRESTACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS EL PLAZO DE 75 DÍAS CALENDARIO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código : 20521301237

Nombre o Razón social : WAREM S.A.C.

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 14:45:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité que puedan aceptar como bienes similares a los siguientes: Equipos Médicos y/o de laboratorio tales como Microscopios monoculares, binoculares, trinoculares o MICROSCOPIOS EN GENERAL; Centrífugas, Contadores celulares.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2. **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:19:30

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días calendario

OBSERVACIÓN

Se solicita al honorable Comité, que debido a que los equipos requeridos deben ser importados y desaduanados; y, además, para permitir la mayor participación de postores potenciales, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 75 DÍAS; para poder cumplir con el tiempo estipulado en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B ,C

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON AL FINALIDAD DE FOMENTAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN, SE AMPLÍA EL PLAZO DE ENTREGA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS UN PLAZO DE 75 DÍAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:19:30

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos Médicos y/o de laboratorio tales como Microscopios monoculares, binoculares, trinoculares; Centrífugas, Contadores celulares.

OBSERVACIÓN

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar como bienes similares EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL, ya que lo requerido es un equipo utilizado en dicho rubro.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art. 2 inciso a, b, c

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONSIDERA RAZONABLE LA OBSERVACIÓN, SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ESTABLECERÁ EN LAS BASES INTEGRADAS LO SIGUIENTE COMO EXPERIENCIA SIMILAR: VENTA DE EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	15:29:21

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR

SE OBSERVA

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar como bienes similares: VENTA DE EQUIPOS DE LABORATORIO, ya que el equipo solicitado se encuentra dentro de ese rubro.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONSIDERA RAZONABLE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS LO SIGUIENTE COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR: VENTA DE EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	15:29:21

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:
PLAZO DE ENTREGA

se observa

Se solicita muy amablemente al Comité, pueda ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS, ya que es un equipamiento que de acuerdo a las especificaciones técnicas, debe ser importado; y conlleva determinado tiempo su traslado y desaduanaje.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN, SE AMPLÍA EL PLAZO DE PRESTACIÓN, SIN EMBARGO, EL ÁREA USUARIA CONSIDERA 75 Y NO 90 DÍAS COMO UN PLAZO RAZONABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE CONSIDERARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS UN PLAZO DE 75 DÍAS CALENDARIO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:39:06

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

ESTEREOMICROSCOPIO

Relación de zoom: 6.7: 1(0.75x a 5.0x)

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo estereomicroscopio con Relación de zoom según las especificaciones de cada fabricante, debido a que tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales; Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:39:06

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

ESTEREOMICROSCOPIO

Indicación de aumento de zoom: 0.75; 1;2;3;4;5

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo estereomicroscopio con Indicación de aumento de zoom según las especificaciones de cada fabricante, debido a que tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales; Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:39:06

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

ESTEREOMICROSCOPIO

Los Objetivos deben ser ESD con un diámetro de campo máximo de 30.67mm(¿)

Solicitamos al distinguido Comité de Selección se sirvan ACLARAR , a que se refieren con Objetivos deben ser ESD con un diámetro de campo máximo de 30.67mm; teniendo en consideración que los objetivos cuyo componente principal son vidrios los cuales no son conductores de electricidad; con la finalidad de ofertar el equipo más adecuado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:39:06

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ESTEREOMICROSCOPIO

Tubo binocular de ángulo de aplicación 45°

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo estereomicroscopio con Tubo binocular de ángulo de aplicación 45°, según las especificaciones de cada fabricante, debido a que tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales; Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:39:06

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

ESTEREOMICROSCOPIO

Rango ajustable de distancia interpupilar: 48 a 75mm

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo estereomicroscopio con Rango ajustable de distancia interpupilar: 55 a 75mm debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales; Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:39:06

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

ESTEREOMICROSCOPIO

OCULARES

Plan 10X/FN: 23(2 unidades)

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo estereomicroscopio con Plan 10X/FN: 22(2 unidades) debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales; Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:39:06

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

ESTEREOMICROSCOPIO

OCULARES

Altura de punto focal de 405mm

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo estereomicroscopio con Altura de punto focal de 405mm, según las especificaciones de cada fabricante, debido a que tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales; Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:39:06

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

ESTEREOMICROSCOPIO

Lugar y plazo de ejecución de la prestación del servicio

SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva AMPLIAR el plazo de entrega a 60 días calendarios (comprende la entrega, puesta en funcionamiento y capacitación), con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, post pandemia donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual .

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN, SE AMPLÍA EL PLAZO DE PRESTACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS UN PLAZO DE ENTREGA DE 75 DIAS CALENDARIO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20604650322	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS INDUSTRIALES SUDAMERICANA S.A.C.	Hora de envío :	22:16:02

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitan:

"Volumen de recipiente de molienda 12ml, 25ml, 50ml, 80ml, 125ml, 250ml, 500ml"

En las bases especifican este dato, todos los equipos son patentados con distinto modelos y capacidades de molienda dependiendo de la marca el cual no influye en los resultados de molienda, a fin de permitir y promover una mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación, solicitamos amablemente al Comité de Selección considerar de la siguiente manera:

¿Volumen de recipiente de molienda 12ml, 25ml, 50ml, 80ml, 125ml, 250ml, 500ml o según fabricante.¿

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CONSULTA NO GUARDA RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, NO HAY LUGAR A ANÁLISIS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20604650322	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS INDUSTRIALES SUDAMERICANA S.A.C.	Hora de envío :	22:16:02

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las bases no especifican este dato, solicitamos amablemente al Comité de Selección aclarar el material del set de molienda para el molino, en el mercado los principales materiales para preparación de muestras las siguientes:

Agata, resistencia a la abrasión buena, Muestras suaves a semiduras

Oxido de circonio, resistencia a la abrasión muy buena, Muestras fibrosas, abrasivas

Carburo de tungsteno, resistencia a la abrasión muy buena, Muestras duras, abrasivas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CONSULTA NO GUARDA RELACIÓN CON EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20604650322	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS INDUSTRIALES SUDAMERICANA S.A.C.	Hora de envío :	22:16:02

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las bases no especifican el dato del volumen del recipiente de molienda, tamaño y cantidad de bolas, solicitamos amablemente al Comité de Selección aclarar el volumen del recipiente o recipientes de molienda, la cantidad y el tamaño de las bolas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA PRESENTE CONSULTA NO GUARDA RELACIÓN CON EL PROCESO DE SELECCIÓN AS 64, NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20604650322	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS INDUSTRIALES SUDAMERICANA S.A.C.	Hora de envío :	22:16:02

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las bases no especifican el tipo de sujeción segura del recipiente de molienda en el molino, solicitamos amablemente al Comité de Selección añada esta información como sigue:

¿El recipiente debe tener el tipo de sujeción segura Safe-Lock system con llave de torque que permite sujetar los recipientes de molienda de forma sencilla y segura, absolutamente sin riesgos.¿

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OBSERVACIÓN NO GUARDA RELACIÓN CON EL PRESENTE OBJETO DE CONVOCATORIA, NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20604650322	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS INDUSTRIALES SUDAMERICANA S.A.C.	Hora de envío :	22:16:02

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las bases no especifican el tipo de certificaciones de evaluaciones y seguridad tiene el molino, solicitamos amablemente al Comité de Selección añada esta información como sigue:

¿El equipo debe tener la Marcación CE (conformidad europea) de seguridad certificada¿

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CONSULTA NO GUARDA RELACIÓN CON EL OBJETO CONTRACTUAL PRESENTE, NO CORRESPONDE EL ANÁLISIS, NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código : 20604404291

Fecha de envío : 14/11/2023

Nombre o Razón social : LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 23:57:26

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitan;

A01 Sistema óptico parafocal Greenough, no es necesario un reajuste de foco cuando se cambia de aumento con el zoom

Se solicita al comité de selección a aras de tener una mayor participación de marcas e incrementar el número de postores, se recomienda considera el sistema óptico tanto con ajuste como sin ajuste de foco al cambiar el aumento con el zoom. Cada objetivo de un microscopio ha sido optimizado para un rango específico de distancias y aumentos. La falta de ajuste de enfoque al cambiar el aumento con el zoom puede resultar en una pérdida de nitidez y claridad en la imagen.

Por lo antes expuesto, solicitamos que la mejora quede de la siguiente manera:

A01 Sistema óptico parafocal Greenough, con reajuste o sin reajuste de foco cuando se cambia de aumento con el zoom

Solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2, acápite b, e, i

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código : 20604404291

Fecha de envío : 14/11/2023

Nombre o Razón social : LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 23:57:26

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Solicitan;

A02 Sistema Óptico con tratamiento anti-moho. Aplicada a las partes ópticas.

Se solicita al comité de selección a aras de tener una mayor participación de marcas e incrementar el número de postores aceptar Opcionalmente que el Microscopios con Sistema Óptico con tratamiento anti-moho. La inclusión de un tratamiento anti-moho en las lentes y componentes ópticos del microscopio generalmente implica tecnologías específicas o recubrimientos especiales que generan deterioro del equipo.

Por lo antes expuesto, solicitamos que la mejora quede de la siguiente manera:

A02 Sistema Óptico con tratamiento anti-moho. Aplicada a las partes ópticas. OPCIONAL

Solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 5

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2, acápite b, e, i

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código : 20604404291

Fecha de envío : 14/11/2023

Nombre o Razón social : LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 23:57:26

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Solicitan;

B04 Los objetivos deben ser ESD con un diámetro de campomáximo de 30.67mm para la posición más baja, con oculares de 10X, que permite observar la muestra en un mayor campo de visión.

Los objetivos deben ser ESD con un diámetro de campo máximo de 30.67mm para la posición más baja, con oculares de 10X, que permite observar la muestra en un mayor campo de visión. Cooroborar si en el mercado se ofertan más de dos equipos con esas características

Por lo antes expuesto, solicitamos que la mejora quede de la siguiente manera:

Los objetivos deben ser con un diámetro de campo máximo entre el rango 30 a 33mm para la posición más baja, con oculares de 10X, que permite observar la muestra en un mayor campo de visión. Cooroborar si en el mercado se ofertan más de dos equipos con esas características.

Solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 5

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2, acápite b, e, i

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código : 20604404291

Fecha de envío : 14/11/2023

Nombre o Razón social : LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 23:57:26

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Solicitan;

C10 Rango ajustable de distancia Inter pupilar: 48 a 75mm, con ajuste de dioptrías+/- 5 en los dos oculares.

Para incrementar el número de postores colocar el rango ajustable de distancia Inter pupilar debe encontrarse en el rango de 48 a 75mm. Un menor rango de distancia interpupilar puede permitir que más usuarios encuentren una posición cómoda al mirar a través del microscopio. Esto es especialmente beneficioso en entornos de laboratorio o educativos donde varias personas pueden compartir el mismo microscopio.

Por lo antes expuesto, solicitamos que la mejora quede de la siguiente manera:

C10 Rango ajustable de distancia Inter pupilar: 55 o menor a 75mm, con ajuste de dioptrías+/- 5 en los dos oculares.

Solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 5

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2, acápite b, e, i

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE BIOLOGIA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Ruc/código : 20604404291

Fecha de envío : 14/11/2023

Nombre o Razón social : LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 23:57:26

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

PAG.22

Solicitan;

G01 Iluminación reflejada y transmitida 3W LED integrada en el estativo. Debe poder ser activada simultáneamente, pero ajustada por separado.

Para conservar la pluralidad de postores mencionar que la Iluminación reflejada y transmitida entres el rango 1W a 3W LED integrada en el estativo. Una fuente de luz más potente generalmente genera más calor. Esto puede ser una desventaja, especialmente si se trabaja con muestras sensibles al calor o en entornos donde el aumento de la temperatura puede ser problemático.

Por lo antes expuesto, solicitamos que la mejora quede de la siguiente manera:

G01 Iluminación reflejada y transmitida 1W LED o más integrada en el estativo. Debe poder ser activada simultáneamente, pero ajustada por separado.

Solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 5

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2, acápite b, e, i

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que los equipos estereoscopios requeridos son los establecidos en las especificaciones técnicas que figuran las bases, con lo cual no se acoge la solicitud permaneciendo sin alteración los detalles de los equipos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null