

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Nomenclatura :	AS-SM-28-2024-IRENSUR-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con relación a la UNIDAD DE MEDIDA para el reactivo: GRUPO SANGUINEO FENOTIPO RH-KELL X 360 DETERMINACIONES, SOLICITAMOS al comité de selección establezca como unidad de medida: DETERMINACIONES y no unidades, considerando que, por la naturaleza de los bienes, lo correcto es que sean en determinaciones, ello se ve reflejado también en el Capítulo III.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6 Literal: -- Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que la unidad de medida es en "UNIDAD", debido a que en el Sistema de Información de la Gestión del Estado lo determina en esa medida y se precisa que también se aceptara según presentación de cada fabricante pero que se entregue la totalidad solicitada por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Con relación al reactivo: GRUPO SANGUINEO FENOTIPO RH-KELL X 360 DETERMINACIONES, ENTENDEMOS que la cantidad total de determinaciones solicitada es de 1440 determinaciones. Solicitamos al comité de selección precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6 Literal: -- Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que se esta solicitando 4 unidades de Grupo Sanguíneo Fenotipo RH-KELL x 360 determinaciones si se realiza la conversión da como resultado que el rendimiento en total es de 1440 determinaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que se esta solicitando 4 unidades de Grupo Sanguíneo Fenotipo RH-KELL x 360 determinaciones si se realiza la conversión da como resultado que el rendimiento en total es de 1440 determinaciones

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-28-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Advertimos que en el numeral 1.6 se ha establecido que la presente contratación se encuentra bajo la modalidad de ejecución de LLAVE EN MANO; lo cual no es correcto conforme al objeto de la convocatoria (adquisición de dispositivos médicos asociados a equipos en cesión de uso); ello ha sido materia de diversos pronunciamientos PRONUNCIAMIENTO N° 257-2022/OSCE-DGR, así como opiniones - Opinión N° 104-2017-OSCE/DTN del OSCE, que detallamos a continuación :¿De lo expuesto, puede apreciarse que la modalidad llave en mano es aplicable ante la contratación de bienes que ostentan un grado de complejidad que amerita la responsabilidad del proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento de éstos, situación que, en el presente caso, no ocurre, toda vez que, el objeto de contratación no comprende la adquisición de los equipos en cesión de uso, sino la adquisición de reactivos¿

En ese sentido, SOLICITAMOS al comité de selección sirva precisar que la presente contratación NO ES APLICABLE la modalidad de ejecución llave en mano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6 Literal: -- Página: 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que la modalidad de ejecución corresponde a LLAVE EN MANO debido a que el equipo en cesión de uso tiene que estar instalado y listo para usar con los reactivos adquiridos en la presente convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Como se observa también del INICIO DEL PLAZO DE ENTREGA, se ha establecido que este comenzará a computarse desde el día siguiente de firmado el contrato; sin embargo, ello no es lo idóneo y razonable por las siguientes razones:

1. Los bienes deben ser recibidos por el responsable del almacén de la entidad, quién solicita para el internamiento la respectiva orden de compra, considerando que con dicho documento puede verificar correctamente el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
2. Para poder efectuar el seguimiento del pago, así como los demás documentos en la etapa de ejecución contractual, resulta necesario contar la orden de compra.
3. De conformidad con el numeral 142.1 del artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. Por tanto, la norma de contrataciones del Estado permita que la ejecución contractual sea con la orden de compra; mas aún cuando existe demoras para la suscripción del contrato.

En ese sentido, SOLICITAMOS al comité de selección sirva establecer que el INICIO DEL PLAZO DE ENTREGA será contabilizado A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 1.6 Literal: -- Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que el plazo de entrega es de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de firmado el contrato y se precisa que se notificara la orden de compra para fines pertinentes del postor adjudicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta se ha establecido cierta documentación que servirá para acreditar las especificaciones técnicas; sin embargo, no se ha detallado las especificaciones técnica de los reactivos y del equipo en cesión de uso que serán materia de acreditación en la oferta; por lo que corresponde señalar que las Bases estándar objeto de la presente convocatoria disponen que, en caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, debe consignar un literal, donde detalle la documentación adicional que el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares; detallando con claridad las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que deben ser acreditadas por el postor con la documentación requerida.

En ese sentido solicitamos al comité de selección sirva INCORPORAR en las bases, las características técnicas sujetas a su acreditación, sugiriendo que sean las siguientes:

PARA LOS REACTIVOS PRINCIPALES: 1) Presentación, 2) Metodología y 3) Control interno

PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO PRINCIPAL: 1) Tipo, 2) Metodología, y 3) Características

Las demás especificaciones técnicas se encontrarán debidamente acreditadas en la oferta con el ANEXO N°03

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que las especificaciones técnicas acreditar PARA LOS REACTIVOS PRINCIPALES: 1) Presentación, 2) Metodología y 3) Control interno

PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO PRINCIPAL: 1) Tipo, 2) Metodología, y 3) Características

Las demás especificaciones técnicas se encontrarán debidamente acreditadas en la oferta con el ANEXO N°03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que las especificaciones técnicas acreditar PARA LOS REACTIVOS PRINCIPALES: 1) Presentación, 2) Metodología y 3) Control interno

PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO PRINCIPAL: 1) Tipo, 2) Metodología, y 3) Características

Las demás especificaciones técnicas se encontrarán debidamente acreditadas en la oferta con el ANEXO N°03

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Considerando que en los literales k) y l) se ha previsto diversos documentos de manera indistinta solicitamos al comité de selección ACLARE, que los documentos que servirán para acreditar las especificaciones técnicas serán con: ¿folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o brochure o cartas emitidas por el fabricante, fabricante real o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o subsidiaria de manera indistinta¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara para acreditar los literales k) y l): folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o brochure o cartas emitidas por el fabricante, fabricante real o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o subsidiaria de manera indistinta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara para acreditar los literales k) y l): folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o brochure o cartas emitidas por el fabricante, fabricante real o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o subsidiaria de manera indistinta

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-28-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con relación a los literales m) y q) se está solicitando (las exigencias se repiten) que los postores declaremos que el equipo ofertado no debe ser de una antigüedad mayor a cinco (05) años; no obstante, estas aparte de estar duplicadas contraviene la disposición establecida en las bases estándar: Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento

En ese sentido, solicitamos que éstas sean suprimidas, al encontrarse subsumidas en el contenido del Anexo N°03

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2 **Página:** 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que dichas declaraciones juradas de los literales m) y q) son para poder verificar y estar con la certeza que dicho equipo ofertado cumple con las especificaciones técnicas que solicita el área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dentro de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, se está solicitando COLEGIATURA Y HABILITACIÓN VIGENTE, lo cual contraviene lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado, toda vez, que esta exigencia debe requerirse al inicio efectivo del contrato, tal como lo establece la Opinión N° 225-2017/DTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE precisó que lo siguiente: ¿(¿) De otro lado, respecto de la colegiatura y habilidad de los profesionales propuestos como ¿personal profesional clave¿ en la oferta del postor, este Organismo Técnico Especializado ha señalado en diversos Pronunciamientos que ¿si bien los profesionales deben encontrarse colegiados y habilitados para el ejercicio de su profesión, la relevancia de dicho requerimiento no coincide necesariamente con la presentación de las ofertas, así como tampoco con la suscripción del contrato, sino con el inicio de su participación efectiva del contrato.

En ese sentido, SOLICITAMOS al comité de selección sirva SUPRIMIR la exigencia consignada en el literal k) del numeral 2.4 ¿ Requisitos para perfeccionar el contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.4 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta correspondiente, por ser un requisito solicitado por el área usuaria y además al ser un instituto especializado en tratamiento de cáncer se necesita que el personal que repare o que haga mantenimiento al equipo en cesión de uso que tenga las capacidades correspondientes para el mantenimiento de estos equipos y que sea de manera rápida según los TDR y se le aclara que los documentos de acreditación de dicho personal se presentaran a la firma de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-28-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con relación al SOPORTE TÉCNICO, al encontrarse la información dispersa en las bases administrativas, solicitamos se unifique en un solo apartado, debiendo precisarse su requisito y forma de acreditación al inicio efectivo del contrato (internamiento de los bienes)

1. CONTAR UN INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O INGENIERO MECATRONICO.
Se acreditará con copia simple del grado académico.
2. CAPACITADO POR EL FABRICANTE, FABRICANTE LEGAL Y/O DUEÑO DE LA MARCA.
Se acreditará con copia simple del certificado solicitado.
3. EXPERIENCIA COMO MÍNIMO DE 12 MESES EN LA INSTALACIÓN DEL MISMO MODELO DEL EQUIPO, ASÍ COMO EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS:

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.4 **Página:** 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que con relación al SOPORTE TÉCNICO su requisito y forma de acreditación se debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

1. CONTAR UN INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O INGENIERO MECATRONICO.

- Se acreditará con copia simple del grado académico.
2. CAPACITADO POR EL FABRICANTE, FABRICANTE LEGAL Y/O DUEÑO DE LA MARCA.
Se acreditará con copia simple del certificado solicitado.
 3. EXPERIENCIA COMO MÍNIMO DE 12 MESES EN LA INSTALACIÓN DEL MISMO MODELO DEL EQUIPO, ASÍ COMO EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS:
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que con relación al SOPORTE TÉCNICO su requisito y forma de acreditación se debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

1. CONTAR UN INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O INGENIERO MECATRONICO.
Se acreditará con copia simple del grado académico.
2. CAPACITADO POR EL FABRICANTE, FABRICANTE LEGAL Y/O DUEÑO DE LA MARCA.
Se acreditará con copia simple del certificado solicitado.
3. EXPERIENCIA COMO MÍNIMO DE 12 MESES EN LA INSTALACIÓN DEL MISMO MODELO DEL EQUIPO, ASÍ COMO EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS:
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con relación al SOPORTE TÉCNICO, la entidad ha previsto que el ingeniero tenga residencia local; no obstante, no se ha precisado cual será el documento a través del cual será acreditado dicha exigencia; por lo que solicitamos al comité de selección PRECISE que esta exigencia será acreditada a la suscripción del contrato con cualquiera de los siguientes documentos; copia simple de DNI, copia simple de algún servicio público o cualquier documento que acredite su residencia en la ciudad de Arequipa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge parcialmente la consulta y aclara que la residencia local del soporte técnico se deberá acreditar al momento de presentar los documentos para perfeccionar el contrato con cualquier de los siguientes documentos: copia simple de DNI o copia simple de algún servicio público o cualquier documento que acredite su residencia en la ciudad de Arequipa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que la residencia local del soporte técnico se deberá acreditar al momento de presentar los documentos para perfeccionar el contrato con cualquier de los siguientes documentos: copia simple de DNI o copia simple de algún servicio público o cualquier documento que acredite su residencia en la ciudad de Arequipa.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Con relación al ROTULADO; entendemos que este será solo aplicable para el ENVASE MEDIATO, debido a que no se puede alterar las propiedades físicas, químicas de los bienes objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que el Rotulado solo es aplicable para el ENVASE MEDIATO, debido a que no se puede alterar las propiedades físicas, químicas de los bienes objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que el Rotulado solo es aplicable para el ENVASE MEDIATO, debido a que no se puede alterar las propiedades físicas, químicas de los bienes objeto de la convocatoria.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección adecue el apartado de GARANTÍA COMERCIAL, toda vez, que esta no se encuentra acorde con la naturaleza de ésta, así como los bienes objeto de la convocatoria (dispositivos médicos); es por ello oportuno indicar que Garantía Comercial: Consiste en la obligación que asume el proveedor de proteger a la Entidad frente a un riesgo de mal funcionamiento, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad; más aún cuando los bienes objeto de la convocatoria son reactivos, no del equipo ofertado en cesión de uso (propiedad del contratista).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge la consulta y aclara que no corresponde garantía comercial debido al objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara las bases

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Al revisar las especificaciones técnicas del EQUIPO DE INMUNOHEMATOLOGÍA en el apartado de ANTIGÜEDAD específica:
AÑO DE FABRICACIÓN: No mayor a 05 años de antigüedad a la presentación de la oferta
AÑO DE FABRICACIÓN EQUIPO BACK UP: No mayor a 06 años de antigüedad a la presentación de la oferta

SOLICITAMOS al comité de selección se amplie el rango establecido a ¿No mayor a 06 años de antigüedad a la presentación de la oferta¿ para el EQUIPO PRINCIPAL y, ¿ No mayor a 07 años de antigüedad a la presentación de la oferta¿ para el EQUIPO BACK UP. Considerando que estos equipos se entregarán en calidad de cesión de uso; obligándose el proveedor a efectuar el mantenimiento preventivo conforme a lo indicado por el fabricante, así como el mantenimiento correctivo. Es importante señalar, que ello permitirá fomentar la pluralidad de proveedores en la presente contratación, mas aún cuando es interés del contratista que el equipo se encuentre en estado operativo para el procesamiento de las pruebas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara el AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO PRINCIPAL no mayor a 06 años de antigüedad a la presentación de la oferta y EL AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO BACK UP no mayor a 07 años de antigüedad a la presentación de la oferta, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara el AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO PRINCIPAL no mayor a 06 años de antigüedad a la presentación de la oferta y EL AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO BACK UP no mayor a 07 años de antigüedad a la presentación de la ofertas

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la página 25 se indica el siguiente texto: ¿El área usuaria podrá solicitar el canje del insumo próximo a vencer con la debida anticipación (mayor o igual a 02 meses)?

Entendemos que dicha exigencia, SOLO CORRESPONDE PARA AQUEL PROVEEDOR QUE NO CUMPLE CON LA VIGENCIA MÍNIMA REQUERIDA PARA LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES, toda vez, que sería un despropósito y una medida poco razonable para los proveedores, que sí cumplen con esta, toda vez, que ello impactaría en el monto de las ofertas.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que el canje solo corresponde para aquel proveedor que no cumple con la vigencia mínima requerida para los dispositivos médicos en las especificaciones técnicas al momento del internamiento de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que el canje solo corresponde para aquel proveedor que no cumple con la vigencia mínima requerida para los dispositivos médicos en las especificaciones técnicas al momento del internamiento de los bienes.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección sirva SUPRIMIR el numeral 7.9 Otras penalidades, por no cumplir lo dispuesto en el artículo 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debemos recordar que no se puede aplicar otras penalidades por incumplimiento en el plazo de entrega establecido como mora en la ejecución de prestaciones, asimismo de incluir otras penalidades debe establecerse en requerimiento, el supuesto de aplicación de otras penalidades, la formula del calculo y el procedimiento mediante el cual se verifica estas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge la consulta y aclara que suprimirá el numeral 7.9. otras penalidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara las bases

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-28-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se requiere presentar el PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ASÍ COMO SU CRONOGRAMA durante el periodo de la prestación; sin embargo, la entidad no ha establecido dicho periodo, lo cual haría que no se conozca con exactitud la necesidad de la entidad y que esta se vea reflejada en las ofertas.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección PRECISE el periodo de la presente contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que por ser un equipo en cesión de uso el postor deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo estableciendo los periodos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que por ser un equipo en cesión de uso el postor deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo estableciendo los periodos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección PRECISE que la presente contratación no contempla PRESTACIONES ACCESORIAS (no se advierte plazo de entrega, ni forma de pago diferenciado), toda vez, que el mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico y capacitación, forma parte de la prestación principal, considerando que los equipos no se entregarán como adquisición sino en cesión de uso, siendo el contratista responsable de efectuar todas las actividades descritas; no correspondiendo así un pago individualizado por estas actividades.

En base al artículo 29.9 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se indica que las Prestaciones Accesorias se deben indicar en la definición del requerimiento, en caso esta se haya previsto deberá desglosar la forma de pago, plazo de ejecución, entre otros, SITUACIÓN NO APLICABLE EN PRESENTE CASO, por la naturaleza del requerimiento (adquisición de dispositivos médicos)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que el proceso de selección es a suma alzada y llave en mano que en su propuesta económica debe incluir todos los gastos e impuestos, etc. necesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
Con relación al PLAZO DE ENTREGA consignado en la pág. 25 (se establece que el plazo es de 14 días calendario), esta se contrapone al numeral 1.9 Capítulo I, (se precisa que son 15 días calendario). En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva corregir el plazo de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que el plazo de entrega es de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de firmado el contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que el plazo de entrega es de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de firmado el contrato

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:03:01

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
Con relación al ANEXO N°6 PRECIO DE LA OFERTA, ENTENDEMOS que en esta se deberá incluir solo el PRECIO TOTAL, sin efectuar desagregados por la ejecución de prestaciones accesorias (debido a que no corresponde).

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO Literal: 6 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección acoge la consulta aclara que se deberá considerar en el ANEXO N° 6 el precio total de la oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que se deberá considerar en el ANEXO N° 6 el precio total de la oferta