

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 25/09/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:26:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que las características a acreditar sean:

REACTIVO: Presentación, tiempo de expiración, metodología y muestra.

EQUIPO: Tipo, metodología, performance, características y muestra.

Así mismo, se solicita al comité que las demás características podrán ser acreditadas con declaración jurada del postor o el anexo N° 3 de cumplimiento de especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: II

Literal: 2.2.1

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, en el literal F se debe acreditar para Equipo: Metodología, performance, muestras , volumen de muestras y para Reactivos : Presentación, metodología y muestra biológica; las demas especificaciones se encontrarán acreditadas con la presentación del anexo 3 Declaracion jurada de cumplimiento de las especificaciones Tecnicas para la presentacion de ofertas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:26:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aceptar documentos emitidos por el fabricante (carta) para la acreditación de especificaciones técnicas del equipo/reactivo.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACOGE su consulta, se aceptará también documentos emitidos por el fabricante (carta).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20549590951	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LABDEALERS MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	16:15:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN EL EQUIPO DE INMUNOLOGIA:

Estan solicitando 18 reactivos a bordo,

Solicitamos amablemente al comité aceptar que el equipo procese 10 a más reactivos a bordo, lo cual nos permite tener un trato justo e igualitario y se fomente la pluralidad de postores.

De acuerdo al principio de Igualdad de trato (literal b) del artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado DS N° 082-2019-EF, según el cual "Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.3 **Literal:** 5.3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

(literal b) del artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado DS N° 082-2019-EF

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, para el equipo de inmunologia se aceptaran equipos que procesen 10 o mas reactivos a bordo y 10 o mas pruebas diferentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5.3.1, Característica, del Capítulo III "(...) 10 o más reactivos a bordo (...)" , "(...)10 o más pruebas diferentes (...)"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:31:21

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases administrativas se menciona que el objeto de la convocatoria es la contratación del suministro adquisición de Reactivos de Laboratorio Bioquímica-hematología ¿ Inmunología pero no se indica para cuanto tiempo es la compra. En la pagina 15 sin embargo, se indica que la ejecución contractual es de (45) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de notificado la orden de compra, consultamos al comité especial aclarar la cobertura de las cantidades solicitadas en el presente proceso (para cuantos meses se estima que son las cantidades a contratar) (periodo de compra?).

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** I **Literal:** - **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACLARA, que la ejecución contractual es de 45 días calendario contabilizados desde el día siguiente de notificado la orden de compra. LA PRIMERA ENTREGA se efectuará en un plazo de (05) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de notificado la orden de compra, LA SEGUNDA ENTREGA (ULTIMA) se efectuará en un plazo de (45) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de notificado la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:31:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases administrativas, para los documentos de presentación obligatoria solicitan en el ítem h) copia simple vigente del certificado de calidad ISO 13485, FDA y/o CE y/o ISO 9001. Siendo que solicitar el certificado FDA es una característica restrictiva solicitamos cambiar el requerimiento como sigue: ISO 13485 Y/O FDA y/o CE y/o ISO 9001.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACOGE su consulta. Se modificará la especificacion tecnica en el siguiente detalle, certificado de calidad ISO 13485 y/o FDA y/o CE y/o ISO 9001

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Literal h), numeral 2.2.1.1, del Capítulo II "(...) Certificado de calidad ISO 13485 y/o FDA y/o CE y/o ISO 9001. (...)"

Numeral 6, punto 8, del Capítulo III ¿Certificado de calidad ISO 13485 y/o FDA y/o CE y/o ISO 9001. (¿)¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:31:21

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para el equipo 1 de inmunología se requieren 18 o más reactivos a bordo y 18 o más pruebas diferentes procesadas en simultáneo; sin embargo el paquete 03 solo lo conforman 03 reactivos por lo que resulta incongruente solicitar un equipo con más de 10 posiciones de reactivos y pruebas simultáneas a procesar. Solicitamos al comité especial coloque en su requerimiento como mínimo 10 posiciones de Reactivos y pruebas en simultáneo apelando al principio de razonabilidad que rigen las contrataciones del estado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, para el equipo de inmunología se aceptaran equipos que procesen 10 o mas reactivos a bordo y 10 o mas pruebas diferentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5.3.1, Característica, del Capítulo III "(...) 10 o más reactivos a bordo (...)" , "(...)10 o más pruebas diferentes (...)"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	21:22:56

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA

SOLICITAN: 100 HEMOGRAMAS POR HORA

CONSULTAMOS AL COMITE EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PUEDAN ACEPTAR EQUIPOS CON PERFORMANCE DE 60 A MAS PRUEBAS POR HORA, TENIENDO EN CUENTA QUE SOLO SOLICITAN 10,000 PRUEBAS EN TOTAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, para el equipo de hematología se aceptará equipos con una performance de 80 a más hemogramas por hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5.3.2, Performance, del Capítulo III "De 80 a más hemogramas por hora"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:20:20

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ECU
ITEM 2 ANALIZADOR AUTOMATIZADO HEMALOGÍA

En la performance que solicitan, se indica que el equipo debe realizar 100 muestras por hora y el requerimiento es de 10 000 determinaciones, para el tiempo que se estima esta contratación, equivale a 7 pruebas aproximadamente por hora, lo cual representa un desempeño mucho menor al solicitado en el equipo hematológico, en cuanto a este punto, además es bueno precisar que no todos los postores cumplen con este requisito, siendo también necesario aclarar que en un turno de laboratorio que tiene 6h, no se llega muchas veces a las 100 muestras de hemograma por día. Por lo señalado, y para poder ampliar la pluralidad de postores, solicitamos amablemente al comité, considerar se pueda aceptar equipos con performance de 80 muestras por hora.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, para el equipo de hematología se aceptará equipos con una performance de 80 a más hemogramas por hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5.3.2, Performance, del Capítulo III "De 80 a más hemogramas por hora"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20601224250	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	SIGMALAB S.A.C.	Hora de envío :	22:56:33

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos cordialmente al comité de selección para que sea comprendido por todos los participantes y propiciar mayor participación de postores, solicitar en reactivos a bordo que sea mínimo 10 a mas reactivos a bordo identificados con códigos de barra. y minimo 10 o mas pruebas diferentes procesadas en simultaneo por cada muestra

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPI III **Literal:** 5.3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, para el equipo de inmunologia se aceptaran equipos que procesen 10 o mas reactivos a bordo y 10 o mas pruebas diferentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5.3.1, Característica, del Capítulo III "(...) 10 o más reactivos a bordo (...)" , "(...)10 o más pruebas diferentes (...)"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20601224250	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	SIGMALAB S.A.C.	Hora de envío :	22:56:33

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos cordialmente al comité de selección, al amparo del principio de transparencia, para que sea comprendido por todos los participantes y propiciar mayor participación de postores considerar mínimo 90 a más determinaciones por hora

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPI III **Literal:** 5.3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, para el equipo de hematología se aceptará equipos con una performance de 80 a más hemogramas por hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5.3.2, Performance, del Capítulo III "De 80 a más hemogramas por hora"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20601224250	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	SIGMALAB S.A.C.	Hora de envío :	22:56:33

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Consultamos si los parámetros solicitados son de investigación WBC; RBC; HGB; HCT; MCV; MCH; MCHC; PLT, NEUT#, %, IG #, %, LYMPH #, %, MONO#, %, EO#, %, BASO #, %, NRBC #; RDW-SD; RDW-CV; MPV; RET#, %, IRF, RET-He;

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPI III Literal: 5.3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica, que son parametros reportables, gracias al avance de la tecnología y que permiten mejorar la respuesta de los Servicios de apoyo al diagnostico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código : 20601224250

Nombre o Razón social : SIGMALAB S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 22:56:33

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos cordialmente al comité de selección, al amparo del principio de transparencia, para que sea comprendido por todos los participantes y propiciar mayor participación de postores, en poner opcional el parámetro IG#, %

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPI III **Literal:** 5.3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACOGE su consulta, se considerará este parámetro como OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5.1.1, Reactivo de Hematología, del Capítulo III, "IG#, % será OPCIONAL"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20601224250	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	SIGMALAB S.A.C.	Hora de envío :	22:56:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos cordialmente al comité de selección , que el plazo de entrega de Equipo para Bioquímica sea de 60 días.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPI III Literal: 5.3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, NO ACOGE su consulta, por ser de necesidad la continuidad de la atención de la demanda

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:13:21

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Referente al cronograma de entregas:

Se solicita amablemente al área usuaria que el cronograma de entregas para los reactivos de Bioquímica se ajuste a la presentación y/o cantidad de pruebas de acuerdo a cada fabricante, sin alterar el total del pedido de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** a **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACOGE su consulta, el cronograma de entregas para los reactivos de bioquímica se ajustará a la presentación y/o cantidad de pruebas de acuerdo a cada fabricante, sin alterar el total del pedido de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 1.9, del Capítulo I "(...) El cronograma de entregas para los reactivos de bioquímica se ajustará a la presentación y/o cantidad de pruebas de acuerdo a cada fabricante, sin alterar el total del pedido de compra."

Numeral 7, del Capítulo III "(...) El cronograma de entregas para los reactivos de bioquímica se ajustará a la presentación y/o cantidad de pruebas de acuerdo a cada fabricante, sin alterar el total del pedido de compra."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:13:21

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del bien, específicamente en la descripción detallada de los bienes solicitados, indican lo siguiente:

Fecha de vencimiento de los reactivos: 06 meses a partir del ingreso al almacén debiendo adjuntar declaración jurada de reemplazo por vigencia.

En las bases solicitan fecha de vencimiento de los reactivos de 6 meses a partir del ingreso al almacén. Los reactivos para bioquímica e inmunología, por su composición llegan a nuestros almacenes con una vigencia menor a 6 meses, y tomando en cuenta que el presente proceso es por plazo de ejecución de 45 días, solicitamos amablemente al comité de selección aceptar reactivos con una vigencia igual o menor a 6 meses adjuntando una carta de compromiso de canje

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, se aceptaran reactivos con vigencia de 6 meses o menor a 6 meses, adjuntando carta de compromiso de canje hasta por 6 meses (PARA TODOS LOS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA y BIOQUÍMICA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5.1.1, punto 6, Capítulo III, Se aceptaran reactivos con vigencia de 6 meses o menor a 6 meses, adjuntando carta de compromiso de canje hasta por 6 meses (PARA TODOS LOS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA y BIOQUÍMICA)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:13:21

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del bien, específicamente en la descripción detallada de los bienes solicitados, indican lo siguiente:

Las pruebas solicitadas deberán ser pruebas efectivas, para lo cual el proveedor deberá ingresar un 10% adicional para controles y calibraciones.

El área usuaria solicita un 10% adicional para controles y calibraciones, se consulta si el ingreso de las pruebas por este concepto se hará con previa coordinación con el área usuaria, ya que ellos tienen conocimiento de las pruebas que realmente necesitaran en el momento, de acuerdo a su demanda.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, manifiesta que es correcta su apreciación, el ingreso del 10 % adicional para controles y calibraciones se hará con previa coordinación con el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:13:21

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem N° 1 Reactivos de Bioquímica:

Calcio automatizado

Creatinina cinetica automatizada

Colesterol LDL

Colesteraol HDL

Deshidrogenasa lactica

Transaminasa ALT/TGP

Transaminasa AST/TGO

Bilirrubina total dosaje automatizado

Bilirrubina directa automatizado

Gama Glutamyl Transferasa

Proteinas totales

Urea

Factor reumatoideo

Se solicita un tiempo de expiración para todas las pruebas, reactivos no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega. Los reactivos para bioquímica por su composición llegan a nuestros almacenes con una vigencia menor a 6 meses, y tomando en cuenta que el presente proceso es por un plazo de ejecución de 45 días calendarios. solicitamos amablemente al comité de selección aceptar reactivos con una vigencia igual o menor a 6 meses adjuntando una carta de compromiso de canje.

Paginas 24 a la 27

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, se aceptaran reactivos con vigencia de 6 meses o menor a 6 meses, adjuntando carta de compromiso de canje hasta por 6 meses (PARA TODOS LOS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA y BIOQUÍMICA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5.1.1, punto 6, Capítulo III, Se aceptaran reactivos con vigencia de 6 meses o menor a 6 meses, adjuntando carta de compromiso de canje hasta por 6 meses (PARA TODOS LOS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA y BIOQUÍMICA)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:13:21

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem 3, Reactivos de inmunología:

Antígeno prostático específico (PSA) libre
Antígeno prostático específico (PSA) Total
Test de ferritina

Se solicita un tiempo de expiración para todas las pruebas, reactivos no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega. Los reactivos para inmunología por su composición llegan a nuestros almacenes con una vigencia menor a 6 meses, y tomando en cuenta que el presente proceso es por un plazo de ejecución de 45 días calendarios. solicitamos amablemente al comité de selección aceptar reactivos con una vigencia igual o menor a 6 meses adjuntando una carta de compromiso de canje.

Paginas 27 y 28

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, se aceptaran reactivos con vigencia de 6 meses o menor a 6 meses, adjuntando carta de compromiso de canje hasta por 6 meses (PARA TODOS LOS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA y BIOQUÍMICA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5.1.1, punto 6, Capítulo III, Se aceptaran reactivos con vigencia de 6 meses o menor a 6 meses, adjuntando carta de compromiso de canje hasta por 6 meses (PARA TODOS LOS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA y BIOQUÍMICA)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:13:21

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respecto al equipo 3 Bioquímica:

Antigüedad, Hasta 5 años (de acuerdo al certificado del fabricante y DUA (Documento Unico de Aduanas))

Al ser un proceso por muy corto tiempo, de 45 días de ejecución, solicitamos amablemente al área usuaria aceptar equipos menores a 8 años de antigüedad, siempre y cuando la operatividad del mismo sea validada por el área de servicio técnico y en coordinación con el usuaria, garantizando una atención oportuna a los pacientes y sin interrupciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACOGE su consulta, para el Equipo de Bioquímica, se aceptará equipos menores a 8 años de antigüedad cuando la operatividad del mismo sea validada por el area de servicio tecnico y en cooordinacion con el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el Equipo de Bioquímica, Capítulo III, "Se aceptará equipos menores a 8 años de antigüedad cuando la operatividad del mismo sea validada por el area de servicio tecnico y en cooordinacion con el area usuaria."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:13:21

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto al control externo:

Debe incluir control de calidad externo

Al ser un proceso en la que la ejecución contractual será por 45 días y que los programas de calidad externos están diseñados para llevarse a cabo por tiempos mayores a 12 meses, se solicita amablemente al área usuaria que el control externo sea OPCIONAL. Actualmente la mayoría de marcas y proveedores proveen control interno de cada marca y/o fabricante, de tal manera de evaluar el desempeño del sistema de medición y también permiten detectar desvíos y variabilidad del sistema analítico, para tomar acciones preventivas y apoyar en la mejora del desempeño.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACOGE su consulta, el control de calidad externo será OPCIONAL para este proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 5.1.1, punto 5, del Capítulo III, El control de calidad externo será OPCIONAL para este proceso.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:13:21

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el literal e) solicitan Copia simple vigente del certificado de analisis y/o protocolo de analisis y/o ficha tecnica de analisis y/o certificado de analisis.

A nuestro entender el documento solicitado seria SOLO por los reactivos excepto los controles, calibradores, complementos, accesorios, equipo, etc.

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, manifiesta que es correcta su apreciacion. El certificado de analisis y/o protocolo de analisis y/o ficha tecnica de analisis es solo por los reactivos excepto controles, calibradores, complementos, accesorios , equipos, etc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:48:55

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En el literal f) solicitan ficha técnica para acreditar algunas especificaciones técnicas de los equipos y reactivos.

Solicitamos amablemente al comité especial aclarar que cuando se refieren a la ficha técnica para la acreditación de algunas de las especificaciones técnicas de los reactivos y equipos en la presentación de ofertas, se entendería que se refieren a la folletería y/o manuales de uso y/o inserto y/o catálogos y/o cualquier otro documento emitido por el fabricante sin importar la denominación del documento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACLARA, cuando se refiere a ficha técnica del para la acreditación de algunas de las especificaciones técnicas de los reactivos y equipos en la presentacion de ofertas se refiere a la folletería y/o manuales de uso y/o insertos y/o catalogos y/o cualquier otro documento emitido por el fabricante sin importar la denominación del documento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:48:55

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el literal f) solicitan ficha técnica para acreditar algunas especificaciones técnicas de los reactivos.

En esta ficha técnica solicitan que se consigne el lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis y/o emisión del documento, pruebas realizadas y resultados analíticos obtenidos, firma del o los profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio fabricante que lo emita, a nuestro entender existiría un error tipográfico porque estos datos corresponde que se encuentren consignados en el certificado de análisis.

Solicitamos amablemente al comité especial suprimir de este literal aquellos datos que corresponde se encuentren consignados en el certificado de análisis para evitar malas interpretaciones entre los potenciales postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** f **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACOGE su consulta e indica que se suprimirá del literal F los datos consignados en el certificado de analisis (lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis y/o emisión del documento, pruebas realizadas y resultados analíticos obtenidos, firma del o los profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio fabricante que lo emita).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Literal f), numeral 2.2.1.1, del Capítulo II, "Se suprime del literal F los datos consignados en el certificado de analisis (lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis y/o emisión del documento, pruebas realizadas y resultados analíticos obtenidos, firma del o los profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio fabricante que lo emita"

Numeral 6, punto 6, del Capítulo III, "Se suprime del punto 6, los datos consignados en el certificado de analisis (lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis y/o emisión del documento, pruebas realizadas y resultados analíticos obtenidos, firma del o los profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio fabricante que lo emita"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:48:55

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En el literal F) señala que se debe acreditar para equipos: Metodología, performance, muestras, volumen de muestras y para Reactivos: Presentación, metodología y muestra biológica, entendiéndose que las demás especificaciones técnicas se encontrarán acreditadas con la presentación del Anexo N° 3 Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas para la presentación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, manifiesta que es correcta su apreciacion, en el literal F se debe acreditar para Equipo: Metodología, performance, muestras , volumen de muestras y para Reactivos : Presentación, metodología y muestra biológica; las demas especificaciones se encontrarán acreditadas con la presentación del anexo 3 Declaracion jurada de cumplimiento de las especificaciones Tecnicas para la presentacion de ofertas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:48:55

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En las bases solicitan en el literal f) copia simple vigente de ficha tecnica para acreditar para equipos y reactivos algunas especificaciones tecnicas, mientras que en el literal m) solicitan copia simple vigente de ficha tecnica del producto y equipo en cesión en uso.

A nuestro entender lo solicitado en ambos literales serian identicos.

Solicitamos amablemente al comite especial considerar solo un literal para que que no haya duplicidad de documentación en la presentación de ofertas y asi evitar confusión entre los postores..

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** m **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA su consulta. Se suprimirá el Literal M.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Literal m), numeral 2.2.1.1, del Capítulo II, Se suprime el Literal M) y se PRECISA que los productos deben corresponder a una sola marca comercial y/o fabricante, lo cual será acreditado con el anexo N° 03 del cumplimiento de especificaciones técnicas.

Numeral 6, punto 13, del Capítulo III, Se suprime el último punto (13) y se PRECISA que los productos deben corresponder a una sola marca comercial y/o fabricante, lo cual será acreditado con el anexo N° 03 del cumplimiento de especificaciones técnicas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:48:55

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En el literal g) solicitan copia simple del registro sanitario o certificado de registro sanitario o documento que acredite que no estan sujetos a otorgamiento de registro sanitario o listado publicado en la pagina web de Digemid de los bienes que no requieren registro sanitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, manifiesta que es correcta su apreciación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:50:38

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En el literal g) y K) solicitan la misma documentación

Solicitamos amablemente considerar un literal para no duplicar documentación en nuestras ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACOGE su consulta. Se suprimirá el literal K.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Literal k), numeral 2.2.1.1, del Capítulo II, Se suprime el literal K.

Numeral 6, punto 11, del Capítulo III, Se suprime el punto (11).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:51:49

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En el literal h) y l) solicitan la misma documentación

Solicitamos amablemente considerar un literal para no duplicar documentación en nuestras ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACOGE su consulta. Se suprimirá el literal L.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Literal l), numeral 2.2.1.1, del Capítulo II, Se suprime el Literal l).

Literal 6), punto 12, del Capítulo III, Se suprime el punto (12).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:56:11

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En el literal m) señalan que los productos deben corresponder a una sola marca.

Solicitamos amablemente ampliar y permitir que sea de una sola marca comercial y/o fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** m **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA qué, se suprimirá el Literal M). Asimismo, es necesario precisar, que los productos deben corresponder a una sola marca comercial y/o fabricante, lo cual será acreditado con el anexo N° 03 del cumplimiento de especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Literal m), numeral 2.2.1.1, del Capítulo II, Se suprime el Literal M) y se PRECISA que los productos deben corresponder a una sola marca comercial y/o fabricante, lo cual será acreditado con el anexo N° 03 del cumplimiento de especificaciones técnicas.

Numeral 6, punto 13, del Capítulo III, Se suprime el último punto (13) y se PRECISA que los productos deben corresponder a una sola marca comercial y/o fabricante, lo cual será acreditado con el anexo N° 03 del cumplimiento de especificaciones técnicas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE BIOQUIMICA - HEMATOLOGIA - INMUNOLOGIA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:56:11

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En la plataforma del seace observamos que esta convocatoria es de un solo item, sin embargo en las bases visualizamos que señalan item 1,2 y 3.

Solicitamos aclarar si la presente convocatoria corresponde a un solo paquete.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, manifiesta que es correcta su apreciación. La presente convocatoria corresponde a un solo paquete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null