



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**ACTA DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO - AS N° 051-2023-DIRIS-LS-3**

**ACTA N° SEIS (06) – AS N° 051-2023-DIRIS-LS-3**

En Barranco, a los 27 días del mes de agosto del año 2024, el Órgano Encargado de las Contrataciones; encargado de la preparación, conducción y realización de la Adjudicación Simplificada N° 051-2023-DIRIS-LS-3, cuyo objeto de convocatoria es la **"ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO PARA EL CS PORTADA DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA DIRIS LIMA SUR - IOARR 2577493"**, efectúa la revisión de los documentos presentados a fin de continuar con la admisión, evaluación, calificación de las ofertas y otorgamiento de buena pro.

**DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES:**

De acuerdo con el cronograma establecido en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10406237716	BENITES AYOSA IVAN EDUARDO	13/08/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	20501645517	VITALTEC S.A.C.	13/08/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	20521180260	OLIMPEX PERU S.A.C.	14/08/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	20536941364	TEVIMED S.A.C.	13/08/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	14/08/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	20600930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	19/08/2024	Válido
7	Proveedor con RUC	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	19/08/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	14/08/2024	Válido
9	Proveedor con RUC	20603460554	CF DISMED S.A.C.	20/08/2024	Válido
10	Proveedor con RUC	20605753907	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	20/08/2024	Válido

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
11	Proveedor con RUC	20606042044	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20/08/2024	Válido



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

### DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

En el día y horario señalado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, los siguientes postores presentaron a través del SEACE sus ofertas:

ro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20536941364	TEVIMED S.A.C.	22/08/2024	18:19:45	20536941364	22/08/2024	19:42:01	Enviado	Valido
2	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	22/08/2024	20:32:40	20545804795	22/08/2024	20:32:54	Enviado	Valido
3	20521180260	OLIMPEX PERU S.A.C.	22/08/2024	19:35:51	20521180260	22/08/2024	19:36:42	Enviado	Valido
4	20600930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	22/08/2024	19:10:55	20600930801	22/08/2024	19:11:33	Enviado	Valido

### DE LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA:

Mediante Memorando N° 548-2024-OFIC-ABAST-DIRIS.LS/MINSA de fecha 26 de agosto de 2024, se solicitó a la Oficina de Infraestructura y Equipamiento en su calidad de área usuaria, su opinión técnica en la admisión (presentación de los literales h), i), j) y k)).

Con fecha 27 de agosto de 2024 la Oficina de Abastecimiento recepciono el Memorando N° 359-2024-OFICINA-IE-DA-DIRIS.LS/MINSA donde la Oficina de Infraestructura y Equipamiento remite su opinión técnica sobre lo antes detallado.

### DE LA ADMISIÓN DE OFERTA:

A fin de realizar la revisión y verificación de la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, dicha información se detalla en el cuadro de admisibilidad de la oferta, según Cuadro N° 01 que forma parte de la presente Acta.

### DE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Por lo que se procedió con la evaluación de las ofertas admitidas, las cuales se detallan en el cuadro de evaluación de la oferta, según Cuadro N° 02 que forma parte de la presente Acta.

Posterior a ello, se calificaron las ofertas admitidas y evaluadas, tal y como se detallan en el Cuadro N° 03, obteniendo como resultado que cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas.

### ACUERDOS:

Por lo antes expuesto se concluye que, de acuerdo a la admisión, evaluación y calificación realizada – Cuadro N° 04 que forma parte de la presente acta lo siguiente:

➤ Dar por aprobados los resultados de la admisibilidad de la oferta, evaluación de la oferta, calificación y cuadro resumen de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de buena pro adjuntos que forman parte del Acta.

➤ Otorgar la buena pro al postor ganador: OLIMPEX PERU S.A.C **por el monto total de: S/ 54,000.00, se precisa que los documentos presentados serán derivados al Coordinación Técnica de Adquisiciones de la Oficina de Abastecimiento de la DIRIS LIMA SUR para que este realice la inmediata fiscalización de dichos documentos.**



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Aprobar las postergaciones realizadas hasta la etapa de otorgamiento de la buena pro.
- Publicar los resultados en el portal SEACE.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, el Órgano Encargado de las Contrataciones procedió a suscribirla en señal de conformidad.

ING. JUAN PABLO CABRERA CARRASCO  
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO PARA EL CS PORTADA DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA DIRIS LIMA SUR - IOARF 2577493

## CUADRO DE ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTOR	Documentación de presentación obligatoria															1. ADMISIÓN							
					a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Folios	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Folios	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Folios	d) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Folios	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	Folios	g) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	Folios	h) Ficha técnica, foliole manuales, catálogo brochure u otros documentos técnicos similares, emitidos por el fabricante.	Folios	i) Copia simple del Registro sanitario o Certificado sanitario, con sus anexos de corresponder	Folios	j) Copia simple de Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante (en idioma castellano)	Folios	k) Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) no se aceptaran documentos en trámite	Folios	RESULTADO DE LA ADMISIÓN	ADMITIDA / NO ADMITIDA
UNICO	ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO PARA EL CS PORTADA DE HANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA DIRIS LIMA SUR - IOARR 2577493	UNIDAD	1	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	3	CUMPLE	4-6	CUMPLE	7	CUMPLE	8	CUMPLE	9	NO APLICA	-	CUMPLE	10	CUMPLE	11-41	CUMPLE	43-71	CUMPLE	72-74	CUMPLE	82	ADMITIDA
				GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	CUMPLE	3	CUMPLE	4-8	CUMPLE	9	NO CUMPLE	CUMPLE	11	NO APLICA	-	CUMPLE	12	NO CUMPLE	-	CUMPLE	69-103	CUMPLE	105-135	CUMPLE	137	NO ADMITIDA	
				TEVMED S.A.C.	CUMPLE	-	CUMPLE	-	CUMPLE	-	CUMPLE	-	NO APLICA	-	CUMPLE	-	NO CUMPLE	-	CUMPLE	-	CUMPLE	-	CUMPLE	-	-	NO ADMITIDA	
				OLIMPEX PERU S.A.C.	CUMPLE	3	CUMPLE	4-11	CUMPLE	13	CUMPLE	14	CUMPLE	16	NO APLICA	-	CUMPLE	17	CUMPLE	18-49	CUMPLE	53-132	CUMPLE	133-137	CUMPLE	140	ADMITIDA

ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO PARA EL CS PORTADA DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA DIRIS LIMA SUR - IOARR 2577493

ADMISIÓN DE OFERTAS

ANÁLISIS PARA LA NO ADMISIÓN:

1. GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C

De la revisión a la oferta presentada, se evidencia que, el postor remite el ANEXO N° 03 indicando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, según lo requerido en las bases integradas; sin embargo, adicional a ello, adjuntan a su propuesta el "Ficha técnica, folleto manuales, catalogo brochure u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante", la cual ha sido remitida a la Oficina de Infraestructura y Equipamiento en su calidad de área técnica mediante Memorando N° 548-2024-OFIC-ABAST-DIRIS.LS/MINSA, y que, la mencionada oficina dio respuesta con Memorando N° 359-2024-OFICINA-IE-DA-DIRIS.LS/MINSA e Informe N° 061-2024-ARHCH-OFICINA-IE-DIRIS-LS/MINSA; la misma que luego de haber sido revisada, se puede observar que no cumple con la característica A35 de las especificaciones técnicas (MANGO ERGONOMICO METALICO INOXIDABLE, CON SUPERFICIE ANTIDEZLIZANTE CON DISPOSITIVO MECANICO DE AJUSTE Y ENGANCHE PARA PODER INTERCAMBIAR HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS).

Por lo antes expuesto, existe una contradicción entre lo presentado en el ANEXO N° 03 y el catalogo del producto, por lo que, no garantiza que el bien ofertado cumpla al 100% con lo requerido.

2. TEVIMED S.A.C.

De la revisión a la oferta presentada, se evidencia que, el postor remite el ANEXO N° 03 indicando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, según lo requerido en las bases integradas; sin embargo, adicional a ello, adjuntan a su propuesta el "Ficha técnica, folleto manuales, catalogo brochure u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante", la cual ha sido remitida a la Oficina de Infraestructura y Equipamiento en su calidad de área técnica mediante Memorando N° 548-2024-OFIC-ABAST-DIRIS.LS/MINSA, y que, la mencionada oficina dio respuesta con Memorando N° 359-2024-OFICINA-IE-DA-DIRIS.LS/MINSA e Informe N° 061-2024-ARHCH-OFICINA-IE-DIRIS-LS/MINSA; la misma que luego de haber sido revisada, se puede observar que no cumple con la característica A35 de las especificaciones técnicas (MANGO ERGONOMICO METALICO INOXIDABLE, CON SUPERFICIE ANTIDEZLIZANTE CON DISPOSITIVO MECANICO DE AJUSTE Y ENGANCHE PARA PODER INTERCAMBIAR HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS).

Por lo antes expuesto, existe una contradicción entre lo presentado en el ANEXO N° 03 y el catalogo del producto, por lo que, no garantiza que el bien ofertado cumpla al 100% con lo requerido. Es preciso indicar que de acuerdo a lo señalado en la Resolución N° 1881-2019-TCE-S1; emitido por el Tribunal de Contrataciones del Estado: "(...), es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso".



CUADRO N° 02

27/08/2024

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 051-2023-DIRIS-LS-3

ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO PARA EL CS PORTADA DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA DIRIS LIMA SUR - IOARR 2577493

CUADRO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTOR	1. ADMISIÓN		2. EVALUACIÓN				PUNTAJE TOTAL	BONIFICACIÓN (5%)	PUNTAJE TOTAL + BONIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN
					CUMPLE CON LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS	RESULTADO DE LA ADMISIÓN	A. PRECIO							
							PUNTAJE MAXIMO	PRECIO	PUNTAJE OBTENIDO					
ÚNICO	ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO PARA EL CS PORTADA DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA DIRIS LIMA SUR - IOARR 2577493	UNIDAD	1	OLIMPEX PERU S.A.C.	SI	ADMITIDA	100.00	S/54,000.00	100.00	100.00	5.00	105.00	1er lugar	
				MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI	ADMITIDA	100.00	S/81,000.00	66.67	66.67	3.33	70.00	1er lugar	

ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO PARA EL CS PORTADA DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA DIRIS LIMA SUR - IOARR 2577493

CUADRO DE CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTOR	1. ADMISIÓN		2. EVALUACIÓN						RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN				
					CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS	SI / NO	ADMITIDA / NO ADMITIDA	PUNTAJE MÁXIMO	PRECIO	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE TOTAL + BONIFICACIÓN 5% MYPE	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CAPÍTULO III NUMERAL 3.2 DE LAS BASES INTEGRADAS	SI CUMPLE / NO CUMPLE	folios	CALIFICADA / DESCALIFICADA
UNICO	ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO PARA EL CS PORTADA DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA DIRIS LIMA SUR - IOARR 2577493	UNIDAD	1	OLIMPEX PERU S.A.C.	SI	SI	ADMITIDA	100.00	S/54,000.00	100.00	105.00	Dos (02) años en instalación, o reparación de equipos similares, del personal clave requerido para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria sera responsable técnico ante la Entidad para las coordinaciones y/o capacitaciones, el cual deberá ser: Ingeniero Biomédico, Ingeniero Electrónico.	156	CUMPLE	144-154	CALIFICADA	
				MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI	SI	ADMITIDA	100.00	S/81,000.00	100.00	70.00		131- 133	CUMPLE	84-86	CALIFICADA	

CUADRO N° 04

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 051-2023-DIRIS-LS-3  
ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO PARA EL CS PORTADA DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA DIRIS LIMA SUR - IOARR 2577493

CUADRO DE RESUMEN DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	POSTOR	1. ADMISIÓN				2. EVALUACIÓN				ORDEN DE PRELACIÓN			RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	RESULTADO
					CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS	RESULTADO DE LA ADMISIÓN	MONTO ESTIMADO TOTAL S/	MONTO TOTAL OFERTADO S/	PUNTAJE EVALUACIÓN TOTAL	Puntos	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	1er lugar	CALIFICADA	GANADOR DE BUENA PRO		
ÚNICO	ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO PARA EL CS PORTADA DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA DIRIS LIMA SUR - IOARR 2577493	UNIDAD	1	OLIMPEX PERU S.A.C.	SI	ADMITIDA	S/ 81,925.00	S/54,000.00	105.00		CUMPLE						





PERÚ

Ministerio  
de SaludVice Ministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en SaludDirección de Redes  
Integradas de Salud  
Lima Sur

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MEMORANDO N° 359 -2024-OFICINA-IE-DA-DIRIS.LS/MINSA

URGENTE

A : **ING. JUAN PABLO CABRERA CARRASCO**  
Jefe de la Oficina de Abastecimiento.  
**Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur / MINSA**

Asunto : SOLICITUD DE OPINIÓN TÉCNICA EN LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 051-2023-DIRIS-LS - TERCERA CONVOCATORIA.

Referencia : EXPEDIENTE N°24-038905-001  
a) MEMORANDO N° 548-2024-OFIC-ABAST-DIRIS.LS/MINSA  
b) INFORME N° 061-2024- ARHCH-OFICINA I.E-DIRIS L.S/MINSA

Fecha : Barranco, 27 de agosto del 2024

Es un placer dirigirme a usted para enviarle la validación de las cotizaciones recibidas para la "Adquisición de Coche de Paro Equipado" para el Centro de Salud Portada de Manchay del distrito de pachacamac de la DIRIS LIMA SUR". Con CUI: N° 2577493.

Adjunto a este memorando encontrará la referencia b), donde se informa que, luego de la validación de las cotizaciones de acuerdo al término de referencia (Especificaciones Técnicas). Para la adquisición de equipo. Las siguientes empresas postoras cumplen o no cumplen con lo solicitado:

**Cuadro N°1**

Cuadro de cumplimiento de Términos Técnicos

N°	EMPRESA	RUC	EETT (Cumple / No cumple)
1	MASTER WORLD MEDICAL S.A.C	20600930801	CUMPLE
2	OLIMPEX PERU S.A.C	20521180260	CUMPLE
3	GOLDEN MEDICAL TECH SAC	20545804795	NO CUMPLE
4	TEVIMED SAC	20536941364	NO CUMPLE

En resumen, la empresa: MASTER WORLD MEDICAL SAC y OLIMPEX PERU SAC, del cuadro CUMPLEN. Y las empresas: GOLDEN MEDICAL TECH SAC y TEVIMED SAC, del cuadro NO CUMPLEN. Todos los análisis se detallan en el **Anexo N°1** del informe en referencia b).

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente:

MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR  
CPC. ERNESTO VEGA SANDOVAL  
JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
DIRIS LIMA SUR

EVS/arhch  
C.c Archivo





PERÚ

MINISTERIO  
DE SALUDVICEMINISTERIO DE  
PRESTACIONES Y  
ASEGURAMIENTO EN SALUDDIRECCION DE REDES  
INTEGRADAS DE SALUD  
LIMA SUR

-Año del bicentenario, de la consolidación de  
nuestra independencia y de la conmemoración  
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## INFORME N° 061-2024-ARHCH-OFICINA I.E-DIRIS L.S.-MINSA


A : **LIC. ERNESTO VEGA SANDOVAL**  
OF- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

De : Ing. Electrónico Alfredo Huamán Chávez

Asunto : SOLICITUD DE OPINIÓN TÉCNICA EN LA ADMISIÓN Y  
CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL  
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
N° 051-2023-DIRIS-LS - TERCERA CONVOCATORIA.

Referencia : MEMORANDO N° 548-2024-OFIG-ABAST-DIRIS.LS/MINSA  
EXPEDIENTE N°24-038905-001

Fecha : Barranco, 27 de agosto del 2024



Me dirijo a Ud. para saludarlo e informarle con respecto a la evaluación de los términos de referencia de la propuesta presentada, para la "Adquisición de Coche de Paro Equipado" para el Centro de Salud Portada de Manchay del distrito de Pachacamac de la DIRIS LIMA SUR. Con CUI: N° 2577493.

### I. ANTECEDENTES:

Que, con MEMORANDO N° 548-2024-OFIG-ABAST-DIRIS.LS/MINSA, con fecha 26 de agosto 2024, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento solicita que se determine el análisis de la validación (precisar los motivos con sustento del cumplimiento y del no cumplimiento, de ser el caso), de la oferta derivada por los postores. Para la "Adquisición de Coche de Paro Equipado" para el Centro de Salud Portada de Manchay del distrito de Pachacamac de la DIRIS LIMA SUR. Con CUI: N° 2577493.

### II. ANALISIS:

En el cuadro N°1, se muestra el resultado del análisis realizado a las empresas, para verificar **si cumplen o no cumplen** con los Términos de Referencia (especificaciones técnicas) para la "Adquisición de Coche de Paro Equipado" para el Centro de Salud Portada de Manchay del distrito de Pachacamac de la DIRIS LIMA SUR. Con CUI: N° 2577493, todo se detalla en el **Anexo N°1**, adjunto.

**Cuadro N°1**  
Cuadro de cumplimiento de Términos Técnicos

N°	EMPRESA	RUC	EETT (Cumple / No cumple)
1	MASTER WORLD MEDICAL S.A.C	20600930801	CUMPLE
2	OLIMPEX PERU S.A.C	20521180260	CUMPLE
3	GOLDEN MEDICAL TECH SAC	20545804795	NO CUMPLE
4	TEVIMED SAC	20536941364	NO CUMPLE



Dirección de Redes Integradas Lima Sur

Jr. Martinez Pinillos N°124  
Barranco  
Teléf. 477-25551





### III. CONCLUSIONES:

Tal como se observa en el cuadro N°1, se indica que el proveedor:

- **MASTER WORLD MEDICAL S.A.C CON RUC 20600930801**  
CUMPLE.
- **OLIMPEX PERU S.A.C CON RUC 20521180260**  
Cumple.
- **GOLDEN MEDICAL TECH SAC CON RUC 20545804795**  
NO CUMPLE  
Debido que el equipo que presenta la empresa, No cumple con la característica técnica solicitado en el punto **A35**. Como indica el Termino de Referencia. (TDR)  
Todo detalle se puede observar en el Anexo N°1.
- **TEVIMED SAC CON RUC 20536941364**  
NO CUMPLE  
Debido que el equipo que presenta la empresa, No cumple con la característica técnica solicitado en el punto **A35**. Como indica el Termino de Referencia. (TDR)  
Todo detalle se puede observar en el Anexo N°1.

### IV. RECOMENDACIONES:

Se recomienda remitir el expediente a la **Oficina de Abastecimiento** para continuar con las gestiones conducentes para la "Adquisición de Coche de Paro Equipado" para el Centro de Salud Portada de Manchay del distrito de Pachacamac de la DIRIS LIMA SUR. Con CUI: N° 2577493.

Por lo que informo a usted para conocimiento y fines.

Atentamente,

Alfredo Ramón Huamán Chávez  
Ingeniero Electrónico  
CIP N°256140  
Oficina de Infraestructura y Equipamiento

ARHCH/  
C.c Archivo

MINISTERIO DE SALUD  
VºBº  
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO  
E. VEGA

MINISTERIO DE SALUD  
VºBº  
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR  
ALFREDO HUAMÁN CHÁVEZ

ANEXO N°1

POSTORES									
EQUIPO: COCHE DE PARO EQUIPADO		MASTER WORLD MEDICAL S.A.C		OLIMPEX PERU S.A.C		GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C		TEVIMED S.A.C	
CARACTERÍSTICA TÉCNICAS:		Marca: MESPA Modelo: HOSPITOOL Procedencia: TURQUIA		Marca: FRANCEHOPITAL Modelo: PERSOLIFE 600 Procedencia: ITALIA		Marca: BETTER MEDICAL Modelo: 168AM100 Procedencia: CHINA		Marca: MEDIK Modelo: MK-P01 Procedencia: CHINA	
A	GENERAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
A01	CONSTITUIDO POR: MUEBLE RODABLE, RESUCITADOR MANUAL ADULTO, RESUCITADOR PEDIÁTRICO Y OXÍGENO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	<b>MUEBLE RODABLE</b>								
A02	FABRICADO CON POLÍMERO RESISTENTE AL IMPACTO Y DE FÁCIL LIMPIEZA, CON CUATRO (04) RUEDAS OMNIDIRECCIONALES DE GRADO MÉDICO, DOS DE ELLAS CON FRENO DE PIE.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A03	PORTADESIFRILADOR CON CORREA DE SUJECCIÓN. SUPERFICIE SUPERIOR DE TRABAJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EVITAR CAÍDA DEL DESFIBRILADOR-MONITOR, CON CAPACIDAD DE GIRO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A04	DIMENSIONES DE LA UNIDAD RODABLE (+/- 6 CM.): ALTURA: 100 CM, PROFUNDIDAD: 60 CM, ANCHO 85 CM.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A05	CUATRO (04) CAJONES COMO MÍNIMO, FÁCIL DESLIZAMIENTO CON TIRADORES CON SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A06	MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A07	PORTA SUERO TIPO TELESCÓPICO CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE TUERCA O SIMILAR.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A08	PORTA - BALÓN DE OXÍGENO TIPO "E" CON REGULADOR DE OXÍGENO CON FLUJÓMETRO DE 0 A 15 LPM Y MANÓMETRO DE 0 A 3000 PSI.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A09	PORTA ASPIRADOR DE SECRECIONES, TABLA PARA MASAJE CARDÍACO.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	<b>RESUCITADOR MANUAL ADULTO</b>	Marca: FORMED Modelo: PA40611111		Marca: BESMED Modelo: BE-1103		Marca: BESMED Modelo: RE - 24170		Marca: BESMED Modelo: RE - 24170	
A10	BOLSA DE SILICONA DE PARED SIMPLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR A 1200 ML.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A11	DIEZ (10) MASCARILLAS PARA PACIENTES ADULTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON SELLAO HERMÉTICO, ANATÓMICO, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A12	VÁLVULA DE PACIENTE UNIDIRECCIONAL, CON VÁLVULA PEEP Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF), ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A13	ACUMULADOR DE OXÍGENO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A14	INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO PARA EL EQUIPO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	<b>RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO</b>	Marca: FORMED Modelo: PA40612111		Marca: BESMED Modelo: BE-1203		Marca: BESMED Modelo: RE - 24230		Marca: BESMED Modelo: RE - 24230	
A15	BOLSA DE SILICONA DE PARED SIMPLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD ENTRE 450 ML Y 1000 ML O RANGO MAYOR.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A16	DIEZ (10) MASCARILLAS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON SELLAO HERMÉTICO, ANATÓMICO TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A17	VÁLVULA DE PACIENTE UNIDIRECCIONAL, CON VÁLVULA PEEP Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF), ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO





A18	ACUMULADOR DE OXÍGENO.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A19	INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO PARA EL EQUIPO		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL	MARCA: FORMED MODELO: PA40613111	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	MARCA: BESMED MODELO: BE-1303	NINGUNO	MARCA: BESMED MODELO: RE - 24330	NINGUNO	MARCA: BESMED MODELO: RE - 24330	NINGUNO
A20	BOLSA DE SILICONA DE PARED SIMPLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 450 ML. APROX.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	MODELO:	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A21	VEINTE (20) MASCARILLAS PARA PACIENTES PREMATUROS NIÑO DE TÉRMINO, CON SELLADO HERMÉTICO ANATÓMICO, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A22	VALVULA DE PACIENTE UNIDIRECCIONAL, CON VALVULA PEEP Y VALVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESION (RELIEF), ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A23	ACUMULADOR DE OXÍGENO Y ESTUCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL DURABLE.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	ASPIRADOR DE SECRECIONES	MARCA: BICAKCILLAR MODELO: VACULINE MINI	CUMPLE	NINGUNO	MARCA: CA-MI MODELO: NEW ASKIR 30	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	MARCA: HERSILL MODELO: V7 PLUS AC	NINGUNO	MARCA: HERSILL MODELO: V7MX	NINGUNO
A24	PORTÁTIL.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A25	INDICADOR DE PRESION NEGATIVA.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A26	CON FILTRO BATERICIDA/HIDROFÓBICO.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A27	BAJO NIVEL DE RUIDO, MENOR A 60 DB A 1 METRO DE DISTANCIA (TOLERANCIA: +/- 2 dB).		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A28	PRESIÓN DE VACÍO REGULABLE HASTA 470 MMHG O MAYOR, CAPACIDAD DE SUCCIÓN NO MENOR A 20 LTS/MIN.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A29	FRASCO PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 1 LITRO O MAYOR. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON ESCALA DE MEDIDA EN ALTO RELIEVE Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBASE O SOBREFLUJO.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	ACCESORIOS PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A30	LIN (01) FRASCO DE REPUESTO		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A31	DIEZ (10) CÁMULA DE SUCCIÓN ADULTO, DIEZ (10) CÁMULA DE SUCCIÓN PEDIÁTRICA Y DIEZ (10) CÁMULAS DE SUCCIÓN NEONATALES ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE O VEINTE (20) CÁMULAS DE SUCCIÓN ADULTO, VEINTE (20) CÁMULAS DE SUCCIÓN PEDIÁTRICA Y VEINTE (20) CÁMULAS DE SUCCIÓN NEONATALES DESCARTABLES.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	REQUERIMIENTO DE ENERGIA											
A32	FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA 220-230 VAC / 60 HZ.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	CUMPLE
A33	CABLE DE PODER Y ENCHUFE SEGUN LO DISPUESTO EN LA RM N° 175-2088-MEM.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA	MARCA: SG MODELO: MEGARAY	CUMPLE	NINGUNO	MARCA: REISTER MODELO: 3.5V	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	MARCA: REISTER MODELO: 8142	NINGUNO	MARCA: REISTER MODELO: 8081	NINGUNO
A34	INSTRUMENTO RIGIDO PARA VISUALIZAR DIRECTAMENTE LA LARINGE, QUE PERMITA REALIZAR INTUBACION ENDOTRAQUEAL PARA ADMINISTRAR ANESTESICOS INHALATORIOS Y OXIGENO.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A35	MANGO ERGONOMICO METALICO INOXIDABLE, CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON DISPOSITIVO MECANICO DE AJUSTE Y ENGANCHE PARA PODER INTERCAMBIAR HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	NO CUMPLE	No cumple con la calidad del material (Metal Inoxidable) solicitado. Según catálogo Pag. 38	NO CUMPLE	No cumple con la calidad del material (Metal Inoxidable) solicitado. Según catálogo Pag. 18
A36	MANGO DISEÑADO PARA SER UTILIZADO CON PILA (S) O BATERIA (S) RECARGABLES.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A37	SISTEMA DE ILUMINACION CON LUZ LED O LAMPARA DE XENON 2.5 V O 3.5 V PARA LUZ A TRAVES DE FIBRA OPTICA.		CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO

HOJAS DE LARINGOSCOPIO SERAN AUTOCALVABLES Y DE ACERO INOXIDABLE CURVAS Y RECTAS. DEBERAN CONTAR CON SU RESPECTIVA FIBRA OPTICA, QUE SEAN FACILES DE DESMONTAR Y MONTAR.									
A38	HOJAS DE LARINGOSCOPIO SERAN AUTOCALVABLES Y DE ACERO INOXIDABLE CURVAS Y RECTAS. DEBERAN CONTAR CON SU RESPECTIVA FIBRA OPTICA, QUE SEAN FACILES DE DESMONTAR Y MONTAR.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A39	TRES (03) HOJAS CURVAS PARA PACIENTE ADULTO TIPO MCINTOSCH, N° 3, 4, 5 Y DOS (02) RECTAS TIPO MILLER N° 3, 4.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A40	DOS (02) HOJAS CURVAS PARA NEONATO TIPO MCINTOSCH, N° 1, 2 Y DOS (02) RECTAS TIPO MILLER 1, 2.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A41	UNA (01) HOJA CURVA TIPO MCINTOSCH, N° 0 Y DOS (02) RECTAS TIPO MILLER N° 0 Y 00.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A42	SISTEMA CARGADOR DE 220-240 VAC, 60HZ., DE PILA (S) O BATERIA (S), INTERNO O EXTERNO AL EQUIPO DE LA MISMA MARCA QUE EL LARINGOSCOPIO.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	BALON DE OXIGENO CON REGULADOR DE PRESION	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A43	BALON DE ALUMINIO TIPO "E", CON VALVULA TIPO CGA-870 (PIN INDEX)	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A44	REGULADOR DE PRESION CON MANOMETRO Y FLUJIMETRO (HASTA 15 LPM O MAYOR).	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A45	VEINTE (20) TUBOS OROFARINGEOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATAL	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A46	VEINTE (20) TUBOS NASOFARINGEOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON GUIA, PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATAL	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A47	DOS (02) PINZAS MAGNUL	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	DEFIBRILADOR CON MONITOR	MARCA: CU MEDICAL MODELO: CU-HD1		MARCA: PROGETTI MODELO: RESCUE LIFE		MARCA: COMEN MODELO: S5		MARCA: ZOLL MODELO: M2	
A48	PORTATIL PESO TOTAL MENOR O IGUAL A 7KG (TOLERANCIA +/- 300 GR)	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A49	PANTALLA TFT LCD A COLOR DE TAMAÑOS 7" DIAGONAL O MAS, RESOLUCION DE 800*480 PIXEL	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A50	MODO TRABAJO AED CON INSTRUCCION PASO A PASO VISUAL Y CON AUDIO EN ESPAÑOL. CON SISTEMA FACIL DE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PASO A PASO. TIEMPO DE CARGA A 200I DE 6 SEGUNDOS CON TENSION PRINCIPAL Y 7 SEGUNDOS CON BATERIA O MENOR TIEMPO DE CARGA.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A51	MODO DE TRABAJO MANUAL DESFIBRILACION BIFASICA CON NIVEL DE ENERGIA DE 200I O MAYOR, CON CARDIOVERSION SINCRONIZADA.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A52	MODO DE SELECCION DEL DESFIBRILADOR MANUAL. ESTIMULACION NO INVASIVA Y MODO MONITOR.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A53	ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE CABLE DE PACIENTE DE 3/5 PARA 7 DERIVACIONES: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A54	ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE PALETAS. ELECTRODOS DETECTA Y MUESTRA GRAFICAMENTE.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A55	HASTA 3 CANALES O MAS.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
A56	CAPACIDAD PARA PAPEL DE 50mm ó MAS DE ANCHO Y VELOCIDAD DE 25mm/s.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
B	ACCESORIOS								
B01	UN (01) CABLE TRONCAL DE ECG (DE 03 RAMALES), CON DOS JUEGOS DE 03 CABLES-RAMALES O TRES JUEGOS DE CABLES TRONCALES DE UNA SOLA PIEZA.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
B02	CINCO (05) ELECTRODOS PARA DESFIBRILACION EXTERNA AUTOMATICA (DEA)	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
B03	DIEZ (10) ROLLOS O PAQUETES DE PAPEL TERMOSENSIBLE COMPATIBLES CON EL EQUIPO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
B04	CINCUENTA (50) ELECTRODOS DESCARTABLES DE ECG TIPO BROCHE PARA PIEL.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
B05	UN JUEGO DE TUBOS ENDOTRAQUEALES DESECHABLE. VEINTE (20) UNIDADES DE CADA TAMAÑO.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
B06	UN JUEGO DE MASCARAS LARINGEAS DESECHABLES. VEINTE (20) UNIDADES POR TAMAÑO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
C	REQUERIMIENTO DE ENERGIA								
C01	FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA MONOFASICA 220-230 VAC / 60 HZ.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
C02	CABLE DE POWER + ENCHUFE CON LINEA A TIERRA.	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	GARANTIA 24 MESES	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO



MINISTERIO DE SALUD  
 V°B°  
 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD (DRIS)  
 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 E. VEGA

	PLAZO DE ENTREGA (37 DIAS) E INSTALACIÓN (3 DIAS) = TOTAL 40 DIAS	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	AÑOS EXPERIENCIA (RUC Y RNP)	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	EXPERIENCIA DEL POSTOR	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL 2 AÑOS (EQUIPOS SIMILARES)	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO	CUMPLE	NINGUNO
	MONTO (S/)	81,000.00		54,000.00		58,642.00		85,000.00					
	<b>RESULTADO</b>	<b>CUMPLE</b>		<b>CUMPLE</b>		<b>NO CUMPLE</b>		<b>NO CUMPLE</b>					

MINISTERIO DE SALUD  
 V°B°  
 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD (DRIS)  
 ALFREDO HUAMAN CHAVEZ



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Ministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Dirección de Redes  
Integradas de Salud  
Lima Sur

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la  
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



**MEMORANDO N° 548 - 2024 – OFIC- ABAST-DIRIS.LS/MINSA**

A : **CPC ERNESTO VEGA SANDOVAL**  
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Equipamiento

Asunto : Solicitud de opinión técnica en la admisión y calificación de las ofertas  
presentadas al procedimiento de selección – Adjudicación Simplificada N° 051-  
2023-DIRIS-LS- TERCERA CONVOCATORIA.

Referencia: Adjudicación Simplificada N° 051-2023-DIRIS-LS-3  
EXPEDIENTE N° 24-38905-001

Fecha : Barranco, 26 AGO. 2024

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo y al mismo tiempo informarle que, habiéndose convocado el procedimiento de selección: Adjudicación Simplificada N° 051-2023-DIRIS-LS-TERCERA CONVOCATORIA para la **ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO PARA EL CS PORTADA DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA DIRIS LIMA SUR - IOARR 2577493** y estando en la etapa de admisión, evaluación y calificación se considera pertinente remitir la oferta presentada, al área usuaria para su opinión técnica en la admisión (presentación de los literales h), i), j) y k)), conforme a lo establecido en el artículo 46.4 del artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que dispone que "Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad".

A continuación, se detallan las ofertas presentadas:

ro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro
1	20536941364	TEVIMED S.A.C.	22/08/2024	18:19:45	20536941364
2	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	22/08/2024	20:32:40	20545804795
3	20521180260	OLIMPEX PERU S.A.C.	22/08/2024	19:35:51	20521180260
4	20600930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	22/08/2024	19:10:55	20600930801

Se requiere que se determine el análisis de la validación (precisar **los motivos con sustento** del cumplimiento y del no cumplimiento, de ser el caso), de la oferta derivada.

Lo antes indicado deberá ser remitido en un (01) día hábil, a fin de proseguir con la etapa de admisión, evaluación y calificación de oferta.

Agradeciendo de antemano su gentil apoyo.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

ING. JUAN PABLO CABRERA CARRASCO  
Jefe de la Oficina de Abastecimiento

JPCC/DCG/liz  
c.c. Archivo

[www.dirislimasur.gob.pe](http://www.dirislimasur.gob.pe)

Calle Martínez de Pinillos 124B

Barranco. Lima 04, Perú

T (511) 477-3077