

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-HPDB.L OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI N°2619543

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:25:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

Observaciones:

Se ha advertido, dentro de las presentes bases, en las Especificaciones Técnicas mínimas de cada Ítem (Documento de presentación obligatoria pag. 28, la exigencia obligatoria respecto a la presentación del certificado ISO 13485; sin tomar en cuenta que dicha exigencia no resulta ser obligatoria (Resolución N° 551-2013-TC-S1; Pronunciamiento N° 710-2019/OSCE-DGR; Opinión 081-2019/DTN y 130-2009/DTN); en consideración a que las normas ISO no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación nacional, sino que sólo constituyen normas de carácter facultativo; por lo que no pueden ser requeridas como documentos de presentación obligatoria; estas certificaciones acreditan una serie de estándares patrocinados por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), que son de acogimiento voluntario, es decir, su cumplimiento no es requerido por norma nacional alguna. Asimismo, las normas ISO se refieren al sistema de calidad de una organización, lo que permite establecer pautas organizativas entre sus diferentes departamentos o servicios; razón por la cual, en el caso de los procesos para la adquisición de bienes, no garantizarían, por sí solos, la calidad de los productos; criterio de aplicación que el cual, en innumerables pronunciamientos de la OSCE, dice que, este certificado no debe de formar parte de la documentación obligatoria para la admisión de la oferta. En ese sentido se solicita que dicha exigencia sea retirada de las presentes bases

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun opinion del area usuria, con la finalidad de no arriesgar la confiabilidad del equipo solicitado, se trata de cumplir la Normatividad ISO correspondiente, ya que se centra en la importancia de ciclo de vida, incluyendo su desarrollo, diseño y produccion del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:25:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

Observaciones:

Se ha advertido, dentro de las presentes bases, en las Especificaciones Técnicas mínimas de cada Ítem (Documento de presentación obligatoria pag. 60, la exigencia obligatoria respecto a la presentación del certificado ISO 13485; sin tomar en cuenta que dicha exigencia no resulta ser obligatoria (Resolución N° 551-2013-TC-S1; Pronunciamiento N° 710-2019/OSCE-DGR; Opinión 081-2019/DTN y 130-2009/DTN); en consideración a que las normas ISO no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación nacional, sino que sólo constituyen normas de carácter facultativo; por lo que no pueden ser requeridas como documentos de presentación obligatoria; estas certificaciones acreditan una serie de estándares patrocinados por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), que son de acogimiento voluntario, es decir, su cumplimiento no es requerido por norma nacional alguna. Asimismo, las normas ISO se refieren al sistema de calidad de una organización, lo que permite establecer pautas organizativas entre sus diferentes departamentos o servicios; razón por la cual, en el caso de los procesos para la adquisición de bienes, no garantizarían, por sí solos, la calidad de los productos; criterio de aplicación que el cual, en innumerables pronunciamientos de la OSCE, dice que, este certificado no debe de formar parte de la documentación obligatoria para la admisión de la oferta. En ese sentido se solicita que dicha exigencia sea retirada de las presentes bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun opinion del area usuria, con la finalidad de no arriesgar la confiabilidad del equipo solicitado, se trata de cumplir la Normatividad ISO correspondiente, ya que se centra en la importancia de ciclo de vida, incluyendo su desarrollo, diseño y produccion del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:25:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

...///...

Para el caso de características técnicas que no encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características

...///...

Observamos en las presentes bases que la entidad da la opción de sustentar con Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características, lo que ocasionaría que dicha especificación carezca de confiabilidad y que la entidad estaría arriesgando a adjudicar y recibir equipos médicos que no cumpla con lo solicitado por el área usuaria, ocasionándoles inconvenientes y/o gastos innecesarios al momento de la conformidad del producto Asimismo, señalamos que todo fabricante especifica detalladamente toda especificación técnica de su producto dentro de Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet.

Con la finalidad de no arriesgar la confiabilidad de los equipos solicitado, el comité de selección, retirara de la documentación obligatoria, la aceptación de carta del fabricante para el sustento de las especificaciones técnicas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según opinión del área usuaria, con la finalidad de no arriesgar la confiabilidad, se acepta la consulta dada por la empresa, por lo que las especificaciones técnicas deberán estar presentes en manuales, brochure, folletos, data sheets y/o catálogos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:25:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

...///...

Para el caso de características técnicas que no encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características

....///...

Observamos en las presentes bases que la entidad da la opción de sustentar con Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características, lo que ocasionaría que dicha especificación carezca de confiabilidad y que la entidad estaría arriesgando a adjudicar y recibir equipos médicos que no cumpla con lo solicitado por el área usuaria, ocasionándoles inconvenientes y/o gastos innecesarios al momento de la conformidad del producto Asimismo, señalamos que todo fabricante especifica detalladamente toda especificación técnica de su producto dentro de Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet.

Con la finalidad de no arriesgar la confiabilidad de los equipos solicitado, el comité de selección, retirara de la documentación obligatoria, la aceptación de carta del fabricante para el sustento de las especificaciones técnicas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun opinion del área usuaria, con la finalidad de no arriesgar la confiabilidad, se acepta la consulta dada por la empresa, por lo que las especificaciones técnicas deberán estar presentes en manuales, brochure, folletos, data sheets y/o catálogos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE		
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-HPDB.L OEC-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543		

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:25:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se puede visualizar que dentro de los requerimientos técnicos se está solicitando documentos obligatorios como:
Copia simple de la Resolución de autorización de registro sanitario o certificado de registro sanitario del bien ofertado ¿///..
Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor, que describa el producto ofertado.
Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, amparados en la ley de contrataciones del estado, aceptará el comité de selección en coordinación con la parte usuaria ampliar la siguiente solicitud.
Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor y/o terceros, que describa el producto ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según opinión del área usuaria, se acepta y se agrega lo sugerido:
Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor y/o terceros, que describa el producto ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:25:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se puede visualizar que dentro de los requerimientos técnicos se está solicitando documentos obligatorios como:
Copia simple de la Resolución de autorización de registro sanitario o certificado de registro sanitario del bien ofertado ¿///..
Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor, que describa el producto ofertado.
Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, amparados en la ley de contrataciones del estado, aceptará el comité de selección en coordinación con la parte usuaria ampliar la siguiente solicitud.
Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor y/o terceros, que describa el producto ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según opinión del área usuaria, se acepta y se agrega lo sugerido:
Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor y/o terceros, que describa el producto ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:25:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces el monto contractual por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: ASPIRADOR DE SECRECIONES

Dentro de la experiencia del postor se está solicitando una experiencia bienes similares a los siguientes ASPIRADOR DE SECRECIONES Dejando con esto fuera de toda posibilidad la participación de pequeñas y medianas empresas al presente proceso de selección, con lo que se estaría contraviniendo con los principios que rige la ley de contrataciones. Por lo expuesto, solicitamos al comité acreditar la experiencia del postor como bienes similares a los siguientes: Equipos Médicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun opinion del área usuaria, se acepta la sugerencia de la empresa

Se consideraran bienes similares a los siguientes: EQUIPOS MEDICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:25:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces el monto contractual por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA

Dentro de la experiencia del postor se está solicitando una experiencia bienes similares a los siguientes MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICADEjando con esto fuera de toda posibilidad la participación de pequeñas y medianas empresas al presente proceso de selección, con lo que se estaría contraviniendo con los principios que rige la ley de contrataciones.

Por lo expuesto, solicitamos al comité acreditar la experiencia del postor como bienes similares a los siguientes: Equipos Médicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun opinion del área usuaria, se acepta la sugerencia de la empresa

Se consideraran bienes similares a los siguientes: EQUIPOS MEDICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:25:19

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

C08: MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1110MM COMO MÍNIMO RESPECTO AL SUELO.

Lo solicitado en las especificaciones técnicas limitan la participación de marcas y postores al presente proceso de selección, es importante resaltar que cada fabricante diseña sus equipos bajo estudios y desarrollos tecnológicos particulares, pero en cumplimiento de las normas internacionales, en rango promedio de altura máxima que debe alcanzar las mesas de operaciones es de 1050 mm como mínimo, para garantizar excelentes condiciones de trabajo a los médicos cirujanos.

Por lo expuesto líneas arriba y con la finalidad dar ampliar la pluralidad de marcas postores, solicitamos se considere la siguiente especificación técnica:

C08: MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1100 MM COMO MÍNIMO RESPECTO AL SUELO.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 21

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun opinion del área usuaria queda de la siguiente manera: C08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1050 MM COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:19:26

Observación: Nro. 10
Consulta/Observación:
En las Bases Administrativas, Numeral 1.9., Página 13, refiere:

'1.9. PLAZO DE ENTREGA
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de: 45 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.'

- OBSERVACIÓN:

El plazo solicitado no contempla tiempos de importación y distribución, por lo que se requiere un plazo de entrega prudente que evite penalizaciones futuras por incumplimiento por entregas fuera del plazo. En ese sentido, a fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'1.9. PLAZO DE ENTREGA
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de: 90 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.'

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9. Literal: N/A Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, POR LO CUAL DEBERÁ CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:19:26

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 5.1.1., Literal B15, Página 20, refiere:

'B15 INTERFACE PARA DIAGNOSTICO O SERVICIO TÉCNICO Y QUE PERMITA CONECTARSE CON 2 O MÁS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN.'

- OBSERVACIÓN:

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'B15 INTERFACE PARA DIAGNOSTICO O SERVICIO TÉCNICO Y QUE OPCIONALMENTE PERMITA CONECTARSE CON 2 O MÁS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN.'

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1.1. Literal: B15 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL ÁREA USUARIA SE MANTIENE LA PROPUESTA POR CONSIDERAR, LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGIA Y SE PUEDAN INTEGRAR A FUTURO A UNA SALA INTELIGENTE CON SUS PROPIOS PROTOCOLOS Y CON LOS DE OTROS INTEGRADORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:19:26

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 5.1.1., Literal B16, Página 20, refiere:

'B16 MEMORIA PARA DIAGNOSTICO Y/O PROGRAMAR CINCO POSICIONES DE PACIENTE COMO MÍNIMO.'

- OBSERVACIÓN:

Nuestro control cuenta con un despliegue amplio de movimientos preprogramados en el control, permitiendo que el usuario pueda realizar una programación rápida y eficaz de los movimientos a utilizar durante un procedimiento quirúrgico. Siendo irrelevante la solicitud de una función de memoria. En ese sentido, se solicita modificar este párrafo, debiendo decir:

'B16 MEMORIA PARA DIAGNOSTICO Y/O PROGRAMAR CINCO POSICIONES DE PACIENTE (OPCIONAL).'

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1.1. Literal: B16 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL ÁREA USUARIA SE MANTIENE LA PROPUESTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:19:26

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 5.1.1., Literal B17, Página 20, refiere:

'B17 PEDAL DE FRENO HIDRAÚLICO EN CASO FALLAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO.'

- OBSERVACIÓN:

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'B17 PEDAL DE FRENO HIDRAÚLICO EN CASO FALLAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO (OPCIONAL).'

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1. Literal: B17 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL ÁREA USUARIA LO SOLICITADO NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE ES PRIMORDIAL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE ANTE FALLAS DEL SISTEMA ELECTRONICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:19:26

Observación: Nro. 14
Consulta/Observación:
En las Bases Administrativas, Numeral 5.1.1., Literal B18, Página 20, refiere:

'B18 CONTROL HIDRAÚLICO DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE PERILLAS DE PRE-SELECCIÓN O PEDAL PLEGABLE EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO.'

- OBSERVACIÓN:

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'B18 CONTROL HIDRAÚLICO DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE PERILLAS DE PRE-SELECCIÓN O PEDAL PLEGABLE EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO (OPCIONAL).'

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1. Literal: B18 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL AREA USUARIA QUEDARIA DE LA SIGUIENTE MANERA: B18 CONTROL HIDRÁULICO DE EMERGENCIA A TRAVES DE PERILLAS DE PRE-SELECCIÓN O PEDAL PLEGABLE Y/O MANDO DE DESBLOQUEO MANUAL EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:19:26

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 5.1.1., Literal C07, Página 21, refiere:

'C07 SECCIÓN DE PIERNAS HACIA ARRIBA 70° O MÁS.'

- OBSERVACIÓN:

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'C07 SECCIÓN DE PIERNAS HACIA ARRIBA 25° O MÁS.'

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1.1. **Literal:** C07 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL ÁREA USUARIA QUEDARÍA DE LA SIGUIENTE MANERA:

'C07 SECCIÓN DE PIERNAS HACIA ARRIBA 20° O MÁS.'

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:19:26

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 5.1.1., Literal C08, Página 21, refiere:

'C08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1110mm COMO MÍNIMO RESPECTO AL SUELO.'

- OBSERVACIÓN:

Se encuentra evidencia que una altura máxima de 1020 mm es suficiente para realizar procedimientos complejos de neurocirugía, cráneo y columna. Por lo tanto, solicitar un rango menor sería sobre dimensionar dicha característica. En ese sentido, se solicita modificar este párrafo, debiendo decir:

'C08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1020mm COMO MÍNIMO RESPECTO AL SUELO.'

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1.1. Literal: C08 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA SE ACEPTA PARCIALMENTE, SE MODIFICARA SOLO LO SIGUIENTE: C08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1050 MM COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:19:26

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 5.1.1., Literal C09, Página 21, refiere:

'C09 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 600mm O MENOS RESPECTO AL SUELO.'

- OBSERVACIÓN:

Se encuentra evidencia que la altura mínima para realizar procedimientos complejos de neurocirugía, cráneo y columna, el rango mínimo es de 680 mm. Por lo tanto, solicitar un rango menor sería sobre dimensionar dicha característica. En ese sentido, se solicita modificar este párrafo, debiendo decir:

'C09 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 680mm O MENOS RESPECTO AL SUELO.'

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1.1. Literal: C09 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDARIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 'C09 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 695mm O MENOS RESPECTO AL SUELO.'

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:19:26

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 5.1.1., Literal C12, Página 21, refiere:

'C12 CON CUATRO (04) RUEDAS DOBLES DE 100mm O MÁS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO Y QUITA RUEDA MOTORIZADA PARA UNA SENCILLA MANIOBRABILIDAD, CON SISTEMA DE FRENADO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL.'

- OBSERVACIÓN:

Solicitamos al comité que tome en consideración que cada fabricante cuenta con un diseño específico en su mesa, pudiendo ser o no necesario la utilización de una quinta rueda para la maniobrabilidad de la misma o la utilización de ruedas doble. En ese sentido, a fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'C12 CON CUATRO (04) RUEDAS DOBLES DE 100mm O MÁS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO Y QUITA RUEDA MOTORIZADA PARA UNA SENCILLA MANIOBRABILIDAD O DISEÑO SEGÚN CADA FABRICANTE, Y CON SISTEMA DE FRENADO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL.'

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 5.1.1.Literal: C12Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDARIA DE LA SIGUIENTE MANERA: "C12 CON CUATRO (04) RUEDAS DOBLES DE 100mm O MÁS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO Y QUINTA RUEDA MOTORIZADA PARA UNA SENCILLA MANIOBRABILIDAD (DISEÑO SEGUN CADA FABRICANTE) PARA LA QUINTA RUEDA, CON SISTEMA DE FRENADO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:19:26

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 5.1.1., Literal C04, Página 54, refiere:

'C04 RANGO DE PRESIÓN DE VACÍO: 0 A 710 mmHg O MAYOR.'

- OBSERVACIÓN:

Considerando una tolerancia de menos del 5%, se le solicita al comité que acepte un rango de vacío de 0 a 675 mmHg. Por lo que se debería modificar el párrafo, debiendo decir:

'C04 RANGO DE PRESIÓN DE VACÍO: 0 A 675 mmHg O MAYOR.'

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1. Literal: C04 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA ESTAN DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:19:26

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 5.1.1., Literal C10, Página 54, refiere:

'C10 TUBOS Y CONDUCTORES DESDE BOMBA DE VACÍO HACIA FRASCOS (TRANSPARENTES).'

- OBSERVACIÓN:

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'C10 TUBOS Y CONDUCTORES DESDE BOMBA DE VACÍO HACIA FRASCOS (TRANSPARENTES) O SEGÚN FABRICANTE.'

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 5.1.1. **Literal:** C10 **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA NO SE ACEPTA DICHA OBSERVACIÓN, DEBIDO A QUE SE REQUIERE OBSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS FLUIDOS EN LOS DEPOSITOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de: 45 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se solicita al comité para fomentar la pluralidad de postores, disgregar del plazo de entrega en: la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.9 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INDICA AL POSTOR QUE PODRA DISGREGAR EL PLAZO DE ENTREGA A SU CRITERIO, SIENDO QUE EL PLAZO DE ENTREGA A OFERTAR DEBE CONTEMPLAR LA ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE ¿ CUI N°2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de: 45 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se solicita al comité para fomentar la pluralidad de postores, modificar el plazo de entrega a 75 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.9 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, POR LO CUAL DEBERÁ CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

B04 COMANDO DE CONTROL ALÁMBRICO Y/O INALÁMBRICO CON PANTALLA LCD A COLOR CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ALTURA, TRENDELENBURG NORMAL E INVERSA, INCLINACIÓN LATERAL, AJUSTE DE RESPALDO, POSICIÓN AUTONIVEL O POSICIÓN CERO, ORIENTACIÓN DE PACIENTE, BLOQUEO Y/O FRENOS COMO MÍNIMO.

Contamos con control remoto sin pantalla LCD que permite realizar movimientos como bloqueo/desbloqueo de suelo, trendelenburg/antitrendelenburg, ajuste de altura, inclinación lateral, posición 0, flex, reflex, ajuste de respaldo, ajuste de sección piernas, deslizamiento longitudinal, modo inverso/normal. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte B04 COMANDO DE CONTROL ALÁMBRICO Y/O INALÁMBRICO (OPCIONAL: CON PANTALLA LCD A COLOR) CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ALTURA, TRENDELENBURG NORMAL E INVERSA, INCLINACIÓN LATERAL, AJUSTE DE RESPALDO, POSICIÓN AUTONIVEL O POSICIÓN CERO, ORIENTACIÓN DE PACIENTE, BLOQUEO Y/O FRENOS COMO MÍNIMO.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: Cap. III Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL AREA USUARIA NO SE ACEPTA DICHA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

B09 FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN DEL PACIENTE NORMAL E INVERSA ACCIONADA DESDE EL CONTROL CON PANTALLA QUE PERMITA IDENTIFICAR LA ORIENTACIÓN CORRECTA.

Contamos con control sin pantalla con indicadores que permiten identificar la orientación correcta de la mesa. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte B09 FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN DEL PACIENTE NORMAL E INVERSA ACCIONADA DESDE EL CONTROL QUE PERMITA IDENTIFICAR LA ORIENTACIÓN CORRECTA O CON INDICADORES LUMINOSOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: B09 FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN DEL PACIENTE NORMAL E INVERSA ACCIONADA DESDE EL CONTROL CON PANTALLA QUE PERMITA IDENTIFICAR LA ORIENTACIÓN CORRECTA Y/O CON INDICADORES LUMINOSOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 25
Consulta/Observación:
B14 CAPACIDAD DE SOPORTE DE CARGA EN ELEVACIÓN DE PACIENTE DE 450 KG O MAYOR Y 270 KG O MAYOR EN CARGA DINÁMICA O ARTICULADA.

Contamos con una capacidad de carga de 275 Kg con la cual nuestro equipo está diseñado para garantizar la estabilidad y seguridad del paciente durante procedimientos prolongados y complejos. Además, contamos con capacidad de levantamiento de 490 Kg, esta capacidad garantiza la seguridad del paciente sin comprometer la estabilidad de la mesa de operaciones. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte B14 CAPACIDAD DE SOPORTE DE CARGA EN ELEVACIÓN DE PACIENTE DE 275 KG O MAYOR, CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO DE 490 KG O MAYOR Y 270 KG O MAYOR EN CARGA DINÁMICA O ARTICULADA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, DICHA SOLICITUD SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 26
Consulta/Observación:
B15 INTERFACE PARA DIAGNÓSTICO O SERVICIO TÉCNICO Y QUE PERMITA CONECTARSE CON 2 O MÁS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN.

Contamos con una interface independiente que ofrece un acceso rápido y directo al servicio técnico. Esto asegura una mayor fiabilidad operativa y facilita el mantenimiento del equipo. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que también se acepte B15 INTERFACE PARA DIAGNÓSTICO O SERVICIO TÉCNICO (OPCIONAL:QUE PERMITA CONECTARSE CON 2 O MÁS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN).

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, SE MANTIENE LA PROPUESTA POR CONSIDERAR, LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGIA Y SE PUEDAN INTEGRAR A FUTURO A UNA SALA INTELIGENTE CON SUS PROPIOS PROTOCOLOS Y CON LOS DE OTROS INTEGRADORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

B16 MEMORIA PARA CONFIGURAR Y/O PROGRAMAR CINCO POSICIONES DE PACIENTE COMO MÍNIMO.

Contamos con 02 memorias adicionales que permiten personalizar las posiciones clave de acuerdo a las necesidades de cualquier procedimiento quirúrgico. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que se acepte también B16 MEMORIA PARA CONFIGURAR Y/O PROGRAMAR DOS POSICIONES DE PACIENTE COMO MÍNIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, SE MANTIENE LA PROPUESTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 28
Consulta/Observación:
B17 PEDAL DE FRENO HIDRÁULICO EN CASO FALLAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO.

Contamos con un mando para desbloqueo manual del sistema de bloqueo de suelo ubicado en la base de la mesa. Este mande de desbloqueo manual se usa en caso de fallas en el sistema electrónico. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que también se acepte B17 PEDAL DE FRENO HIDRÁULICO O MANDO DE DESBLOQUEO MANUAL EN CASO FALLAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 5.1.1 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA
B17 PEDAL O SISTEMA DE FRENO HIDRAÚLICO EN CASO FALLAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI N°2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

B18 CONTROL HIDRÁULICO DE EMERGENCIA A TRAVES DE PERILLAS DE PRE-SELECCIÓN O PEDAL PLEGABLE EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

Contamos con un mando para desbloqueo manual del sistema de bloqueo de suelo ubicado en la base de la mesa. Este mande de desbloqueo manual se usa en caso de fallas en el sistema eléctrico. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que también se acepte B18 CONTROL HIDRÁULICO DE EMERGENCIA A TRAVES DE PERILLAS DE PRE-SELECCIÓN O PEDAL PLEGABLE O MANDO DE DESBLOQUEO MANUAL EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL AREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: B18 CONTROL HIDRÁULICO DE EMERGENCIA A TRAVES DE PERILLAS DE PRE-SELECCIÓN O PEDAL PLEGABLE Y/O MANDO DE DESBLOQUEO MANUAL EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

B19 INDICADOR LUMINOSO O SEÑALIZACIÓN EN LA BASE Y/O MANDO CON PANTALLA QUE INFORME CUANDO LA BATERÍA ESTÁ BAJA.

Contamos con un mando de control sin pantalla que tiene indicadores para ver el estado de la batería. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que también se acepte B19 INDICADOR LUMINOSO O SEÑALIZACIÓN EN LA BASE Y/O MANDO QUE INFORME CUANDO LA BATERÍA ESTÁ BAJA O CON INDICADORES LUMINOSOS QUE MUESTREN EL ESTADO DE LA BATERÍA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: B19 INDICADOR LUMINOSO O SEÑALIZACIÓN EN LA BASE Y/O MANDO CON PANTALLA QUE INFORME CUANDO LA BATERÍA ESTÁ BAJA Y /O CON INDICADORES LUMINOSOS QUE MUESTREN EL ESTADO DE BATERIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 31
Consulta/Observación:
C06 SECCIÓN PIERNAS HACIA ABAJO 90° O MÁS.

Una sección de piernas hacia debajo de 105° permite una mejor ergonomía y comodidad tanto para el equipo médico como para el paciente, facilitando mayor flexibilidad en el posicionamiento. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos al comité que acepte la mejora tecnológica C06 SECCIÓN PIERNAS HACIA ABAJO 105° O MÁS.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: Cap. IIILiteral: 5.1.1Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, DICHA OBSERVACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO DADO EN LAS BASES.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

C09 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 600 mm O MENOS RESPECTO AL SUELO.

Contamos con un tablero con descenso hasta 650 mm que permite realizar todo tipo de cirugías sin ningún inconveniente. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que se acepte también C09 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 650 mm O MENOS RESPECTO AL SUELO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: C09 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 695mm O MENOS RESPECTO AL SUELO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿CUI Nº2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

C12 CON CUATRO (04) RUEDAS DOBLES DE 100 mm O MÁS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO Y QUINTA RUEDA MOTORIZADA PARA UNA SENCILLA MANIOBRABILIDAD, CON SISTEMA DE FRENADO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL.

Contamos con 04 ruedas de 80 mm que aseguran una maniobrabilidad eficiente y facilita la estabilidad de la mesa durante cualquier procedimiento quirúrgico. Además, estas proporcionan una solución ligera y versátil manteniendo la capacidad de soportar cargas de manera segura y eficaz. Asimismo, nuestra mesa de operaciones es de fácil desplazamiento por lo que no necesita de una quinta rueda motorizada. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que también se acepte C12 CON CUATRO (04) RUEDAS DE 80 mm O MÁS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO (OPCIONAL: QUINTA RUEDA MOTORIZADA) Y PARA UNA SENCILLA MANIOBRABILIDAD, CON SISTEMA DE FRENADO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: "C12 CON CUATRO (04) RUEDAS DOBLES DE 100mm O MÁS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO Y QUINTA RUEDA MOTORIZADA PARA UNA SENCILLA MANIOBRABILIDAD (DISEÑO SEGUN CADA FABRICANTE) PARA LA QUINTA RUEDA, CON SISTEMA DE FRENADO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:22

Observación: Nro. 34
Consulta/Observación:
C20 ACOLCHADO CON MATERIAL DE TECNOLOGÍA QUE PERMITA EL ALIVIO DE LA PRESIÓN PARA TODAS LAS SECCIONES, LAVABLE, IMPERMEABLES, ANTIESTÁTICAS, TRANSPARENTES A LOS RAYOS X. CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 60 MM O MÁS LIBRE DE VELCRO.

Nuestra mesa de operaciones cuenta con cintas de velcro ubicadas en las placas de la parte superior de la mesa para la fijación de las colchonetas. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte C20 ACOLCHADO CON MATERIAL DE TECNOLOGÍA QUE PERMITA EL ALIVIO DE LA PRESIÓN PARA TODAS LAS SECCIONES, LAVABLE, IMPERMEABLES, ANTIESTÁTICAS, TRANSPARENTES A LOS RAYOS X. CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 60 MM O MÁS LIBRE DE VELCRO O SEGÚN CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: C20 ACOLCHADO CON MATERIAL DE TECNOLOGÍA QUE PERMITA EL ALIVIO DE LA PRESIÓN PARA TODAS LAS SECCIONES, LAVABLE, IMPERMEABLES, ANTIESTÁTICAS, TRANSPARENTES A LOS RAYOS X. CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 60 MM O MÁS LIBRE DE VELCRO O SEGUN FABRICANTE.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:14:52

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

"ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

B03: INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA QUE PERMITA LA FÁCIL LECTURA DE LA PRESIÓN DE SUCCIÓN EN KPA Y mmHG DE MERCURIO, CON DIAMETRO DE 63MM O MÁS.

Nuestra representada ATMOS cuenta con un vacuometro a facil acceso visible e interpretacion para el usuario. Un diametro es irrelevante para el uso del equipo mientras no sea contrapoducente para la visualización. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad.

B03: INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA QUE PERMITA LA FÁCIL LECTURA DE LA PRESIÓN DE SUCCIÓN EN KPA Y mmHG DE MERCURIO, CON DIAMETRO DE 53MM O MÁS."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 1.2 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, SE MANTIENE LA PROPUESTA DEBIDO A QUE SE REQUIERE UNA BUENA VISUALIZACION .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:14:52

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

"ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

B07: SISTEMA DE SELECCIÓN DE FRASCOS POR PERILLA

El sistema de selección de frascos es esencial para una sencilla selección del depósito durante la operación, por lo que limitar el requerimiento del sistema a solo por perilla es limitar la versatilidad del equipo y participación de postores. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y última tecnología.

B07: SISTEMA DE SELECCIÓN DE FRASCOS POR PERILLA O PALANCA DE CAMBIO"

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 1.2 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL ÁREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: B07: SISTEMA DE SELECCIÓN DE FRASCOS POR PERILLA Y/O PALANCA DE CAMBIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:14:52

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

"ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

C10: TUBOS Y CONDUCTOS DESDE BOMBA DE VACIO HACIA FRASCOS (TRANSPARENTES)

Nuestra representada ATMOS cuenta con un sistema de conexión directa (DDS) entre el frasco y la bomba de vacío, tecnología superior a la solicitada, por lo que no precisa de tubos y conductos en la parte externa del equipo entre el frasco y la bomba de vacío. Nuestro sistema DDS facilita la limpieza del equipo y lo más importante reduce al mínimo el tiempo de preparación del equipo y reduce los errores de armado a cero. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y última tecnología.

B08: TUBOS Y CONDUCTOS DESDE BOMBA DE VACIO HACIA FRASCOS O CON SISTEMA DE CONEXION DIRECTA (DDS) ENTRE EL FRASCO Y LA BOMBA DE VACIO."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 1.2 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, SE MANTIENE DICHA PROPUESTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:14:52

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

"ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

D05: VEINTE (20) FILTROS HIDROFOBICOS O BACTERICIDAS CON CAPACIDAD DE RETENCION DEL 99.9% CON DURACION NO MENOR A 30 DÍAS.

EL filtro bacteriano es un dispositivo de protección contra desbordamiento y bacterias, por lo que su material de fabricación y durabilidad es muy variable entre las diferentes marcas que ofrece el mercado, por ello, este requerimiento estaría en contra del Principio de libre Concurrencia y Competencia, porque limitará la participación de postores. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica

D05: VEINTE (20) FILTROS HIDROFOBICOS O BACTERICIDAS CON CAPACIDAD DE RETENCION DEL 99.9% CON DURACION NO MENOR A 15 DÍAS."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 1.2 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA,NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE EL REQUERIMIENTO DE PERFORMANCE DE DICHOS EQUIPOS PARA SALA DE OPERACIONES ASI LO REQUIERE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:15:44

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

B07 control auxiliar para realizar movimientos en caso de fallas del control manual ubicado en la parte superior de la columna

Se refiere a que el control centralizado debe encontrarse en la columna telescópica el cual debe ser desmontable y extraíble por medio de un cable de 3 metros de longitud, para evitar que el cirujano este realizando las posiciones de la mesa de operación por debajo del tablero.

SOLICITAMOS ACEPTAR

B07 control de movimientos centralizado desmontable y extraíble por un cable de 3 metros

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: B07 control auxiliar para realizar movimientos en caso de fallas del control manual ubicado en la parte superior de la columna o control de movimientos centralizado desmontable y extraíble por un cable de 3 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:15:44

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

B14 capacidad de soporte de carga en elevación de paciente de 450kg o mayor y 270kg o mayor en carga dinámica o articulada

Solicitamos al área usuaria confirmar si la característica en mención, hace referencia que la mesa de operaciones debe contar con una capacidad de carga dinámica, de tal manera que cuando la mesa se encuentre el movimiento junto con los accesorios (según especialidad), el motor no sufra daño alguno, por ello, se considera de SUMA IMPORTANCIA, que la mesa cuente con una buena capacidad de carga DINÁMICA, asimismo también la mesa está preparada para atender a un paciente bariátrico.

SOLICITAMOS ACEPTARAN:

B14 capacidad de carga mayor o igual a 400 kg, y capacidad de carga segura de trabajo dinámico de 320 kg o más.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, SE MANTIENE LA PROPUESTA,DEBIDO A QUE SE CONSIDERA DE SUMA IMPORTANCIA QUE LA MESA CUENTE CON UNA BUENA CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA, ASIMISMO LA MESA ESTE PREPARADA PARA ATENDER A UN PACIENTE BARIATRICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:15:44

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

B15 interface para diagnostico o servicio técnico y que permita conectarse con 2 o más sistemas de integración

Se sabe que cada fabricante cuenta con distintas características, con la finalidad de fomentar una mayor participación de postores, solicitamos ampliar de acuerdo a cada fabricante

SOLICITO ACEPTAR:

B15 interface para diagnostico o servicio técnico y que permita conectarse según cada fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, SE MANTIENE LA PROPUESTA POR CONSIDERAR, LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGIA Y SE PUEDAN INTEGRAR A FUTURO A UNA SALA INTELIGENTE CON SUS PROPIOS PROTOCOLOS Y CON LOS DE OTROS INTEGRADORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:15:44

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

C12 con cuatro (04) ruedas dobles de 100mm o más para facilitar el desplazamiento y quinta rueda motorizada para una sencilla maniobrabilidad con sistema de frenado accionado desde el control manual

Se requiere la confirmación del comité de selección, Sabiendo que las marcas ofertan diversas tecnologías para el uso de la quinta rueda el que se considere opcional ya que al ser de gama alta no necesita de una quinta rueda para el fácil desplazamiento y ello encarece el producto

SOLICITAMOS ACEPTAR

C12 con cuatro (04) ruedas dobles de 100mm o más para facilitar el desplazamiento y quinta rueda motorizada para una sencilla maniobrabilidad con sistema de frenado accionado desde el control manual y/o freno centralizado bilateral con función triple

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: "C12 CON CUATRO (04) RUEDAS DOBLES DE 100mm O MÁS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO Y QUINTA RUEDA MOTORIZADA PARA UNA SENCILLA MANIOBRABILIDAD (DISEÑO SEGUN CADA FABRICANTE9 PARA LA QUINTA RUEDA, CON SISTEMA DE FRENADO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQEUE ¿ CUI N°2619543

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:15:44

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

D03 batería recargable incorporado con autonomía de 1 semana de trabajo (cinco días) o 100 movimientos como mínimo con cargador de batería integrado al equipo

Considerando que en las mesas de operaciones que existen a nivel internacional, la duración de su batería se contabiliza o se determina por el tiempo de uso, o por la cantidad de intervenciones, y no por horas, es por esto que consideramos que ha habido un error de tipeo.

SOLICITAMOS ACEPTAR:

D03 BATERIAS RECARGABLES QUE ASEGUREN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN TODOS LOS MOVIMIENTOS HASTA 100 OPERACIONES O MÁS.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, SE MANTIENE DICHA PROPUESTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:15:44

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

COPIA DE LA RESOLUCION DE REGISTRO SANITARIO

Segun el Listado de Digemid de los Productos que no Requieren Registro Sanitario en su pagina web este equipo MESA DE OPERACIONES no requiere de Registro Sanitario

Aceptaran como sustento el Listado emitido por Digemid de los Productos que no Requieren Registro??

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, SE ACEPTA LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE ¿ CUI N°2619543

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:15:44

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Tratandose el Objeto de adquisicion de equipos para el servicio de anestesiologia y centro quirurgico,

Solicitamos se considere también como bienes similares: ASPIRADOR DE SECRECIONES, MONITORES DE FUNCIONES VITALES EN GENERAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, se consideraran bienes similares a los siguientes: EQUIPOS MEDICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:15:44

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

B PLAZO DE ENTREGA:

DE 01 HASTA 15 DIAS CALENDARIO.....40 PUNTOS

DE 16 HASTA 30 DIAS CALENDARIO.....20 PUNTOS

DE 31 HASTA 44 DIAS CALENDARIO.....10 PUNTOS

CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIRI EQUIPOS DE ULTIMA GENERACION Y CONSIDERANDO LAS EMPRESAS QUE TRABAJAMOS CON EQUIPOS IMPORTADOS , SOLICITAMOS CONSIDERAR:

B PLAZO DE ENTREGA:

DE 01 HASTA 35 DIAS CALENDARIO.....40 PUNTOS

DE 36 HASTA 50 DIAS CALENDARIO.....20 PUNTOS

DE 51 HASTA 60 DIAS CALENDARIO.....10 PUNTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, POR LO CUAL DEBERÁ CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:17:27

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

"ITEM/PAQUETE 1:

1.1: MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA

En las especificaciones tecnicas solicitan:

B15: INTERFACE PARA DIAGNOSTICO O SERVICIO TÉCNICO Y QUE PERMITA CONECTARSE CON 2 O MÁS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN.

En el mercado existen diferentes fabricantes de mesas de operaciones y cada uno diseña sus equipos basados en sus propios criterios de investigación como seguridad y estabilidad, también es necesario indicar para brindar una mejor tecnología, se debe tener en cuenta que los puertos de comunicación RJ45 o RS232 pueden servir para diversas funciones así mismo estas se pueden encontrar habilitadas o deshabilitadas según la necesidad del usuario, para determinar el diagnostico o mantenimiento existen diversos factores los cuales se indica en la pantalla del panel el cual puede ser con números o códigos de error de esta manera se puede hacer el diagnóstico y posterior mantenimiento de la mesa de operaciones, además de tener un manejo sencillo e intuitivo facilitando el trabajo en el quirófano, permite contar con el sistema de accionamiento de avance suave para garantizar el desplazamiento de la mesa. Por los motivos indicados líneas arriba es recomendado que el software es determinado por el fabricante siempre que este cumpla con las necesidades del usuario. Por la tanto con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores solicitamos al Comité Especial aceptar:

B15: INTERFACE PARA DIAGNOSTICO O SERVICIO TÉCNICO Y QUE PERMITA CONECTARSE CON 2 O MÁS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 1.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL AREA USUARIA, SE MANTIENE LA PROPUESTA POR CONSIDERAR, LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGIA Y SE PUEDAN INTEGRAR A FUTURO A UNA SALA INTELIGENTE CON SUS PROPIOS PROTOCOLOS Y CON LOS DE OTROS INTEGRADORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECCION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:17:27

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

"ITEM/PAQUETE 1:

1.1: MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA

En las especificaciones tecnicas solicitan:

C07: SECCION PIERNAS HACIA ARRIBA 70° O MAS.

En el mercado existen diferentes fabricantes de mesas de operaciones y cada uno diseña su equipo basados en sus propios criterios de investigación como seguridad y estabilidad. Nuestro representado fabricante Alemán cuenta con una mesa de última tecnología con una sección de piernas hacia arriba de 20°, además para brindar una mejor tecnología en función que existen pisos a desnivel, se debe contar con un sistema de bloqueo automático que garantiza una mejor estabilidad. Por lo tanto, con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad solicitamos al Comité Especial aceptar como requerimiento técnico mínimo:

C07: SECCION PIERNAS HACIA ARRIBA 20° O MAS."

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 1.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL AREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

'C07 SECCIÓN DE PIERNAS HACIA ARRIBA 20° O MÁS.'

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE		
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-HPDB.L OEC-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI N°2619543		

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:17:27

Consulta: Nro. 49
Consulta/Observación:
"ITEM/PAQUETE 1:
1.1: MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA

En las especificaciones tecnicas solicitan:
C08: MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1110 MM COMO MÍNIMO RESPECTO AL SUELO.

En el mercado existen diferentes fabricantes de mesas de operaciones y cada uno diseña sus equipos basados en sus propios criterios de investigación como seguridad y estabilidad, esta característica de la mesa de operaciones limita la participación de postores puesto que las distintas mesas poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el Comité Especial. Nuestra representada cuenta con una mesa de operaciones con una altura minina de 600 mm (respecto al suelo) una de las más bajas del mercado y una altura máxima de 1100 mm (respecto al suelo) y un peso de carga dinámica de 270 kg y una carga total de 454 Kg, especificaciones idóneas para diferentes tipos de operaciones, además para brindar una mejor tecnología en función que existen pisos a desnivel, se debe contar con un sistema de bloqueo automático que garantiza una mejor estabilidad. Por lo tanto, con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad solicitamos al Comité Especial aceptar como requerimiento técnico mínimo:

C08: MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1100 MM COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO."

Acápíte de las bases :	Sección: General	Numeral: III	Literal: 1.1.	Página: 21
-------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: C08 MOVIMIENTO
ASCENDENTE HASTA 1050 MM COMO MÍNIMO RESPECTO AL SUELO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20608739280	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	HOMINES KOSMOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:32:42

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

1.2 OBJÉTO DE LA CONVOCATORIA:

PAQUETE 1:

1.1 MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA 01 UNIDAD

1.2 ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE 02 UNIDAD

Consideramos restrictivo realizar la presente convocatoria en PAQUETE toda vez que existen en el mercado empresas que solamente se especializan en determinados equipos y que podrían ofertar equipos de última generación, tratando de fomentar pluralidad de postores e igualdad de trato según los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos considerar:

1.2 OBJÉTO DE LA CONVOCATORIA:

Ítem 1:

11.1 MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA 01 UNIDAD

Ítem 2:

1.2 ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE 02 UNIDAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el mercado existe pluralidad de empresas que pueden proveer ambos items por ese motivo se ha convocado como paquete. NO SE ACOGE SU CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20608739280	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	HOMINES KOSMOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:32:42

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

B07 control auxiliar para realizar movimientos en caso de fallas del control manual ubicado en la parte superior de la columna

Las mesas de operaciones diseñadas para los quirófanos actuales, tienen características muy esenciales para las practicas quirúrgicas de actualidad, es de gran beneficio para el usuario que el panel de control auxiliar cuente con una pantalla para poder visualizar las posiciones a ejecutar de tal modo que este control pueda extraerse desde la columna de la mesa mediante un cable de buena longitud, con la finalidad de que el usuario no opte una posición incómoda al momento de seleccionar algunos movimientos. Solicitamos al comité evaluar lo expuesto, con la finalidad que el usuario cuente con este beneficio.

B07. CONTROL AUXILIAR EXTRAIBLE MEDIANTE UN CABLE DE 3 METROS UBICADO EN LA BASE O COLUMNA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: B07 control auxiliar para realizar movimientos en caso de fallas del control manual ubicado en la parte superior de la columna o control de movimientos centralizado desmontable y extraible por un cable de 3 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20608739280	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	HOMINES KOSMOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:32:42

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

B14 capacidad de soporte de carga en elevación de paciente de 450kg o mayor y 270kg o mayor en carga dinámica o articulada

El comité de selección debe considerar que se requiere una mesa con estabilidad para la atención de todo tipo de paciente, Por ello, la mesa de operaciones debe contar con una capacidad de carga estática y dinámica para que cuando la mesa este en movimiento tenga el soporte adecuado para la atención de un paciente obeso. Contar con una mesa de operaciones que tenga un mejor soporte de carga en dinámica, garantiza la seguridad del paciente durante los movimientos realizados y así alcanzar la posición correcta, aun en condiciones extremas. El soporte de carga es clave para el posicionamiento del paciente, actualmente las mesas de operaciones pueden soportar mayor carga en movimiento, con la finalidad que el usuario cuente con este beneficio.

SOLICITAMOS ACEPTAR

B14. CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMO 450 KG Y CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA IGUAL O MAYOR A 350KG.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO PROPUESTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20608739280	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	HOMINES KOSMOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:32:42

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

B15 interface para diagnostico o servicio técnico y que permita conectarse con 2 o más sistemas de integración

Se sabe que cada fabricante tiene sus propias características de acuerdo a sus investigaciones, con la finalidad de fomentar una mayor participación de postores, solicitamos ampliar de acuerdo a cada fabricante

SOLICITO ACEPTAR:

B15 interface para diagnostico o servicio técnico y que permita conectarse según cada fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, SE MANTIENE LA PROPUESTA POR CONSIDERAR, LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGIA Y SE PUEDAN INTEGRAR A FUTURO A UNA SALA INTELIGENTE CON SUS PROPIOS PROTOCOLOS Y CON LOS DE OTROS INTEGRADORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20608739280	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	HOMINES KOSMOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:32:42

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

C12 con cuatro (04) ruedas dobles de 100mm o más para facilitar el desplazamiento y quinta rueda motorizada para una sencilla maniobrabilidad con sistema de frenado accionado desde el control manual

Se requiere la confirmación del comité de selección, Sabiendo que las marcas ofertan diversas tecnologías para el uso de la quinta rueda evidenciamos que la característica en mención restringe la libre participación solicitamos que se considere opcional ya que al ser de gama alta no necesita de una quinta rueda para el fácil desplazamiento y ello encarece el producto

SOLICITAMOS ACEPTAR

C12 con cuatro (04) ruedas dobles de 100mm o más para facilitar el desplazamiento y quinta rueda motorizada para una sencilla maniobrabilidad con sistema de frenado accionado desde el control manual y/o freno centralizado bilateral con función triple.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL AREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: "C12 CON CUATRO (04) RUEDAS DOBLES DE 100mm O MÁS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO Y QUINTA RUEDA MOTORIZADA PARA UNA SENCILLA MANIOBRABILIDAD (DISEÑO SEGUN CADA FABRICANTE) PARA LA QUINTA RUEDA, CON SISTEMA DE FRENADO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20608739280	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	HOMINES KOSMOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:32:42

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

D03 batería recargable incorporado con autonomía de 1 semana de trabajo (cinco días) o 100 movimientos como mínimo con cargador de batería integrado al equipo

Actualmente existen mesas de operaciones con características superiores a lo solicitado nuestra representada ofrece dos baterías internas las cuales proporcionan un respaldo de hasta 100 operaciones y más de tres semanas de operatividad, se sabe que la autonomía de las baterías se contabiliza por cantidad de operaciones, siendo el mismo un beneficio para el cirujano y el equipo médico poder contar con una gran autonomía de batería en su mesa de operaciones por si ocurre algún desperfecto en el fluido eléctrico

SOLICITAMOS ACEPTAR

D03. DOS BATERIAS RECARGABLES DE RESPALDO INCORPORADAS, CON CARGADOR INTERNO QUE APORTEN ENERGIA PARA REALIZAR TODOS SUS MOVIMIENTOS UNAS 100 VECES O MAS CON TRES SEMANAS DE DURABILIDAD COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, SE MANTIENE LA PROPUESTA, DEBIDO A QUE MUESTRA UN VALOR MINIMO, Y LA SUGERENCIA POR PARTE DEL POSTOR SI ESTÁ DENTRO DE LO PROPUESTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20608739280	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	HOMINES KOSMOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:32:42

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

B03 INDICADOR DE PRESION NEGATIVA QUE PERMITA LA FACIL LECTURA DE LA PRESION DE SUCCION EN KPA Y MMHG DE MERCURIO CON DIAMETRO DE 63mm O MAS

Consideramos que lo que solicitan es el Manómetro donde visualizar la presión negativa solicitar medidas restringe la participación de postores toda vez que hay diferentes fabricantes que cuentan con componentes que cumplen la misma función, por lo que solicitamos se considere

B03 INDICADOR DE PRESION NEGATIVA ¿MANOMETRO QUE PERMITA LA FACIL LECTURA DE LA PRESION DE SUCCION EN KPA Y/O MMHG DE MERCURIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, SE MANTIENE DICHA PROPUESTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20608739280	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	HOMINES KOSMOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:32:42

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

B07 SISTEMA DE SELECCIÓN DE FRASCO POR PERILLA

Este requerimiento corresponde a una marca determinada de aspiradores en el mercado, restringiendo la participación de postores, no siendo relevante la selección del frasco por perilla toda vez que el estándar es de manera manual solo intercambiando el tubo de aspiración, Solicitamos considerar:

B07 SISTEMA DE SELECCIÓN DE FRASCO POR PERILLA y/o MANUAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: B07: SISTEMA DE SELECCIÓN DE FRASCOS POR PERILLA Y/O PALANCA DE CAMBIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20608739280	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	HOMINES KOSMOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:32:42

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:
B09 NIVEL MAXIMO DE RUIDO A 1 METRO 45 DB O MENOR
Evidenciamos que dichas características y otras direccionan el requerimiento a un modelo y marca en particular de aspirador, el nivel de ruido recomendado por la OMS para garantizar una buena salud y bienestar es de 65 Db, por tanto, en afán de obtener mayor amplitud de postores, Solicitamos considerar:
B09 NIVEL MAXIMO DE RUIDO A 1 METRO 55 DB O MENOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, NO SE ACEPTA DICHA OBSERVACION, POR RAZONES DE ECOLOGIA DEL RUIDO.
B09 NIVEL MAXIMO DE RUIDO A 1 METRO: 47 DB O MENOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20608739280	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	HOMINES KOSMOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:32:42

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

C04 RANGO DE PRESION DE VACIO: 0 A 710 mmHG O MAYOR

El nivel de presión de succión estándar y suficiente para equipos de aspiración es de 675 mmHG , lo solicitado lo cumple una determinada marca en el mercado, solicitamos al comité para fomentar la pluralidad de postores con potenciales marcas Solicitamos considerar:

C04 RANGO DE PRESION DE VACIO: 0 A 675 mmHG O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, LA SOLICITUD SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS RANGOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20608739280	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	HOMINES KOSMOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:32:42

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA:

De 01 hasta 15 días calendario.....40 puntos

de 16 hasta 30 días calendario.....20 puntos

de 31 hasta 44 días calendario.....10 puntos

SOLICITAMOS AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA CONSIDERANDO QUE NUESTRA EMPRESA TRABAJA CON EQUIPOS IMPORTADOS Y EL TIEMPO QUE DEMORE EN TRAERLOS Y DESADUANARLOS ES MAYOR AL SOLICITADO, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR MAYOR PARTICIPACION, ACEPTARAN:

PLAZO DE ENTREGA:

De 01 hasta 45 días calendario.....40 puntos

de 46 hasta 50 días calendario.....20 puntos

de 51 hasta 60 días calendario.....10 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 85

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, POR LO CUAL DEBERÁ CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:28

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

B17 PEDAL DE FRENO HIDRAULICO EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA ELECTRONICO.

Esta característica es propia de una sola marca, con esta característica solo cumpliría una sola marca limitando a las demás marcas.

solicitamos al comité de selección que esta característica sea opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B17 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

B17 PEDAL DE FRENO HIDRAULICO EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA ELECTRONICO OPCIONAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, LO SOLICITADO NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE ES PRIMORDIAL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE ANTE FALLAS DEL SISTEMA ELECTRONICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:28

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

B18 CONTROL HIDRAULICO DE EMERGENCIA A TRAVES DE PERILLAS DE PRE.SELECCION O PEDAL PEGABLE EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA ELECTRONICO.

Esta característica es única de una sola marca. nuestra mesa de operaciones cuenta con sistema de desbloqueo de freno.

solicitamos al comité de selección aceptar:

B18 CONTROL HIDRAULICO DE EMERGENCIA A TRAVES DE PERILLAS DE PRE.SELECCION O PEDAL PEGABLE O SISTEMA DE DESBLOQUEO DE FRENO EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA ELECTRONICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: B18

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: B18 CONTROL HIDRÁULICO DE EMERGENCIA A TRAVES DE PERILLAS DE PRE-SELECCIÓN O PEDAL PLEGABLE Y/O MANDO DE DESBLOQUEO MANUAL EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:28

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

C01 TRENDELENBURG 30° O MAS.

Nuestra mesa de operaciones cuenta con rango de trendelenbur 25°, rango adecuado para todo tipo de cirugía. solicitamos al comité de selección aceptar:

C01 TRENDELENBURG 25° O MAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C01 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: C01

TRENDELENBURG 25° O MAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:28

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

C08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1110 MM COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO.

Nuestra mesa de operaciones tiene rango de movimiento ascendente de 1050 mm sin colchón con respecto al suelo. solicitamos al comité de selección aceptar:

C08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1050 MM COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C08 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: C08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1050 MM COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:28

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

C12 CON CUATRO (04) RUEDAS DOBLES DE 100 MM O MAS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO Y QUINTA RUEDA MOTORIZADA PARA UNA SENSILLA MANIOBRABILIDAD, CON SISTEMA DE FRENO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL

Al solicitar que la mesa de operaciones tenga una quinta rueda solo cumpliría una marca específica. la quinta rueda es util en camas UCI por que las camas se tienen que movilizar frecuentemente fuera de la UCI, en cambio en las mesas de operaciones lo que se requiere es una buena estabilidad.

solicitamos al comité de selección aceptar:

12 CON CUATRO (04) RUEDAS DOBLES DE 100 MM O MAS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO, CON SISTEMA DE FRENO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL, Y QUINTA RUEDA MOTORIZADA PARA UNA SENSILLA MANIOBRABILIDAD OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C12 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: "C12 CON CUATRO (04) RUEDAS DOBLES DE 100mm O MÁS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO Y QUINTA RUEDA MOTORIZADA PARA UNA SENCILLA MANIOBRABILIDAD (DISEÑO SEGUN CADA FABRICANTE) PARA LA QUINTA RUEDA, CON SISTEMA DE FRENADO ACCIONADO DESDE EL CONTROL MANUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:28

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

C20 ACOLCHADO CON MATERIAL DE TECNOLOGIA QUE PERMITA EL ALIVIO DE PRESION PARA TODAS LAS SECCIONES, LAVABLE, IMPREMEABLES, ANTIESTATICAS TRANSPARENTE A LOS RAYOS X CON UN ESPESOR MINIMO DE 60 MM A MAS LIBRE DE VELCRO.

La fijación de las colchonetas es según tecnología de cada fabricante.

solicitamos al comité de selección aceptar:

C20 ACOLCHADO CON MATERIAL DE TECNOLOGIA QUE PERMITA EL ALIVIO DE PRESION PARA TODAS LAS SECCIONES, LAVABLE, IMPREMEABLES, ANTIESTATICAS TRANSPARENTE A LOS RAYOS X CON UN ESPESOR MINIMO DE 60 MM A MAS LIBRE DE VELCRO O SEGUN CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C20 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: C20 ACOLCHADO CON MATERIAL DE TECNOLOGÍA QUE PERMITA EL ALIVIO DE LA PRESIÓN PARA TODAS LAS SECCIONES, LAVABLE, IMPERMEABLES, ANTIESTÁTICAS, TRANSPARENTES A LOS RAYOS X. CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 60 MM O MÁS LIBRE DE VELCRO O SEGUN FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:28

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

C04 SECCION DE ESPALDA HACIA A RRIBA 70° O MAS.

Observamos que no se esta considerando el movimiento del soporte de cabeza que es el mas usado en una cirugia, el soporte de cabeza debe tener movimiento de + 33 y ¿ 90 grados

Solicitamos al comité de selección aceptar en beneficio de los pacientes:

C04 SECCION DE ESPALDA HACIA A RRIBA 70° O MAS Y MOVIMIENTO DE SOPORTE DE CABEZA + 33° Y ¿ 90°

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C04 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, ES LO MININO SOLICITADO COMO ESPECIFICACIÓN TECNICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:28

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de: 45 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Los equipos de fabricación de 2024 tendrán un periodo de entrega de por lómenos 90 días calendario (esto incluye fabricación, importación, desaduanaje y instalación).

Para mayor participación de postores solicitamos al comité de selección aceptar:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de: 90 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 PLAZO Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, POR LO CUAL DEBERÁ CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:28

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas

Solicitamos al comité de selección aceptar:

De [80] hasta [85] días calendario:

[40] puntos

De [86] hasta [90] días calendario:

[20] puntos

De [91] hasta [95] días calendario:

[10] puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B PLAZO Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, POR LO CUAL DEBERÁ CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿CUI Nº2619543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	18:13:31

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

Observamos que en los documentos para admisión de oferta, no se ha consignado hoja de producto, ni sustento de especificaciones técnicas, por lo que solicitamos al comité incluya en los documentos par admisión de la oferta lo siguiente:

literal e) HOJA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO, donde se deberá detallas las especificaciones técnicas como: A. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL (A01), B. CARACTERPÍSTICAS GENERALES (B01 al B19) y C. COMPONENTES (C01 al C14)

¿Aceptará el comité lo solicitado?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. II Literal: 2.2.1.1. Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SER ACOGE SU OBSERVACIÓN DEBERÁ CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Dice:
PLAZO DE ENTREGA
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de: 45 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Pero en la pagina 29, punto 5.12 indica que se debe entregar en 70 días calendarios

Entendemos que el plazo correcto es este último, solicitamos al comité confirmarlo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le informa al postor, que para la presentación del formato Nº 6 PRECIO DE LA OFERTA, se debe de presentar Prestación principal y prestación accesoría, en ese sentido es correcta su apreciación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

Sobre los formatos indicados en las bases desde la página 38 a la pagina 52:

- ¿ Formato N° 02
- ¿ Formato N° 03
- ¿ Formato N° 04
- ¿ Formato N° 05
- ¿ Formato N° 06
- ¿ Formato N° 07
- ¿ Formato N° 08
- ¿ Formato N° 09
- ¿ Formato N° 10
- ¿ Formato N° 11
- ¿ Formato N° 12
- ¿ Formato N° 13
- ¿ Formato N° 14
- ¿ Formato N° 15

Consultamos al comité, ¿si dichos formatos se deben presentar después de la suscripción del contrato o de recibido la orden de compra?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: FORMATOS Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE HACE LA PRECISIÓN QUE LOS FORMATOS SE ENTREGARAN AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Dice:

PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de: 45 días calendarios

Difiere a lo indicado en la página 29, punto 5.12: en 70 días calendarios

Siendo este proceso un ítem paquete, ya que en el SEACE no esta separado los ítems, hay una discordancia en los plazos de entrega o ¿se debe detallar el plazo para cada ítem?

Solicitamos al comité aclara dicho punto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.12 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 45 DIAS CALENDARIOS COMO SE APROBÓ EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

Sobre los formatos indicados en las bases desde la página 69 a la pagina 83:

- ¿ Formato N° 02
- ¿ Formato N° 03
- ¿ Formato N° 04
- ¿ Formato N° 05
- ¿ Formato N° 06
- ¿ Formato N° 07
- ¿ Formato N° 08
- ¿ Formato N° 09
- ¿ Formato N° 10
- ¿ Formato N° 11
- ¿ Formato N° 12
- ¿ Formato N° 13
- ¿ Formato N° 14
- ¿ Formato N° 15

Consultamos al comité, ¿si dichos formatos se deben presentar después de la suscripción del contrato o de recibido la orden de compra?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: FORMATOS Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE HACE LA PRECISIÓN QUE LOS FORMATOS SE ENTREGARAN AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Observación: Nro. 75

Consulta/Observación:

Dice:
De [01] hasta [15] días calendario: [40] puntos
De [16] hasta [30] días calendario: [20] puntos
De [31] hasta [44] días calendario: [10] puntos

Al respecto, solicitar un tiempo de entrega tan corto implica que el equipamiento ya tiene cierto tiempo de fabricación y esto puede afectar negativamente al cliente final. Por ello para regirnos a lo que establece la ley de contratación (Libertad de concurrencia. Las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria) y poder entregar a la entidad equipos de última generación, en ese contexto, solicitamos al Comité reformular el numeral en mención, a fin de posibilitar la importación correcta y así poder asegurar equipos con: garantía del fabricante a la fecha, equipos nuevos y tecnológicamente vigentes, la reformulación solicitada seria en los siguientes términos:

De [61] hasta [65] días calendario: [40] puntos
De [66] hasta [70] días calendario: [20] puntos
De [71] hasta [75] días calendario: [10] puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos f y g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, POR LO CUAL DEBERÁ CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

Sobre el anexo N° 4 PLAZO DE ENTREGA

Siendo este proceso modalidad llave en mano, según el formato, indica que debemos detallar lo siguiente:

Plazo de entrega: XX días
Instalación: XX días
Puesta en funcionamiento: XX días
Plazo total: XX días

Consultamos al comité si es correcta nuestra apreciación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXOS Literal: ANEXO 4 Página: 98

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

Sobre el anexo N° 6 PRECIO DE LA OFERTA

Según la página 25, FORMA DE PAGO, se hará 2 pagos, por la principal y accesoría

Entendemos que en el formato se debe presentar la oferta del bien principal y la prestación accesoría.

Consultamos al comité si es correcta nuestra apreciación

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXOS Literal: ANEXO 6 Página: 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Observación: Nro. 78

Consulta/Observación:

El presente proceso esta agrupado como ítem paquete, el cual restringe la pluralidad de postores, ya que al agrupar dichos ítems direcciona dicha compra, actividad completamente prohibida por la ley de contrataciones, por ello solicitamos que sea separado en ítems individuales y así tendremos mayor participación de proveedor y en consecuencia la entidad recibirá mejores equipos por la libertad de concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos a, b,e,i) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el mercado existe pluralidad de empresas que pueden proveer ambos ítems por ese motivo se ha convocado como paquete. NO SE ACOGE SU CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Sobre el tema de la experiencia: no indica el monto, solo indica 03 veces.

Solicitamos que se corrija

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE AL MOMENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE CONSIGNARA EL MONTO QUE DEBEN DE ACREDITAR COMO EXPERIENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Observación: Nro. 80
Consulta/Observación:
DICE:
B11 CON RIELES O TÚNEL INTEGRADO PARA INTRODUCIR EL PORTA CHASIS DE RAYOS X DESDE AMBOS EXTREMOS.

Cada fabricante de mesas tiene un sistema distinto de fijación de la porta chasis, lo solicitado en las especificaciones solo restringe a los postores.

Por ello, apelando al principio de igualdad de trato y de competencia de la ley de contrataciones del estado que indica que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación y que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que den privilegios o ventaja a ciertos postores o que restrinjan o afecten la competencia, solicitamos que se modifique la característica técnica de la siguiente manera

B11 CON RIELES O TUNEL INTEGRADO O TECNOLOGIA DE ACUERDO A FABRICANTE, PARA INTRODUCIR EL PORTA CHASIS DE RAYOS X DESDE AMBOS EXTREMOS.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: B11Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos b y c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, SE MANTIENE LA PROPUESTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

DICE:

B15 INTERFACE PARA DIAGNOSTICO O SERVICIO TÉCNICO Y QUE PERMITA CONECTARSE CON 2 O MÁS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN.

¿Nos podría indicar a que sistemas de integración se refiere en el requerimiento?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B15 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL AREA USUARIA, SE REFIERE A QUE LAS MESAS DE OPERACIONES SE PUEDAN INTEGRAR A UNA SALA INTELIGENTE, CON SUS PROPIOS PROTOCOLOS Y CON LOS DE OTROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Observación: Nro. 82
Consulta/Observación:
DICE:
B17 PEDAL DE FRENO HIDRAÚLICO EN CASO FALLAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO.

Cada fabricante de mesas cuenta con un sistema propio para activar el freno hidráulico en caso fallas del sistema electrónico, por lo cual lo solicitado en la especificación solo restringe a los postores.

Por ello, apelando al principio de igualdad de trato y de competencia de la ley de contrataciones del estado que indica que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación y que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que den privilegios o ventaja a ciertos postores o que restrinjan o afecten la competencia, solicitamos que se modifique la característica técnica de la siguiente manera

B17 PEDAL O SISTEMA DE FRENO HIDRAÚLICO EN CASO FALLAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: B17Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos b y c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: B17 PEDAL O SISTEMA DE FRENO HIDRAÚLICO EN CASO FALLAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Observación: Nro. 83
Consulta/Observación:
DICE:
C08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1110mm COMO MÍNIMO RESPECTO AL SUELO.

En la marca que comercializamos la altura máxima es de 1095 mm. La diferencia con lo solicitado es de 15 mm (1 cm y medio), es decir, algo imperceptible para realizar cualquier procedimiento quirúrgico. Solicitamos al comité ampliar las especificaciones para no restringir a los postores.

Para no restringir la participación de las principales marcas y por pluralidad de postores, apelando al principio de igualdad de trato y de competencia de la ley de contrataciones del estado que indica que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación y que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que den privilegios o ventaja a ciertos postores o que restrinjan o afecten la competencia, solicitamos que se modifique la característica técnica de la siguiente manera

C08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1095mm O MAYOR CON RESPECTO AL SUELO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C08 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos b y c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:
SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
ASCENDENTE HASTA 1050 MM COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO.

C08 MOVIMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:43:53

Observación: Nro. 84
Consulta/Observación:
DICE:
C20 ACOLCHADO CON MATERIAL DE TECNOLOGIA QUE PERMITA EL ALIVIO DE LA PRESION PARA TODAS LAS SECCIONES, LAVABLE, IMPERMEABLE, ANTIESTATICAS, TRANSPARENTES A LOS RAYOS C, CON UN ESPESOR MINIMO DE 60 MM O MAS LIBRE DE VELCRO.

Cada fabricante tiene un diseño distinto en la fabricación de los sistemas de fijación de sus colchones, siendo los diseños aplicables para el uso requerido del producto y con las características principales implementadas, lo solicitado en las especificaciones solo restringe la participación de los postores. La mayoría de las mesas de marca mas importantes usan con sistemas de velcro para la fijación a los tableros.

Por ello, apelando al principio de igualdad de trato y de competencia de la ley de contrataciones del estado que indica que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación y que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que den privilegios o ventaja a ciertos postores o que restrinjan o afecten la competencia, solicitamos que se modifique la característica técnica de la siguiente manera

C20 ACOLCHADO CON MATERIAL DE TECNOLOGIA QUE PERMITA EL ALIVIO DE LA PRESION PARA TODAS LAS SECCIONES, LAVABLE, IMPERMEABLE, ANTIESTATICAS, TRANSPARENTES A LOS RAYOS C, CON UN ESPESOR MINIMO DE 60 MM O MAS, CON FIJACION DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: C20

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos b y c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: C20 ACOLCHADO CON MATERIAL DE TECNOLOGÍA QUE PERMITA EL ALIVIO DE LA PRESIÓN PARA TODAS LAS SECCIONES, LAVABLE, IMPERMEABLES, ANTIESTÁTICAS, TRANSPARENTES A LOS RAYOS X. CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 60 MM O MÁS LIBRE DE VELCRO O SEGUN FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20600908783	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	RODA MEDICAL E.I.R.L. - RODA MED E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:37

Observación: Nro. 85
Consulta/Observación:
B09 NIVEL MAXIMO DE RUIDO A 1 METRO: 45 DB O MENOR.

Nuestro equipo tiene una nivel de ruido de 46.4 DB que difiere en tan solo en 1.4 DB el cual no tiene relevancia en le funcionamiento del equipo, por lo tanto, para una mayor participación de postores solicitamos al OEC aceptar:

B09 NIVEL MAXIMO DE RUIDO A 1 METRO: 46.4 DB O MENOR.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: B09Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2, Inciso a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:
SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: B09 NIVEL MAXIMO DE RUIDO A 1 METRO: 47 DB O MENOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20600908783	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	RODA MEDICAL E.I.R.L. - RODA MED E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:37

Observación: Nro. 86

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

....

SE CONSIDERARAN BIENES IGUALES O SIMILARES A LOS SIGUIENTES: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE.

.....

Para una mayor participación de postores solicitamos al OEC aceptar experiencia de venta en equipos biomédicos en general, de la siguiente manera:

SE CONSIDERARAN BIENES IGUALES O SIMILARES A LOS SIGUIENTES: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE o EQUIPO BIOMEDICOS EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2, Inciso a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA se acepta la sugerencia de la empresa

Se consideraran bienes similares a los siguientes: EQUIPOS MEDICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20610583131	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	THUNDER MEDIC SAC	Hora de envío :	23:34:57

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

EN EL APARTADO B14 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MESA DE OPERACIONES ELECTROHIDRÁULICA:

B14 CAPACIDAD DE SOPORTE DE CARGA EN ELEVACIÓN DE PACIENTE DE 450 KG O MAYOR Y 270 KG O MAYOR EN CARGA DINÁMICA O ARTICULADA. DICHA ESPECIFICACIÓN HACE REFERENCIA A UNA CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO, LO CUAL VULNERA EL PRINCIPIO DE PLURALIDAD DE POSTORES, EL CUAL BUSCA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MÚLTIPLES PROVEEDORES, GARANTIZANDO LA COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA. VULNERAR ESTE PRINCIPIO IMPLICA QUE, DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SE RESTRINGE O LIMITA INJUSTAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE UN PROVEEDOR, LO QUE PODRÍA GENERAR UNA LICITACIÓN MENOS COMPETITIVA Y TRANSPARENTE. POR LO QUE SOLICITAMOS AL COMITÉ MODIFICAR ESTE APARTADO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA B14 CAPACIDAD DE SOPORTE DE CARGA EN ELEVACIÓN DE PACIENTE DE 450 KG O MAS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, LO SOLICITADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LO ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20610583131	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	THUNDER MEDIC SAC	Hora de envío :	23:43:19

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

EN RELACIÓN AL APARTADO B17 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MESA DE OPERACIONES ELECTROHIDRÁULICA, QUE ESTABLECE:

"B17. PEDAL DE FRENO HIDRÁULICO EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO", QUEREMOS SEÑALAR QUE EL SISTEMA ELECTRÓNICO NO TIENE RELACIÓN DIRECTA CON EL SISTEMA DE FRENO DE LA MESA. POR LO TANTO, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE REEVALÚE ESTA ESPECIFICACIÓN Y CONSIDERE LA INCLUSIÓN DE UN SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO, EL CUAL PROPORCIONARÁ MAYOR SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL CENTRO QUIRÚRGICO.

PROPONEMOS QUE LA ESPECIFICACIÓN SEA MODIFICADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

"B17. QUE EL EQUIPO CUENTE CON SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA, LO SOLICITADO NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE ES PRIMORDIAL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE ANTE FALLAS DEL SISTEMA ELECTRONICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20610583131	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	THUNDER MEDIC SAC	Hora de envío :	23:53:22

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

EN RELACIÓN AL APARTADO C08 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MESA DE OPERACIONES ELECTROHIDRÁULICA, QUE ACTUALMENTE INDICA:

"C08. MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1110 MM COMO MÍNIMO RESPECTO AL SUELO", CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PLURALIDAD DE POSTORES Y COMPETENCIA EFECTIVA, ESTABLECIDOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLICITAMOS QUE SE MODIFIQUE EL RANGO DE MOVIMIENTO ASCENDENTE PARA PERMITIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES.

PROPONEMOS QUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEA AJUSTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

"C08. MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1050 MM COMO MÍNIMO RESPECTO AL SUELO."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: C08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1050 MM COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA / ELECTRICA Y ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYQUEUE ¿ CUI Nº2619543

Ruc/código :	20610583131	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	THUNDER MEDIC SAC	Hora de envío :	23:55:26

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:

EN RELACIÓN AL APARTADO C09 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MESA DE OPERACIONES ELECTROHIDRÁULICA, QUE ACTUALMENTE INDICA:

"C09. MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 600M Ó MENOS RESPECTO AL SUELO ", CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PLURALIDAD DE POSTORES Y COMPETENCIA EFECTIVA, ESTABLECIDOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLICITAMOS QUE SE MODIFIQUE EL RANGO DE MOVIMIENTO ASCENDENTE PARA PERMITIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES.

PROPONEMOS QUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEA AJUSTADA DE LA SIGUIENTE MANERA: C09. MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 695MM Ó MENOS RESPECTO AL SUELO."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINION DEL AREA USUARIA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 'C09 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 695mm O MENOS RESPECTO AL SUELO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null