

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20447790999	Fecha de envío :	26/02/2024
Nombre o Razón social :	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	09:55:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se requiere COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORNILLAS Y HORNO.

A fin de permitir coincidir con los requerimientos definidos por el area usuaria; solicitamos cordialmente mencionar si el modelo y diseño de las cocinas deben ser en forma lineal (4 hornillas distribuidas en forma lineal) o distribuidas las hornillas en dos filas (2 hornillas en la parte frontal y 2 hornillas en la parte posterior)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** E80 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE VE OPORTUNO PRECISAR, LAS CARACTERISTICAS DEL REQUERIMIENTO DEL TIPO DE DISTRIBUCION DE LAS HORNILLAS, ELLO EN RAZON QUE NO MODIFICA LA FUNCIONABILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL BIEN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORNILLAS Y HORNO

A03.1 CON CUATRO HORNILLAS DISTRIBUIDAS EN FORMA LINEAL O CUATRO HORNILLAS DISTRIBUIDAS EN DOS FILAS, DOS EN LA PARTE FRONTAL Y DOS EN LA PARTE POSTERIOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORNILLAS Y HORNO

A03.1 CON CUATRO HORNILLAS DISTRIBUIDAS EN FORMA LINEAL O CUATRO HORNILLAS DISTRIBUIDAS EN DOS FILAS, DOS EN LA PARTE FRONTAL Y DOS EN LA PARTE POSTERIOR.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20447790999	Fecha de envío :	26/02/2024
Nombre o Razón social :	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	09:55:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan que los quemadores de las COCINAS sena de material FIERRO FUNDIDO O BRONCE
Consultamos si aceptarían quemadores de ALUMINIO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: E80 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE CONSIDERA OPORTUNO INCORPORAR, EN LAS CARACTERISTICAS EL REQUERIMIENTO DEL TIPO DE MATERIAL DEL QUEMADOR ALUMINIO, ELLO EN RAZON QUE NO MODIFICA LA FUNCIONABILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL BIEN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORNILLAS Y HORNO
(...)
A03 QUEMADORES REMOVIBLES DE FIERRO FUNDIDO O BRONCE O ALUMINIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORA A LA INTEGRACION DE BASES.

COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORNILLAS Y HORNO

A03 QUEMADORES REMOVIBLES DE FIERRO FUNDIDO O BRONCE O ALUMINIO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20447790999	Fecha de envío :	26/02/2024
Nombre o Razón social :	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	09:55:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases se requiere para el caso de las cocinas lo siguiente:
QUE INCLUYA CAMPANA DE VAHOS DE REMOSION MANUAL
Entendiendo que estas campanas son preferentemente usadas en zonas de lavado de vajilla y no teniendo una descripción en las bases de sus medidas y características; sugerimos al area usuaria considerar como OPCIONAL este requerimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: E80 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL REQUERIMIENTO SOLICITA CAMPANA PARA VAHOS, ESTE TIPO DE CAMPANAS NO EMPLEAN FILTROS, POR LO QUE SE SUELEN COLOCAR ENCIMA DE HORNOS O MAQUINARIAS QUE EMITAN OLORES Y/O VAPOR, DE FORMA QUE SACAN AL EXTERIOR TANTO EL OLOR COMO EL VAPOR. SU USO ES MUY IMPORTANTE EN ESPACIOS DONDE SE CONDENSE MUCHA AGUA EN PAREDES Y TECHOS.

CON RESPECTO A LAS DIMENSIONES, EL CONTRATISTA DEBE INSTALAR LA CAMPANA EN BASE A LAS DIMENSIONES DE LA COCINA.

POR LO EXPUESTO Y DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y SU IMPORTANCIA, NO PODEMOS ACCEDER A SU SOLICITUD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20447790999	Fecha de envío :	26/02/2024
Nombre o Razón social :	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	09:55:25

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Entre las características del bien COCINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA, se requiere lo siguiente:
- SUSTITUCION E INSTALACION DE ACCESORIO ELECTRICO TOMACORRIENTE TRES EN LINEA, SCHUKO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE EQUIPO.
Para evitar confusion respecto a este requerimiento, solicitamos aclarar respecto a nuestro entendimiento al respecto.
Se entiende que mientras el equipo tenga un cable con terminal Schuko y en la entidad de establecimiento de salud no exista esta conexon; el postor ganador debe de instalar dicho tomacorriente; pero mientras el equipo solo requiera de un tomacorriente monofasico simple no seria necesario realizar el cambio.
Apreciaremos aclarar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: E81 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ES IMPORTANTE ACLARAR, QUE SEGÚN NORMA TECNICA DE SALUD N°113-MINSA, LOS EQUIPOS DEBEN CONTAR CON ENCHUFE Y TOMA SCHUKO, POR LO TANTO, EN CASO DE QUE EL AMBIENTE DEL CENTRO DE SALUD NO CUENTE CON EL TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR EL CAMBIO DEL MISMO, CON LA FINALIDAD DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

CON LA FINALIDAD DE EVITAR CONFUSION, SE PRECISA Y AJUSTA EN LA CARACTERISTICA TECNICA COMO SIGUE.

B03 EL BIEN DEBE CONTAR CON ENCHUFE TIPO SCHUKO EN CASO DE QUE EL AMBIENTE NO CUENTE CON TOMACORRIENTE SE DEBE REALIZAR LA SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE TRES EN LÍNEA, SCHUKO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
COCINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA

EL BIEN DEBE CONTAR CON ENCHUFE TIPO SCHUKO EN CASO DE QUE EL AMBIENTE NO CUENTE CON TOMACORRIENTE SE DEBE REALIZAR LA SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE TRES EN LÍNEA, SCHUKO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE EQUIPO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20447790999	Fecha de envío :	26/02/2024
Nombre o Razón social :	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	09:55:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En relacion al bien LICUADORA en la descripcion del bien se menciona CAPACIDAD: 1500 A 2000cc
Pero en el encabezamiento del requerimiento dice: LICUADORA ELECTRICA 200 CC.
comprendiendo que existe un error de digitación favor aclarar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: E8B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE VE OPORTUNO CORREGIR EL ERROR DE TIPO, QUEDANDO COMO SIGUE.

LICUADORA ELECTRICA DE 2000CC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LICUADORA ELECTRICA DE 2000CC

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20447790999	Fecha de envío :	26/02/2024
Nombre o Razón social :	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	09:55:25

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En relación al requerimiento de MAQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA entre los detalles tecnicos de solicita que el equipo cuente con 3 escobillas de repuesto; es decir se entiende que se debe entregar adicionales 3 escobillas mas; consultamos si todas las escobillas de repuesto deben ser de lustrar o algunas serian escobillas de lavar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: E58 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE CONSIDERA OPORTUNO PRECISAR, QUE LA ENTREGA DE ESCOBILLAS SERA DE LA SIGUIENTE FORMA:

MAQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA
(...)
B01. TRES (03) ESCOBILLAS DE REPUESTO (ADICIONAL) SEGÚN LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN
DOS (02) ESCOBILLAS PARA LAVAR.
UNA (01) ESCOBILLA PARA LUSTRADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MAQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA

TRES (03) ESCOBILLAS DE REPUESTO (ADICIONAL) SEGÚN LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN
DOS (02) ESCOBILLAS PARA LAVAR.
UNA (01) ESCOBILLA PARA LUSTRADO.