

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código : 20100162238

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT
COMPANY DEL PERU S.A.

Hora de envío : 11:37:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1 Documentacion de presentacion Obligatoria

2.2.1.1 Documentos para la admision de la oferta

e) Folletos o instructivos o catalogos o similares de fabricante para acreditar las especificaciones tecnicas de los bienes solicitados en el Capitulo III - Requerimiento
CONSULTA: El comite especial aceptaria Carta del Fabricante para acreditar un maximo de hasta 03 especificaciones tecnicas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: II

Literal: 2.1

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta de las bases se consigna con el objetivo de verificar que el bien ofertado cumpla con las especificaciones tecnicas requeridas, por lo que se solicita la presentacion de folletos o instructivos o catalogos o similares de fabricante, este ultimo apertura otros documentos similares, siempre en cuando demuestre el cumplimiento de las especificaciones tecnicas requeridas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	12:39:59

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección aceptar un NIVEL DE RUIDO MENOR O IGUAL A 60 dB, dado que el nivel de ruido especificado en el requerimiento técnico está direccionado a 2 marcas de centrifugas (EPPENDORF, SIGMA), evitando la pluralidad de participacion de proveedores, como lo exige la Ley de Contrataciones del Estado vigente. Además, el nivel de ruido solicitado por nosotros es sumamente cercano al requerimiento, sin aumento de ruido apreciable.

DICE:

"NIVEL DE RUIDO: <= 56 dB (A)"

DIRA:

"NIVEL DE RUIDO: <= 60 dB (A)"

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria responsable de la formulación del requerimiento y conocedor técnico de su necesidad no acoge la observación, tomando en cuenta que el nivel de ruido bajo es de suma importancia para ejecución de las actividades en el laboratorio y así mantener un ambiente adecuado y óptimo para cumplir con la finalidad. Cabe precisar, que de acuerdo a la normativa, la institución se encuentra en Zona de Protección Especial, con alta sensibilidad acústica, donde los niveles de ruido no pueden alcanzar a los 60 dB y menos puede superar, además, existe pluralidad de marcas y postores que cumplen con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	12:39:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección aceptar según diseño de fabricante el requerimiento "SEGURO CONTRA CAÍDAS DE LA TAPA: SÍ", dado que este es un detalle técnico así descrito que poseen pocas centrifugas, lo que evidencia un direccionamiento. O también aceptar mecanismos de seguridad similares, para que en el presente procedimiento se encuentre la pluralidad de postores y ofertas que propugna la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

DICE:

"SEGURO CONTRA CAÍDAS DE LA TAPA: SÍ"

DIRÁ:

"SEGURO CONTRA CAÍDAS DE LA TAPA O SEGÚN DISEÑO DE FABRICANTE O MECANISMOS SIMILARES"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria responsable de la formulación del requerimiento y conocedor técnico de su necesidad indica que es de vital importancia que el equipo cuente con un seguro contra caídas de la tapa, en vista de que el trabajo se realiza a altas revoluciones, donde las muestras deben ser protegidas, por lo que se aceptará parcialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: "Seguro contra caídas de la tapa o mecanismos similares para su seguridad."

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	12:44:27

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita: NIVEL DE RUIDO: ¿ 56 DB (A).

Al respecto, según el ANEXO F de la NSF49-2019, F.1. Condiciones previas e intervalos de certificación en campo F.11 Test de nivel de ruido, la aceptación es que no exceda los 70 dba. Asimismo, la exposición al personal de trabajo debe ser menor a 80 dB de ruido laboral y se encuentra sustentada en la NTP 270 (Evaluación al personal de trabajo de la exposición al ruido) y acorde al DECRETO SUPREMO N° 085-2003-PCM (Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido). Por ello y para no restringir la participación de postores que cumplimos con normativas tanto nacionales como internacionales nombradas, OBSERVAMOS esta especificación y solicitamos se modifique quedando de la siguiente manera: Emisión de ruido según NSF49/EN12469, NIVEL DE RUIDO: ¿ 60 dB.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria responsable de la formulacion del requerimiento y conocedor tecnico de su necesidad no acoge la observacion, tomando en cuenta que el nivel de ruido bajo es de suma importancia para ejecucion de las actividades en el laboratorio y asi mantener un ambiente adecuado y optimo para cumplir con la finalidad. Cabe precisar, que de acuerdo a la normativa, la institución se encuentra en Zona de Protección Especial, con alta sensibilidad acústica, dónde los niveles de ruido no pueden alcanzar a los 60 DB y menos puede superar, además, existe pluralidad de marcas y postores que cumplen con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	12:44:27

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita: 01 ROTOR ANGULAR PARA 20 POSICIONES PARA CRIOTUBOS.

CONSULTAMOS si en pro de aceptar las mejoras de nuestro modelo como 18 100RPM y FRC: 31 865xg. Podrían aceptar el rotor angular con 12 posiciones para criotubos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El rotor angular es variable en función a la capacidad requerida, o en su defecto en función a la cantidad de tubos, en ese sentido se acepta parcialmente la solicitud; se apertura el rotor angular para 12 posiciones, con el objetivo de garantizar la pluralidad de marcas y postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: "01 Rotor angular para 12 ó 20 posiciones, hasta 5 ml de capacidad".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	14:41:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES.

3.1 CENTRIFUGA PARA 12 A 24 TUBOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS

Capacidad Máxima: 24 x 1.5/2 ml o 30 x 1.5/2 ml o mayor.

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, indicar si de acuerdo al nombre del requerimiento "CENTRÍFUGA PARA 12 A 24 TUBOS", aceptaría una centrífuga de capacidad 12 solamente, ya que en el detalle de especificaciones técnicas indican capacidad máxima para 24 o 30.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria responsable de la formulacion del requerimiento y conocedor tecnico de su necesidad señala que es necesario que la centrífuga tenga la capacidad de 24 posiciones, pudiendo alcanzar hasta 30. En tanto las características técnicas señaladas son establecidos de acuerdo a la necesidad y la finalidad del area usuaria, por lo tanto, no se acepta la consulta del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	14:41:42

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES.

3.1 CENTRIFUGA PARA 12 A 24 TUBOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS

Nivel de ruido: <= 56 db (A)

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien permitir equipos con nivel de ruido <= 65 db (A); ya que dicha característica no afecta el funcionamiento del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria responsable de la formulacion del requerimiento y conocedor tecnico de su necesidad no acoge la consulta, tomando en cuenta que el nivel de ruido bajo es de suma importancia para ejecucion de las actividades en el laboratorio y asi mantener un ambiente adecuado y optimo para cumplir con la finalidad. Cabe precisar, que de acuerdo a la normativa, la institución se encuentra en Zona de Protección Especial, con alta sensibilidad acústisca, dónde los niveles de ruido no pueden alcanzar a los 60 DB y menos puede superar, además, existe pluralidad de marcas y postores que cumplen con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	14:41:42

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES.

3.1 CENTRIFUGA PARA 12 A 24 TUBOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS

Protección contra sobrecalentamientos del motor: sí

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir una mayor pluralidad de postores potenciales, tenga a bien permitir que esta característica sea OPCIONAL, ya que ésta corresponde a una marca en particular y limita la participación de otras marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria responsable de la formulacion del requerimiento y conocedor tecnico de su necesidad no acoge la consulta, tomando en cuenta de que la proteccion de sobrecalentamiento del motor es para evitar daños y extender la vida util del equipo. Asimismo, existe pluralidad de marcas y postores que cumplen con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	14:41:42

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES.

3.1 CENTRIFUGA PARA 12 A 24 TUBOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS

Seguro contra caídas de la tapa: sí

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir una mayor pluralidad de postores potenciales, tenga a bien permitir que esta característica sea OPCIONAL, ya que ésta corresponde a una marca en particular y limita la participación de otras marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria responsable de la formulacion del requerimiento y conocedor tecnico de su necesidad no acoge la consulta, indica que es importante que el equipo cuente con un seguro contra caídas de la tapa, en vista de que el trabajo se realiza a altas revoluciones, dónde las muestras deben ser protegidas, por lo que se aceptará parcialmente: "los mecanismos particulares de los fabricantes que permitan la funcionalidad señalada".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20600811364	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:05:54

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Dice: 01 rotor angular para 20 posiciones, para criotubos.

Se solicita aclarar sobre el rotor para 20 posiciones para criotubos, la característica de criotubo es una característica del ¿tubo¿ no del rotor siendo que se refiere a la capacidad de soportar bajas temperaturas del ¿tubo¿ (hasta -196° en tubos de construcción plástica), por lo que es incompatible solicitar un rotor para este fin, el rotor en cuestión ya se solicitó en el ítem previo como un rotor de 24 o 30 posiciones, lo que se solicita cordialmente al comité es aclarar las dimensiones y/o capacidad de los tubos (criotubos) y en vez de un rotor adicional recomendamos solicitar adaptadores dado que ya solicitaron un rotor para tubos de 1,5 a 2 ml, y para estos criotubos debería aclararse la capacidad, dimensiones y tipo, es decir si la base es cónica o con faldón para solicitar los adaptadores en cuestión pues no hay un comercialmente ¿un rotor para criotubos¿, se desliza como propuesta para ser evaluada lo siguiente:

¿ Juego completo de adaptadores para microtubos de 0.5 ml con faldón compatibles con el rotor.

Ejemplo:

<https://ibb.co/3406jgz>

<https://ibb.co/WBdNNnP>

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III

Literal: 3.1

Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de eficiencia, principio de igualdad y vigencia tecnológica.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El rotor angular es variable en función a la capacidad, o en su defecto en función a la cantidad de tubos, en ese sentido se acepta parcialmente la solicitud; se apertura el rotor angular para 12 posiciones, con el objetivo de garantizar la pluralidad de marcas y postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'Debe decir: "01 Rotor angular para 12 ó 20 posiciones, hasta 5 ml de capacidad".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la página 12, numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 90 días calendario.

Al respecto, cabe señalar que no se ha establecido correctamente el cómputo del plazo de entrega debido que no se ha especificado a partir de qué momento inicia el plazo de entrega, EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ESTABLECER QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA CONTABILIZADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en el numeral 10 de la página 19 de las Bases)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en la pagina 12, numeral 1.9 señala lo siguiente: "Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 90 DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato."

Asimismo, el capítulo III, requerimiento, especificaciones técnicas señala claramente el computo de plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:34

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el literal e) de la página 14 de las Bases se indica que se debe adjuntar la siguiente documentación a fin de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas:

e) Folletos o instructivos o catálogos o similares del fabricante para acreditar las especificaciones técnicas de los bienes solicitados en el Capítulo III.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección precisar que por documentos similares del fabricante se refieren a que se podrá adjuntar CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE. A fin de acreditar fehacientemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta de las bases se consigna con el objetivo de verificar que el bien ofertado cumpla con las especificaciones tecnicas requeridas, por lo que se solicita la presentacion de folletos o instructivos o catalogos o similares de fabricante, este ultimo apertura otros documentos similares, siempre en cuando demuestre el cumplimiento de las especificaciones tecnicas requerido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:34

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el literal e) de la página 14 de las Bases se indica que se debe adjuntar folletos o instructivos o catálogos o similares del fabricante a fin de acreditar las especificaciones técnicas, sin embargo, no se ha precisado qué especificaciones técnicas deberán ser acreditadas, siendo que, se podría afianzar la acreditación de algunas especificaciones técnicas del requerimiento a través de la presentación adicional de folletos, catálogos o cartas de fabricante, para lo cual la Entidad DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección que adicionalmente a la presentación del ANEXO N° 3, se acrediten documentalmente las siguientes especificaciones técnicas:

CENTRÍGUGA:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (descritas en la página 18 de las Bases)
(Entendiendo que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditadas mediante la presentación del ANEXO N° 3).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Siendo el objeto de contratacion la adquisicion de centrifuga de mesa para 12 a 24 tubos para uso en los laboratorios de la Universidad, se requiere un equipo que cumpla con la finalidad publica y los objetivos de la Entidad, por lo que es necesario acreditar el cumplimiento de las características requeridas en las bases con la presentacion de lo solicitado en el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:34

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan: Potencia: 3KW.

A nuestro parecer, la potencia solicitada está al borde de lo que puede consumir un equipo de esa capacidad, y más si se da la oportunidad de que sea monofásico.

Por lo antes expuesto y en virtud del Principio de Libertad de Concurrencia y Competencia, solicitamos flexibilizar la característica de manera similar a la siguiente:

Potencia: de 3KW a 3.5KW.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1.1 **Literal:** A04 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en las bases no se menciona el dato siguiente "Potencia : 3KW".

Se indica que las consultas y observaciones formuladas por los paticipantes deben ser debidamente motivada, concreta, clara y sin ambigüedades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:34

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitan: Temporizador: 0 y 99 minutos.

En función de nuestra experiencia, los procesos mayormente utilizados por el área usuaria son los predeterminados por fábrica y según los estándares internacionales, por lo que es importante entender que la temporización va a venir ligada a la temperatura aplicada y presión asociada.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de dar cabida a los Principios de Libertad de Concurrencia y Competencia, solicitamos flexibilizar la característica de manera similar a la siguiente:

Temporizador: 0 y 99 minutos o según programa predeterminado.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 5.1.1 **Literal:** A08 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en las bases no se menciona el dato siguiente "Temporizador: 0 y 99 minutos".

Se indica que las consultas y observaciones formuladas por los paticipantes deben ser debidamente motivada, concreta, clara y sin ambigüedades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:34

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan: Fuente de alimentación: 220 V.

A nuestro parecer, un autoclave de las capacidades solicitadas, podría sobrecargar y hasta recalentar la fase a la que se encuentre conectada, por lo que lo más recomendable por fábrica y por nosotros, es que se trabaje con un sistema trifásico dedicado y balanceado que permita desenvolverse al equipo a plenitud sin interferir con los demás equipos de laboratorio.

Por lo antes expuesto y en pro del Principio de Vigencia Tecnológica, les solicitamos adaptar la característica de una manera similar a la siguiente:

Fuente de alimentación: 220 VAC trifásico a cuatro hilos (tres fases + tierra).

Acápíte de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 5.1.1 **Literal:** B01 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en las bases no se menciona el dato siguiente "Fuente de alimentación: 220 V".

Se indica que las consultas y observaciones formuladas por los paticipantes deben ser debidamente motivada, concreta, clara y sin ambigüedades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20600446461	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C. - HASSO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:26:59

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se indica:

¿SEGURO CONTRA CAIDAS DE LA TAPA: SI.¿

Consulta:

¿Podría el comité especial si lo indicado se refiere a un dispositivo que evite que la tapa se cierre rápida o violentamente, como por ejemplo pistones neumáticos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria responsable de la formulacion del requerimiento y conocedor tecnico de su necesidad indica que es de vital importancia que el equipo cuente con un seguro contra caídas de la tapa, en vista de que el trabajo se realiza a altas revoluciones, dónde las muestras deben ser protegidas, por lo que se aceptará parcialmente: "los mecanismos particulares de los fabricantes que permitan la funcionalidad señalada".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Debe decir: "Seguro contra caídas de la tapa o mecanismos similares para su seguridad."

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:44:00

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Dice:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 90 DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato

Solicitamos que se considere:

Estos equipos se fabrican a pedido y requieren de importación, la cual presenta un plazo de tiempo en transporte, desaduanaje, internamiento, control de calidad y envío al lugar solicitado. Por ello, se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 120 días calendarios, para una mayor pluralidad de postores y que el área usuaria cuente con un equipo de reciente fabricación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Verificado el estudio de mercado, existe pluralidad de marcas y postores que cumplen con el plazo establecido, por lo que no se acepta la solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:59:34

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

CENTRIFUGA PARA 12 A 24 TUBOS

Fuerza centrífuga relativa o fuerza gravitacional máxima : 17 000 g o RCF o mayor

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo CENTRIFUGA PARA 12 A 24 TUBOS con Fuerza centrífuga relativa o fuerza gravitacional máxima : 16 800 g o RCF o mayor, debido a que cada fabricante tiene sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales; Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria responsable de la formulacion del requerimiento y conocedor tecnico de su necesidad acoge la consulta siempre que se cumpla la velocidad máxima de 13,300 rpm o mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: "Fuerza centrífuga relativa o Fuerza gravitacional máxima: 16 800 G o RCF o mayor.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:59:34

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

CENTRIFUGA PARA 12 A 24 TUBOS

Nivel de Ruido: ¿56 DB (A)

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo CENTRIFUGA PARA 12 A 24 TUBOS con Nivel de Ruido: ¿ 60 DB (A), debido a que cada fabricante tiene sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales; Con el fin de PROMOVER Y FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES POTENCIALES, y no limitando su participación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria responsable de la formulacion del requerimiento y conocedor tecnico de su necesidad no acoge la observacion, tomando en cuenta que el nivel de ruido bajo es de suma importancia para ejecucion de las actividades en el laboratorio y asi mantener un ambiente adecuado y optimo para cumplir con la finalidad. Cabe precisar, que de acuerdo a la normativa, la institución se encuentra en Zona de Protección Especial, con alta sensibilidad acústica, dónde los niveles de ruido no pueden alcanzar a los 60 DB y menos puede superar, además, existe pluralidad de marcas y postores que cumplen con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:59:34

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

CENTRIFUGA PARA 12 A 24 TUBOS

SEGURO CONTRA CAIDAS DE LA TAPA: SÍ

SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva considerar como OPCIONAL que el equipo centrífuga para 12 A 24 tubos, tenga seguro contra caídas de la tapa; teniendo en consideración que dicha característica no afecta funcionalmente al equipo; y que se considere como opcional con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación; con la finalidad de que se obtenga el mejor equipo, a menor precio y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria responsable de la formulacion del requerimiento y conocedor tecnico de su necesidad indica que es de vital importancia que el equipo cuente con un seguro contra caídas de la tapa, en vista de que el trabajo se realiza a altas revoluciones, dónde las muestras deben ser protegidas, por lo que se aceptará parcialmente: "los mecanismos particulares de los fabricantes que permitan la funcionalidad señalada"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'Debe decir: "Seguro contra caídas de la tapa o mecanismos similares para su seguridad.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:59:34

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

CENTRIFUGA PARA 12 A 24 TUBOS
INCLUYE ACCESORIOS
01 ROTOR ANGULAR, PARA 20 POSICIONES , PARA CRIOTUBOS

SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva ACLARAR si lo que están requiriendo es un equipo centrifuga para 12 A 24 tubos con ROTOR ANGULAR, PARA 20 POSICIONES, PARA CRIOTUBOS de 1,5 /2 ml, con la finalidad de ofertar el equipo y accesorios adecuados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El rotor angular es variable en función a la capacidad, o en su defecto en función a la cantidad de tubos, en ese sentido se acepta parcialmente la solicitud; se apertura el rotor angular para 12 posiciones, con el objetivo de garantizar la pluralidad de marcas y postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: "01 Rotor angular para 12 ó 20 posiciones, hasta 5 ml de capacidad".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20601908761	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	NATGEN S.A.C.	Hora de envío :	20:50:16

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita mayor detalle de lo que busca el requisito "Seguro contra caídas de la tapa: sí". Por ejemplo, si se refiere a que la tapa de la centrifuga cierre de forma automática o con algún tipo de posicionamiento en especial; asimismo, si hace referencia a que se garantice un cierre seguro y hermético durante el funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria responsable de la formulacion del requerimiento y conocedor tecnico de su necesidad indica que es de vital importancia que el equipo cuente con un seguro contra caídas de la tapa, en vista de que el trabajo se realiza a altas revoluciones, dónde las muestras deben ser protegidas, por lo que se aceptará parcialmente: "los mecanismos particulares de los fabricantes que permitan la funcionalidad señalada".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'Debe decir: "Seguro contra caídas de la tapa o mecanismos similares para su seguridad.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20601908761	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	NATGEN S.A.C.	Hora de envío :	20:50:16

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Para atender el requisito "01 rotor angular de 20 posiciones para criotubos" se solicita que se detalle ¿cuáles son los volúmenes de los crioviales que se usaran (de 0.5, 2, 3, 4, 5ml) para este rotor adicional o accesorio?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El rotor angular es variable en función a la capacidad, o en su defecto en función a la cantidad de tubos, en ese sentido se acepta parcialmente la solicitud; se apertura el rotor angular para 12 posiciones, con el objetivo de garantizar la pluralidad de marcas y postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: "01 Rotor angular para 12 ó 20 posiciones, hasta 5 ml de capacidad".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20601908761	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	NATGEN S.A.C.	Hora de envío :	20:52:14

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Para atender el requisito de accesorios "Adaptadores y tapas" se solicita se detalle el tipo de adaptadores (y para qué volúmenes), así como mayor información sobre el tipo de tapas o las unidades a proporcionar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, con conocimiento tecnico de su necesidad, aclara que los rotores deben contar con tapas, y el rotor de 24 0 30 tubos, debe contar con adaptadores para 0.2 y 0.5 ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'Debe decir: Adaptadores para 0.2 y 0.5 ml y tapas para cada rotor.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20601908761	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	NATGEN S.A.C.	Hora de envío :	20:58:35

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Acerca de "Nivel de ruido: < 56 DB(A)" se solicita que buscando la apertura de este requisito a una mayor cantidad de postores. Se invoca la consideración de que el nivel ruido generado por el equipo no supere los 65 dB(A), dado que a estos valores de decibeles no se genera disconfort en el operador, en amparo de lo dictan las normas que detallan las condiciones de exposición a ruido en los ambientes de trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria responsable de la formulacion del requerimiento y conocedor tecnico de su necesidad indica que es de vital importancia que el equipo cuente con un seguro contra caídas de la tapa, en vista de que el trabajo se realiza a altas revoluciones, dónde las muestras deben ser protegidas, por lo que se aceptará parcialmente: "los mecanismos particulares de los fabricantes que permitan la funcionalidad señalada".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'Debe decir: "Seguro contra caídas de la tapa o mecanismos similares para su seguridad."

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20601908761	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	NATGEN S.A.C.	Hora de envío :	21:13:33

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Consultamos si en el Anexo 6 Precio de la Oferta en la casilla de Concepto deberá ir únicamente el objeto de la convocatoria: " ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO." ó confirmar si también se deberá detallar la cantidad a suministrar toda vez que se indica que son 02 unidades.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 06 Literal: A Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Anexo 6, de las bases sera llenada conforme a la informacion que se requiere en la misma, cabe aclarar que la oferta es a suma alzada por lo que el detalle de los precios unitarios del precio ofertado será presentada para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	23:27:39

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Solicitan: Nivel de Ruido < 56dB (A).
Los niveles de ruido según las regulaciones gubernamentales relacionadas a Seguridad y salud ocupacional, establece que el nivel máximo de ruido en ambientes laborales es de 85dB .
En ese sentido consultamos al comité si aceptará un equipo con un Nivel de ruido no mayor a: 65 dB (A) y así fomentar la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria responsable de la formulacion del requerimiento y conocedor tecnico de su necesidad no acoge la observacion, tomando en cuenta que el nivel de ruido bajo es de suma importancia para ejecucion de las actividades en el laboratorio y asi mantener un ambiente adecuado y optimo para cumplir con la finalidad. Cabe precisar, que de acuerdo a la normativa, la institución se encuentra en Zona de Protección Especial, con alta sensibilidad acústica, dónde los niveles de ruido no pueden alcanzar a los 60 DB y menos puede superar, además, existe pluralidad de marcas y postores que cumplen con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código : 20451829913

Nombre o Razón social : DBG SOLUCIONES S.A.C

Fecha de envío : 11/09/2023

Hora de envío : 23:27:39

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Solicitan: 01 Rotor angular para 20 posiciones para criotubos.

Con la finalidad de fomentar la pluralidad del proceso solicitamos al comité aceptar 01 Rotor angular para 12 o 20 posiciones para criotubos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El rotor angular es variable en función a la capacidad, o en su defecto en función a la cantidad de tubos, en ese sentido se acepta parcialmente la solicitud; se apertura el rotor angular para 12 posiciones, con el objetivo de garantizar la pluralidad de marcas y postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: "01 Rotor angular para 12 ó 20 posiciones, hasta 5 ml de capacidad".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 A 24 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código : 20451829913

Nombre o Razón social : DBG SOLUCIONES S.A.C

Fecha de envío : 11/09/2023

Hora de envío : 23:27:39

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

01 Rotor angular, 4 posiciones, para tiras PCR.

Solicitamos al comité con la finalidad de fomentar la pluralidad del proceso aceptar: 01 Rotor angular 3 o 4 posiciones, para tiras PCR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Verificado el estudio de mercado, existe pluralidad de marcas y postores que cumplen con lo requerido, por lo que no se acepta la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno