

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código : 20603635702

Fecha de envío : 25/05/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION COSMETICA LATINA S.A.C.

Hora de envío : 18:51:23

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

En la experiencia del postor requerida, no se detallan los bienes similares. Se le solicita al comité, considerar como bienes similares equipos de laboratorios y/o equipos medios o biomedicos en general. Puesto que estos insumos son para los equipos incluidos en este tipo.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** III

**Literal:** B

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

2

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA EXPERIENCIA DE LOS POSTORES SERA VENTA DE MICROCUBETAS PARA HEMOGLOBINOMETROS EN GENERAL Y/O INSUMOS MEDICOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 10:40:29

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones técnicas de las microcubetas para hemoglobiniometro Hemocue Hb 201. No consideran las características exactas del producto, de manera que se garantice la adquisición eficaz del mismo, por lo que solicitamos al comité incluir las siguientes especificaciones :  
presentación: Kit x 100 (4 cjas. x 25) en empaque individual. Composición:  
- Plástico de poliestireno. - reactivos de la microcubeta ug/g < 600 deoxicolato de sodio < 300 nitrito de sodio < 350  
ingredientes no reactivos. Material de Muestra: Sangre completa capilar,  
venosa o arterial. Volumen de muestra: 10 ul.  
Temperatura de almacenaje: 15 a 30°C. Temperatura de  
operación: 15 a 30°C.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se añadió en las especificaciones técnicas la presentación de cada item

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 11:51:41

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

**Observación:**

En el numeral 1.6 del Capítulo I - Generalidades de las Bases, se indica que la Modalidad de Ejecución es "Llave en Mano".

Esta modalidad de ejecución resulta aplicable cuando la Entidad requiera prestaciones de bienes que incluyan su puesta en marcha y funcionamiento al momento de la entrega.

Sin embargo, la Entidad no ha tomado en cuenta que el presente caso se trata de un procedimiento de selección en el que el objeto de la convocatoria es la adquisición de Reactivos e Insumos de Laboratorio, como se indica en el numeral 1.2 del capítulo I - Generalidades de las Bases.

En ese sentido, observamos las Bases y solicitamos se su prima la Modalidad de Ejecución "Llave en Mano" del presente procedimiento de selección, por no estar de acuerdo a Ley y evitar así, vicios insubsanables en el procedimiento de selección.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.6    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOJE se esta tomando la modalidad de llave en mano porque los bienes a adquirir pueden sufrir algún deterioro en el traslado porque lo solicitaremos su reposición inmediata.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 11:51:41

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Observación:

Según el numeral 1.9. - Plazo de Entrega, del Cap. I - Generalidades, se indica que:

"Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de 10 días en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación".

Sin embargo, en el el expediente no se observa ninguna precisión sobre el plazo de entrega, por lo que no estaría definido cual sería el momento para realizar la entrega, haciendo que las bases sean inexactas. Además, es preciso tener en cuenta que al momento de la entrega los almacenes exigen que se cuenta con la orden de compra (original o copia simple) para que puedan ingresarse los bienes.

Por tal motivo, solicitamos al comité de selección que en coordinación con el área usuaria acepte que el plazo de entrega sea de 10 días calendario contados a partir de la notificación de la respectiva orden de compra.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** I      **Literal:** 1.9      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE: la cantidad de días se considera de acuerdo a la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 11:51:41

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Observación:

Según el literal e), del numeral 2.2.1.1 - Documentos para la admisión de la oferta, del Cap. II - Del Procedimiento de Selección, indica que:

"Consignar la documentación adicional que el postor debe presentar tales como autorizaciones del productos, folletos, instructivo, catálogos o similares, para acreditar (detallar que características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas deben ser acreditadas por el postor)".

De lo citado, no se aprecia cuales son las características técnicas que deben acreditarse, ni se define cual seria la forma de acreditación. Haciendo que hayan inconvenientes para los postores al momento de presentación de las ofertas.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección que en coordinación con el área usuaria, precise cuales son las especificaciones técnicas que deben acreditarse, así como la forma de acreditación.

Así mismo, se acepte como forma de acreditación la presentación de cartas emitidas por el fabricante o dueño de la marca, ya que no todas las especificaciones técnicas se encuentran estipuladas en la folletería, catálogos o brochures. Con ello se permitiría la participación de mas postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:54:42

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 1.2 de la página 14 de las Bases se visualizan 2 ítems por separado lo cual es correcto debido que se tratan de dos productos de marcas distintas, sin embargo, en el SEACE, se visualiza un solo ítem lo cual no es acorde a la realidad comercial, pues la Microcubeta descartable para hemoglobímetro hemocontrol es distinta a la Microcubeta descartable para hemoglobímetro Hemocue HB 201.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que en relación a la presente convocatoria se dividan en 2 ITEMS POR SEPARADO EN LA FICHA DEL SEACE, a fin de que los postores podamos ofertar correctamente los bienes para el presente procedimiento de selección optando ya sea por participar en el ítem 1 o ítem 2

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.2    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NOSE ACOGE: al momento de su presentación realizarlo en su propuesta de oferta por cada ítem con sus marcas respectivas el área usuaria realizó su requerimiento en forma consolidada

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:54:42

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 1.6 de la página 14 de las Bases se indica que la modalidad de ejecución es de llave en mano, sin embargo, cabe resaltar que para la adquisición de microcubetas no corresponde una modalidad de ejecución de llave en mano por NO CORRESPONDER, pues no se tratan de equipos que requieran una instalación y puesta en funcionamiento.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección SUPRIMIR dicha indicación y corregir indicando que NO CORRESPONDE una modalidad de llave en mano.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.6    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOJE se esta tomando la modalidad de llave en mano porque los bienes a adquirir pueden sufrir algún deterioro en el traslado porque en ese caso solicitaremos su reposición inmediata.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:54:42

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 10 días.

Al respecto, es importante recalcar que, para poder ofertar los productos con las características solicitadas, se deben tener en consideración dentro de dicho plazo de entrega, los plazos de importación, desaduanaje, nacionalización y traslado de los productos, por lo que no resulta razonable establecer como plazo de entrega en 10 días calendarios.

En ese sentido, sobre la base de los argumentos expuestos solicitamos al Comité de Selección que establezca el plazo de entrega en TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA a través del correo consignado por el postor ganador de la Buena Pro.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE: la cantidad de días se considera de acuerdo a la necesidad del área usurea.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 26/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 18:54:42

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

En el literal d) de la página 16 se indica que se deberá adjuntar la Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Al respecto, entendemos que todas las especificaciones técnicas de darán por acreditadas mediante la presentación del ANEXO 3.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

**Literal:** d

**Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

si será con la declaración jurada del Anexo 3

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:54:42

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

En el literal e) de la página 17 de las Bases se realiza una serie de indicaciones si en caso la entidad requiere de presentación de muestras, sin embargo, no se realiza el requerimiento expreso de ello, por lo que solicitamos al Comité de Selección ACLARAR que para la presente convocatoria no se requerirá la presentación de muestras.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: II      Literal: 2.2.1.1      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO es necesario la presentación de muestras

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:54:42

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En el literal A de la página 22 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

-Certificado de Análisis

En relación a ello, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que el CERTIFICADO DE ANALISIS se podrá presentar en el FORMATO PROPIO DEL FABRICANTE, debiendo contener el refrendo (nombre, firma y sello) del DIRECTOR TÉCNICO DEL POSTOR.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: A      **Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Pueden presentar solo certificado de análisis de cada producto

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:54:42

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

En el literal A de la página 22 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

BPA

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que este documento deberá estar a nombre del postor.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: A      **Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el BPA debe estar a nombre del proveedor y vigente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:54:42

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

ITEM 1: MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL)

Solicitamos al Comité de Selección que establezca que se deba adjuntar como documento obligatorio CARTA DE AUTORIZACION Y/O COMERCIALIZACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE a fin de garantizar que el postor cuenta con dicha autorización para comercializar las microcubetas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: A      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO es necesario

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:54:42

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

En el literal B de la página 24 en relación con el factor de evaluación del plazo de entrega se indica el siguiente puntaje:

De 1 hasta 10 días calendario: 5 puntos

De 11 hasta más días calendario: 2 puntos

Al respecto, acorde a nuestra solicitud del plazo de entrega solicitamos considerar el siguiente puntaje:

-De 01 hasta 20 días calendario: 5 puntos

-De 21 hasta 29 días calendario: 2 puntos

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** B      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE: la cantidad de días se considera de acuerdo a la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:54:42

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

En el literal C de la página 24 de las Bases se indica como un factor de evaluación el siguiente punto:

C.- Protección social y desarrollo humano

-Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de protección social o desarrollo humano.

Al respecto, cabe señalar que lo requerido se convierte en una limitante a la pluralidad de postores pues solo aquellos que cumplan con este requerimiento podrán presentar su oferta, cabe señalar que ello va en contra de lo estipulado por la Ley de Contrataciones del Estado, ¿Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores¿ (Artículo 2, literal A)

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección SUPRIMIR el presente requerimiento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** IV    **Literal:** C    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:54:42

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

En el literal C.1 de la página 25 de las Bases se indica que se debe adjuntar lo siguiente:

-Certificación como ¿empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer¿.

Al respecto, cabe señalar que lo requerido se convierte en una limitante a la pluralidad de postores pues solo aquellos que cumplan con este requerimiento podrán presentar su oferta, cabe señalar que ello va en contra de lo estipulado por la Ley de Contrataciones del Estado, ¿Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores¿ (Artículo 2, literal A)

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección SUPRIMIR el presente requerimiento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** IV    **Literal:** C.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:54:42

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el literal C.2 de la página 25 de las Bases se indica que se debe adjuntar lo siguiente:

-Contratación de personas con discapacidad.

Al respecto, cabe señalar que lo requerido se convierte en una limitante a la pluralidad de postores pues solo aquellos que cumplan con este requerimiento podrán presentar su oferta, cabe señalar que ello va en contra de lo estipulado por la Ley de Contrataciones del Estado, ¿Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores¿ (Artículo 2, literal A)

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección SUPRIMIR el presente requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: C.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:54:42

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al Comité de Selección corregir el número de RUC al correcto para las Bases Integradas debido que el número 20452222419 no existe.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** I      **Literal:** 1.1      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL RUC ES EL CORRECTO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:03:25

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

El precio de la oferta en soles debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

Esta regulación no pertenece a las bases estándares vigentes, actualmente si se presente de forma obligatoria el anexo N ° 6 precio de la oferta, ya no existe ningún formulario electrónico donde se registra el precio de la oferta, por ese motivo le solicitamos al comité modificar esta regulación según bases estándares vigente (es preciso añadir que no se han utilizado las bases estándar vigente para la elaboración de las bases de este procedimiento de selección).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** h      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La forma de presentación es de acuerdo a lo estipulado en las bases. Y la presentación de la propuesta de la oferta será mediante el anexo 6 y debe estar subido en el seace

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código : 20600481593

Fecha de envío : 26/05/2023

Nombre o Razón social : PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.

Hora de envío : 19:03:25

**Consulta: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Debe contar con certificado de análisis BPA y Registro Sanitario

Acreditación:

Copia simple del certificado y otros tipos de documentos

Entendemos que el certificado de análisis corresponde a los dispositivos médicos solicitados (microcubetas), por lo tanto, no se deberían solicitar en esta sección, sino dentro de los documentos de presentación obligatoria, numeral 2.2.1.1 además de otros documentos propios del dispositivo medico como el registro sanitario, Certificado de la buenas practicas de manufactura y otros.

En esta sección de Habilitación se deben solicitar documentos como el certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento, Autorización sanitaria de funcionamiento como establecimiento farmacéutico.

Por ese motivo solicitamos al comité realice la modificación en bases integradas de esta sección.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2**

**Literal: A**

**Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

deben presentar de acuerdo a lo requerido en las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:03:25

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

**FACTOR DE EVALUACION PLAZO DE ENTREGA**

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las especificaciones técnicas

5 puntos: de 1 hasta 10 días calendarios

2 puntos: de 11 hasta más días calendarios

El requerimiento técnico para el plazo de entrega según numeral 1.9 de las bases es de 10 días calendarios. Entendemos para que obtener el puntaje de 5 puntos este factor debería indicar que para acceder a este puntaje se debería ofertar un plazo menor a 10 días calendarios (9 días o menor días) pero se considera 5 puntos a quien oferte 10 puntos y este plazo no es una mejora frente al requerimiento, inclusive el criterio de 11 días mas debería retirarse porque supera el requerimiento que es de 10 días calendario.

Creemos que el comité debería modificar este factor de evaluación, en base a la siguiente sugerencia:

5 puntos de 1 hasta 4 días calendario

2 puntos de 5 hasta 9 días calendario

Así se estaría cumpliendo con establecer mejoraras premiando con un puntaje a quien oferte mejora en el plazo de entrega.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: B      **Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE: la cantidad de días se considera de acuerdo a la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código : 20600481593

Fecha de envío : 26/05/2023

Nombre o Razón social : PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.

Hora de envío : 19:03:25

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

FACTOR DE EVALUACION GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR

Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las especificaciones técnicas

5 puntos: mas de 12 meses

2 puntos: de 1 hasta 11 meses

Se ha revisado el capítulo de especificaciones técnicas y no se observa el tiempo de garantía mínimo para estos dispositivos médicos, por ese motivo al no haber una data de donde se pueda ofertar una mejora en este aspecto, solicitamos al comité mantener este criterio, respetando los puntajes indicados en este factor de evaluación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: IV

**Literal:** D

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE: la garantía comercial se considera de acuerdo a la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null