

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 14:26:46

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ITEM 1 TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5MM DE DIAMETRO DESCARTABLE
INDICADOR DE VIRAJE QUIMICO QUE GARANTIZA LA ESTERILIDAD EN ETO (CELESTE)
INDICADOR DE VIRAJE QUIMICO QUE GARANTICE LA ESTERILIDAD EN ETO
(CELESTE U OTRO COLOR QUE SE VISUALICE LA LECTURA DEL VIRADO DE FORMA CLARA Y SENCILLA)

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacionales. Se solicita retirar dicha característica, ya que el producto solicitado pasa por un proceso de esterilización EN ETO demostrado por el certificado de análisis emitido por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

INDICADOR DE VIRAJE QUIMICO QUE GARANTIZA LA ESTERILIDAD EN ETO (CELESTE)
INDICADOR DE VIRAJE QUIMICO QUE GARANTICE LA ESTERILIDAD EN ETO (CELESTE U OTRO COLOR QUE SE VISUALICE LA LECTURA DEL VIRADO DE FORMA CLARA Y SENCILLA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGEN AMBAS CARACTERISTICAS Y PROCESOS DE ESTERILIZACION: CELESTE U OTRO COLOR QUE SE VISUALICE LA LECTURA DEL VIRADO DE FORMA CLARA Y SENCILLA

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 14:26:46

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM 1 TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5MM DE DIAMETRO DESCARTABLE
PRESENTACIÓN
MATERIALES DEL DISPOSITIVO

TIPO:

POLICARGONATO (PC)
ACRILONITRILLO BUTIDENO ESTIRENO (ABS)
POLICARBONATO (PC)
ACRILONITRILLO BUTADIENO ESTIRENO (ABS)

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacionales, se solicita al comité validar aceptar el Material DE ABS, nylon y acero inoxidable (cuchilla), teniendo en cuenta que este último tiene mayor rendimiento y resistencia y es el más utilizado en aplicaciones especializadas en productos sanitarios y el mismo no afecta la funcionabilidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 0 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Validar y aceptar el Material DE ABS, nylon y acero inoxidable (cuchilla), teniendo en cuenta que este último tiene mayor rendimiento y resistencia y es el más utilizado en aplicaciones especializadas en productos sanitarios y el mismo no afecta la funcionabilidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE. Se acepta tambien el Material ABS, nylon, acero inoxidable (cuchilla)

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 14:26:46

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM 2 TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 10MM DE DIAMETRO DESCARTABLE
DIAMETRO: 10 MM

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacionales, se solicita considerar la presentación de 10 mm o 11 mm de diámetro, teniendo en cuenta que ésta última permite un mayor rango de trabajo y el mismo no afecta la funcionabilidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 0 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES PARA LA ADQUISICION DE TROCARES DE 5 Y 10 MM., PERO SE ACEPTARAN DIAMETROS DIFERENTES DE MAXIMO 1 MM DE DIFERENCIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARAN DIAMETROS DIFERENTES DE MAXIMO 1 MM DE DIFERENCIA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 14:26:46

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM 2 TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 10 MM DE DIAMETRO DESCARTABLE
PRESENTACIÓN
MATERIALES DEL DISPOSITIVO

TIPO:

POLICARGONATO (PC)
ACRILONITRILO BUTIDENO ESTIRENO (ABS)
POLICARBONATO (PC)
ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS)

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacionales, se solicita al comité validar aceptar el Material DE ABS, nylon y acero inoxidable (cuchilla), teniendo en cuenta que este último tiene mayor rendimiento y resistencia y es el más utilizado en aplicaciones especializadas en productos sanitarios y el mismo no afecta la funcionalidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 0 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité Especial acuerda aceptar el Material DE ABS, nylon y acero inoxidable (cuchilla), teniendo en cuenta que este último tiene mayor rendimiento y resistencia y es el más utilizado en aplicaciones especializadas en productos sanitarios y el mismo no afecta la funcionalidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente, por cumplir con los estándares y normas internacionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE. SE RESPONDIO EN LA OBSERVACIONES N° 2

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 14:26:46

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 2 TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 11MM DE DIAMETRO DESCARTABLE
INDICADOR DE VIRAJE QUIMICO QUE GARANTIZA LA ESTERILIDAD EN ETO (CELESTE)
INDICADOR DE VIRAJE QUIMICO QUE GARANTICE LA ESTERILIDAD EN ETO
(CELESTE U OTRO COLOR QUE SE VISUALICE LA LECTURA DEL VIRADO DE FORMA CLARA Y SENCILLA)

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacionales. Se solicita retirar dicha característica, ya que el producto solicitado pasa por un proceso de esterilización EN ETO demostrado por el certificado de análisis emitido por el fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 0 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por cumplir con las normas y estándares internacionales de calidad y con el Certificado de Analisis del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARAN DIAMETROS DIFERENTES DE MAXIMO 1 MM DE DIFERENCIA. .

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 14:26:46

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases administrativas en la página 21 solicitan en el numeral 6.1 MUESTRAS, en el literal d) NUMERO DE MUESTRAS SOLICITADAS: El postor presentará 02 muestras y deberá ir acompañado de una guía de remisión correspondiente. En el mismo numeral señalan la forma de presentación; evaluación; metodología y numero de muestras solicitadas.

Indican, además que estas muestras serán evaluadas a través del uso del producto en una intervención quirúrgica, Sin embargo, no han señalado en las bases la fecha; hora y dirección de la presentación de dichas muestras.

Asimismo, no han detallado en las bases en el caso de NO SER ADJUDICADOS cual sería el plazo para recabar la muestra no usada (Entendiendo que de las 2 muestras: 01 unidad será usado en una intervención quirúrgica y 01 unidad quedaría en custodia con el Comité de Selección hasta finalizar la evaluación del procedimiento de selección). Por lo que solicitamos al Comité de Selección absolver lo antes mencionado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a) **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 y 47 del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicitara solo una muestra de cada Item (01 de 10 mm y 01 de 5 mm) para su evaluacion en pacientes de la Institucion y por medida de bioseguridad, al ser descartables por protocolo, no se devolveran. La entrega de muestras sera el día de presentación de propuestas electronicas que indica el portal del SEACE, en la Oficina de Logistica del HMA, de 8 a 16 horas en la Oficina de Logistica del Hospital Maria Auxiliadora (Av. Miguel Iglesias N°-968 - San Juan de Miraflores).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La entrega de muestras sera el día de presentación de propuestas electronicas que indica el portal del SEACE, en la Oficina de Logistica del HMA, de 8 a 16 horas en la Oficina de Logistica del Hospital Maria Auxiliadora (Av. Miguel Iglesias N°-968 - San Juan de Miraflores).

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 15:20:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Código siga: 495100400012

Descripción: Trocar para Cirugía laparoscópica de 5mm de diámetro descartable

Especificaciones Técnicas

Características

Obturador o Punzón

Retráctil con sistema de seguridad.

Consulta 1

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con las normas de manufactura y estándares de calidad nacionales e internacionales y cuenta con registro sanitario, se solicita ampliar lo siguiente:

-Retráctil con sistema de seguridad o Fijo con sistema de direccionamiento y control en la inserción.

Se solicita se acepte la ampliación planteada porque ambas características están anatómicamente indicadas para los mismos procedimientos quirúrgicos indicados, por el contrario, tendrán más alternativas óptimas con mayores beneficios, así como también mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: ESPEC. TEC Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité especial se ratifica en solicitar que sea Obturador o Punzón Retráctil con sistema de seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 15:20:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

3.1 Especificaciones Técnicas

Código siga: 495100400012

Descripción: Trocar para Cirugía laparoscópica de 5mm de diámetro descartable

Especificaciones Técnicas

Características

Obturador o Punzón

Sistema de fijación lateral, punta de cuchilla con sistema de corte en toda su trayectoria para minimizar la incisión.

Consulta 2

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con las normas de manufactura y estándares de calidad nacionales e internacionales y cuenta con registro sanitario, se solicita ampliar:

-Sistema de fijación lateral, punta de cuchilla con sistema de corte en toda su trayectoria para minimizar la incisión o Sistema de fijación lateral, punta roma con sistema por dilatación que separa a lo largo de la fibra del tejido proporcionando una entrada menos traumática, reduciendo el sangrado, reduciendo el tiempo de cicatrización y entrada segura a la cavidad peritoneal.

Se solicita se acepte la ampliación planteada porque ambas características están anatómicamente indicadas para los mismos procedimientos quirúrgicos indicados, por el contrario, tendrán más alternativas óptimas con mayores beneficios, así como también mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: ESPEC. TEC Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité especial se ratifica en lo solicitado por medidas de seguridad por lo que deben ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 15:20:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

3.1 Especificaciones Técnicas

Código siga: 495100400011

Descripción: Trocar para Cirugía laparoscópica de 10mm de diámetro descartable

Especificaciones Técnicas

Características

Obturador o Punzón

Retráctil con sistema de seguridad.

Consulta 1

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con las normas de manufactura y estándares de calidad nacionales e internacionales y cuenta con registro sanitario, se solicita ampliar lo siguiente:

-Retráctil con sistema de seguridad o Fijo con sistema de direccionamiento y control en la inserción.

Se solicita se acepte la ampliación planteada porque ambas características están anatómicamente indicadas para los mismos procedimientos quirúrgicos indicados, por el contrario, tendrán más alternativas óptimas con mayores beneficios, así como también mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: ESPEC. TEC Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité especial se ratifica en lo solicitado por medidas de seguridad por lo que deben ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 15:20:32

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

3.1 Especificaciones Técnicas

Código siga: 495100400011

Descripción: Trocar para Cirugía laparoscópica de 10mm de diámetro descartable

Especificaciones Técnicas

Características

Obturador o Punzón

Sistema de fijación lateral, punta de cuchilla con sistema de corte en toda su trayectoria para minimizar la incisión.

Consulta 2

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con las normas de manufactura y estándares de calidad nacionales e internacionales y cuenta con registro sanitario, se solicita ampliar:

-Sistema de fijación lateral, punta de cuchilla con sistema de corte en toda su trayectoria para minimizar la incisión o Sistema de fijación lateral, punta roma con sistema por dilatación que separa a lo largo de la fibra del tejido proporcionando una entrada menos traumática, reduciendo el sangrado, reduciendo el tiempo de cicatrización y entrada segura a la cavidad peritoneal.

Se solicita se acepte la ampliación planteada porque ambas características están anatómicamente indicadas para los mismos procedimientos quirúrgicos indicados, por el contrario, tendrán más alternativas óptimas con mayores beneficios, así como también mayor pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: ESPEC. TEC Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité especial se ratifica en lo solicitado por medidas de seguridad por lo que deben ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20508191597	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	Hora de envío :	15:51:25

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

ÍTEM N° 01: TROCAR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE 10MN DE DIÁMETRO DESCARTABLE

ÍTEM N° 02: TROCAR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE 5 MN DE DIÁMETRO DESCARTABLE

En la especificación técnica solicitan lo siguiente:

MATERIAL DEL DISPOSITIVO:
TIPO:

- ¿ Policarbonato (PC)
- ¿ Acrilonitrilo Butideno Estireno (ABS)
- ¿ Policarbonato (PC)
- ¿ Acrilonitrilo Butideno Estireno (ABS)

Cada fabricante utiliza materiales y medidas diferentes que cumplen con los estándares de calidad internacionales.

Observamos las bases y solicitamos se acepte también el material: acero inoxidable 304. Teniendo en cuenta que no afecta la funcionabilidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente. En caso de no aceptar sustentar técnicamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité Especial acuerda que se acepte también el material: acero inoxidable 304. Teniendo en cuenta que no afecta la funcionabilidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE. DE ACUERDO A LA OBSERVACION N° 2

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la página 1 de las Bases Administrativas figuran la siguiente nomenclatura:

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº -006-2023-HMA-1

Sin embargo, en la ficha de Selección de la página del SEACE figura la nomenclatura de la siguiente manera:

AS-SM-6-2023-HMA-1

Por lo anterior y considerando que la nomenclatura del procedimiento se deberá utilizar para los formatos, anexos y otras etapas del procedimiento, solicitamos al Comité de Selección ACLARAR cuál es la nomenclatura correcta con el fin de evitar que se genere confusión y/o error de parte de los postores en las diferentes etapas del procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la nomenclatura del proceso de selección convocada es: "ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA- PRIMERA CONVOCATORIA"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la página 1 de las Bases Administrativas figura como Objeto de la Convocatoria:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA PRIMERA CONVOCATORIA

Sin embargo, en la página 14 de las bases figura como Objeto de la Convocatoria:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Por lo anterior se solicita al Comité de Selección nos indique cuál es el Objeto de la Convocatoria correcto, considerando que se requiere tener clara esta información para diferentes etapas de la contratación como el llenado de los ANEXOS para el proceso en referencia.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la nomenclatura del proceso de selección convocada es: "ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA- PRIMERA CONVOCATORIA"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la página 14 de las bases administrativas indican lo siguiente:

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Sin embargo, según lo indicado en consulta RUC (SUNAT) es:

HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AU

Solicitamos al comité de selección, precisar cuál de los dos nombres de la Entidad es el correcto, ya que, al señalar dos nombres diferentes, podría acarrear confusión en los postores al elaborar la oferta, así como también error al momento de consignar el nombre de la Entidad como beneficiario en la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza), en caso corresponda.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo correcto es considerar HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la página 15 de las bases administrativas figura la siguiente descripción respecto al número del ítem:

TROCAR 5MM
TROCAR 10MM

En la página 27 de las bases administrativas figura diferente descripción respecto al número del ítem:

TROCAR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE 5 MM DE DIAMETRO DESCARTABLE
TROCAR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE 10 MM DE DIAMETRO DESCARTABLE

Sin embargo, en la ficha de Selección de la página del SEACE se muestra el siguiente listado de ítem:

ITEM 1: TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 10 mm DE DIAMETRO DESCARTABLE
ITEM 2: TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 mm DE DIAMETRO DESCARTABLE

Al respecto, entendemos que siendo la convocatoria publicada en la página del SEACE; para el llenado de Anexos y diferentes formatos del proceso en referencia, la correcta descripción y asignación de numero de ítem será lo indicado en la Ficha de Selección de la página del SEACE:

ITEM 1: TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 10 mm DE DIAMETRO DESCARTABLE
ITEM 2: TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 mm DE DIAMETRO DESCARTABLE

Por lo anterior, consultamos al Comité de Selección si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las Bases administrativas se ha considerado : TROCAR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE 5 MM DE DIAMETRO DESCARTABLE (ITEM 2)
TROCAR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE 10 MM DE DIAMETRO DESCARTABLE (ITEM1)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACLARA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las páginas 15, 22 y 25 de las bases administrativas se precisa respecto al plazo de entrega:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 12 entregas mensuales, el cual se realizará en un plazo de 05 días calendario (¿)

Al respecto podemos observar que en el cronograma indicado en la página 15, sólo se pueden visualizar 7 entregas, y no 12 entregas como se indica en el párrafo anterior.

Por lo anterior, solicitamos al Comité de Selección nos aclare el número de entregas y cantidad por cada entrega de la presente convocatoria.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por error en la impresión y copiado ha ocurrido este problema, pero deben basarsae en que son entregas mensuales (EN DOCE MESES CONSECUTIVOS), de acuerdo al Cronograma de la pagina 27 de las bases administrativas, con el plqazo de 05 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las páginas 15 de las bases administrativas se precisa respecto al plazo de entrega:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 12 entregas mensuales, el cual se realizará en un plazo de 05 días calendario, computado a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra para la primera entrega y para las siguientes entregas a los 5 primeros días calendarios de notificada la orden de compra.

(i)

Dentro de las bases administrativas, señalan que el plazo de entrega sea en días calendarios, sin embargo, al indicar días calendarios también se estaría considerando los sábados y domingos en la atención del plazo de entrega, sabiendo que muchas instituciones no atienden en esos días.

Por lo tanto, solicitamos al comité de selección en caso el último día de entrega sea un feriado, sábado o domingo, se considere último día del plazo de entrega el 1er día hábil siguiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: 1.9

Página: 15

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se consideran días calendarios en las entregas mensuales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las páginas 15 de las bases administrativas se precisa respecto al plazo de entrega:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

(¿)

LUGAR DE ENTREGA:

Almacén del Hospital María Auxiliadora ¿ Ubicado en sitio AV. MIGUEL IGLESIAS N° 968 (ALTURA CDRA. 11 AV. Pachacutec Lima ¿ San Juan de Miraflores EN EL HORARIO DE 8:00 am a 4:00 pm

Para evitar confusiones que impidan la entrega de los bienes adjudicados, solicitamos al comité de selección nos pueda aclarar lo siguiente:

- ¿Cuáles son los días de atención del almacén del Hospital María Auxiliadora?

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** I **Literal:** 1.9

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los días de atención del Almacén son de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En la página 20 de las bases administrativas solicitan lo siguiente:

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en AV. MIGUEL IGLESIAS NRO. 968 (ALT. CDRA. 11 AV. PACHACUTEC) LIMA-LIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES

Para evitar confusiones que impidan la entrega de los documentos solicitados para el perfeccionamiento de Contrato, solicitamos al Comité de selección nos pueda indicar lo siguiente:

- ¿Los documentos para perfeccionamiento del contrato serán entregados a través de una Mesa de Partes?
- ¿A qué persona y/o área va dirigido nuestra carta con los requisitos para la suscripción del contrato?
- ¿Cuál es el HORARIO de ATENCIÓN del área que recepcionará los documentos para perfeccionamiento del contrato?

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: II Literal: 2.5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deben entregarse en la Oficina de Logística del Hospital Maria Auxiliadora, Av. Miguel Iglesias N° 968, SJM, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Dentro de las bases administrativas en la página 17, observamos lo siguiente:

MUESTRAS: (POR CADA ITEM)

(¿)

NUMERO DE MUESTRAS SOLICITADAS: El postor presentará DOS MUESTRAS y deberá ir acompañado de una guía de remisión correspondiente.

Al respecto, debido al alto costo de las muestras solicitadas, y ya que estas serán manipuladas para realizar la evaluación correspondiente, solicitamos al Comité de Selección considerar reducir la cantidad de muestras a:

- UNA (1) muestra conformada por: UN (1) Envase mediato conteniendo UN (1) envase inmediato ó
- DOS (2) muestras conformadas por: UN (1) envase mediato conteniendo DOS (2) envases inmediatos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deben entregarse en la Oficina de Logística del Hospital Maria Auxiliadora, Av. Miguel Iglesias N° 968, SJM, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, LAS MUESTRAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS con la información básica del producto y la empresa que la presenta. Se presentara una sola muestra de cada trocar (01 de 5 mm y 01 de 10 mm) se usaran con pacientes del Hospital y luego se descartaran por medidas de bioseguridad, de acuerdo a lo establecido en el HMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Dentro de las bases administrativas en la página 17, observamos lo siguiente:

MUESTRAS: (POR CADA ITEM)

(¿)

NUMERO DE MUESTRAS SOLICITADAS: El postor presentará DOS MUESTRAS y deberá ir acompañado de una guía de remisión correspondiente.

Al respecto, para evitar confusiones al momento de entregar las MUESTRAS solicitamos al Comité de Selección nos aclare lo siguiente:

- ¿A qué persona y/o área serán entregadas las muestras?
 - Lugar exacto, fecha y horario para la presentación de muestras.
 - Si la muestra llevará etiqueta, detallar la información a presentar en su etiqueta.
- Asimismo, solicitamos precisar el mecanismo para la devolución de las muestras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deben entregarse en la Oficina de Logística del Hospital Maria Auxiliadora, Av. Miguel Iglesias N° 968, SJM, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, LAS MUESTRAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS con la información básica del producto y la empresa que la presenta. Se presentará una sola muestra de cada trocar (01 de 5 mm y 01 de 10 mm) se usarán con pacientes del Hospital y luego se descartarán por medidas de bioseguridad, de acuerdo a lo establecido en el HMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM DE DIAMETRO DESCARTABLE

En las bases administrativas en la página 22 solicitan lo siguiente:

8. GARANTIA

La vigencia del producto será como mínimo de 18 meses a más.

Al respecto, notamos que NO se nos brinda el Formato de la Declaración Jurada de garantía del producto mencionada.

Para evitar confusiones al momento de la elaboración de la oferta; solicitamos al Comité de Selección:

Se incorpore en las Bases Integradas la faltante Declaración Jurada de garantía del producto.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe incorporar en las Bases integradas la Declaracion Jurada de Garantia del Producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Declaracion Jurada de Garantia del Producto.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 10 MM DE DIAMETRO DESCARTABLE

En las bases administrativas en la página 25 solicitan lo siguiente:

20. GARANTIA

La vigencia del producto será como mínimo de 18 meses a más.

Al respecto, notamos que NO se nos brinda el Formato de la Declaración Jurada de garantía del producto mencionada.

Para evitar confusiones al momento de la elaboración de la oferta; solicitamos al Comité de Selección:

Se incorpore en las Bases Integradas la faltante Declaración Jurada de garantía del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 20 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe incorporar en las Bases integradas la Declaracion Jurada de Garantia del Producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Declaracion Jurada de Garantia del Producto.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM DE DIAMETRO DESCARTABLE

En las bases administrativas en la página 21 solicitan lo siguiente:

6.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA ADMISION DE LA OFERTA:

- (i)
- Declaración Jurada de garantía Comercial del Producto
- (i)

Al respecto, notamos que NO se nos brinda el Formato de la Declaración Jurada de garantía comercial del producto mencionada.

Para evitar confusiones al momento de la elaboración de la oferta; solicitamos al Comité de Selección:

Se incorpore en las Bases Integradas la faltante Declaración Jurada de garantía comercial del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe incorporar en las Bases integradas la Declaracion Jurada de Garantia del Producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Declaracion Jurada de Garantia del Producto.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DE 5 MM DE DIAMETRO DESCARTABLE

Dentro de las bases administrativas en la página 23, consultamos lo siguiente:

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

(i)

EMPAQUE:

(i)

Blister pre- formado de PETG Poli-etilen- tereftalico de Glicol y papel TYVEK

Al respecto, al admitir únicamente el material de empaque Blister pre- formado de PETG Poli-etilen- tereftalico de Glicol y papel TYVEK, se está limitando la libre concurrencia y competencia en el proceso de selección, privando a muchos postores de la posibilidad de ofertar sus productos que si cumplen con la finalidad publica para la cual serian adquiridos pero no cumplirían con la exigencia especifica del material de empaque, siendo esta una característica que no afecta la funcionabilidad del dispositivo a adquirir.

En razón de ello, solicitamos al Comité de Selección que, previa consulta con el área usuaria, amplíe el material de empaque a:

- Blister pre- formado de PETG Poli-etilen- tereftalico de Glicol y papel TYVEK o Blíster de APET/TYVEK ó de acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario.

Esta ampliación no representa una variación sustancial del requerimiento y favorecería a la participación de pluralidad de postores y por consiguiente a la obtención de la oferta más ventajosa para la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 1. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaria acepta ampliar el material del empaque a Blister pre-formado de PETG Poli--etilen- tereftalico de Glicol y papel TYVEK o Blíster de APET/TYVEK ó de acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE. Tambien se acepta el material de empaque Blister pre formado

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 10 MM DE DIAMETRO DESCARTABLE

En las bases administrativas en la página 24 solicitan lo siguiente:

6.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA ADMISION DE LA OFERTA:

(i)

- Declaración Jurada de garantía Comercial del Producto

(i)

Al respecto, notamos que NO se nos brinda el Formato de la Declaración Jurada de garantía comercial del producto mencionada.

Para evitar confusiones al momento de la elaboración de la oferta; solicitamos al Comité de Selección:

Se incorpore en las Bases Integradas la faltante Declaración Jurada de garantía comercial del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe incorporar en las Bases integradas la Declaracion Jurada de Garantia Comercial del Producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Declaracion Jurada de Garantia del Producto.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DE 10 MM DE DIAMETRO DESCARTABLE

Dentro de las bases administrativas en la página 26, consultamos lo siguiente:

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

(i)

EMPAQUE:

(i)

Blister pre- formado de PETG Poli-etilen- tereftalico de Glicol y papel TYVEK

Al respecto, al admitir únicamente el material de empaque Blister pre- formado de PETG Poli-etilen- tereftalico de Glicol y papel TYVEK, se está limitando la libre concurrencia y competencia en el proceso de selección, privando a muchos postores de la posibilidad de ofertar sus productos que si cumplen con la finalidad publica para la cual serian adquiridos pero no cumplirían con la exigencia especifica del material de empaque, siendo esta una característica que no afecta la funcionabilidad del dispositivo a adquirir.

En razón de ello, solicitamos al Comité de Selección que, previa consulta con el área usuaria, amplíe el material de empaque a:

- Blister pre- formado de PETG Poli-etilen- tereftalico de Glicol y papel TYVEK o Blíster de APET/TYVEK ó de acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario.

Esta ampliación no representa una variación sustancial del requerimiento y favorecería a la participación de pluralidad de postores y por consiguiente a la obtención de la oferta más ventajosa para la Entidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 13 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaria acepta ampliar el material del empaque a Blister pre-formado de PETG Poli-etilen- tereftalico de Glicol y papel TYVEK o Blíster de APET/TYVEK ó de acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE. Se acepta tambien ampliar el material de empaque, Blister pre-formado de PETG Poli-etilen-tereftalico de Glicol y papel TYVEK o Blister de APET/TYVEK.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20503662869	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	TAGUMEDICA S.A.	Hora de envío :	23:54:02

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Dentro de las Bases administrativas en los Requisitos de Calificación se solicita:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

¿
Se consideran bienes similares a los siguientes: ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA O DISPOSITIVOS MEDICOS QUE SE UTILIZAN EN CIRUGIA

SOLICITAMOS al Comité de Selección se sirva considerar también para la experiencia del postor, a la venta de bienes SIMILARES, tales como: MATERIAL E INSUMOS MÉDICOS USADOS PARA CIRUGÍA EN GENERAL, con ello se fomentaría la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area usuaria considera que debe ser la experiencia del postor, en insumos para Cirugia Laparoscopica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO SE ACOGE

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 mm DE DIAMETRO DESCARTABLE

En las especificaciones técnica se solicita como material:

- Policarbonato (PC)

Al respecto, el material Policarbonato (PC) NO existe, siendo la denominación correcta correspondiente al material POLICARBONATO (PC)

Al respecto, entendemos que ha existido un error de tipeo al consignar: POLICARGONATO (PC)

Por lo anterior solicitamos al Comité de Selección hacer la corrección respectiva. Lo anterior a fin de evitar generar confusión y/o error en los postores en la elaboración y presentación de ofertas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En efecto, es un error de impresión, debe ser POLICARBONATO (PC)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

POLICARBONATO (PC)

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 10 mm DE DIAMETRO DESCARTABLE

En las especificaciones técnica se solicita como material:

- Policarbonato (PC)

Al respecto, el material Policarbonato (PC) NO existe, siendo la denominación correcta correspondiente al material POLICARBONATO (PC)

Al respecto, entendemos que ha existido un error de tipeo al consignar: POLICARGONATO (PC)

Por lo anterior solicitamos al Comité de Selección hacer la corrección respectiva. Lo anterior a fin de evitar generar confusión y/o error en los postores en la elaboración y presentación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 13 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En efecto, es un error de impresión, debe ser POLICARBONATO (PC)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

POLICARBONATO (PC)

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20503662869	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	TAGUMEDICA S.A.	Hora de envío :	23:54:02

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 mm DE DIAMETRO DESCARTABLE

En las especificaciones técnica se solicita como característica:

- Sistema de fijación lateral, punta de cuchilla con sistema de CARTE en toda su trayectoria para minimizar la incisión.

Al respecto, entendemos que ha existido un error de tipeo al consignar la palabra: CARTE y la palabra correcta es: CORTE

Por lo anterior solicitamos al Comité de Selección hacer la corrección respectiva. Lo anterior a fin de evitar generar confusión y/o error en los postores en la elaboración y presentación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En efecto debe ser CORTE (CON SISTEMA DE CORTE).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 10 mm DE DIAMETRO DESCARTABLE

En las especificaciones técnica se solicita como característica:

- Sistema de fijación lateral, punta de cuchilla con sistema de CARTE en toda su trayectoria para minimizar la incisión.

Al respecto, entendemos que ha existido un error de tipeo al consignar la palabra: CARTE y la palabra correcta es: CORTE

Por lo anterior solicitamos al Comité de Selección hacer la corrección respectiva. Lo anterior a fin de evitar generar confusión y/o error en los postores en la elaboración y presentación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: 3.1 13

Página: 26

Análisis respecto de la consulta u observación:

En efecto debe ser CORTE (CON SISTEMA DE CORTE).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 mm DE DIAMETRO DESCARTABLE

En las especificaciones técnica se solicita la siguiente PRESENTACION:

- CAJA DE CARTON QUE CONTIENE UN BLISTER CON 02 PIEZAS QUE CONFORMAN EL TROCAR DESCARTABLE 6 BOLSA DE GRADO MEDICO DE MATERIAL TYVEK, POLIETILENO, POLIETILEN-GLICOL TEREFTALATO CONTENIENDO 2 PIEZAS QUE CONFORMAN EL TROCAR DESCARTABLE, Y EL MISMO NO AFECTA LA FUNCIONABILIDAD DEL PRODUCTO NI PONE EN RIESGO LA SALUD DEL PACIENTE.

Al respecto, al admitir únicamente la presentación indicada en las líneas anteriores, se está limitando la libre concurrencia y competencia en el proceso de selección, privando a muchos postores de la posibilidad de ofertar sus productos que si cumplen con la finalidad publica para la cual serian adquiridos pero no cumplirían con la exigencia especifica de la presentación, siendo esta una característica que no afecta la funcionabilidad del dispositivo a adquirir.

En razón de ello, solicitamos al Comité de Selección que, previa consulta con el área usuaria, amplíe la presentación a:

- CAJA DE CARTON QUE CONTIENE 8 BLISTER DE APET/TYVEK CONTENIENDO 01 UNIDAD CADA UNO (TROCAR CONFORMADO POR 02 PIEZAS: CÁNULA + OBTURADOR) O DE ACUERDO A LO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO

Esta ampliación no representa una variación sustancial del requerimiento y favorecería a la participación de pluralidad de postores y por consiguiente a la obtención de la oferta más ventajosa para la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta tambien, la presentacion de CAJA DE CARTON QUE CONTIENE 8 BLISTER DE APET/TYVEK CONTENIENDO 01 UNIDAD CADA UNO (TROCAR CONFORMADO POR 02 PIEZAS: CÁNULA + OBTURADOR) O DE ACUERDO A LO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE:

la presentacion: CAJA DE CARTON QUE CONTIENE 8 BLISTER DE APET/TYVEK CONTENIENDO 01 UNIDAD CADA UNO (TROCAR CONFORMADO POR 02 PIEZAS: CÁNULA + OBTURADOR) O DE ACUERDO A LO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código : 20503662869

Nombre o Razón social : TAGUMEDICA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:54:02

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 10 mm DE DIAMETRO DESCARTABLE

En las especificaciones técnica se solicita la siguiente PRESENTACION:

- CAJA DE CARTON QUE CONTIENE UN BLISTER CON 02 PIEZAS QUE CONFORMAN EL TROCAR DESCARTABLE 6 BOLSA DE GRADO MEDICO DE MATERIAL TYVEK, POLIETILENO, POLIETILEN-GLICOL TEREFTALATO CONTENIENDO 2 PIEZAS QUE CONFORMAN EL TROCAR DESCARTABLE, Y EL MISMO NO AFECTA LA FUNCIONABILIDAD DEL PRODUCTO NI PONE EN RIESGO LA SALUD DEL PACIENTE.

Al respecto, al admitir únicamente la presentación indicada en las líneas anteriores, se está limitando la libre concurrencia y competencia en el proceso de selección, privando a muchos postores de la posibilidad de ofertar sus productos que si cumplen con la finalidad publica para la cual serian adquiridos pero no cumplirían con la exigencia especifica de la presentación, siendo esta una característica que no afecta la funcionabilidad del dispositivo a adquirir.

En razón de ello, solicitamos al Comité de Selección que, previa consulta con el área usuaria, amplíe la presentación a:

- CAJA DE CARTON QUE CONTIENE 6 BLISTER DE APET/TYVEK CONTENIENDO 01 UNIDAD CADA UNO (TROCAR CONFORMADO POR 02 PIEZAS: CÁNULA + OBTURADOR) O DE ACUERDO A LO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO

Esta ampliación no representa una variación sustancial del requerimiento y favorecería a la participación de pluralidad de postores y por consiguiente a la obtención de la oferta más ventajosa para la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: 3.1 13

Página: 26

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta tambien, la presentacion de CAJA DE CARTON QUE CONTIENE 8 BLISTER DE APET/TYVEK CONTENIENDO 01 UNIDAD CADA UNO (TROCAR CONFORMADO POR 02 PIEZAS: CÁNULA + OBTURADOR) O DE ACUERDO A LO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE;

CONTIENE 8 BLISTER DE APET/TYVEK CONTENIENDO 01 UNIDAD CADA UNO (TROCAR CONFORMADO POR 02 PIEZAS: CÁNULA + OBTURADOR) O DE ACUERDO A LO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM Y 10 MM PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20503662869	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	TAGUMEDICA S.A.	Hora de envío :	23:57:06

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Al respecto podemos observar que en el cronograma indicado en la página 15, sólo se pueden visualizar 7 entregas, y no 12 entregas como se indica en el párrafo anterior.

Por lo anterior, solicitamos al Comité de Selección nos aclare el número de entregas y cantidad por cada entrega de la presente convocatoria e incluya un nuevo cronograma de entregas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por error en la impresión y copiado ha ocurrido este problema, pero deben basarsae en que son entregas mensuales (EN DOCE MESES CONSECUTIVOS), de acuerdo al Cronograma de la pagina 27 de las bases administrativas, con el plqazo de 05 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA.