

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |
| Nomenclatura : | LP-SM-14-2024-HNAL-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601065691 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | RAPIDIAGNOSTICS S.A.C. | Hora de envío : | 17:14:22 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En cuanto a las mejoras a las especificaciones técnicas del equipo en cesión en uso dice:
Analizador que mida o determine la creatinina y la albumina
Solicitamos al comite de seleccion en coordinacion con el usuario ACLARE si nuestra apreciacion es correcta y lo requerido es analizador que mida la creatinina y microalbuminuria

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria reafirma lo descrito en las especificaciones técnicas y bases administrativas, la mejora tecnológica está relacionada a parámetros específicos de medición o determinación y son claramente descritas: Creatinina y Albúmina

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601065691 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | RAPIDIAGNOSTICS S.A.C. | Hora de envío : | 17:14:22 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En cuanto a las mejoras a las especificaciones técnicas del equipo dice:
Analizador que mida Gram (+) y Gram (-)
Para que pudieran distinguirse estas bacterias el analizador tendria que tener capacidad de teñir las mismas, solicitamos amablemente al comite ACLARE si es correcta nuestra apreciacion y lo solicitado es que el analizador tenga la capacidad de detectar bacilos, y cocos, lo cual puede diferenciarse mediante microscopia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que su apreciación no es correcta y reafirma lo descrito en las especificaciones técnicas y bases administrativas, la mejora tecnológica está relacionada a parámetros específicos de medición o determinación y esta diferenciación sea según la metodología sustentada por cada tecnología y estas son claramente descritas: Gram positivos y Gram negativos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601065691 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | RAPIDIAGNOSTICS S.A.C. | Hora de envío : | 18:06:09 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En cuanto a las especificaciones técnicas del equipo en cesión en uso dice:
Citometría de flujo fluorescente y/o microscopia de dos fases con imágenes
La mayoría de los analizadores de orina presentes en el mercado utilizan la metodología de reconocimiento automático de imágenes digitales, el cual demuestra un buen desempeño a nivel mundial, reducir a solo estas dos metodologías deja fuera del procedimiento de seleccion a practicamente todas las marcas presentes en el mercado, violando asi el principio de equidad y de libertad de concurrencia que rige las contrataciones con el estado
Solcitamos amablemente al comité AMPLIE el requerimiento y permita la participación de tecnología de reconocimiento de imaganes digitales para NO IMPEDIR la participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 ley de contrataciones con el estado inciso a y g principio de libertad de concurrencia y equid

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su observación. El área usuaria reafirma las especificaciones indicadas en las bases administrativas, porque la misma es amplia y fue validada en la etapa de indagación de mercado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

=====

Consultamos a fin de que se confirme que el plazo máximo para el ingreso e instalación de equipos es de TREINTA (30) días calendarios computados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra, como se indica en el numeral 1.9, página 14 de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria precisa que el plazo máximo para el ingreso e instalación de equipos es de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Cronograma de entrega

=====

Consultamos a fin de que se precise que el cronograma puede adecuarse en función del múltiplo de la forma de presentación ofertada. Tal y como se indica en la página 30 de las Bases: Cronograma de Entregas, en cuyo pie de página se indica que ¿cada una de las entregas podrán ser modificadas de acuerdo a las presentaciones ofertadas por el postor ganador¿

Siendo así consultamos a fin de que esta modificación acorde a la forma de presentación de los bienes ofertados por el postor, según Registro Sanitario; se realice en la etapa DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO; sin alterar ni modificar el total de la cantidad entregada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se elaborará un cronograma según forma de presentación del postor adjudicado, en la etapa de perfeccionamiento de contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

e) Protocolo y/o Certificado de Análisis

=====

Solicitamos que se confirme que el Certificado de Análisis solicitado para la presentación en la oferta es solo del reactivo para el reactivo de análisis automatizado de orina y del reactivo de análisis citométrico para orina y líquidos biológicos, indicado en numeral 1.2 (objeto de la convocatoria), página 15 de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1.e) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que el Certificado de Análisis solicitado para la presentación de la oferta es solo del reactivo de análisis automatizado de orina

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

f) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario

=====

Solicitamos que se confirme que el Registro Sanitario solicitado para la presentación en la oferta es solo del reactivo para el reactivo de análisis automatizado de orina y del reactivo de análisis citométrico para orina y líquidos biológicos, indicado en numeral 1.2 (objeto de la convocatoria), página 15 de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1.f) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que el Certificado de Registro Sanitario solicitado para la presentación de la oferta es solo del reactivo de análisis automatizado de orina

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

h) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura

=====

Solicitamos que se confirme que el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura solicitado para la presentación en la oferta es solo del reactivo para el reactivo de análisis automatizado de orina y del reactivo de análisis citométrico para orina y líquidos biológicos, indicado en numeral 1.2 (objeto de la convocatoria), página 15 de las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1.h) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura solicitado para la presentación de la oferta es solo del reactivo de análisis automatizado de orina

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Requisitos para perfeccionamiento de contrato

a) Garantía de fiel cumplimiento

=====

Considerando que la presente contratación es por 3 años (36 entregas), y considerando las restricciones de las entidades financieras de emitir fianza con 1 año de vigencia como máximo.

Consultamos a fin de que se acepte Carta Fianza de Fiel cumplimiento por 1 año acompañado de carta de compromiso del adjudicado de mantener vigente la fianza hasta la conformidad de la prestación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.3.a) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se aceptará presentar Carta Fianza de fiel cumplimiento por 01 año acompañado de carta de compromiso del adjudicado de mantener vigente la fianza hasta la conformidad de la prestación. Es responsabilidad del Contratista mantener vigente la fianza y realizar las renovaciones que correspondan

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se aceptará presentar Carta Fianza de fiel cumplimiento por 01 año acompañado de carta de compromiso del adjudicado de mantener vigente la fianza hasta la conformidad de la prestación. Es responsabilidad del Contratista mantener vigente la fianza y realizar las renovaciones que correspondan

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

d) Declaración Juada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. Anexo N°3

=====

Tal como se ha indicado en este numeral d) las especificaciones se acreditarían con la SOLA presentación del Anexo N°3. Esto además contraviene la Directiva 001-2019-OSCE Bases Estándar de cumplimiento obligatorio que precisa que en este extremo de las bases se debe indicar cuales son las especificaciones técnicas que se deben acreditar en la oferta y con qué documentos se acredita.

Siendo así solicitamos se precise qué especificaciones técnicas se deben acreditar en la oferta, y al revisar el requerimiento notamos que las características esenciales que se deben acreditar en la oferta son las siguientes:
TIRA REACTIVA:

- ¿ Presentación
- ¿ Parámetros para tiras reactivas
- ¿ Parameros para sedimento urinario o partículas

Y PARA EQUIPOS EN CESION:

- ¿ Configuración
- ¿ Tipo de Analizador
- ¿ Tipo de muestra que procesa
- ¿ Principios de medición
- ¿ Parámetros de análisis

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1.d) Página: 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 001-2019-OSCE Bases Estándar

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria aclara que, en cumplimiento de las Bases Estándar aprobadas por Directiva 001-2019-OSCE de cumplimiento obligatorio, se precisa que en la oferta se debe acreditar lo siguiente:

Tira reactiva: presentación, parámetros de la tira reactiva.

Sedimento urinario: parámetros de sedimento urinario o partículas.

Equipo en cesión en uso: configuración, tipo de analizador, tipo de muestra que procesa, principio de medición, parámetros de análisis.

Las especificaciones técnicas señaladas deben ser acreditadas con catálogos, folletos, manuales, instructivos, cartas o documentos emitidos por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características esenciales el bien requerido.

Las demás especificaciones técnicas podrán acreditarse con el Anexo 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria aclara que, en cumplimiento de las Bases Estándar aprobadas por Directiva 001-2019-OSCE de cumplimiento obligatorio, se precisa que en la oferta se debe acreditar lo siguiente:

Tira reactiva: presentación, parámetros de la tira reactiva.

Sedimento urinario: parámetros de sedimento urinario o partículas.

Equipo en cesión en uso: configuración, tipo de analizador, tipo de muestra que procesa, principio de medición, parámetros de análisis.

Las especificaciones técnicas señaladas deben ser acreditadas con catálogos, folletos, manuales, instructivos, cartas o documentos emitidos por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características esenciales el bien requerido.

Las demás especificaciones técnicas podrán acreditarse con el Anexo 03

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |
| Nomenclatura : | LP-SM-14-2024-HNAL-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS |

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

d) Declaración Juada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. Anexo N°3

=====
Consultamos a fin de que se precise que las especificaciones técnicas pueden ser acreditadas con catálogos, folletos, instructivos, cartas o documentos emitidos por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características esenciales del bien requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1.d) Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria aclara en la oferta se debe acreditar lo siguiente:
Tira reactiva: presentación, parámetros de la tira reactiva.
Sedimento urinario: parámetros de sedimento urinario o partículas.
Equipo en cesión en uso: configuración, tipo de analizador, tipo de muestra que procesa, principio de medición, parámetros de análisis.
Las especificaciones técnicas señaladas deben ser acreditadas con catálogos, folletos, manuales, instructivos, cartas o documentos emitidos por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características esenciales el bien requerido.
Las demás especificaciones técnicas podrán acreditarse con el Anexo 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria aclara en la oferta se debe acreditar lo siguiente:
Tira reactiva: presentación, parámetros de la tira reactiva.
Sedimento urinario: parámetros de sedimento urinario o partículas.
Equipo en cesión en uso: configuración, tipo de analizador, tipo de muestra que procesa, principio de medición, parámetros de análisis.
Las especificaciones técnicas señaladas deben ser acreditadas con catálogos, folletos, manuales, instructivos, cartas o documentos emitidos por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características esenciales el bien requerido.
Las demás especificaciones técnicas podrán acreditarse con el Anexo 03

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas de los Equipos Asociados en cesión en Uso
Antigüedad: Menos de 1 año de fabricación

=====
Consultamos a fin de que se precise que la antigüedad se contabiliza a la fecha de la convocatoria del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que la antigüedad de los equipos asociados se contabiliza a partir de la fecha de convocatoria del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas de los Equipos Asociados en cesión en Uso

Cantidad

Configuración N° 1

Configuración N° 2

Configuración N° 3

Las especificaciones permiten las ofertas de hasta 3 configuraciones distintas de equipos.

Sin perjuicio de ello, es necesario garantizar la idoneidad y eficiencia en el uso de los reactivos y los equipos solicitados.

Siendo así solicitamos confirmar que todos los equipos solicitados en cada Configuración y las Tiras de orina deben ser del mismo fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que, en todas las configuraciones de equipos (1, 2 y 3), los equipos solicitados y las tiras de orina deben ser del mismo fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas de los Equipos Asociados en cesión en Uso
Antigüedad: Menos de 1 año de fabricación

=====
Consultamos a fin de que se confirme que esta antigüedad solicitada de 1 año, es solo para los Equipo Analizadores, tal como indica en la cantidad de equipos analizadores solicitado en cada Configuración N° 1, 2 ó 3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que la antigüedad solicitada de 1 año es sólo para los analizadores según las configuraciones solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas de los Equipos Asociados en cesión en Uso

PARAMETROS DE ANALISIS

COLOR Y ASPECTO (Y/O CLARIDAD)

ANALISIS QUIMICO DE ORINA: MAYOR O IGUAL A 10 PARAMETROS

Los principios de medición de la Turbidez/ color y/o gravedad específica están relacionados a distintas fuentes de luz LED o longitudes de onda específica por lo menos 04 longitudes de onda; donde uno de ellos mínimo sea menor a 500 nm; de esta manera garantizar la medición específica de cada parámetro bioquímico solicitado.

Siendo así, Consultamos amablemente al área usuaria que confirme que nuestra apreciación es correcta y se precise de manera específica las longitudes de onda necesarias para la medición de los parámetros mencionados; quedando así:
¿ Parámetros de análisis para Color y Aspecto (y/o Claridad): Análisis químico de orina: Mayor o igual a 10 parámetros con 4 longitudes de onda LED, donde mínimo una de las longitudes de onda debe ser menor a 500nm.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su apreciación es correcta, siendo que las longitudes de onda son muy importantes y están relacionadas con la medición específica de los parámetros del examen bioquímico, se precisa la especificación del siguiente modo:

- Parámetros de análisis para color y aspecto (y/o claridad): Análisis químico de orina: mayor o igual a 10 parámetros, con 4 longitudes de onda LED, donde como mínimo una de las longitudes de onda debe ser menor a 500 nm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su apreciación es correcta, siendo que las longitudes de onda son muy importantes y están relacionadas con la medición específica de los parámetros del examen bioquímico, se precisa la especificación del siguiente modo:

- Parámetros de análisis para color y aspecto (y/o claridad): Análisis químico de orina: mayor o igual a 10 parámetros, con 4 longitudes de onda LED, donde como mínimo una de las longitudes de onda debe ser menor a 500 nm

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas de los Equipos Asociados en cesión en Uso
TIPOS DE MUESTRAS QUE PROCESA
ORINA Y/O FLUIDOS CORPORALES:

Considerando que el volumen de muestra es determinante para el procesamiento en una sola pasada los parámetros solicitados y el volumen mínimo es vital para el caso de pacientes neonatales o para los casos de obtención dificultosa de la muestra; en tal sentido se debe considerar volúmenes relacionados para el examen bioquímico mínimo de 1 ml y para el examen de parámetros citológicos de 2 ml.

Consultamos amablemente al área usuaria que se consideren volúmenes mencionados para garantizar el procesamiento y no rechazar pruebas por muestras insuficientes; quedando así:

¿ Tipos de muestras que se procesa: Orina y/o Fluidos corporales: Para parámetros bioquímicos volumen máximo de 1ml y para parámetros citológicos volumen máximo de 2 ml.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que, tratándose de una característica esencial, en beneficio del paciente sustentada en las características de nuestra demanda (pacientes neonatos, pediátricos o muestras difíciles de obtener), se precisa lo siguiente:

- Tipo de muestra que se procesa: orina y/o fluidos corporales. Para parámetros bioquímicos, con un volumen máximo de 1mL y para parámetros citológicos volumen máximo de 2mL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que, tratándose de una característica esencial, en beneficio del paciente sustentada en las características de nuestra demanda (pacientes neonatos, pediátricos o muestras difíciles de obtener), se precisa lo siguiente:

- Tipo de muestra que se procesa: orina y/o fluidos corporales. Para parámetros bioquímicos, con un volumen máximo de 1mL y para parámetros citológicos volumen máximo de 2mL

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:19:24 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas de los Equipos Asociados en cesión en Uso
Instalación y funcionamiento: Tiempo no mayor de 15 días calendarios de firmado el contrato

=====

A fin de uniformizar el requerimiento y bases, además de asegurar la correcta instalación y funcionamiento de los equipos, solicitamos corregir este plazo e igual que para los equipos analizadores, el plazo de instalación y funcionamiento sea de 30 días calendarios desde la emisión de la orden de compra como se indica en página 14 y 23 de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria precisa que el plazo máximo para el ingreso e instalación de equipos es de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria precisa que el plazo máximo para el ingreso e instalación de equipos es de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Con relación a lo solicitado en el literal e) Protocolo y/o Certificado de Análisis, solicitamos se amplíe y se acepte la denominación Certificado de Conformidad, quedando por lo tanto el literal e) Protocolo y/o Certificado de Análisis y/o Certificado de conformidad, para promover la mayor participación de postores

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que el Protocolo y/o Certificado de Análisis ha sido solicitado en el requerimiento desde la etapa de indagación de mercado, el cual ha sido validado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Con relación a los documentos solicitados en los literales e) Protocolo y/o Certificado de Análisis, f) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, y h) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) del fabricante, se entiende que estos tres documentos corresponderían SOLO para el Reactivo (tira reactiva para orina) y/o otros reactivos que requieran registro sanitario, por lo que no será requerido para controles, calibradores, soluciones, complementos, equipos, entre otros, quienes no se encuentren sujeto a otorgamiento de registro sanitario.

Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria pueda indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que los documentos solicitados para la presentación en la oferta (numerales e, f y h) es solo del reactivo de análisis automatizado de orina (tira reactiva de orina)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Con relación al Protocolo y/o Certificado de Análisis, en su segundo párrafo se señala lo siguiente:
"En caso de no presentar algunas de las pruebas ... Además, deben cumplirse como mínimo las especificaciones técnicas correspondientes a cada ítem que figura en el capítulo III".
De lo señalado se podría interpretar o inferir que se estaría solicitando que los Certificados de Análisis necesariamente deben contener las especificaciones técnicas de los productos señalados en cada ítem, sin embargo, dicho extremo no se condice con el Anexo N° 1 del DS 016-2011-SA correspondiente al Glosario de Términos, donde se señala o define al Certificado de Análisis o su equivalente, y en ella no se hace alusión a que deba contener las especificaciones técnicas de los productos.
Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria que, a efecto de evitar interpretaciones erradas pueda suprimir dicho texto (todo el párrafo 2 del literal e)) y con ello evitar cuestionamientos innecesarios que solo retrasen el procedimiento de selección..

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que el documento indicado de modo opcional puede complementar la acreditación de especificaciones, puesto que la acreditación de especificaciones se realiza con catálogos, folletos, manuales, instructivos, cartas o documentos emitidos por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características esenciales del bien requerido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que el documento indicado de modo opcional puede complementar la acreditación de especificaciones, puesto que la acreditación de especificaciones se realiza con catálogos, folletos, manuales, instructivos, cartas o documentos emitidos por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características esenciales del bien requerido

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Con relación al Protocolo y/o Certificado de Análisis, en su segundo párrafo se señala lo siguiente:
"En caso de no presentar algunas de las pruebas ... Además, deben cumplirse como mínimo las especificaciones técnicas correspondientes a cada ítem que figura en el capítulo III".
Considerando que la entidad requiere que se sustente las características técnicas solicitadas, sugerimos que como mínimo se requiera acreditar las características indicadas líneas abajo con Folletos y/o Catálogos y/o Manuales y/o Brocheros y/o Inserto emitidos por el fabricante, y en caso alguna característica no se encuentre en los documentos mencionados se podrá presentar carta del fabricante que precise dicha característica.
Para EQUIPOS: Tipo de Analizador, Tipo de Muestra que procesa, Principios de Medición y Parámetros de Análisis, Fuente de poder de emergencia
Para TIRA REACTIVA PARA ORINA: Control de calidad interno, inserto o manual de instrucciones
Así mismo solicitamos precisar que las demás especificaciones técnicas, características y requerimientos se acreditan a través del Anexo N° 3 - Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria pueda precisar y aclarar lo anteriormente indicado para una adecuada evaluación de los expedientes.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria aclara que, en cumplimiento de las Bases Estándar aprobadas por Directiva 001-2019-OSCE de cumplimiento obligatorio, se precisa que en la oferta se debe acreditar lo siguiente:
Tira reactiva: presentación, parámetros de la tira reactiva.
Sedimento urinario: parámetros de sedimento urinario o partículas.
Equipo en cesión en uso: configuración, tipo de analizador, tipo de muestra que procesa, principio de medición, parámetros de análisis.
Las especificaciones técnicas señaladas deben ser acreditadas con catálogos, folletos, manuales, instructivos, cartas o documentos emitidos por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características esenciales el bien requerido.
Las demás especificaciones técnicas podrán acreditarse con el Anexo 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria aclara que, en cumplimiento de las Bases Estándar aprobadas por Directiva 001-2019-OSCE de cumplimiento obligatorio, se precisa que en la oferta se debe acreditar lo siguiente:
Tira reactiva: presentación, parámetros de la tira reactiva.
Sedimento urinario: parámetros de sedimento urinario o partículas.
Equipo en cesión en uso: configuración, tipo de analizador, tipo de muestra que procesa, principio de medición, parámetros de análisis.
Las especificaciones técnicas señaladas deben ser acreditadas con catálogos, folletos, manuales, instructivos, cartas o documentos emitidos por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características esenciales el bien requerido.
Las demás especificaciones técnicas podrán acreditarse con el Anexo 03

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Con relación al Protocolo y/o Certificado de Análisis, se entiende que se aceptará la presentación de cualquier lote que se haya importado previamente, siendo por tanto un lote referencial, considerando que la finalidad de este documento es poder establecer que el producto ha sido sometido a análisis previos a la liberación para su comercialización.

Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria pueda indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su apreciación es correcta. En el Protocolo y/o Certificado de Análisis, el lote señalado es referencial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

De la lectura de este numeral, se observa que, si bien se ha incluido el requerimiento de otros documentos aparte del Anexo N° 3, sin embargo no se observa el requerimiento de documentos adicionales para la acreditación de las especificaciones técnicas, por lo que sugerimos que como mínimo se requiera acreditar las características indicadas líneas abajo con Folletos y/o Catálogos y/o Manuales y/o Brocheros y/o Inserto emitidos por el fabricante, y en caso alguna característica no se encuentre en los documentos mencionados se podrá presentar carta del fabricante.

Para EQUIPOS: Tipo de Analizador, Tipo de Muestra que procesa, Principios de Medición y Parámetros de Análisis, Fuente de poder de emergencia

Para TIRA REACTIVA PARA ORINA: Control de calidad interno, inserto o manual de instrucciones

Así mismo solicitamos precisar que las demás especificaciones técnicas, características y requerimientos se acreditan a través del Anexo N° 3 - Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria pueda precisar y aclarar lo anteriormente indicado para una adecuada evaluación de los expedientes.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria aclara que, en cumplimiento de las Bases Estándar aprobadas por Directiva 001-2019-OSCE de cumplimiento obligatorio, se precisa que en la oferta se debe acreditar lo siguiente:

Tira reactiva: presentación, parámetros de la tira reactiva.

Sedimento urinario: parámetros de sedimento urinario o partículas.

Equipo en cesión en uso: configuración, tipo de analizador, tipo de muestra que procesa, principio de medición, parámetros de análisis.

Las especificaciones técnicas señaladas deben ser acreditadas con catálogos, folletos, manuales, instructivos, cartas o documentos emitidos por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características esenciales el bien requerido.

Las demás especificaciones técnicas podrán acreditarse con el Anexo 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria aclara que, en cumplimiento de las Bases Estándar aprobadas por Directiva 001-2019-OSCE de cumplimiento obligatorio, se precisa que en la oferta se debe acreditar lo siguiente:

Tira reactiva: presentación, parámetros de la tira reactiva.

Sedimento urinario: parámetros de sedimento urinario o partículas.

Equipo en cesión en uso: configuración, tipo de analizador, tipo de muestra que procesa, principio de medición, parámetros de análisis.

Las especificaciones técnicas señaladas deben ser acreditadas con catálogos, folletos, manuales, instructivos, cartas o documentos emitidos por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características esenciales el bien requerido.

Las demás especificaciones técnicas podrán acreditarse con el Anexo 03

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Con relación a la Forma de Pago se menciona lo siguiente:

"¿ a favor del contratista en pago mensual"

(¿)

"El pago de los bienes adquiridos se realizará en PAGO MENSUAL ¿"

Al respecto se debe señalar que, de acuerdo al cronograma de entregas, las atenciones serán realizadas de forma trimestral, es decir, cada 3 meses, en ese sentido la entidad no podría realizar los pagos de forma mensual como ha sido consignado, por lo que consideramos se ha generado un error tipográfico involuntario que debe ser corregido a fin de no afectar el procedimiento de selección y el equilibrio económico del futuro contratista.

Solicitamos amablemente al comité de selección se realice la corrección de la Forma de Pago en concordancia con las atenciones programadas según el cronograma de entregas.

(Considerar esta misma consulta para lo establecido en el acápite 9 del requerimiento - página 24 de las Bases)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que los pagos se realizan en función de la entrega trimestral realizada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que los pagos se realizan en función de la entrega trimestral realizada

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En esta página se detallan las Especificaciones Técnicas del Reactivo (tira reactiva para orina), y en el extremo referido a las Pruebas Efectivas, se menciona lo siguiente:

"Debe entregarse ...: un frasco colector estéril al vacío para orina ... y un tubo de plástico para uroanálisis sin preservante..."

Al respecto, entendemos que el frasco colector estéril al vacío para orina debe tener un dispositivo para toma de muestra al vacío integrado a la tapa y el tubo solicitado debe ser un tubo con sistema al vacío para otorgar mayor bioseguridad al personal del área, con un total de 432,000 frascos y 432,000 tubos. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria precisar si nuestro entender es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su entender es correcto. Debe entregarse un total de 432,000 frascos colectores estériles para orina de 100 mL a más y 432,000 tubos de plástico al vacío sin preservante de 10 mL o 16x100 o 15x100

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En esta página se detallan las Especificaciones Técnicas del Reactivo (Tira reactiva para orina), y en el extremo referido a Control de Calidad Interno, se menciona lo siguiente:
"Para Tira Reactiva: pH, densidad (y/o gravedad especificidad) ..."
Al respecto consideramos que se ha generado un error tipográfico involuntario al consignar la palabra "especificidad" cuando lo correcto sería "específica" toda vez que el sinónimo de densidad es "gravedad específica".

Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, pueda corregir el error tipográfico advertido a fin de que no se genere interpretaciones erradas que puedan limitar la participación de potenciales postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se corregirá la especificación para tira reactiva: pH, densidad (y/o gravedad específica)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se corregirá la especificación para tira reactiva: pH, densidad (y/o gravedad específica)

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En esta página se detallan las Especificaciones Técnicas de los Equipos, y en el extremo referido a Principios de Medición, se menciona lo siguiente:

"... y/o microscopia de dos fases con imágenes"

A efecto de evitar interpretaciones erradas, entendemos que al señalar "microscopia de dos fases con imágenes" corresponde al sistema óptico que combina microscopia de campo claro con la microscopia de contraste de fases, y visión dual para imágenes (tipo HPF con zoom) de campo claro y contraste de fases.

Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, pueda indicar si nuestro entender es el correcto para evitar errores en la interpretación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su entender es correcto: al señalar ¿¿ y/o microscopia de dos fases con imágenes¿ corresponde al sistema óptico que combina microscopia de campo claro con la microscopia de contraste de fases y visión dual para imágenes (tipo HPF con zoom) de campo claro y contraste de fases. Esto debe estar acreditado en la oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En esta página se detallan las Especificaciones Técnicas de los Equipos, y en el extremo referido a Instalación y Funcionamiento, se menciona lo siguiente:

"Asegurar la correcta instalación y funcionamiento del analizador ... Tiempo no mayor de 15 días calendario después de la firma del contrato ..."

Al respecto se debe señalar que se estaría generando una incongruencia con este extremo de lo requerido debido a que el Plazo de Entrega que incluye al equipo ha sido consignado en 30 días contados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra, mientras que en este extremo se está señalando que el tiempo de instalación y funcionamiento se daría en un tiempo no mayor de 15 días y computados después de la firma del contrato.

Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, pueda armonizar el plazo para la instalación y funcionamiento del analizador a 30 días considerando que el plazo de entrega de los reactivos (tirta reactiva para orina) es de 30 días.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria precisa que el plazo máximo para el ingreso e instalación de equipos es de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria precisa que el plazo máximo para el ingreso e instalación de equipos es de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En esta página se ha incluido Mejoras a las Especificaciones Técnicas, las mismas que el Comité de Selección las ha incorporado como Factor de Evaluación (página 34 de las Bases).

Al respecto se observa que, la mejora a la especificación técnica señalada como: "Analizador que mida o determine Gram (+) y Gram (-), no se adecua a la definición de una mejora a la especificación técnica, máxime si en las especificaciones técnicas de los equipos no existe característica alguna que haya considerado siquiera como opcional este aspecto. Tómese en cuenta que la mejora debe necesariamente estar referida a un aspecto de la especificación técnica, a fin de que cumpla con lo espíritu de dicho factor.

Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria que, en virtud de lo señalado se suprima esta mejora y el puntaje sea redistribuido en la otra mejora o en su defecto sea considerado en el factor precio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que las mejoras han sido solicitadas según las reales necesidades y requerimientos operativos del área usuaria, y se cumple con superar los parámetros mínimos establecidos en el requerimiento. Asimismo éstas se encuentran incluidas desde la etapa de indagación de -mercado, la cual ha sido validada según el Memorando N°1181-2024-DPCBS-HNAL, como se indica además en el Resumen Ejecutivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En el numeral 1.2 objeto de la convocatoria solicitan Reactivo de Análisis Citométrico para Orina y Líquidos Biológicos, y de la misma forma en el numeral 3 de los requerimientos técnicos mínimos, sin embargo no indican ninguna característica. Para lo solicitado como Análisis Citométrico para Orina y Líquidos Biológicos, considerando que, como tipo de muestra para el equipo solicitan Orina y/o fluidos corporales, entendemos que los postores debemos ofertar lo necesario para que la entidad pueda realizar 162,000 un (determinaciones) de sedimento urinario. Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria precisar si nuestro entender es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta. El área usuaria señala que su entender no es correcto, puesto que la solicitud está relacionada al análisis citométrico de las partículas del área de microbiología (sedimento urinario, además de líquidos biológicos ¿ fluidos corporales)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente su consulta. El área usuaria señala que su entender no es correcto, puesto que la solicitud está relacionada al análisis citométrico de las partículas del área de microbiología (sedimento urinario, además de líquidos biológicos ¿ fluidos corporales)

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En esta página se detallan las Especificaciones Técnicas del Reactivo (tira reactiva para orina), y en el extremo referido a las Tiras de orina indican: Presentación de frascos o empaques o casete de 100 a más unidades, para ser utilizado en el analizador en cesión de uso. Para permitir la mayor participación de postores solicitamos se amplíe la forma de presentación y se acepte la presentación: Caja de cartulina conteniendo un tubo de aluminio con 150 tiras ó Caja de cartón conteniendo una lámina de sellado de plástico conteniendo un tubo de 150 tiras reactivas y una tarjeta de registro. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área ampliar la presentación para permitir la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se aceptará también presentación: caja de cartulina, conteniendo un tubo de aluminio con 150 tiras o caja de cartón conteniendo una lámina de sellado de plástico conteniendo un tubo de 150 tiras reactivas y una tarjeta de registro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se aceptará también presentación: caja de cartulina, conteniendo un tubo de aluminio con 150 tiras o caja de cartón conteniendo una lámina de sellado de plástico conteniendo un tubo de 150 tiras reactivas y una tarjeta de registro

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En esta página se detallan las Especificaciones Técnicas del Reactivo (tira reactiva para orina), y en el extremo referido al control de calidad externo indican: Programa de Control de Calidad Externo, durante todo le periodo del contrato. Sin embargo no se precisa la frecuencia del control de calidad externo (mensual, bimensual o trimestral) y si se realizará el control de calidad externo para la parte bioquímica y/o para el sedimento urinario. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria precisar la frecuencia del control de calidad externo y si se realizará para la parte bioquímica y/o para el sedimento urinario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que el programa de control de calidad externo será según el enrolamiento o ciclo y frecuencia de cada programa, tanto para los parámetros solicitados: bioquímica y/o sedimento o partículas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que el programa de control de calidad externo será según el enrolamiento o ciclo y frecuencia de cada programa, tanto para los parámetros solicitados: bioquímica y/o sedimento o partículas

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura :LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En esta página se detallan las Especificaciones Técnicas del Equipo Asociado en Cesión de Uso para la configuración 3 solicitan: ¿... Con capacidad de lectura de tiras reactivas de orina de 240 muestras a más por hora¿... O partículas de 116 muestras a más por hora.

Para permitir la mayor participación de postores y evitar errores de interpretación solicitamos se amplíe las mencionadas características a: . Con capacidad de lectura de tiras reactivas de orina de hasta 240 muestras a más por hora¿... O partículas de hasta 116 muestras a más por hora.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria reafirma la especificación indicada en el requerimiento, Asimismo éstas se encuentran incluidas desde la etapa de indagación de mercado, la cual ha sido validada según el Memorando N°1181-2024-DPCBS-HNAL, como se indica además en el Resumen Ejecutivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En esta página se detallan las Especificaciones Técnicas del Equipo Asociado en Cesión de Uso, y para la configuración 3 solicitan: ¿... Un (1) analizador de back up para lectura de tira reactiva con un performace de 240 muestras a más por hora. Considerando que nuestro equipo a ofertar es un equipo modular automatizado (3 equipos para análisis bioquímico de la tira reactiva y 3 equipos para análisis de sedimento, que pueden integrarse), solicitamos que en caso que se oferte equipos con estas características se considere OPCIONAL el analizador de back up.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria reafirma la especificación indicada en el requerimiento, Asimismo éstas se encuentran incluidas desde la etapa de indagación de mercado, la cual ha sido validada según el Memorando N°1181-2024-DPCBS-HNAL, como se indica además en el Resumen Ejecutivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En esta página se detallan las Especificaciones Técnicas del Equipo Asociado en Cesión de Uso, y en el punto Procesamiento de Datos solicitan: Software y Hardware para el procesamiento y monitoreo de resultados, controles y/o calibraciones. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria precise si para el monitoreo de resultados los equipos deben ser interfaceados al software propio de la entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria precisa que, para el monitoreo de resultados, los equipos deben ser interfaceados con el software propio de la entidad, en coordinación con la unidad de informática

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Como parte de las Especificaciones Técnicas del Equipo Asociado en Cesión de Uso, en el punto Mejoras a las Especificaciones Técnicas indican: Evaluación: Analizador que mida o determine la creatinina y albúmina. Entendemos que, para que un postor sea favorecido con esta mejora a las especificaciones técnicas deberá ofertar la Tira reactiva para orina que incluya los parámetrosmen Creatinina y Albúmina. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria precise si nuestro entender es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su entender el correcto. Para resultar favorecido con el puntaje de mejora a las especificaciones técnicas para esta característica, debe ofertarse la tira reactiva para orina que incluya los parámetros Creatinina y Albúmina

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:21:05 |

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En esta página se detallan las Especificaciones Técnicas del Reactivo (tira reactiva para orina), y en el extremo referido al control de calidad interno indican: Para tira reactiva: pH, densidad (y/o gravedad específica) hematés (y/o hemoglobina), glucosa y proteínas.

Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria, y para evitar errores de interpretación, se amplíe la denominación Parámetros bioquímicos, quedando el punto Control de Calidad interno en : Para tira reactiva o Parámetros bioquímicos: pH, densidad (y/o gravedad específica) hematés (y/o hemoglobina), glucosa y proteínas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria reafirma la especificación indicada en el requerimiento, Asimismo éstas se encuentran incluidas desde la etapa de indagación de mercado, la cual ha sido validada según el Memorando N°1181-2024-DPCBS-HNAL, como se indica además en el Resumen Ejecutivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA UROANÁLISIS AUTOMATIZADO (PRUEBAS EFECTIVAS) POR PAQUETE CON EQUIPO ASOCIADO EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 10/01/2025 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 21:26:07 |

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan como Objeto de la convocatoria: Reactivo de análisis automatizado de orina (Bioquímica + Citología) y Reactivo de análisis citométrico para orina y líquidos biológicos; sin embargo dentro de las Especificaciones Técnicas del reactivo hacen referencia a las Tiras de Orina. Consultamos amablemente al comité precisar si el objeto de la convocatoria son las Tiras de Orina con equipos en cesión en uso, las cantidades se medirán en función a la cantidad de Tiras y las especificaciones de ambos Items son las de las Tiras de Orina.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria aclara que para el Item N°1 son 270,000 tiras reactivas y para el Item N°2 son 162,000 determinaciones para el área de microbiología, solo para la medición citológica (sedimento o partículas y la diferenciación Gram positivos y Gram negativos solicitada como mejora en ambos ítems)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null