

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21.03.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SERVICIO DE DE LABORATORIO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA BIOQUIMICA NO AUTOMATIZADA 2023						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	352						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NOTA N°303-OPC-D-RAHU-ESSALUD-23		Fecha de recepción	01.03.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
				correo institucional		19	correo institucional	02.03.2023 09.03.2023 20.03.2023
Consignar una síntesis de las observaciones: solicitamos:								
1-requerimiento es para cotizar en vuestro estudio de mercado para convocar un procedimiento de selección?								
2-requerimiento es para cotizar para una "Contratación Directa"?								

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO** **(BIENES)**

3-requerimiento en sus EETT contiene la información de equipo en cesión de uso "FOTOMETRO DIGITAL", pero no indica que cantidad de ECU requiere este requerimiento. Cual es la cantidad de "FOTOMETRO DIGITAL" que se tienen que ofertar en cesión de uso?

4-en las EETT de bioquímica dice "Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega", pero en el numeral 9 de VIGENCIA MINIMA DE ENTREGA dice " La vigencia mínima del Reactivo de Bioquímica No Automatizada deberá ser igual o mayor a dieciocho (18) meses al momento de su(s) fecha(s) de entrega en los almacenes de la Entidad adquiriente". En vista que existe una contradicción respecto a este punto de vencimiento mínimo a entregar los reactivos, por favor confirmar si la entrega se realizará tal como está estandarizada en las EETT de Essalud,, Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega

5-Cuál es el volumen de reactivo que están considerando por cada PBA?

6-6- En el cuadro de distribución de ítems, hay una columna que dice "PRESENTACION", los valores indicados en esta columna, corresponden a unidades de mililitros?

7-7- En el cuadro de distribución de ítems, hay una columna que dice "PRESENTACION", como es de vuestro conocimiento, los reactivos de bioquímica se fabrican en una presentación denominada kit, la cual puede ser de diferentes volúmenes, toda vez que los reactivos son líquidos. Este requerimiento está restringiendo la participación de postores a solo las marcas que el kit tiene exactamente la PRESENTACION indicada en los 14 reactivos solicitados?

8-8- Se puede ofertar , según la marca del reactivos, en una PRESENTACION diferente a la indicada en el cuadro de distribución de ítems?

9-9- Se puede ofertar plazo de entrega 10 días calendarios, computados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra?

10-requerimiento es para atender el total de los reactivos en una sola entrega?

11-11- La capacitación del manejo de los fotómetros en cesión de uso, pueden ser de manera virtual, es decir por video conferencia o través de un video de capacitación entregado al usuario?

12-12- En el caso del reactivo Albúmina solicitan en total 10,000 PBA y la marca de reactivo a ofertar, el kit rinde 2,000 PBA y el kit contiene 6 frascos de 120 ml de reactivo cada uno, es decir se tendría que entregar 5 kits Albúmina de 2,000 PBA cada uno, para que vuestro almacén distribuya el reactivo a los 10 CAS indicados en el cuadro de distribución de ítems. Consultamos si es correcta nuestra apreciación?

13-requerimiento, en las EETT de bioquímica dice "Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega", pero en el numeral 9 de VIGENCIA MINIMA DE ENTREGA dice " La vigencia mínima del Reactivo de Bioquímica No Automatizada deberá ser igual o mayor a dieciocho (18) meses al momento de su(s) fecha(s) de entrega en los almacenes de la Entidad adquiriente". En vista que existe una contradicción respecto a este punto de vencimiento mínimo a entregar los reactivos, por favor confirmar si la entrega se realizará tal como está estandarizada en las EETT de Essalud,, Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega

14-Para este requerimiento, el HDL colesterol y LDL colesterol a ofertar y entregar puede ser de la metodología "Reactivo precipitante" ? se adjuntan los insertos de los reactivos indicados para su evaluación

15-¿Porqué solicitan 11 analizadores fotométricos en cesión de uso, si en el cuadro de distribución de los reactivos solamente figuran 10 centros ?

16-En las EETT del FOTOMETRO DIGITAL en el numeral 6 de "Procesamiento de datos" se indica software con interfaz e interconexión operativa al sistema de salud del centro asistencial y hardware. En vista que se tratan de fotómetros, consultamos si este software y hardware se pueden retirar del requerimiento, toda vez que el equipo en cesión de uso es un fotómetro y no un analizador automatizado de bioquímica?

17-En vista que en el requerimiento no se menciona la necesidad de ningún material de impresión para resultados, se entiende que la lectura del resultado en el fotómetro y su registro manual está a cargo del usuario y no requiere imprimir este resultado. Por favor nos puede indicar si es correcta nuestra apreciación?

18-Cada cuanto tiempo el usuario calibra y controla las pruebas en los fotómetros de cada centro asistencial ?

19-El archivo con las especificaciones técnicas indica Bioquímica NO AUTOMATIZADA, sin embargo han colocado especificaciones técnicas de equipo Fotómetro Digital. Solicitamos nos aclare si la adquisición es con equipo o sin equipo

20-De ser con equipo, indicar cuantos fotómetros se requieren y para que sedes

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
			correo institucional		19	correo institucional	09,03,2023 14,03,2023 20,03,2023

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

1-Si

2-No, es una Adjudicación Simplificada



# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (BIENES)

- 3-Se requiere de 11 Unidades como se solicita en el TDR
- 4-Manifestarle que el tiempo de expiración que se solicita deberá ser igual o mayor a dieciocho (18) es por ser una adquisición para un año en una sola entrega
- 5-Se considera 1ml por prueba.
- 6-Corresponde a Pruebas
- 7-Tiene que ser a la cantidad solicitada cada kit
- 8-Si
- 9-Si
- 10-Si
- 11-Si
- 12-La presentación del kit deberán ser de menor cantidad de pruebas que se puedan distribuir a las 11 IPRESS
- 13-Manifestarle que el tiempo de expiración se estará considerando como especifica en las especificaciones técnicas siendo no menor a 06 meses.
- 14-Si es lo que se está requiriendo "Reactivo precipitante"
- 15-Se están Solicitando por el Incremento de un establecimiento ( CAPIII Amarilis Pillcomarca)
- 16-Si se puede retirar por ser un fotómetro
- 17-Si es correcta su apreciación el usuario es la encargada de digitarlo en forma manual
- 18-El tiempo que el usuario calibra es de una vez al mes y su control es al inicio de la semana
- 19-La adquisición Si es con equipo semi automatizado (analizador fotométrico)
- 20-Ei proveedor suministrará el número de equipos (analizador fotométrico), según requerimiento (11 unidades), que serán distribuido a las Postas Medicas

## 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

- |   |   |    |   |      |
|---|---|----|---|------|
| 3.1.1   | <b>COTIZACIONES</b>                               | SI | x | NO   |
| Indicar el detalle de las cotizaciones de proveedores que utilizaron durante la realización del estudio de mercado: Andina Medica Filial Perú<br>Signalab Sac y Labin Perú Sa |   |    |   |      |
| 3.1.2   | <b>PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD</b>           | SI | x | NO   |
| Indicar el detalle de las órdenes de compra o contratos identificados durante la realización del estudio de mercado: 4504064473   |   |    |   |      |
| 3.1.3   | <b>PÁGINA WEB DEL SEACE</b>                       | SI |   | NO x |
| Indicar el detalle de los procedimientos de selección con buena pro consentida que se identificaron para la realización del estudio de mercado.                               |   |    |   |      |
| 3.1.4   | <b>[CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS</b> | SI |   | NO   |
| Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.  |   |    |   |      |


### 3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL

Se considera el precio más optimo de las cotizaciones recibidas, la misma que cumple con las EE.TT, requeridas por el area usuria.

- |     |                       |        |              |   |         |                           |
|-----|-----------------------|--------|--------------|---|---------|---------------------------|
| 3.3 | <b>VALOR ESTIMADO</b> | MONEDA | Nuevos Soles | x | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
|     |                       | MONTO  |              |   |         |                           |

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

- |  |   |            |  |            |
|--|---|------------|--|------------|
| 4,1  | <b>FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO</b>                     | 01.03.2023 | <b>FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO</b> | 21.03.2023 |
| 4,2  | <b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b> | SI         | x  | NO         |
| Indicar si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores. |   |            |  |            |

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO</b> <b>(BIENES)</b>					
4,3	<b>PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	x	NO	
Indicar si existe pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de marcas.					
4,4	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI		NO	x
Indicar si existe o no la posibilidad de distribuir la buena pro. De ser afirmativa la respuesta, sustentar.					
4,5	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	
Indicar si se obtuvo información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación. De ser afirmativa la respuesta, detallar dicha información.					
4,6	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	
Indicar si se obtuvo información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación. De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
<b>MBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACION</b>					
