

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-3-2023-UESCA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES ASEGURADOS EN EL SIS DE LA RED DE SALUD CENTRO AYACUCHO

Ruc/código : 20606062860

Fecha de envío : 05/06/2023

Nombre o Razón social : GEOMEDIC PERU E.I.R.L.

Hora de envío : 17:14:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección si los productos deben de cumplir con la especificación: No irritable , estéril e hipoalergénico, de ser positivo agradeceremos precisarlo en las eett.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada ¿Proceso de Homologación de Requerimientos¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe tener en consideración la ficha de homologación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-3-2023-UESCA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES ASEGURADOS EN EL SIS DE LA RED DE SALUD CENTRO AYACUCHO

Ruc/código : 20606062860

Fecha de envío : 05/06/2023

Nombre o Razón social : GEOMEDIC PERU E.I.R.L.

Hora de envío : 17:14:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Se consulta a la entidad cómo se debe de acreditar el cumplimiento de las eett? ¿Se solicitará certificado de análisis del producto terminado para la admisión/calificación de la oferta?

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 2

Literal: 2.2

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada ¿Proceso de Homologación de Requerimientos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe tener en consideración la ficha de homologación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-3-2023-UESCA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES ASEGURADOS EN EL SIS DE LA RED DE SALUD CENTRO AYACUCHO

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 13:13:40

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿.resistente a colapsos, ruptura y fatiga por flexión o elongación.

Se solicita aceptar " resistente a acodaduras" en lugar de "resistente a colapso, ruptuta y fatiga por flexión o elongación".

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada ¿Proceso de Homologación de Requerimientos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe tener en consideración la ficha de homologación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-3-2023-UESCA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES ASEGURADOS EN EL SIS DE LA RED DE SALUD CENTRO AYACUCHO

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 13:13:40

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con alas de fijación de material flexible, que permite establecer conexiones con otros dispositivos como la línea de infusión,..

La parte que permite establecer conexión con otros dispositivos es la conexión luer lock. No las alas de fijación, solicitamos corregir

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada ¿Proceso de Homologación de Requerimientos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe tener en consideración la ficha de homologación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-3-2023-UESCA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES ASEGURADOS EN EL SIS DE LA RED DE SALUD CENTRO AYACUCHO

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 13:13:40

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con acoplamiento para escape de aire que impida la fuga de sangre.

Se solicita aceptar , tapa protectora que cuenta con un filtro hidrofobico que permite el escape del aire y retiene la sangre en en el interior, en lugar de "Con acoplamiento para escape de aire que impida la fuga de sangre"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada ¿Proceso de Homologación de Requerimientos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe tener en consideración la ficha de homologación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-3-2023-UESCA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES ASEGURADOS EN EL SIS DE LA RED DE SALUD CENTRO AYACUCHO

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 13:13:40

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

color: verde ligero

Se solicita aceptar verde oscuro para la medida 18G

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada ¿Proceso de Homologación de Requerimientos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe tener en consideración la ficha de homologación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-3-2023-UESCA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES ASEGURADOS EN EL SIS DE LA RED DE SALUD CENTRO AYACUCHO

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 17:39:53

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

"ITEM 1: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD
ITEM 2: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD
ITEM 3: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD
ITEM 4: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD

CARACTERISRTICAS:

COMPONENTES Y MATERIALES

- CATETER: CON ALAS DE FIJACIÓN DE MATERIAL FLEXIBLE, QUE PERMITE ESTABLECER CONEXIONES CON OTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS COMO LA LINEA DE INFUSIÓN, DEBE INCLUIR CLIP DE SEGURIDAD.

Se solicita al comité de selección ampliar la característica Con o sin presencia de alas de fijación de material flexible debido a que actualmente para tener una fijación adecuada del dispositivo se emplean apósitos autoadhesivos estériles que evitan el desplazamiento y la rotación del catéter lo cual favorece la protección de la piel del paciente evitando la constricción circulatoria, úlceras por presión y el deterioro cutáneo o daño nervioso. Así mismo, cabe mencionar que teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y tecnologías diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacional ampliar esta característica ayuda a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** EETT **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a), b) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada ¿Proceso de Homologación de Requerimientos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe tener en consideración la ficha de homologación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-3-2023-UESCA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES ASEGURADOS EN EL SIS DE LA RED DE SALUD CENTRO AYACUCHO

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 17:39:53

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

"ITEM 1: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD
ITEM 2: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD
ITEM 3: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD
ITEM 4: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD

CARACTERISRTICAS:

COMPONENTES Y MATERIALES

- OTROS: COLOR VERDE LIGERO

Se solicita al comité de selección RETIRAR la denominación LIGERO, ya que según la ISO 10555-5 determina los diferentes calibres de los catéteres periféricos con un color asignado y no se encuentra la clasificación de VERDE LIGERO. Así mismo esto permite una mayor pluralidad de postores; así mismo, no tenga repercusión al momento de la evaluación de la oferta.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a), b) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada ¿Proceso de Homologación de Requerimientos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe tener en consideración la ficha de homologación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-3-2023-UESCA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES ASEGURADOS EN EL SIS DE LA RED DE SALUD CENTRO AYACUCHO

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 17:39:53

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

"ITEM 2: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD
ITEM 3: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD
ITEM 4: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD

Se solicita al comité de selección precisar el color de los catéteres del los ítem 2 (CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD), ítem 3 (CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD) e ítem 4 (CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4 IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD) teniendo en cuenta la ISO 10555-5 quien asigna los diferentes calibres de los catéteres periféricos con un color determinado. "

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** EETT **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a), b) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada ¿Proceso de Homologación de Requerimientos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe tener en consideración la ficha de homologación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-3-2023-UESCA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES ASEGURADOS EN EL SIS DE LA RED DE SALUD CENTRO AYACUCHO

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 17:39:53

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 15 DIAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Por lo antes expuesto, solicitamos al Comité de Selección se sirva aclarar si el plazo de entrega se computara a partir del día siguiente de notificada la orden de compra o de suscrito el contrato, y así evitar posibles errores a la hora de elaborar las ofertas.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada ¿Proceso de Homologación de Requerimientos
El plazo de entrega se computará a partir de la notificación de la orden de compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de entrega se computará a partir de la notificación de la orden de compra, Debe tener en consideración la ficha de homologación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-3-2023-UESCA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES ASEGURADOS EN EL SIS DE LA RED DE SALUD CENTRO AYACUCHO

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 17:39:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases administrativas en el capítulo III Requerimiento numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Señalan lo siguiente:

FECHA DE VENCIMIENTO Mayor a tres (03) años, a partir de la presentación de la propuesta.

Se solicita al Comité de Selección considerar como fecha mínima de vencimiento del producto de 18 meses, teniendo en cuenta los plazos de fabricación del producto, la importación del mismo, hasta la llegada a destino.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** EETT **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada ¿Proceso de Homologación de Requerimientos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe tener en consideración la ficha de homologación