

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LICITACION PUBLICA N° 26-2023-ESSALUD/CEABE-1

En Jesús María, a las 10:00 horas del día 10 de noviembre de 2023, en el local de la Sub Gerencia de Adquisición y Ejecución Contractual de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de EsSalud, el Comité de Selección, que tiene a su cargo la organización, conducción y evaluación del procedimiento de selección de la LICITACION PUBLICA N° 26-2023-ESSALUD/CEABE-1, cuyo objeto de convocatoria es la "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA IOARR: ADQUISICION DE MICROSCOPIO QUIRURGICO, LAMPARA DE HENDIDURA Y FOTOCOAGULADOR, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN-LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N 2538476. 3 ITEMS (ITEM 1-LAMPARA HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION, ITEM 2-OFTALMOSCOPIO INDIRECTO, ITEM 3-TOPOGRAFO CORNEAL)", se reunieron a efectos de realizar la evaluación y calificación de ofertas, así como otorgar la buena pro.

Es necesario precisar que mediante Resolución de Gerencia de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos N° 454-CEABE-ESSALUD-2023 de fecha 26 de octubre de 2023, se reconformó el Comité de Selección, estando presente los siguientes integrantes:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| ➤ ELVIS RAMIRO GONZALES NARVASTA | Presidente Titular |
| ➤ EDUARDO JESÚS VIRRUETA GOMEZ | Primer Miembro Titular |
| ➤ JOSE ANTONIO ATALAYA LEDESMA | Segundo Miembro Titular |

I. DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES

De acuerdo al cronograma, se registraron a través del sistema electrónico de la plataforma del SEACE en las horas y fechas señaladas los siguientes participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20168548916	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	14/08/2023	Válido
2	Proveedor con RUC	20457820187	SALUD BIENES Y SERVICIOS S.R.L. - SABYSER S.R.L.	11/08/2023	Válido
3	Proveedor con RUC	20488077717	FERDI INGENIEROS SAC	07/09/2023	Válido
4	Proveedor con RUC	20502811674	MEDINET S.A.C.	16/08/2023	Válido
5	Proveedor con RUC	20515677659	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DE TITANIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DEIMET S.A.C.	31/08/2023	Válido
6	Proveedor con RUC	20555048905	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	11/08/2023	Válido
7	Proveedor con RUC	20601890071	TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	14/08/2023	Válido
8	Proveedor con RUC	20609607123	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	12/08/2023	Válido

8 registros encontrados, mostrando 8 registro(s), de 1 a 8. Página 1 / 1.

II. DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

De la revisión de la plataforma electrónica del SEACE, se obtiene que los siguientes postores presentaron sus ofertas respectivas:

Nro. ítem	Descripción del ítem	
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación
1	LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION	
20555048905	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	03/10/2023
20168548916	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	03/10/2023
RUC / Código		
2	OFTALOMOSCOPIO INDIRECTO	
20502811674	MEDINET S.A.C.	03/10/2023
RUC / Código		
3	TPOGRAFO CORNEAL	
20555048905	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	03/10/2023
20601890071	TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	03/10/2023
20502811674	MEDINET S.A.C.	03/10/2023

Se procede con la descarga de las ofertas electrónicas a efectos de realizar la evaluación de la documentación presentada en cada oferta.

III. ADMISIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido, el comité de selección realiza la revisión de las ofertas presentadas, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.2.1.1. de la Sección específica de las Bases "Documentación de Presentación Obligatoria", a efectos de determinar la admisión de las ofertas, obteniendo el siguiente resultado:

ÍTEM	DESCRIPCION DEL ÍTEM	N°	POSTOR	RESULTADO
01	LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION	1	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	ADMITIDA
		2	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	NO ADMITIDA
02	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	1	MEDINET S.A.C.	ADMITIDA
03	TOPOGRAFO CORNEAL	1	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	ADMITIDA
		2	TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	ADMITIDA
		3	MEDINET S.A.C.	NO ADMITIDA

El detalle de la admisión de ofertas se encuentra consignado en el Anexo 01 – Cuadro de Admisión de Ofertas de la Licitación Pública N° 26-2023-ESSALUD/CEABE-1 adjunto al presente.

IV. EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Seguidamente se procede a evaluar las ofertas admitidas, aplicando los factores de evaluación establecido en las bases integradas y estableciendo el orden de prelación, obteniendo el siguiente resultado:

ÍTEM	POSTOR	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONOMICO	BONIFICACION MYPE (5%)	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
01	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	231,000.00	100.00	5.00	105.00	1°
02	MEDINET S.A.C.	47,530.28	100.00	-	100.00	1°
03	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	350,000.00	100.00	5.00	105.00	1°
	TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	530,000.00	66.04	3.30	69.34	2°

V. CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido, el comité de Selección conforme lo establecido en el numeral 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, procedió a realizar la calificación de las ofertas, que obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación de cada ítem, obteniendo el siguiente resultado:

ITEM 01			REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		RESULTADO
ITEM	POSTOR	ORDEN DE PRELACIÓN	CAPACIDAD LEGAL (HABILITACIÓN)	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
01	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	1°	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
02	MEDINET S.A.C.	1°	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
03	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	1°	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
	TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	2°	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA

VI. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Habiendo culminado con la evaluación y calificación de las ofertas presentadas al presente procedimiento de selección, el comité de selección acuerda lo siguiente:

1. **Otorgar la Buena Pro** de la Licitación Pública N° 26-2023-ESSALUD/CEABE-1, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO	PROVEEDOR	TOTAL S/.	CONDICIÓN
1	LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	231,000.00	ADJUDICADO
2	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	MEDINET S.A.C.	47,530.28	ADJUDICADO
3	TOPOGRAFO CORNEAL	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	350,000.00	ADJUDICADO

2. *Publicar los resultados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.*

Siendo las 17:00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribe la presente acta.



Eduardo Jesús Virrueta Gómez
Primer Miembro Titular



Elvis Ramiro Gonzales Narvasta
Presidente Titular



José Antonio Atalaya Ledesma
Segundo Miembro Titular

ANEXO N° 01 - CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 26-2023-ESSALUD/CEABE-1

ITEM	POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA										CONDICIÓN
		Anexo N° 1 Declaración Jurada de Datos del Postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Anexo N° 2 Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del RLCE	Anexo N° 3 Declaración Jurada de cumplimiento de las EF TT	Anexo N° 4 Declaración Jurada de plazo de entrega	Declaración Jurada del plazo de la Garantía	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario	Certificado de Seguridad Eléctrica	Hoja de Presentación del producto	Anexo N° 5 Promesa de consorcio con firmas legalizadas.	Anexo N° 6 El precio de la oferta en SOLES

1	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No Aplica	SI	ADMITIDA
	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	No Aplica	SI	NO ADMITIDA

2	MEDINET S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No Aplica	SI	ADMITIDA
---	----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	----	----------

3	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No Aplica	SI	ADMITIDA
	TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No Aplica	SI	ADMITIDA
	MEDINET S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	No Aplica	SI	NO ADMITIDA

OBSERVACIONES:

<p>ITEM 01 - MEDICA DEL PACIFICO SRL: El postor No acredita el cumplimiento de las siguientes características: B02 y C03, adjunta una imagen sin sustento técnico que acredite lo requerido B22, adjunta una imagen sin sustento técnico que acredite lo requerido, la cual no corresponde a un documento técnico emitido por el fabricante C02, adjunta una imagen sin sustento técnico que acredite las dimensiones requeridas en el requerimiento. C05, no sustenta que las lupas ofertadas sean de cristal y esféricas, según lo requerido en el requerimiento.</p>
<p>ITEM 03 - MEDINET SAC: El postor No acredita el cumplimiento de las siguientes características: A06, no acredita que el equipo ofertado cuente con la función de autofocus o autocorrección por movimiento del ojo, el equipo ofertado indica que se debe mover la imagen con la cruz en dirección hacia el paciente hasta que se aprecie claramente los cuadros led infrarojo, el enfoque de la imagen es realizando un movimiento de la palanca del joystick (acción manual).</p>