

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	17:22:55

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Con el fin de fomentar mayor participación de postores, se solicita amablemente al comité de selección que considere ampliar el plazo de entrega a 90 días calendarios, a fin de realizar la entrega de los bienes.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.9      **Literal:** 1.9      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto se aclara que, el plazo de entrega de 60 días calendario, fue considerado en las Condiciones Generales que fueron usadas para realizar la Indagación de Mercado respectiva, en la cual se obtuvo la pluralidad de proveedores (que cumplieran con especificaciones técnicas) correspondiente; cabe señalar que, ninguno de los proveedores estuvo en desacuerdo en relación al plazo máximo de entrega (60 días calendario) establecido en las mencionadas condiciones generales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	17:22:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con el fin de fomentar mayor participación de postores y debido a la naturaleza del objeto de la convocatoria se solicita amablemente al comité que tenga bien a considerar como bienes similares lo siguiente: Equipos biomédicos y/o de laboratorio en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que, en el Apéndice F (Requisitos de calificación - Experiencia del Postor) del requerimiento que forma parte de las bases del procedimiento de selección en mención el área usuaria, se han definido los bienes similares (Esterilizadores con generador eléctrico de vapor en general ).

En ese sentido, se mantiene los equipos considerados como bienes similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	17:22:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con el fin de obtener una mejor visión del espacio donde se realizará la instalación de los bienes y proporcionar un precio que se ajuste a las necesidades de la entidad, se solicita amablemente al comité de selección, proporcionar el respectivo PLANO DE UBICACIÓN de los equipos, asimismo, ACLARAR si el espacio se encuentra debidamente acondicionado para su instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria aclara: se incluye el archivo DWG del plano solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	17:22:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con relación a las especificaciones técnicas de los equipos, en el extremo de la característica ¿A03: FUNCIONAMIENTO DE RED DE VAPOR Y CON GENERADOR DE VAPOR ELÉCTRICO (SISTEMA DUAL)¿, se solicita aclarar el concepto y/o procedimiento o a que se refiere con ¿Sistema Dual¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que el equipo ofertado debera funcionar conectado a una red de vapor y con generador de vapor electrico incorporado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	17:22:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con relación a las especificaciones técnicas de los equipos, en el extremo de la característica ¿A06: LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS¿, se solicita aclarar cuál será la funcionalidad del código de barras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que, IETSI, ha determinado los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, por lo que, el equipo ofertado tiene que cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas solicitados en la ficha técnica, el equipo ofertado deberá tener lector de código de barras solicitado en la ficha técnica del IETSI. Asimismo, mediante la indagación de mercado respectiva se obtuvo la pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento técnico solicitado por la entidad.

Por otro lado, se precisa que, el lector de código de barras, sirve para realizar la trazabilidad del material esterilizado o que sale de la central de esterilización.

La implementación del sistema estará en potestad del Centro Asistencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	17:22:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con relación a las especificaciones técnicas de los equipos, en el extremo de la característica ¿A23: AUTODIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO¿, se solicita aclarar el autodiagnóstico a qué, si de temperatura o tiempo o calidad de vapor o entre otras opciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que, IETSI, ha determinado los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, por lo que, el equipo ofertado tiene que cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas solicitados en la ficha técnica, el equipo ofertado deberá tener un autodiagnóstico de funcionamiento, de todos los parámetros solicitados en la ficha técnica del IETSI. Asimismo, mediante la indagación de mercado respectiva se obtuvo la pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento técnico solicitado por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	17:22:55

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con relación a las especificaciones técnicas de los equipos, en el extremo de la característica ¿C02: APTO PARA TRABAJAR CON AGUA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS (¿)¿, se solicita considerar la tabla de valores de la Norma EN285 para la calidad de agua de los esterilizadores, a fin de fomentar una mayor participación de proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, ha determinado los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, por lo que, el equipo ofertado tiene que cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas solicitados en la ficha técnica. Asimismo, mediante la indagación de mercado se ha verificado que existe pluralidad de proveedores en el mercado que cumplen con el requerimiento técnico solicitado por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	17:22:55

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con relación a las especificaciones técnicas de los equipos, en el extremo de la característica ¿D05: LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CUBRIR INTERSTICIOS EN EL EMPOTRAMIENTO¿, se solicita especificar y detallar este punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, ha determinado los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, por lo que, el equipo ofertado tiene que cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas solicitados en la ficha técnica. Asimismo, mediante la indagación de mercado se ha verificado que existe pluralidad de proveedores en el mercado que cumplen con el requerimiento técnico solicitado por la entidad.

La instalación del equipo será empotrada, en el proceso de empotramiento se generarán intersticios, estas deben ser cubiertas con laminas de acero inoxidable, tal como indica la ficha técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	22:03:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

solicita:  
FICHA TECNICA  
Dentro de las EETT en Accesorios no están solicitando coches de carga y descarga fuera del equipo para transportar los materiales, lo indico con motivo de que lo consideren dado que las autoclaves de 2 puertas necesitan 2 unid como mínimo.  
Por lo expuesto líneas atrás, se solicita al comité de seleccìon ACLARAR si van a solicitar estos coches para transportar materiales.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: APENDICE G    Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que, en el literal D02 de la ficha técnica del equipo se solicita: DOS (02) CARROS O PLATAFORMAS DE TRANSFERENCIA DE ACERO INOXIDABLE APTO PARA CARGAR CANASTILLAS Y CONTENEDORES DE INSTRUMENTAL DENTRO DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	22:03:31

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

solicitan:  
FICHA TECNICA  
C01 220 V /60 Hz MONOFASICO O TRIFASICO, O 380 V /60 Hz TRIFASICO, nos da la posibilidad de ofertar cualquiera de los 3 voltajes, se requiere conocer la necesidad del servicio de central de esterilización del Hospital, vaya ser que se entregue, por decir; 220 V/60Hz trifásico, y su necesidad es de 380 V/ 60 Hz. Trifásico.  
Por lo expuesto líneas atrás, se solicita al comité de selección precisar cuál de los voltajes trifásicos consumen según cada hospital, para ofertar de manera correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: APENDICE G Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara: el Hospital I "Carlos alberto cortez jimenes", cuenta con una alimentación de 380v/60Hz, trifásica. el tablero general de sala de esterilización, recibe 380v/60Hz, trifásica, siendo la necesidad de 380v/60Hz, trifásica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	22:03:31

Consulta: Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Solicitan:

Por lo expuesto líneas atrás, se solicita al comité especial precisar cuál de los voltajes trifásicos consumen según cada hospital, para ofertar de manera correcta.

Por lo expuesto líneas atrás, se solicita al comité de selección precisar las condiciones de preinstalación como mínimo que deberán tener el Hospital en lista para así tener claro los gastos y ofertar correctamente. Complementariamente serviría de ayuda brindarnos los planos de los lugares de instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: APENDICE D Página: 58

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Hospital I "Carlos alberto cortez jimenes", cuenta con una alimentación de 380v/60Hz, trifásica. el lugar donde se instalaran los dos equipos de esterilización, cuenta con una alimentación eléctrica de 380v/60Hz, trifásica, con respecto a las condiciones de preinstalación,

El contratista debe proporcionar e instalar la barrera sanitaria de acero inoxidable grado 304 o 316, en el ingreso de material del esterilizador, así como a la salida del material esterilizado. el contratista debe proporcionar los compresores para apertura, y cerrado de las puertas del equipo de esterilización (01 por equipo). los cuales deben ser alimentados eléctricamente desde el tablero principal de la Sala de esterilización. el Hospital cuenta con un sistema e ablandadores de agua dura, y pozo de almacenamiento, el cual alimenta mediante presión constante a la sala de esterilización.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De otro lado, el comité advierte que con ocasión a la precisión de las condiciones de la preinstalación, resulta razonable adecuar el formato del anexo de la propuesta económica, a fin de determinar el costo por la prestación principal de la prestación accesoria.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	23:07:57

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA DE LOS ESTERILIZADORES 60 DIAS . CONSULTA , solicitamos al comite PUEDA considerar QUE LA ENTREGA SEA DE 90 DIAS , ya que en estas fechas la fabricacion demora mas por cierre de año y ultimo trimestre DEL MISMO, todos los fabricantes salen de vacaciones desde la quincena de diciembre 2023 hasta la quincena de enero del proximo año, y ser mejor presentar como propuesto un equipo de fabricacion 2024, a la vez para la mayor pluralidad de postores .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que, el plazo de entrega de 60 días calendario, fue considerado en las Condiciones Generales que fueron usadas para realizar la Indagación de Mercado respectiva, en la cual se obtuvo la pluralidad de proveedores (que cumplieran con especificaciones técnicas) correspondiente; cabe señalar que, ninguno de los proveedores estuvo en desacuerdo en relación al plazo máximo de entrega (60 días calendario) establecido en las mencionadas condiciones generales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	23:07:57

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

A.04 TUBERIAS Y VALVULAS DE ACERO INOXIDABLE, solicitamos al comité pueda considerar tuberias y valvulas de acero inoxidable y o mejor 316l para seguridad del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, ha determinado los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, por lo que, el equipo ofertado tiene que cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas solicitados en la ficha técnica. Asimismo, mediante la indagación de mercado se ha verificado que existe pluralidad de proveedores en el mercado que cumplen con el requerimiento técnico solicitado por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	23:07:57

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

A.06 LECTOR DE CODIGO DE BARRA, solicitamos al comité pueda considerar Y /O SISTEMA MONITOREO Y DE TRAZABILIDAD, ya que estos sistemas de monotorizacion y trazabilidad son los que comprenden todo el sistema de esterilizacion y codigos de barras en el equipo de esterilizacion,y forman parte de la central de estrilizacion moderna , segun norma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, ha determinado los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, por lo que, el equipo ofertado tiene que cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas solicitados en la ficha técnica. Asimismo, mediante la indagación de mercado se ha verificado que existe pluralidad de proveedores en el mercado que cumplen con el requerimiento técnico solicitado por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	23:07:57

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

A.07 DOBLE CAMARA ( CAMARA Y RECAMARA O CHAQUETA), solicitamos al comité pueda considerar AGREGANDO TAMBIEN CHAQUETA FULL JACKET PARA MEJOR CONTROL DE TEMPERATURA DEL CICLO Y ESTABILIDAD..

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, ha determinado los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, por lo que, el equipo ofertado tiene que cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas solicitados en la ficha técnica. Asimismo, mediante la indagación de mercado se ha verificado que existe pluralidad de proveedores en el mercado que cumplen con el requerimiento técnico solicitado por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	23:07:57

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

A.08 CAMARA RECTANGULAR HORIZONTAL, solicitamos al comité pueda considerar A LA VEZ ESPESOR MINIMO DE LA CAMARA DE 8 MM Y CHAQUETA DE 5MM.PARA MAYOR SEGURIDAD Y ESTABILIDAD TERMICA EN EL EQUIPO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, ha determinado los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, por lo que, el equipo ofertado tiene que cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas solicitados en la ficha técnica. Asimismo, mediante la indagación de mercado se ha verificado que existe pluralidad de proveedores en el mercado que cumplen con el requerimiento técnico solicitado por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	23:07:57

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

A.09 CAMARA INTERNA DE DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316L O 316 Ti EQUIVALENTE O MEJOR , PARTE INTERNA FINAMENTE PULIDO PARA UNA BUENA LIMPIEZA, solicitamos al comité pueda considerar A LA VEZ EL PULIDO DE 0.2um para evitar suciedades y microorganismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, ha determinado los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, por lo que, el equipo ofertado tiene que cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas solicitados en la ficha técnica. Asimismo, mediante la indagación de mercado se ha verificado que existe pluralidad de proveedores en el mercado que cumplen con el requerimiento técnico solicitado por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	23:07:57

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

B.10 CONDENSADOR O INTERCAMBIADOR DE CALOR PREVIO AL SISTEMA DE VACIO, solicitamos al comité pueda tambien o EQUIVALENTE, ya que en el mercado existen equipos que ya no requieren el intercambiador de calor previo al sistema de vacio ( mejora tecnologica )

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, ha determinado los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, por lo que, el equipo ofertado tiene que cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas solicitados en la ficha técnica. Asimismo, mediante la indagación de mercado se ha verificado que existe pluralidad de proveedores en el mercado que cumplen con el requerimiento técnico solicitado por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-59-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS: DOS (02) ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) PARA EL HOSPITAL CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	23:07:57

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

B.11 SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, solicitamos al comité pueda considerar tambien o SISTEMA DOBLE ANILLO , ya que en el mercado ahora existen equipos que ya no requieren consumo de agua en su proceso total de esterilizacion ( mejora tecnologica )

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, ha determinado los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, por lo que, el equipo ofertado tiene que cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas solicitados en la ficha técnica. Asimismo, mediante la indagación de mercado se ha verificado que existe pluralidad de proveedores en el mercado que cumplen con el requerimiento técnico solicitado por la entidad.

Por tanto, dicha tecnología de SISTEMA AHORRADOR DE AGUA dependerá de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null