



**ACTA INSTALACIÓN DE ADMISION, EVALUACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE  
LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
LICITACION PUBLICA N° 006-2024-GRA-1**

En Arequipa, a los 10 días del mes de Abril del año 2025, en la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Arequipa – Sede Central, siendo las 08:00 horas, se instaló el Comité de Selección designado y reconstituido mediante FORMATO N° 04 037-2025-GRA/ORA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de por Licitación Pública N° 006-2024-GRA-1, cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA "REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA – AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA"**, representado por.

El Quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

PRESIDENTE TITULAR	: JONATHAN ANDRE LOZADA CUADROS	OEC
MIEMBRO TITULAR 1	: RONAL FERDINANG GOMEZ CRUZ	RESIDENTE DE OBRA GRA
MIEMBRO TITULAR 2	: URIEL RAMOS CALSIN	CAS – MEDICO HRHDE (CONOCIMIENTO TECNICO)

Se instaló el Comité de Selección, encargado de conducir del procedimiento de selección por Licitación Pública N° 006-2024-GRA-1, cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA "REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA – AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA"**, para lo cual se informó y acordó lo siguiente:

**PRIMERO.** – Se procede a la verificación en la plataforma del SEACE, a los participantes inscritos para el procedimiento de selección en mención, el mismo que se detalla en el cuadro siguiente:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razon Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10003740582	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	27/05/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	20101337261	ROCA S.A.C.	2/05/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	17/05/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	20160340534	MASTER MEDIC S.A.	15/05/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	20208310730	MEDELCO SRL	1/05/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	20263368992	CYMED MEDICAL SAC	15/05/2024	Válido
7	Proveedor con RUC	20340116055	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	9/05/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	20454094221	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/05/2024	Válido



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

9	Proveedor con RUC	20454256141	MEGATECH PERU S.A.C.	2/05/2024	Válido
10	Proveedor con RUC	20477671561	RICAF MEDICAL E.I.R.L	20/05/2024	Válido
11	Proveedor con RUC	20491926491	NOVAMEDICAL CORPORATION S.A.C. - NOVAMEDICOR S.A.C.	15/05/2024	Válido
12	Proveedor con RUC	20501645517	VITALTEC S.A.C.	2/05/2024	Válido
13	Proveedor con RUC	20505463146	HEMOCARE S.A.C.	2/05/2024	Válido
14	Proveedor con RUC	20506475954	ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30/05/2024	Válido
15	Proveedor con RUC	20509873535	KENDAL IMPORT S.A.C	2/05/2024	Válido
16	Proveedor con RUC	20512900896	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2/05/2024	Válido
17	Proveedor con RUC	20521180260	OLIMPEX PERU S.A.C.	2/08/2024	Válido
18	Proveedor con RUC	20536941364	TEVIMED S.A.C.	26/07/2024	Válido
19	Proveedor con RUC	20538597121	DRAEGER PERU S.A.C.	31/07/2024	Válido
20	Proveedor con RUC	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	2/05/2024	Válido
21	Proveedor con RUC	20551282865	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	24/05/2024	Válido
22	Proveedor con RUC	20553285101	MEDSTEP PERU S.A.C.	20/05/2024	Válido
23	Proveedor con RUC	20563626578	GRUPO EMPRESARIAL HEVASUD S.A.C.	2/05/2024	Válido
24	Proveedor con RUC	20601207193	GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC	8/05/2024	Válido
25	Proveedor con RUC	20601325153	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	24/05/2024	Válido
26	Proveedor con RUC	20601586470	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	16/05/2024	Válido
27	Proveedor con RUC	20601895103	FERTA MEDICA S.A.C.	3/05/2024	Válido
28	Proveedor con RUC	20601903637	TECHMED IMPORT S.A.C.	15/05/2024	Válido
29	Proveedor con RUC	20602119557	SUNIX TECH S.A.C.	6/05/2024	Válido
30	Proveedor con RUC	20602216609	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	11/03/2025	Válido
31	Proveedor con RUC	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	6/05/2024	Válido
32	Proveedor con RUC	20602703003	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	3/05/2024	Válido
33	Proveedor con RUC	20603598874	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO E.I.R.L.- TECINDES E.I.R.L.	14/05/2024	Válido





GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

34	Proveedor con RUC	20603600194	GRUPO INTEMEDAS INTERNACIONAL S.A.C.	3/05/2024	Válido
35	Proveedor con RUC	20604249989	PERFECT ENTERPRISE DEL PERU S.A.C.	7/05/2024	Válido
36	Proveedor con RUC	20605774017	GLOBAL HOSPITALARIA E.I.R.L.	2/05/2024	Válido
37	Proveedor con RUC	20607317250	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.	3/03/2025	Válido
38	Proveedor con RUC	20607396516	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	8/03/2025	Válido
39	Proveedor con RUC	20610994629	WAYRA MED E.I.R.L.	15/05/2024	Válido
40	Proveedor con RUC	20611300701	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	3/03/2025	Válido

**SEGUNDO.** - Acto seguido se da a conocer los participantes que han presentado sus ofertas a través de la plataforma del SEACE, siendo el que aparece a continuación:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	12/03/2025	12/03/2025	22:43:01	Enviado	Valido
2	20454256141	MEGATECH PERU S.A.C.	12/03/2025	12/03/2025	22:19:15	Enviado	Valido
3	20601586470	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	12/03/2025	12/03/2025	20:56:33	Enviado	Valido
4	20501645517	VITALTEC S.A.C.	12/03/2025	12/03/2025	20:05:02	Enviado	Valido
5	20263368992	CYMED MEDICAL SAC	12/03/2025	12/03/2025	23:49:17	Enviado	Valido
6	20536941364	TEVIMED S.A.C.	12/03/2025	12/03/2025	20:24:18	Enviado	Valido
7	20538597121	DRAEGER PERU S.A.C.	12/03/2025	12/03/2025	23:36:07	Enviado	Valido
8	20611300701	CONSORCIO GRA CMFV	12/03/2025	12/03/2025	18:49:52	Enviado	Valido

**TERCERO.** - Acto seguido se procede con la verificación de los documentos de presentación obligatoria, especificados en el numeral 2.2.1 del CAPITULO II de las bases administrativas integradas del procedimiento de selección por Licitación Pública N° 006-2024-GRA-1, resultando de la siguiente manera según ANEXO N° 01 el mismo que se adunta:



ANEXO 01 LP 006-2024-GRA-1

N°	DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA SU ADMISIÓN	A JAIMÉ ROJAS REPRESENTACIONE S GRLES S A	MEGATECH PERU S.A.C.	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	VITALTEC S.A.C.	CYMED MEDICAL SAC	TEVIMED S.A.C.	DRAEGER PERU S.A.C.	CONSORCIO GRA CMFV
1	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
6	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE
8	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	OFERTA (ADMITIDA) O (NO ADMITIDA)	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA



**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**  
**OFICINA DE LOGÍSTICA**



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

El postor **A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A con RUC 20102032951, NO CUMPLE** con la presentación de documentos obligatorios solicitados en las bases integradas, CARACTERISTICA TECNICA: B03: VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, PRESION INVASIVA (02) CANALES), TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, GASTO CARDIACO., EL POSTOR EN EL FOLIO 24 DE SU OFERTA NO DEMUESTRA LA VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, PRESION INVASIVA (02) CANALES), TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, GASTO CARDIACO, así mismo en la CARACTERISTICA TECNICA: C02: CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO., EL POSTOR EN LOS FOLIOS 24 DE SU OFERTA NO DEMUESTRA LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, por los argumentos descritos queda su oferta como **NO ADMITIDA.**

El postor **MEGATECH PERU S.A.C. con RUC 20454256141, NO CUMPLE** con la presentación de documentos obligatorios solicitados en las bases integradas, CARACTERISTICA TECNICA: B03: VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, PRESION INVASIVA (02) CANALES), TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, GASTO CARDIACO, EL POSTOR EN EL FOLIO 25 DE SU OFERTA NO DEMUESTRA LA VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, PRESION INVASIVA (02) CANALES), TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, GASTO CARDIACO, así mismo en la CARACTERISTICA TECNICA: C02: CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, EL POSTOR EN LOS FOLIOS 25 DE SU OFERTA NO DEMUESTRA LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, por los argumentos descritos queda su oferta como **NO ADMITIDA.**

El postor **J & G INVERSIONES PERU S.A.C. con RUC 20454256141, NO CUMPLE** con la presentación de documentos obligatorios solicitados en las bases integradas, CARACTERISTICA TECNICA: C02: CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, EL POSTOR EN LOS FOLIOS 12 DE SU OFERTA NO DEMUESTRA LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, por los argumentos descritos queda su oferta como **NO ADMITIDA.**

El postor **VITALTEC S.A.C. con RUC 20501645517, NO CUMPLE** con la presentación de documentos obligatorios solicitados en las bases integradas, CARACTERISTICA TECNICA: B03: VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE





**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**  
**OFICINA DE LOGÍSTICA**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, PRESION INVASIVA (02) CANALES), TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, GASTO CARDIACO, EL POSTOR EN LOS FOLIOS 2,10,27,32 Y 34 DE SU OFERTA NO DEMUESTRA LA VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, PRESION INVASIVA (02) CANALES), TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, GASTO CARDIACO; así mismo en la CARACTERISTICA TECNICA: C02: CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, EL POSTOR EN LOS FOLIOS 2 Y 27 DE SU OFERTA NO DEMUESTRA LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, por los argumentos descritos queda su oferta como **NO ADMITIDA.**

El postor **CYMED MEDICAL SAC con RUC 20263368992, CUMPLE** con la presentación de documentos obligatorios solicitados en las bases integradas, quedando su oferta como **ADMITIDA.**

El postor **TEVIMED S.A.C. con RUC 20536941364, NO CUMPLE** con la presentación de documentos obligatorios solicitados en las bases integradas, CARACTERISTICA TECNICA: B03: VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, PRESION INVASIVA (02) CANALES), TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, GASTO CARDIACO, EL POSTOR EN LOS FOLIOS 16 Y 18 DE SU OFERTA NO DEMUESTRA LA VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, PRESION INVASIVA (02) CANALES), TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, GASTO CARDIACO, así mismo en la CARACTERISTICA TECNICA C02: CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, EL POSTOR EN FOLIO 18 DE SU OFERTA NO DEMUESTRA LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, por los argumentos descritos queda su oferta como **NO ADMITIDA.**

El postor **DRAEGER PERU S.A.C. con RUC 20536941364, NO CUMPLE** con la presentación de documentos obligatorios solicitados en las bases integradas, CARACTERISTICA TECNICA: B03: VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, PRESION INVASIVA (02) CANALES), TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, GASTO CARDIACO, EL POSTOR EN EL FOLIO 270, 266, 267, 268, 269, 420 421, 422, 423, 15 Y 424 DE SU OFERTA NO DEMUESTRA LA VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, PRESION INVASIVA (02) CANALES), TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, GASTO CARDIACO, así mismo en la CARACTERISTICA TECNICA: C02: CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, EL POSTOR EN LOS FOLIOS 443, 444, 445 Y 15 DE SU OFERTA NO DEMUESTRA LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO por los argumentos descritos queda su oferta como **NO ADMITIDA.**

El postor **CONSORCIO GRA CMFV, NO CUMPLE** con la presentación de documentos obligatorios solicitados en las bases integradas, CARACTERISTICA TECNICA: B03: VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, PRESION INVASIVA (02) CANALES), TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, GASTO CARDIACO, EL POSTOR EN EL FOLIO 88, 111, 124, 126 Y 127 DE SU OFERTA NO DEMUESTRA LA VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, PRESION INVASIVA (02) CANALES), TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, GASTO CARDIACO, así mismo en la CARACTERISTICA TECNICA: C02: CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, EL POSTOR EN LOS FOLIOS 88 Y 111 DE SU OFERTA NO DEMUESTRA LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO por los argumentos descritos queda su oferta como **NO ADMITIDA.**

**OBSERVACION SOBRE LA CALIFICACION DEL POSTOR J & G INVERSIONES PERU S.A.C.**

Según lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225 en el Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, numeral 46.1 indica ... *El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo en relación a los actos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante...* El Presidente Titular del Comité de Selección, designado mediante FORMATO N° 04 037-GRA/ORA, JONATHAN A. LOZADA CUADROS hace uso de la palabra y plasma por escrito en la presente acta su **VOTO DE DISCREPANCIA**, indicando lo siguiente: **Como Presidente Titular del Comité de Selección emito mi VOTO DE DISCREPANCIA a la descalificación de la propuesta del postor J & G Inversiones Perú SAC con respecto al incumplimiento del ítem C02: CONFIGURACION DE LOS MONITORES COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACION DE LOS MONITORES, INCLUYE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, para mi opinión y el contraste de las ofertas con el postor CYMED MEDICAL SAC el postor J & G INVERSIONES PERU S.A.C CUMPLE con lo solicitado en las bases administrativas, SUSTENTO DE AMBAS OFERTAS: en la oferta de CYMED MEDICAL SAC, EN FOLIO 230 EL POSTOR INDICA QUE SU CENTRAL DE MONITOREO ESTA DISEÑADA PARA EL MONITOREO CONTINUO, EL REGISTRO Y LA ALARMA DE MULTIPLES PARAMETROS FISIOLÓGICOS, EN FOLIO 242, EL POSTOR SUSTENTA A DETALLE LOS PARAMETROS A MEDIR ECG, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION SANGUINEA NO INVASIVA, PRESION SANGUINEA**





**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**  
**OFICINA DE LOGÍSTICA**



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INVASIVA, TEMPERATURA, CONCENTRACION DE DIOXIDO DE CARBONO METODO MAINSTEREAM Y EL GASTO CARDIACO, EN FOLIO 390 Y 391, EL POSTOR PRESENTA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICA EN LAS CUALES SE CONSIDERA LA C02, en la oferta del postor J & G INVERSIONES PERU S.A.C; EN FOLIO 12, SUSTENTA QUE LE SISTEMA DE MONITORIZACION CENTRAL MFM-CMS PERMITE VISUALIZAR, ALMACENAR, IMPRIMIR Y TRANSFIERE LA INFORMACION RECIBIDA DESDE DISPOSITIVOS DE MONITORIZACION COMPATIBLES. ASI COMO LA CONFIGURACION BIDIRECCIONAL DE LOS MONITORES COMPATIBLES, así mismo EN FOLIO 08 SUSTENTA QUE LA CENTRAL DE MONITOREO TIENE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: VISUALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, PRESION INVASIVA (02 CANALES), TEMPERATURA, CAPNOGRAFÍA, GASTO CARDIACO.

**ANALISIS Y SUSTENTO DE LA DISCREPANCIA**

EL PUNTO C02 DE LA FICHA TÉCNICA SOLICITA LA CONFIGURACION DE PARAMETROS COBERTURADOS: FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, SEGÚN SEA REQUERIDO EN LA CONFIGURACIÓN DE LOS MONITORES. AMBOS POSTORES SUSTENTAN QUE SUS CENTRALES TIENE LA CAPACIDAD DE MONITORIZAR TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS SEGUN SE CONFIGURE EN LOS MONITORES DE CABECERA. PARA QUE TODOS LOS PARAMETROS FUNCIONEN SIMULTANEAMENTE, SUS CABLES Y SENSORES CORRESPONDIENTES DEBEN ESTAR CONECTADOS AL PACIENTE PARA LUEGO AL ELEGIRLOS SE TENGA EN PANTALLA LOS VALORES O CURVAS RESPECTIVOS. EN ESTE PUNTO SE SOLICITA EL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO, NO LA VISUALIZACIÓN SIMULTANEA DE TODOS LOS PARAMETROS. EN AMBOS CASOS LOS POSTORES SUSTENTAN EL FUNCIONAMIENTO. RESPECTO A LA VISUALIZACION, EL POSTOR CYMED PRESENTA UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE EN FOLIOS 390 Y 391 Y EL POSTOR J&G INVERSIONES PEPERU EN FOLIO 08 SUSTENTA COMO CARACTERISTICA ESPECIAL DE SU CENTRAL DE MONITOREO LA VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE LOS PARAMETROS. POR LO TANTO, SIENDO IMPARCIALES Y TENEINDO EL MISMO CRITERIO, AMBOS POSTORES CUMPLIRIAN ESTE PUNTO DE LA FICHA TECNICA.

Ahora bien, es importante indicar que el artículo 12 de la Ley establece que "La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, económicos; entre otros; previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de selección deben prever los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificación, como se precisan en las Bases Estándar contenidas en la Directiva N° 001-2017-OSCE/CD Bases y solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225",

VOTO A FAVOR :2 (MIEMBRO DE COMITÉ: RONAL FERDINANG GOMEZ CRUZ Y URIEL RAMOS CALSIN)

VOTO DISCREPANTE :1 (MIEMBRO DE COMITÉ: JONATHAN A. LOZADA CUADROS)




"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



## CENTRAL DE MONITOREO

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Visualización del funcionamiento simultáneo de los siguientes parámetros: electrocardiograma, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión no invasiva, presión invasiva (02 canales), temperatura, capnografía, gasto cardíaco **Bφ3**
- Con protocolo TCP/IP y HL7 **Bφ5 C19**
- Con capacidad de conectarse a un sistema HIS **C19**
- Sistema CMS-WEB Observer (Monitoreo Remoto) **Cφ8**
- Cφ3** • Analisis de segmento ST **Cφ7 C16**
- Detección de arritmias de 16 morfologías **C16**
- Visualización eficiente simultánea de la selección de un monitor, que permita la ampliación de la visualización del monitoreo de un paciente mientras se continúe visualizando a los otros monitores conectados a la central **Cφ6**



Manual del usuario del sistema de monitorización central MFM-CMS

## 2 Descripción general del sistema

El sistema de monitorización central MFM-CMS consiste en un sistema de monitorización de pacientes conectado en red diseñado para proporcionar a los médicos capacidades de monitorización remota de pacientes en instalaciones sanitarias profesionales. El sistema recopila y muestra la información del paciente procedente de los dispositivos de monitorización conectados en red y se puede configurar para limitar los controles y el acceso según el puesto del usuario, lo que ayuda a prestar al paciente una atención de calidad y segura.

El sistema de monitorización central MFM-CMS permite visualizar, almacenar, imprimir y transferir la información recibida desde dispositivos de monitorización compatibles, así como la configuración bidireccional de los monitores compatibles.

El sistema de monitorización central MFM-CMS admite la implementación de grandes redes de hasta 128 cámaras para conexiones mixtas por cable e inalámbricas. Gracias a la salida del protocolo HL7 a través de una puerta de enlace, la conexión del sistema MFM-CMS con otros sistemas hospitalarios, como HIS y EMR, resulta muy sencilla. Asimismo, el sistema MFM-CMS se puede conectar con otros sistemas de la gama de productos de EDAN (estaciones de trabajo de ECG, red ECG, HIS, m16) y con bombas de infusión/jeringa para compartir datos. Esto permite a los médicos obtener información clínica completa sobre el paciente en cualquier momento y lugar.

Los parámetros fisiológicos de los dispositivos compatibles que se pueden visualizar en el sistema MFM-CMS incluyen los siguientes:

- ECG: HR, PVCs, Paus/mín, valor de ST **Bφ2 Bφ3**
- RESP: RR
- NIBP: SYS, DIA, MAP, PR
- SpO<sub>2</sub>: SpO<sub>2</sub>, PR, PI, SpO<sub>2</sub> (gráfico de barras)
- TEMP: T1, T2, TD
- Quick TEMP
- iBP: ART, PA, CVP, RAP, ICP, LAP, CPP, P1, P2, PPV, PAWP
- CO<sub>2</sub>: EtCO<sub>2</sub>, FICO<sub>2</sub>, AwRR
- AG: EtCO<sub>2</sub>(AG), FICO<sub>2</sub>(AG), AwRR(AG); EtO<sub>2</sub>, FIO<sub>2</sub>, EtN<sub>2</sub>O, FN<sub>2</sub>O;
- HAL/ISO/ENF/SEV/DES: EI, FI, CAM
- C.O.: C.O., TB
- RM: PEEP, PIP, Pplat, Pmedia, AwRR(RM), PIF, PEF, MVe, MVI, TVe, TVI
- CO<sub>2</sub>(RM): EtCO<sub>2</sub>(RM), FICO<sub>2</sub>(RM)
- ICG: CI, C.O., SVR, DO<sub>2</sub>I, SV, SVRI, HR, SI, TFC, QI
- BIS: BIS, EMG, SQI, SR, SEF, TP, BC





**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**  
**OFICINA DE LOGÍSTICA**



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**CUARTO.** - Seguidamente se procedió a realizar la evaluación de los postores que han sido admitidos, aconteciendo lo siguiente:

POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA MAS BAJA	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE MAXIMO DEL PRECIO	PRECIO PUNTAJE	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE FINAL
	Om		PMP			
1 CYMED MEDICAL SAC	669,880.00	669,880.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**QUINTO:** Acto seguido, el Comité de Selección, en cumplimiento al artículo 75. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, procede a verificar los requisitos de Calificación de los postores, según el orden de prelación:

POSTOR		CYMED MEDICAL SAC
ORDEN DE PRELACIÓN PARCIAL		1
Requisito de calificación	Descripción	Condición
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	CUMPLE

Se señala que el Comité de Selección ha procedido a evaluar las propuestas de los postores en función a **las condiciones establecidas en las bases integradas y aplicando los principios que rigen las contrataciones del Estado**, por lo que en prevención de la existencia de vicios ocultos en la documentación presentada por los postores, una vez culminado el presente proceso de selección, el Órgano Encargado de las Contrataciones del Gobierno Regional de Arequipa – Sede Central, procederá a realizar la fiscalización y verificación posterior de la documentación presentada por los postores de manera oportuna, ello en concordancia con lo dispuesto en el Numeral 64.6 del Artículo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, es preciso señalar que no es responsabilidad del Comité de Selección **INTERPRETAR EL ALCANCE DE UNA OFERTA**, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las propuestas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas.

**SEXTO:** Acto seguido se procede a otorgar la buena pro al postor que ha resultado ganador de acuerdo con la evaluación y calificación de la oferta, quedando la calificación final de la siguiente manera:

Orden de Prelación Final	Nombre o Razón Social	Oferta	Puntaje Total de la Oferta	Situación (Calificada/descalificada)
1	CYMED MEDICAL SAC	S/ 669,880.00	100.00	CALIFICADA






GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA


"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Se otorga la buena pro al postor **CYMED MEDICAL SAC** con RUC 20263368992, por el monto total de **S/ 669,880.00 (Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta con 00/100 Soles)**.

**SEPTIMO:** Conocidos los resultados, se suscribe en señal de conformidad, el mismo que se comunicará para conocimiento de los Postores a través del SEACE.

  
.....  
JONATHAN ANDRE LOZADA CUADROS  
Presidente Titular del Comité

  
.....  
RONAL FERDINAND GOMEZ CRUZ  
Primer Miembro Titular del Comité

  
.....  
URIEL RAMOS CALSIN  
Segundo Miembro Titular del Comité