

FORMATO N° 11
ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1 NÚMERO DE ACTA

02-2024

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En Lima, a los 29 días del mes de mayo del año 2024, en la Oficina de Logística, a las 08:30 horas, el Organo Encargado de las Contrataciones: encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 08-2024-HNDM-1, cuyo objeto de convocatoria es la "ADQUISICION DE EQUIPO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - DESFIBRILADOR - (IOARR CUI N° 2572391), a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

De acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado, el encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección, esta a cargo de:

FAVY KAREN OLIVERA LOAYZA

Dependencia: OFICINA DE LOGISTICA

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	HUACHACA HINCHO LUIS MIGUEL	10742135581
2	ROCA S.A.C.	20101337261
3	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	20102032951
4	MEDELCO SRL	20208310730
5	PROSEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20216528141
6	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
7	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	20379331042
8	INLEMED S.A.C.	20472852753
9	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	20493132416
10	VITALTEC S.A.C.	20501645517
11	REPRESENTACIONES UNIMPORT SRL	20504684025
12	HC MEDICAL SAC	20505423942
13	HEMOCARE S.A.C.	20505463146
14	CIA. ISOMED S.A.C.	20506148830
15	ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20506475954



FORMATO N° 11

**ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

16	KENDAL IMPORT S.A.C	20509873535
17	OLIMPEX PERU S.A.C.	20521180260
18	MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	20524983924
19	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
20	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
21	MEDSTEP PERU S.A.C.	20553285101
22	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
23	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
24	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	20602609104
25	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
26	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
27	OVERALL SUPPLY IMPORT E.I.R.L.	20606211032
28	INVERSIONES MITHIALI MEDIC S.A.C.	20606919388
29	MDV GROUP S.A.C.	20607997587
30	CIALPER S.A.C.	20608385712
31	GREAT VITALITY PHARMA, LOGISTIC AND CONSULTING EIRL	20609134811
32	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	20609172569
33	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	20609607123
34	DYR MEDICAL S.A.C.	20610572333
35	ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L.	20611172461
36	GRUPO MIO E.I.R.L.	20611176563



5

DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, el siguiente postor presentó a través del Se@ce de la Entidad sus ofertas:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	OLIMPEX PERU S.A.C.	21/05/2024	18:10:40
1	MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	21/05/2024	23:52:53

FORMATO N° 11

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

6


Acto seguido, se procede con la apertura de la descarga que contiene la oferta del mencionado postor, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si la oferta responde a la características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
	1	MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	SEGÚN INFORME N° 211-2024-OGTH-HNDM (ADJUNTO AL PRESENTE FORMATO N° 11), NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	OLIMPEX PERU S.A.C.	1

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	OLIMPEX PERU S.A.C.	145,500.00	88.18%

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	OLIMPEX PERU S.A.C.	
		FACTORES	PUNTAJES	
		PRECIO	70 puntos	
		PLAZO DE ENTREGA	30 puntos	
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos	

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN			
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:				
				
Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		PUNTAJE MYPE (5%)	PUNTAJE TOTAL
1	OLIMPEX PERU S.A.C.		5	105
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.				

12	CALIFICACIÓN
	Luego de culminada la evaluación, el organo encargado de las contrataciones determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:




FORMATO N° 11
ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		OLIMPEX PERU S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
	A.1	<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a:</p> <p>S/ 495,000.00 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes iguales o similares a: Equipos Biomédicos en el Sector Público.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 41,250.00 (Cuarenta y Un Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p>	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	

3 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN	
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	OLIMPEX PERU S.A.C.

14	ACUERDO ADOPTADO
El Organismo Encargado de las Contrataciones, da por aprobado los resultados de la evaluación de la oferta y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de admisión de oferta, adjunto que forman parte del Acta.	
15	OBSERVACION
SE ADJUNTA EL INFORME N° 211-2024-OGTH-HNDM DE LA OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA HOSPITALARIA	

16	
	<p style="text-align: center;">FAVY KAREN OLIVERA LOAYZA</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>

CUADRO N° 1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-HNDM-1


ADQUISICION DE EQUIPO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - DESFIBRILADOR - (IOARR CUI N° 2572391)

CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS

	EMPRESA	DOCUMENTACIÓN PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA										ESTADO
		A) DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO 1)	B) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	C) DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO 2)	D) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN (ANEXO 3)	E) HOJA DE PRESENTACIÓN DEL EQUIPO / SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	F) CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS DIGEMID	G) DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4)	H) PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS DE SER EL CASO (ANEXO 5)	I) PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO 6)	J) FACULTATIVO: B) SOLICITUD DE BONIFICACIÓN POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. (Anexo N° 10)	
1	OLIMPEX PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (*)	CUMPLE	CUMPLE (30 DIAS CALENDARIOS)	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
2	MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (**)	CUMPLE	CUMPLE (30 DIAS CALENDARIOS)	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO

(*) El postor OLIMPEX PERU S.A.C. ,SEGÚN INFORME N° 211-2024-OGTH-HNDM, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

(**) El postor MEDITRONIC CORPORATION S.R.L. ,SEGÚN INFORME N° 211-2024-OGTH-HNDM, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.




CUADRO N° 2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-HNDM-1

ADQUISICION DE EQUIPO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - DESFIBRILADOR - (IOARR CUI N° 2572391)

CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

POSTOR	DESCRIPCIÓN	EMPRESA	EVALUACIÓN DE LA OFERTA							ORDEN DE PRELACIÓN
			ESTADO	VALOR ESTIMADO	MONTO OFERTADO POR EL POSTOR	PUNTAJE (PRECIO)	PUNTAJE (PLAZO DE ENTREGA)	PUNTAJE MYPE	PUNTAJE TOTAL (PRECIO)	
1	ADQUISICION DE EQUIPO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - DESFIBRILADOR - (IOARR CUI N° 2572391)	OLIMPEX PERU S.A.C.	ADMITIDO	S/. 165,000.00	S/. 145,500.00	70.00	30.00	5.00	105.00	1



CUADRO N° 3

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-HNDM-1

ADQUISICION DE EQUIPO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - DESFIBRILADOR -
(IOARR CUI N° 2572391)

CUADRO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN	EMPRESA	CALIFICACIÓN DE LA OFERTA			
		ESTADO	ORDEN DE PRELACIÓN	EXPERIENCIA DEL POSTOR	ESTATUS
ADQUISICION DE EQUIPO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - DESFIBRILADOR - (IOARR CUI N° 2572391)	OLIMPEX PERU S.A.C.	ADMITIDO	1	CUMPLE	ADJUDICADO





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Dos de Mayo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Avacucho"

INFORME N° 211-2024-OGTH-HNDM

A : **Bach. Favy Karen Olivera Loayza.**
Jefe de la Oficina de Logística.

ASUNTO : Respecto a Solicitud de Apoyo Técnico para la Revisión de las Ofertas Presentadas en el Procedimiento de Selección AS N°008-2024-HNDM.

REFERENCIA : Registro N°02962-2024 y N°00717-2024.

FECHA : Lima, 24 de mayo del 2024.

Me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez informar de acuerdo con el registro de la referencia, donde el Órgano Encargado de las Contrataciones, solicita el apoyo técnico para la revisión de las ofertas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°008-2024-HNDM-1.

Al respecto, corresponde señalar que revisado el expediente se observa las siguientes propuestas según el Ítem Desfibrilador a los siguientes proveedores:

1. OLIMPEX PERU S.A.C.
2. MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.

Así mismo, en mi calidad de área técnica especialista corresponde indicar que, al realizarse la evaluación correspondiente a los Documentos para la Admisión de la Oferta, cumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos de calificación se concluye lo siguiente:

1. **OLIMPEX PERU S.A.C.:** cumple con la documentación para la admisión de la oferta, así como las especificaciones técnicas detalladas y requisitos de calificación respectivos.
2. **MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.:** en la revisión del expediente de oferta se han encontrado observaciones las cuales se procede a detallar:

- ✓ En el literal e) de los documentos para la admisión de la oferta, consignado en las bases estándar se solicita lo siguiente:

Hoja de presentación del equipo/ sustento de cumplimiento de las características técnicas

***"El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones y características técnicas solicitadas (...).
Así mismo, el postor adjuntará copia; de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio técnico, folletos originales elaborados por el fabricante, data sheet o brochure elaborado por el fabricante con el fin de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.***

El postor en el folio N°08 de su oferta, presenta el documento "Hoja de Presentación del Producto y Plazo de Entrega", en el cual indica en la columna de Requerimientos Técnicos Mínimos, el cumplimiento de la característica técnica C04, señalando lo siguiente:

**"CONTROL DE INICIO DE CARGA DESDE PANEL FRONTAL Y PALETAS,
CONTROL, DE DESCARGA DESDE PALETAS"**

OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
Parque Historia de la Medicina Peruana s/n
Cercado de Lima
Tlf. 328-0028/ 3280035 Anexo 8244
www.hdosdemayo.gob.pe
Email: hdosdemayo@hdosdemayo.gob.pe
hdosdemayo@hotmail.com



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Dos de Mayo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Avacucho"

Así mismo, se indica que el cumplimiento de dicha característica técnica es acreditado en el folio N°14. Sin embargo, verificado dicho folio se puede apreciar que no se está cumpliendo con lo solicitado, toda vez que, se indica lo siguiente: **(...) los botones de función de las palas permiten administrar las descargas (...) mediante los cómodos botones de selección de energía, cargas y descargas.** Sin embargo, no se especifica que el control de inicio de carga se pueda dar desde el panel frontal. Por tal motivo no se está cumpliendo con lo requerido.

- ✓ En el literal e) de los documentos para la admisión de la oferta, consignado en las bases estándar se solicita lo siguiente:

Hoja de presentación del equipo/ sustento de cumplimiento de las características técnicas

***"El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones y características técnicas solicitadas (...).
Así mismo, el postor adjuntará copia; de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio técnico, folletos originales elaborados por el fabricante, data sheet o brochure elaborado por el fabricante con el fin de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.***

El postor en el folio N°08 de su oferta, presenta el formato "Hoja de Presentación del Producto y Plazo de Entrega", en el cual indica en la columna de Requerimientos Técnicos Mínimos, el cumplimiento de la característica técnica E01, señalando lo siguiente:

"TIPO DE ONDA RECTANGULAR"

Así mismo, se indica que el cumplimiento de dicha característica técnica es acreditado en el folio N°13. Sin embargo, verificado dicho folio se puede apreciar que no se está detallando el cumplimiento de dicha especificación técnica, solamente se precisa el cumplimiento de la especificación técnica C01. Cabe señalar, que revisando completamente la oferta se ha apreciado que en el folio N°22, se detalla el cumplimiento de la especificación técnica E01 y se indica lo siguiente: **"A demanda, Fijo"**, el cual no tiene nada que ver con lo requerido. Por tal motivo no se está cumpliendo con lo requerido.

- ✓ En el literal e) de los documentos para la admisión de la oferta, consignado en las bases estándar se solicita lo siguiente:

Hoja de presentación del equipo/ sustento de cumplimiento de las características técnicas

***"El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones y características técnicas solicitadas (...).
Así mismo, el postor adjuntará copia; de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio técnico, folletos originales elaborados por el fabricante, data sheet o brochure elaborado por el fabricante con el fin de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.***

El postor en el folio N°08 de su oferta, presenta el formato "Hoja de Presentación del Producto y Plazo de Entrega", en el cual indica en la columna de Requerimientos Técnicos Mínimos, el cumplimiento de la característica técnica E03, señalando lo siguiente:





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Dos de Mayo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Avacucho"

**"FRECUENCIA DE PULSO: 40 PPM O MENOS A 240PPM A MAS AJUSTABLE
EN PASOS DE 5 PPM."**

Así mismo, se indica que el cumplimiento de dicha característica técnica es acreditado en el folio N°12. Sin embargo, verificado dicho folio se puede apreciar que no se está detallando el cumplimiento de dicha especificación técnica, solamente se precisa el cumplimiento de la especificación técnica C02. Cabe señalar, que revisando completamente la oferta se ha apreciado que en el folio N°22, se detalla el cumplimiento de la especificación técnica E03 y se indica lo siguiente: **"Frecuencia de estimulación: De 40ppm a 170ppm"**, este rango es menor al requerido el cual es de 40ppm o menos a 240ppm o más. Por tal motivo no se está cumpliendo con lo requerido.

Se eleva el presente informe, para su conocimiento y realice las acciones correspondientes por el trámite regular. Sin otro particular me despido con un cordial saludo.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
Mg. SEBASTIÁN DE LA ROSA
Jefe de la Oficina de Gestión
Tecnológica Hospitalaria
CIR 4211

C.c.:
Archivo.

OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
Parque Historia de la Medicina Peruana s/n
Cercado de Lima
Tlf. 328-0028/ 3280035 Anexo 8244
www.hdosdemayo.gob.pe
Email: hdosdemayo@hdosdemayo.gob.pe
hdosdemayo@hotmail.com



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

