

# ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y BUENA PRO

## LICITACION PUBLICA N° 01-2024-PRONIS

Adquisición e Implementación de Proyecto de Inversión "Creación de los Servicios de Salud básicos, en la Comunidad Nativa Nueva Alianza, distrito de Urarinas, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto", CUI 2521713.

En, Magdalena del Mar, a los 02 días del mes de octubre del año 2024, en la Sub Unidad de Logística del Programa Nacional de Inversiones en Salud, a las 17:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 14-2023-PRONIS-UAF, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACION PUBLICA N° 01-2024-PRONIS, cuyo objeto de convocatoria es la Adquisición e Implementación de Proyecto de Inversión "Creación de los Servicios de Salud básicos, en la Comunidad Nativa Nueva Alianza, distrito de Urarinas, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto", CUI 2521713, a fin de realizar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN y CALIFICACION DE OFERTAS DE LAS OFERTAS presentadas.

### SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

- ✓ Presidente Titular : DIEGO MARTIN GUTIERREZ LOPEZ
- ✓ Primer Miembro Titular : ALVARO ALONSO VALENZUELA MEDINA
- ✓ Segundo Miembro Titular : CARLOS ALBERTO FERNANDEZ SOTO

Asimismo, debemos mencionar que realizaron las siguientes postergaciones a razón de la espera de la disponibilidad presupuestal requerida que se enumeran a continuación:

Nro.	Acción	Fecha y hora de publicación	Motivo de la acción
11	Postergación	15/08/2024 18:20:47	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
12	Postergación	19/08/2024 12:11:39	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
13	Postergación	21/08/2024 12:04:24	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
14	Postergación	23/08/2024 10:35:54	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
15	Postergación	26/08/2024 10:24:01	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
16	Postergación	28/08/2024 16:37:44	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
17	Integración de bases	02/09/2024 15:02:36	Integración de Bases
18	Postergación	18/09/2024 18:05:43	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
19	Postergación	19/09/2024 18:41:53	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
20	Postergación	19/09/2024 18:43:46	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA

  

Nro.	Acción	Fecha y hora de publicación	Motivo de la acción
21	Postergación	24/09/2024 18:43:19	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
22	Postergación	27/09/2024 15:11:03	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA

### I. DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
1	Proveedor con RUC	10433215716	CORREA RUIZ NIXON
2	Proveedor con RUC	10706937931	LA ROSA BARDALES ADRIANO SEBASTIAN
3	Proveedor con RUC	20102032951	A JAIMÉ ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A
4	Proveedor con RUC	20490599224	INVERSIONES S`LO STOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
5	Proveedor con RUC	20493132416	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.
6	Proveedor con RUC	20501645517	VITALTEC S.A.C.
7	Proveedor con RUC	20505463146	HEMOCARE S.A.C.
8	Proveedor con RUC	20543306771	CORPORACION CIMHSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMHSA S.A.
9	Proveedor con RUC	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C
10	Proveedor con RUC	20549591176	SOLUCIONES MEDICAS MACI E.I.R.L.

  

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
11	Proveedor con RUC	20569036748	MARIA MILAGROSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
12	Proveedor con RUC	20600096622	DDM MEDICAL S.A.C
13	Proveedor con RUC	20601058406	CORPORACIÓN L & A IMPORT S.A.C.
14	Proveedor con RUC	20601325153	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.
15	Proveedor con RUC	20602609104	INDUSTRIA TECNOHEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOHEDIC S.A.C.
16	Proveedor con RUC	20602988369	LIMEND GROUP S.A.C.
17	Proveedor con RUC	20603390651	JERICORP DIAGNOSTIC S.A.C.
18	Proveedor con RUC	20604187916	MAYAR MEDICA S.A.C.
19	Proveedor con RUC	20605017798	PALHER ASOCIADOS MEDICOS S.A.C.
20	Proveedor con RUC	20606284409	CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L.

21	Proveedor con RUC	20609841878	SYSTEM MED S.A.C.
22	Proveedor con RUC	20611358343	MADISUM HEALTHCARE S.A.C.
23	Proveedor con RUC	20611433884	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.
24	Proveedor con RUC	20612221694	BIOHEQ S.A.C.

## II. SOBRE LA PRESENTACIÓN, APERTURA ELECTRÓNICA Y ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

De dichas empresas registradas como participantes, se advierte que de la revisión de la plataforma del SEACE se observó que, en el plazo establecido del 24 de enero de 2024, los postores presentaron sus propuestas electrónicas desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro
1	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	17/09/2024
2	20604187916	MAYAR MEDICA S.A.C.	17/09/2024
3	20611358343	MADISUM MEDICAL	17/09/2024

### EVALUACION DE LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA	GOLDEN MEDICAL TECH SAC	MAYAR MEDICA SAC	MEDISUM MEDICAL
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presentó	Presentó	Presentó
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presentó	Presentó	Presentó
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presentó	Presentó	Presentó
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presentó	Presentó	Presentó
e) Formato de Sustento de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, a través del cual deberá indicar de manera clara y precisa, la marca, modelo año de fabricación, plazo de entrega, periodo de garantía comercial; asimismo, sustentara y acreditará el cumplimiento de las características técnicas del equipo propuesto, con información técnica del fabricante, como, catálogos, datasheet, folleto, brochure, manual de equipo, planos CAD, documento emitido por el fabricante del equipo propuesto, entre otros que considere necesario.	Presentó No Cumple*	Presentó Incompleto	Presentó No Cumple**
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Presentó	No Presentó	Presentó
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No Aplica	No Aplica	No Aplica
h) El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	Presentó	Presentó	Presentó

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.			
<b>CONDICIÓN</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>

Cabe mencionar que, para la evaluación del Formato denominado "PRESENTACIÓN DEL BIEN – SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", este colegiado solicito al área pertinente y técnica de la entidad brinde su apoyo en la evaluación de técnica de las ofertas presentadas, mediante OFICIO N° 05-2023-MINSA/PRONIS-AS-006-2022-PRONIS-3, la misma que dio respuesta de su evaluación a través del INFORME N°327 -2024-MINSA/PRONIS-UED-JAWR, de fecha 02 de octubre de 2024.

### **GOLDEN MEDICAL TECH SAC**

\*De la revisión realizada por el área técnica a través del INFORME N°327 -2024-MINSA/PRONIS-UED-JAWR, se evidencia las siguientes observaciones:

ANEXO N° 01 – LICITACION PUBLICA 1-2024-PRONIS EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS OFERTAS		
Equipo (código)	Revisión	Conclusión
M-18	GOLDEN MEDICAL TECH SAC 1. No sustenta las especificaciones técnicas B06 2. No sustenta las especificaciones técnicas B07	GOLDEN MEDICAL TECH SAC <b><u>No sustenta</u></b>
M-9	GOLDEN MEDICAL TECH SAC 1. No cumple las especificaciones técnicas en B03. Las EE.TT indica 120 mm; la oferta dice "84 cm". La dimensión está fuera de la tolerancia. 2. No cumple las especificaciones técnicas en B04. Las EE.TT indica 480 mm; la oferta dice "90 cm". La dimensión está fuera de la tolerancia.	GOLDEN MEDICAL TECH SAC <b><u>No cumple</u></b>
D-123	GOLDEN MEDICAL TECH SAC 1. La información de sustento en B01, no corresponde al modelo ofertado. 2. La información de sustento en B02, no corresponde al modelo ofertado. 3. La información de sustento en B04 no corresponde al modelo ofertado. 4. La información de sustento en B05, no corresponde al modelo ofertado	GOLDEN MEDICAL TECH SAC <b><u>No sustenta</u></b>
D-307	GOLDEN MEDICAL TECH SAC 1. El funcionamiento a batería del equipo ofertado en C01, no corresponde a lo solicitado. 2. No sustenta las especificaciones técnicas en C09. En la información técnica del equipo, sustenta luz xenón y LED. En el formato de sustento de cumplimiento no precisa el tipo de luz LED solicitado.	GOLDEN MEDICAL TECH SAC <b><u>No cumple</u></b>

### **MAYAR MEDICA SAC**

\*\*El postor presenta 3 archivos PDF que conforman su oferta con un total de 1200 folios, como se puede observar a continuación:

N°	Nombre del Documento	Tipo Archivo	Tamaño archivo	Documento
1	01 AL 001500.pdf	pdf	212280.0 Kb	
2	02 AL 501991.pdf	pdf	175207.0 Kb	
3	03 888 AL 1099101.pdf	pdf	67976.0 Kb	

Ahora bien, de la revisión de la oferta se observa que el postor no presentó el Anexo N° 04 plazo de entrega, cabe mencionar que la oferta indica que el referido anexo se encuentra en el folio 2429, por lo tanto, la oferta se encuentra incompleta y es no admitida.

### **MEDISUM MEDICAL**

\*\*\*De la revisión realizada por el área técnica a través del INFORME N°327 -2024-MINSA/PRONIS-UED-JAWR, se evidencia las siguientes observaciones:

ANEXO N° 01 – LICITACION PUBLICA 1-2024-PRONIS EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS OFERTAS		
Equipo (código)	Revisión	Conclusión
M-17	<p>CONSORCIO MADISUM MEDICAL</p> <p>1. La acreditación de cumplimiento de las especificaciones técnicas en B06, es mediante el formato denominado: "SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"; de la revisión de la oferta se evidencia que no cumple con el material solicitado.</p>	<p>CONSORCIO MADISUM MEDICAL</p> <p><u>No cumple</u></p>
M-36	<p>CONSORCIO MADISUM MEDICAL</p> <p>1. No cumple las especificaciones técnicas en B06. Las EE.TT indica 400 mm; la oferta dice "700 mm". La dimensión está fuera de la tolerancia.</p> <p>2. No cumple las especificaciones técnicas en B07. Las EE.TT indica 400 mm; la oferta dice "1200 mm". La dimensión está fuera de la tolerancia.</p>	<p>CONSORCIO MADISUM MEDICAL</p> <p><u>No cumple</u></p>
M-39	<p>CONSORCIO MADISUM MEDICAL.</p> <p>1. No cumple las especificaciones técnicas en B07. Las EE.TT indica 420 mm; la oferta dice "1200 mm". La dimensión está fuera de la tolerancia.</p> <p>2. No cumple las especificaciones técnicas en B08. Las EE.TT indica 410 mm; la oferta dice "700 mm". La dimensión está fuera de la tolerancia.</p> <p>3. No cumple las especificaciones técnicas en B09. Las EE.TT indica 970 mm; la oferta dice "800 mm". La dimensión está fuera de la tolerancia.</p>	<p>CONSORCIO MADISUM MEDICAL</p> <p><u>No cumple</u></p>
M-98	<p>CONSORCIO MADISUM MEDICAL.</p> <p>1. No cumple las especificaciones técnicas en B05. Las EE.TT indica 900 mm; la oferta dice "1850 mm". La dimensión está fuera de la tolerancia.</p> <p>2. No cumple las especificaciones técnicas en B06. Las EE.TT indica 450 mm; la oferta dice "680 mm". La dimensión está fuera de la tolerancia.</p> <p>3. No cumple las especificaciones técnicas en B07. Las EE.TT indica 840 mm; la oferta dice "800 mm". La dimensión está fuera de la tolerancia.</p>	<p>CONSORCIO MADISUM MEDICAL</p> <p><u>No cumple</u></p>
D-268b	<p>CONSORCIO MADISUM MEDICAL</p> <p>1. No cumple las especificaciones técnicas en B06. Energía para el funcionamiento de la pantalla del equipo ofertado, es incompatible con la energía implementada en Obra.</p> <p>2. No sustenta con información del fabricante las especificaciones técnicas en B07.</p> <p>3. No sustenta valor del ajuste en B09.</p> <p>4. No cumple las especificaciones técnicas en B10. Energía para el funcionamiento de la pantalla del equipo ofertado, es incompatible con la energía implementada en Obra.</p> <p>5. No sustenta la ubicación de los sensores, en B11</p> <p>6. No sustenta que sean alarmas audiovisuales, en B13; dice "funciones".</p> <p>7. No sustenta que sean alarmas audiovisuales, en B14; dice "funciones".</p> <p>8. No sustenta que sean alarmas audiovisuales, en B15; dice "funciones".</p>	<p>CONSORCIO MADISUM MEDICAL</p> <p><u>No cumple</u></p>

### III. ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por **UNANIMIDAD**, y por lo expuesto deciden declarar desierto el procedimiento de selección y suscriben la presente acta en señal de conformidad.

  
 DIEGO MARTIN GUTIERREZ LOPEZ  
 Primer Miembro Titular

  
 ALVARO ALONSO VALENZUELA MEDINA  
 Presidente Titular

  
 CARLOS ALBERTO FERNANDEZ SOTO  
 Segundo Miembro Titular