

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 10 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato es lo solicitado; sin embargo, considerando los tiempos de importacion de productos para la oferta de productos con la mejor fecha se solicita se considere la entrega de los productos en 30 días calendarios una vez suscrito el contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, no acepta la observación, debido a que durante la indagación de mercado determinaron la existencia de postores que ofertaron en el plazo de diez (10)días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, así mismo el bien materia de la convocatoria es requerido de manera urgente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del producto, se solicita que se adicione "Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario o listado emitido por DIGEMID o carta emitida por DIGEMID de no requerir registro sanitario según normativa vigente".

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** f) **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera: Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del producto o listado emitido por digemid o carta emitida por digemid de no requerir registro sanitario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Las bases indican en SISTEMA PARA IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS (UROCULTIVO), "Sistema que garantice bioseguridad (sellar o tapar hermeticamente despues de la inoculacion de la muestra del aislamiento primario)", solicitamos muy amablemente se adicione, Sistema que garantice bioseguridad (sellar o tapar hermeticamente despues de la inoculacion de la muestra del aislamiento primario o tapas u otros segun metodologia)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera: Sistema que garantice bioseguridad (sellar o tapar herméticamente después de la inoculación de la muestra del aislamiento primario o tapas u otros según metodología).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Las bases indican en SISTEMA PARA IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS (UROCULTIVO), "sustratos colorimetrico y fluorimetricos para identificacion", solicitamos amablemente se utilice el conector y/o en la propuesta para un mayor oportunidad de postores y metodologias al presente proceso, sustratos colorimetrico y/o fluorimetricos para identificacion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera: Sustratos Colorimétricos y/o Fluorimétricos para identificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Las bases indica en SISTEMA PARA IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS (UROCULTIVO) , antibiograma por metodo turbidimetros y oxido reduccion , solicitamos amablemente se utilice el conector y/o en la propuesta para un amayor oportunidad de postores y metodologias al presente proceso, antibiograma por metodo turbidimetros y/o oxido reduccion.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera: Antibiograma por método turbidímetros y/o Oxido reducción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Las bases indica en SISTEMA PARA IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS (UROCULTIVO) , incluye codigos de barras en cada tarjeta o panel, solicitamos muy amablemente se adicione la palabra OPCIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera: Incluye código de barras en cada tarjeta o panel (opcional).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Las bases indican en SISTEMA PARA IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS (UROCULTIVO), "complementos y/o accesorios listos para usar sin necesidad de prepararlos", solicitamos muy amablemente se adicione la palabra (opcional) ya que esta característica podria ser variable de acuerdo a cada metodologia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:Complementos y/o accesorios listos para usar sin necesidad de prepararlos (opcinal).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Las bases indican en SISTEMA PARA IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS (UROCULTIVO), "No requiere reactivos reveladores para su procesamiento", solicitamos muy amablemente se adicione la palabra (opcional) ya que esta característica podría ser variable de acuerdo a cada metodología.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera: No requiere reactivos reveladores para su procesamiento (opcional).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Las bases indican en SISTEMA PARA IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS, "Sistema que garantice bioseguridad (sellar o tapar hermeticamente despues de la inoculacion de la muestra del aislamiento primario)", solicitamos muy amablemente se adicione, Sistema que garantice bioseguridad (sellar o tapar hermeticamente despues de la inoculacion de la muestra del aislamiento primario o tapas u otros segun metodologia)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** . **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:Sistema que garantice bioseguridad (sellar o tapar hermeticamente despues de la inoculacion de la muestra del aislamiento primario o tapas u otros segun metodologia)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Las bases indican en SISTEMA PARA IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS, "sustratos colorimetrico y fluorimetricos para identificacion", solicitamos amablemente se utilice el conector y/o en la propuesta para un amayor oportunidad de postores y metodologias al presente proceso, sustratos colorimetrico y/o fluorimetricos para identificacion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:sustratos colorimetrico y/o fluorimetricos para identificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Las bases indica en SISTEMA PARA IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS , incluye codigos de barras en cada tarjeta o panel, solicitamos muy amablemente se adicione la palabra OPCIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera: Incluye código de barras en cada tarjeta o panel (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Las bases indica en SISTEMA PARA IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS , antibiograma por metodo turbidimetros y oxido reduccion , solicitamos amablemente se utilice el conector y/o en la propuesta para un mayor oportunidad de postores y metodologias al presente proceso, antibiograma por metodo turbidimetros y/o oxido reduccion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera: Antibiograma por método turbidímetros y/o Oxido reducción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Las bases indican en SISTEMA PARA IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS), "complementos y/o accesorios listos para usar sin necesidad de prepararlos", solicitamos muy amablemente se adicione la palabra (opcional) ya que esta característica podría ser variable de acuerdo a cada metodología.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** . **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera: Complementos y/o accesorios listos para usar sin necesidad de prepararlos (opcional).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Las bases indican en SISTEMA PARA IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS, "No requiere reactivos reveladores para su procesamiento", solicitamos muy amablemente se adicione la palabra (opcional) ya que esta característica podría ser variable de acuerdo a cada metodología.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** . **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera: No requiere reactivos reveladores para su procesamiento (opcional).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Las bases solicitan tipo de analizador "Analizador automatizado, totalmente computarizado", solicitamos se considere analizador automatizado o semiautomatizado, con resultados computarizados en pc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:analizador automatizado o semiautomatizado, con resultados computarizados en pc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se indica METODOLOGIA "fluorometria, colorimetria, turbidimetria y oxidorreduccion", solicitamos se adicione el conector y/o para mayor oportunidad de postores, fluorometria y/o colorimetri y/o, turbidimetria y/o oxidorreduccion

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 4.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:fluorometria y/o colorimetria y/o, turbidimetria y/o oxidorreduccion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se indica en RENDIMIENTO " capacidad para procesar 50 muestras simultaneamente" , se solicita aceptar capacidad para procesar 50 muestras simultaneamente o 5 seg por lectura de panel o tarjeta

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:capacidad para procesar 50 muestras simultáneamente o 5 seg por lectura de panel o tarjeta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita adicionar la palabra OPCIONAL a los siguientes ITEMS como apertura a mas postores al presente proceso:

- Manejo intuitivo del equipo a traves de iconos en pantalla incorporada al equipo (OPCIONAL).
- Lecturas constantes con resultados parciales o finales (OPCIONAL). -Ingreso de codigos de paneles o tarjetas con lector de codigos de barras (pistola y/o incorporado en el equipo) (OPCIONAL).
- Entrada USB (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:

- Manejo intuitivo del equipo a traves de iconos en pantalla incorporada al equipo (OPCIONAL).
- Lecturas constantes con resultados parciales o finales (OPCIONAL).
- Ingreso de codigos de paneles o tarjetas con lector de codigos de barras (pistola y/o incorporado en el equipo) (OPCIONAL).
- Entrada USB (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:11:53

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita que en CARACTERISTICAS, se considere Antigüedad del equipo: No mayor a 3 años.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:

Software estadístico y epidemiológico integrable a software de microbiología para elaborar Mapa Microbiológico.

Antigüedad del equipo: NO MAYOR A 03 AÑOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:56:15

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

Sistema para identificación + antibiograma de bacterias gram negativas urinarias

Características: Sustratos colorimétricos y fluorimetricos para identificación

En virtud al principio de libertad de concurrencia, sollicitamos que acepten la oferta de un producto con la siguiente especificación técnica:

Características: Sustratos colorimétricos Y/O fluorimetricos para identificación

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:

Sustratos Colorimétricos y/o Fluorimétricos para identificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:59:01

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

Sistema para identificación + antibiograma de bacterias gram negativas urinarias

Antibiograma por método turbidímetros y oxidorreducción

En virtud al principio de libertad de concurrencia, sollicitamos que acepten la oferta de un producto con la siguiente especificación técnica:

Antibiograma por método turbidímetros Y/O oxidorreducción

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: SE

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:

Antibiograma por método turbidímetros y/o Oxido reducción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:59:01

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

Sistema para identificación + antibiograma de bacterias gram positivas
Antibiograma por método turbidímetros y oxidorreducción

En virtud al principio de libertad de concurrencia, sollicitamos que acepten la oferta de un producto con la siguiente especificación técnica:

Antibiograma por método turbidímetros Y/O oxidorreducción

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** SE **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:

Antibiograma por método turbidímetros y/o Oxido reducción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:59:01

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

Sistema para identificación + antibiograma de bacterias gram positivas

Características: Sustratos colorimétricos y fluorimetricos para identificación

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un producto con la siguiente especificación técnica:

Características: Sustratos colorimétricos Y/O fluorimetricos para identificación

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:

sustratos colorimetrico y/o fluorimetricos para identificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:51:00

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En el numeral 1.2 de la página 14 de las Bases se indica lo siguiente en el sub ítem 1, Sistema para identificación + antibiograma de bacterias gran negativas (urocultivo), en relación con su unidad de medida:

DICE, Unidad de Medida: Kit

Sin embargo, lo correcto que debe decir es: UNIDAD

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección realizar la corrección correspondiente a fin de evitar ambigüedades en la presentación de ofertas y en la etapa de ejecución contractual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:
la unidad de medida en SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN + ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS (UROCULTIVO), SERA UNIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:51:00

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 de la página 15 de las Bases se indica lo siguiente en relación con el plazo de entrega:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 10 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Al respecto, cabe señalar que lo correcto es que el plazo de entrega sea contabilizado a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra y no de suscrito el contrato, debido que la orden de compra es requerida para el internamiento de los bienes.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección establecer que el plazo de entrega sea contabilizado a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, NO acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 10 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:51:00

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En el literal g) de la página 17 de las Bases se indica que se requiere adjuntar el siguiente documento:

g) Protocolo de análisis del producto.

Al respecto, en relación con el PROTOCOLO Y/O CERTIFICADO DE ANALISIS, considerando que estos documentos son emitidos por cada fabricante en su país de origen y no necesariamente tienen toda la información requerida por las entidades públicas, sin que ello afecte la finalidad de estos documentos, es más éstas son presentadas ante DIGEMID sin ninguna observación respecto al contenido o formalidad. Asimismo, es preciso señalar que la finalidad que persigue un protocolo de análisis o certificado de análisis es garantizar la calidad del producto, para lo cual se dejará constancia de los análisis a los que, por disposición del laboratorio del fabricante, han sido sometidos; no existiendo ninguna limitante en cuanto al contenido de esta para los dispositivo médicos; siendo perfectamente válida que se acepte que éstos sean en el formato propio del fabricante; siempre y cuando cumplan con el objetivo que dejar constancia del análisis del producto; por lo que ENTENDEMOS que se aceptará copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis emitidos por los fabricantes con la información que éstos declaren en el mismo y en sus propios formatos;

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto, de ser así se precise EXPRESAMENTE en las bases administrativas.

Caso contrario sería un restricción y limitación para la comercialización de productos de procedencia extranjera en el mercado nacional.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** g **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:

g) Copia simple del Protocolo de análisis del producto y/o certificado de analisis, emitidos por los fabricantes con la información que estos declaren en el mismo y en sus propios formatos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:51:00

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En el literal g) de la página 17 de las Bases se indica que se requiere adjuntar el siguiente documento:

g) Protocolo de análisis del producto.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que el certificado de análisis y/o protocolo de análisis deberá contener el refrendo (nombre, firma y sello) del DIRECTOR TÉCNICO DEL POSTOR.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g **Página: 17**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:

g)Copia simple del Protocolo de análisis del producto y/o certificado de analisis, emitidos por los fabricantes con la información que estos declaren en el mismo y en sus propios formatos y deberá contener el nombre, firma, sello del director técnico del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:51:00

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En el literal f) de la página 17 de las Bases se indica que se debe adjuntar lo siguiente:
f) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del producto.
Solicitamos al comité de selección que, en el apartado de la exigencia señalada, se incorpore lo siguiente:
¿En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de internet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:
Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del producto o listado emitido o publicado por digemid en su pagina de internet, indicando fecha de publicacion o carta emitida por digemid de no requerir registro sanitario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:51:00

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En el literal e) de la página 16 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento para acreditar el cumplimiento de las EETT:

e) Ficha Técnica de los bienes que conforman el paquete y del equipo en cesión de uso.

Al respecto, entendemos que la FICHA TÉCNICA requerida se podrá presentar en FORMATO LIBRE DEL POSTOR.

Solicitamos al Comité de Selección ACLARAR la presente consulta.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e) **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara la consulta, que para acreditar la ficha técnica también se podrá presentar en formato libre del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:51:00

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En el literal e) de la página 16 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento para acreditar el cumplimiento de las EETT:

e) Ficha Técnica de los bienes que conforman el paquete y del equipo en cesión de uso.

Al respecto, cabe señalar que las Bases estándar disponen que, en caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, se debe consignar dentro de un literal el detalle de la documentación adicional que el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, fichas técnicas, folletos, instructivos, catálogos o similares; detallando con claridad las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que deben ser acreditadas por el postor con la documentación requerida. Caso contrario, las bases administrativas adolecerían de vicios de nulidad al no cumplir con las bases estándar: Resolución N° 2336-2023-TCE-S3

En ese sentido, solicitamos al comité de selección establezca que se acreditarán las siguientes especificaciones técnicas para el objeto de convocatoria:

REACTIVOS:

- CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO (DESCRITAS EN LA PÁGINA 20 Y 21 DE LAS BASES)

EQUIPO EN CESION DE USO:

- TIPO DE ANALIZADOR
- METODOLOGIA
- RENDIMIENTO
- (DESCRITAS EN LA PÁGINA 22 DE LAS BASES)

(Entendiendo que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditadas mediante la presentación del ANEXO N° 03)

Caso contrario, las bases administrativas adolecerían de vicios de nulidad conforme a lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado según diversas resoluciones, entre ellas, la Resolución N° 2336-2023-TCE-S3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e) **Página:** 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:

Ficha técnica de los bienes que conforman el paquete y del equipo en sesión de uso, en formato libre del postor con las características mínimas solicitados en la Especificaciones Técnicas, adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, folletos o insertos, o manual de instrucciones de uso o brochure, catálogos o similares; detallando con claridad las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que deben ser acreditadas por el postor con la documentación requerida ¿ Capítulo III de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO
Nomenclatura :	AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:51:00

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En el literal e) de la página 16 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento para acreditar el cumplimiento de las EETT:

e) Ficha Técnica de los bienes que conforman el paquete y del equipo en cesión de uso.

Al respecto, a fin de acreditar fehacientemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas, solicitamos al Comité de Selección que añada la siguiente descripción en relación con los documentos que se podrán añadir para acreditar las EETT:

¿Con folletos o insertos o manual de instrucciones de uso o brochure¿.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e) **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta la observación y para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:

Ficha técnica de los bienes que conforman el paquete y del equipo en sesión de uso, en formato libre del postor con las características mínimas solicitados en la Especificaciones Técnicas, adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, folletos o insertos, o manual de instrucciones de uso o brochure, catálogos o similares; detallando con claridad las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que deben ser acreditadas por el postor con la documentación requerida ¿ Capítulo III de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null