

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-ESSALUD-INCOR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO PROTESIS INTRAVASCULAR Y MET ALICAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR INCOR

Ruc/código :	20602529721	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	MEDCORE MEDICAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	19:11:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Puede el comité especial, considerar para el código SAP 20104590 Prótesis intravascular recubierta expandible con balón diámetros de 12 mm a 16m, las longitudes de 29 mm a 59 mm.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reg

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta para lo cual se recibe MEMORANDO N° 003-SCI-DIDAEC-DIR-INCOR-ESSALUD-2024 donde el área usuaria precisa que, al estar dentro del rango estimado de la especificación técnica, se acepta su participación de las longitudes de 29mm a 59mm. (Longitud del Stent)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el área usuaria precisa que, al estar dentro del rango estimado de la especificación técnica, se acepta su participación de las longitudes de 29mm a 59mm. (Longitud del Stent)