

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE LAS LINEAS PARA BOMBA DE INFUSION CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL III GOYENECHÉ

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	17:05:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En Referencia a la Línea para bomba de infusión para medicamentos fotosensibles, se solicita poder considerar en el material POLIURETANO, para ampliar la pluralidad de postores. Lo cual permite mantener las mismas condiciones de calidad y eficiencia.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: N.A Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, acepta su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerará Poliuretano o PVC grado médico

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE LAS LINEAS PARA BOMBA DE INFUSION CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL III GOYENECHÉ

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	17:05:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En Referencia a la Línea para bomba de infusión para medicamentos fotosensibles, se solicita en las Características: considerar el rango del filtro antibacteriano de 0.2 u a 0.22 u para ampliar la pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: N.A Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, acepta su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerará filtro antibacteriano de 0.2 a 0.22 micras

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE LAS LINEAS PARA BOMBA DE INFUSION CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL III GOYENECHÉ

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	17:05:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En Referencia a la Línea para bomba de infusión para medicamentos fotosensibles, se solicita en las Características: considerar como OPCIONAL la solicitud de una ranura en el regulador de flujo para inserción del punzón, con la finalidad de no orientar las especificaciones y ampliar la pluralidad de postores. Máxime cuando no incide en la calidad y eficiencia del producto médico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: N.A Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, acepta su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerará opcional

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE LAS LINEAS PARA BOMBA DE INFUSION CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL III GOYENECHÉ

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	17:05:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En Referencia a la Línea para bomba de infusión para medicamentos fotosensibles, se solicita en las Características: considerar como OPCIONAL la solicitud de bolsas opacas para cubrir el contenedor, con la finalidad de no orientar las especificaciones y ampliar la pluralidad de postores. Máxime cuando la característica que requieren las EETT no incide en la calidad y eficiencia del producto médico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: N.A Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, acepta su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerará opcional

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE LAS LINEAS PARA BOMBA DE INFUSION CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL III GOYENECHÉ

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	17:05:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En Referencia a la Línea para bomba de infusión venosa con cámara graduada, se solicita en las Características: considerar como OPCIONAL la solicitud de que el segmento que va en la zona de bombeo del equipo de material de silicona permita una durabilidad mínima de 72 horas con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores, además que no incide de manera negativa en la eficiencia del producto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: N.A Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, acepta su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerará opcional

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE LAS LINEAS PARA BOMBA DE INFUSION CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL III GOYENECHÉ

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	17:05:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En Referencia a la Línea para bomba de infusión venosa con cámara graduada, se solicita ACLARAR en las Características: Distancia entre la extremidad inferior del tubo cuenta gotas y la salida de la camara protectora no será menor de 40 mm. Indicar en que porcion de la linea de infusión estan considerando "la salida de la camara protectora" con la finalidad de verificar el cumplimiento de la característica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: N.A Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, aclara que la salida de la cámara se considera en el borde del tubo que se proyecta hacia la cámara

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE LAS LINEAS PARA BOMBA DE INFUSION CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL III GOYENECHÉ

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	17:05:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En Referencia a la Línea para bomba de infusión venosa con cámara graduada, se solicita ACLARAR en las Características: Distancia entre la extremidad inferior del tubo cuenta gotas y la salida de la camara protectora no será menor de 40 mm. Indicar en que porcion de la linea de infusión estan considerando "la salida de la camara protectora" con la finalidad de verificar el cumplimiento de la característica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: N.A Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, aclara que la salida de la cámara se considera en el borde del tubo que se proyecta hacia la cámara

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE LAS LINEAS PARA BOMBA DE INFUSION CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL III GOYENECHÉ

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	17:05:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En Referencia a la Línea para bomba de infusión venosa con cámara graduada, se solicita ACLARAR en las Características: Distancia entre la extremidad inferior del tubo cuenta gotas y la salida de la camara protectora no será menor de 40 mm. Indicar en que porcion de la linea de infusión estan considerando "la salida de la camara protectora" con la finalidad de verificar el cumplimiento de la característica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: N.A Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, aclara que la salida de la cámara se considera en el borde del tubo que se proyecta hacia la cámara

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null