

LICITACION PÚBLICA N° 01-2024-INMP

**"ADQUISICION ANUAL DE REACTIVO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO
DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO"**

ACTA DE EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS

En Lima, siendo las 10:00 a.m. horas, del día 24 de octubre de 2024, en la Oficina de la Jefatura del Servicio de Patología Clínica, se reúne el Comité de Selección designado mediante a Resolución Ejecutiva de Administración N° 0127-OEA-INMP-2024, de fecha 13 de agosto de 2024, a efectos de proceder de acuerdo al cronograma con la siguiente agenda:

- Evaluación
- Calificación de Ofertas

De acuerdo al Registro de Participantes en forma Electrónica a través del SEACE hasta el día 23.10.2024 son las siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	22/08/2024	Válido		22/08/2024	20155695901	0 0 0
2	Proveedor con RUC	20501887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	22/08/2024	Válido		22/08/2024	20501887286	0 0 0
3	Proveedor con RUC	20505110651	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	05/09/2024	Válido		05/09/2024	20505110651	0 0 0
4	Proveedor con RUC	20537139120	DELTA LAB PERU S.A.C.	27/08/2024	Válido		27/08/2024	20537139120	0 0 0
5	Proveedor con RUC	20549445439	VIKMAR S.A.C.	22/08/2024	Válido		22/08/2024	20549445439	0 0 0
6	Proveedor con RUC	20553853355	SIMED PERU S.A.C.	22/08/2024	Válido		22/08/2024	20553853355	0 0 0
7	Proveedor con RUC	20556662887	ALYTECH MEDIC S.A.C.	22/08/2024	Válido		22/08/2024	20556662887	0 0 0
8	Proveedor con RUC	20557788841	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	22/08/2024	Válido		22/08/2024	20557788841	0 0 0
9	Proveedor con RUC	20600989988	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	22/08/2024	Válido		22/08/2024	20600989988	0 0 0
10	Proveedor con RUC	20601224250	SIGMALAB S.A.C.	07/10/2024	Válido		07/10/2024	20601224250	0 0 0
11	Proveedor con RUC	20602007970	LC BIOCOP S.A.C.	16/09/2024	Válido		16/09/2024	20602007970	0 0 0

11 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 11 a 11. Página 2 / 2

1 2

En el día y hora señalada en las Bases, los siguientes postores inscritos presento su oferta en forma electrónica a través del Seace:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20501887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	23/10/2024	20:34:47	20501887286	23/10/2024	20:42:52	Enviado	Valido		0 0 0
2	20505110651	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	23/10/2024	22:59:23	20505110651	23/10/2024	23:00:18	Enviado	Valido		0 0 0

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 1 a 2. Página 1 / 1.

Acto seguido se procede a descargar del sistema SEACE, de las Ofertas registradas de los mencionados postores para su revisión a fin de verificar la presentación de las documentaciones requeridas:

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA:

- **Postor 01: DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C..** – Presenta su oferta, se ha procedido a su apertura en el que consta de 298 folios, se encuentra debidamente foliado y rubricado. Asimismo, se anuncia según **Anexo 06** el precio total Ofertado para el **Ítem 01** por la suma de **S/. 738,276.00** Soles de conformidad con lo suscrito en el folio 202 de la Oferta. Asimismo, el comité de Selección da a conocer que el Postor ha cumplido con la presentación de documentación de presentación obligatoria – Documentos para la Admisión de la Oferta de la sección específica, por lo que la Oferta es **ADMITIDA**.
- **Postor 02: W. P. BIOMED S.A..** – Presenta su oferta, se ha procedido a su apertura en el que consta de 734 folios, se encuentra debidamente foliado y rubricado. Asimismo, se anuncia según **Anexo 06** el precio total Ofertado para el **Ítem 01** por la suma de **S/. 337,260.00** Soles de conformidad con lo suscrito en el folio 476 de la Oferta.

Sin embargo, revisando los documentos de presentación Obligatoria se observa:

Punto de No Admisión N°1

A la revisión de la oferta del postor W.P. BIOMED S.A. se observa que en el folio 13, que indican que el kit está compuesto de 5 reactivos (M-6LD LYSE, M-6LH LYSE, M-6LN LYSE, M-6FD DYE y M-6FN DYE), sin embargo de la revisión de la oferta se aprecia que en inserto de DS DILUENT que se encuentra a folio 17 es un reactivo y que además participa en la medición de los parámetros , en ese sentido realmente el kit estaría compuesto por 6 reactivos y no por 5 como era lo máximo solicitado según las bases integradas (página 21), por lo cual, es considerado **NO ADMITIDO** por incongruencia debido a que se evidencia una carta en el folio 31 que indica que el kit se compone de 5 reactivos sin embargo en la revisión de insertos se observa DS DILUENT que se encuentra a folio 17 también es un reactivo.



Punto de No admisión N° 2

Dentro de los documentos de admisión se solicita Carta o certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante (inciso e) página 17), sin embargo, la empresa W.P. BIOMED S.A. presenta carta de representación emitida por MR Global (HK) Limited (folio 473), quien no es el fabricante según los registros sanitarios (folio 485), pues en ellos figura SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO TLD., por lo tanto , no cumple con la presentación de dicho documento , siendo su propuesta NO ADMITIDA.

Folio 473- Propuesta W.P. BIOMED S.A.

000473

LETTER OF AUTHORIZATION

To whom it may concern,

We, MR Global (HK) Limited, with business office at Rm 1115-1116, 11/F, Tower I, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hong Kong P.R. China ("Mindray") hereby certify that we authorize W.P.BIOMED SA, with business office at Calle Las Palomas No.587 Urb. Limatamba, Surquillo 15047, Lima, Lima y Callao, 007022, Peru ("You") as the exclusive distributor for sales of below Product(s) and in below authorized Territory and Customer Segment.

Folio 485- Propuesta W.P. BIOMED S.A.

DISPOSITIVO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO EXTRANJERO			
Nº Registro Sanitario	DM-DIV3864-E	Vigencia	Del 28-04-2021 al 28-04-2026
Nombre del Dispositivo Médico	Usados en hematología - patología	Marca Comercial	MINDRAY
Forma de presentación	Ver detalle		
Fabricante	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS Co., Ltd.	País	CHINA
Total de folios	Dos (02)		

Por lo que la Oferta **NO ES ADMITIDA.**

Seguidamente a la propuesta admitida se asignó el puntaje correspondiente conforme a los factores de evaluación de la oferta señalados en las bases, según cuadro de evaluación adjunta:

EVALUACION DE OFERTA

CUADRO DE EVALUACION DE OFERTA

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-INMP

"ADQUISICION ANUAL DE REACTIVO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO"

ITEM	DENOMINACION DEL ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO	N° DE POSTOR	MONTO OFERTADO	PUNTAJE = 100 PUNTOS	TOTAL PUNTAJE FINAL	ESTADO FINAL DEL ITEM	ORDEN DE PRELACION
							TOTAL PUNTAJE			
1	REACTIVO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO	92,400	Und.	743,358.00						
	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.				1	738,276.00	100.00	100.00	ADJUDICADO	1°

REQUISITOS DE CALIFICACION:

- El Postor **DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.** es el que obtiene el primer lugar por orden de prelación, respecto a los factores de Evaluación de Ofertas para el Ítem 01, por lo se procede a verificar el Cumplimiento de los Requisitos de Calificación solicitados en las Bases. Queda **CALIFICADA**.


REQUISITOS DE CALIFICACION


ITEM	RAZON SOCIAL	A. CAPACIDAD LEGAL	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
		HABILITACION	
1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	SI CUMPLE	SI CUMPLE

ACUERDOS:

Cumpliendo con las formalidades del Acto y sin observaciones algunas, los miembros del Comité de Selección acuerdan, dejar listo el expediente para el Otorgamiento de la Buena Pro de acuerdo al cronograma del SEACE, se levanta la sesión y es firmada por los miembros del Comité de Selección en señal de conformidad.


M.C. JUAN CARLOS TASAYCO SARAIVA
Presidente


MC. EVELYN MAGALY BERNAL QUISPE
Miembro


Sra. ROSARIO JANE CORTEZ CENTENO
Miembro



LICITACION PÚBLICA N° 01-2024-INMP

“ADQUISICION ANUAL DE REACTIVO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO”

ACTA DE BUENA PRO


En Lima, siendo las 13:00 a.m. horas, del día 25 de octubre de 2024, en la Oficina de la Jefatura del Servicio de Patología Clínica, se reúne el Comité de Selección designado mediante a Resolución Ejecutiva de Administración N° 0127-OEA-INMP-2024, de fecha 13 de agosto de 2024, a efectos de proceder de acuerdo al cronograma al otorgamiento de la Buena Pro.


El Comité de Selección luego de proceder según lo establecido en las bases integradas y de acuerdo a la admisión, evaluación y calificación realizada precedentemente, acuerda otorgar la Buena Pro según lo establecido en el siguiente cuadro:

ITEM	RUC	RAZON SOCIAL	MONTO OFERTADO	MONTO OFERTADO EN LETRAS
01	20501887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	S/. 738,276.00	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES

Acto seguido, se acordó registrar y publicar en el SEACE, el otorgamiento de la Buena Pro, según el cronograma del presente procedimiento de selección.

Firmado en señal de conformidad,


M.C. JUAN CARLOS TASAYCO SARVIA
Presidente


MC. EVELYN MAGALY BERNAL QUISPE
Miembro


Sra. ROSARIO JANE CORTEZ CENTENO
Miembro