

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 22/07/2024

Hora de envío : 16:30:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSULTA 1 (Pág. 25)
CAPITULO III REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE EQUIPO PARA QUIMIOLUMINISCENCIA.

Características: Autonomía de trabajo continuo de 5 horas sin atención del usuario.

Solicitamos amablemente al comité que acepten una autonomía de trabajo de acuerdo a la metodología y tecnología de cada fabricante, debido que, al solicitar una característica en específica limita la participación de diferentes postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA.
EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA LO SOLICITADO.
EL EQUIPO EN CESION DE USO DEBE TENER LA AUTONOMIA DE TRABAJO, YA QUE ES UN EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5. Características

¿ Autonomía de trabajo continuo de 5 horas sin atención del usuario y/o de acuerdo a la metodología y tecnología de cada fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	16:30:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSULTA 2 (Pág. 25)

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICO DE EQUIPO PARA QUIMIOLUMINISCENCIA.

Características: Compartimiento de muestras y reactivos refrigerados (2C°- 8C°)

Solicitamos amablemente al comité acepten un compartimiento de reactivos refrigerados de acuerdo a la temperatura que establece la tecnología del fabricante, debido que a que solicitar una característica en especifica limita la participación de diferentes postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA INDAGACION DE MERCADO SE OBTUVO PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO, POR LO QUE SE SOLICITA A LAS EMPRESAS CEÑIRSE A LAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	16:30:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA 3 (Pág. 20)

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el requerimiento para los ITEM I: Perfil Tiroideo, ITEM II: Infecciosas, ITEM III: Marcadores Tumorales, ITEM IV: Marcadores de sepsis y Anemia, comprendidos desde la pagina 20 a la 24, Solicitan como accesorios ¿Calibrador(es) listo para su uso¿, Entendemos que estos calibradores pueden estar constituidos de acuerdo a la tecnología propia del fabricante, pudiendo estos ser liofilizados y/o líquidos con el fin de mantener las propiedades que garantizan los fabricantes sobre su almacenamiento.

Solicitamos amablemente aclaren si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARAN QUE SU ENTENDER ES CORRECTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	16:30:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSULTA 4 (Pág. 20)

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el requerimiento para los ITEM I: Perfil Tiroideo, ITEM II: Infecciosas, ITEM III: Marcadores Tumorales, ITEM IV: Marcadores de sepsis y Anemia, comprendidos desde la pagina 20 a la 24, Solicitan como accesorios ¿Control negativo y positivo Líquidos listos para su uso¿, Entendemos que estos controles pueden estar constituidos de acuerdo a la tecnología propia del fabricante, pudiendo estos ser liofilizados y/o líquidos con el fin de mantener las propiedades que garantizan los fabricantes sobre su almacenamiento. Solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria se acepte controles de a cuerdo a la metodología propia del fabricante, pudiendo ser esta liofilizada o líquida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARAN QUE SU ENTENDER ES CORRECTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	16:30:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CONSULTA 5 (Pág. 21)

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM II: INFECCIOSAS

Nº2.1. KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTICORE TOTAL (HBcAb)

En las Especificaciones técnicas Solicitan Sensibilidad no menor a 95%, especificidad no menor a 99%

Solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria, que, por tratarse de una prueba de tamizaje, el valor de sensibilidad sea no menor a 99%, y una especificidad no menor a 98%, fomentando de ésta manera la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA INDAGACION DE MERCADO SE OBTUVO PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, POR LO QUE SE SOLICITA A LAS EMPRESAS CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	16:30:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONSULTA 6 (Pág. 21)

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM II: INFECCIOSAS

Nº2.2. ANTICUERPOS HEPATITIS C (HCV)

En las Especificaciones técnicas Solicitan Sensibilidad no menor a 95%, especificidad no menor a 99%

Solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria, que, por tratarse de una prueba de tamizaje, el valor de sensibilidad sea no menor a 99%, y una especificidad no menor a 99%, fomentando de ésta manera la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA INDAGACION DE MERCADO SE OBTUVO PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, POR LO QUE SE SOLICITA A LAS EMPRESAS CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	16:30:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTA 7 (Pág. 21)

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM II: INFECCIOSAS

Nº2.4. ANTICUERPOS CONTRA EL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B (ANTI-HBsAg)

En las Especificaciones técnicas Solicitan Sensibilidad no menor a 95.5%, especificidad no menor a 99.5%

Solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria, que, por tratarse de una prueba de tamizaje, el valor de sensibilidad sea no menor a 92%, y una especificidad no menor a 96%, fomentando de ésta manera la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA INDAGACION DE MERCADO SE OBTUVO PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, POR LO QUE SE SOLICITA A LAS EMPRESAS CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	16:30:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CONSULTA 8 (Pág. 14)

CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. Documentación obligatoria.

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta.

Solicitamos amablemente al comité que para la acreditación de las especificaciones técnicas de REACTIVOS y EQUIPO EN CESIÓN DE USO pueda ser mediante folletería y/o manual de instrucciones y/o inserto y/o documentos emitidos por el fabricante y/o cartas emitidas por el fabricante en caso las EE.TT. no estuvieran en la documentación técnica del fabricante o dueño de marca.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTA LO SOLICITADO, POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3); adjuntar folletería y/o manual de instrucciones y/o inserto y/o documentos emitidos por el fabricante y/o cartas emitidas por el fabricante y/o brochure.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	16:30:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CONSULTA 9 (Pág. 14)

CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. Documentación obligatoria.

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Entendemos que el CERTIFICADO DE ANÁLISIS es un DOCUMENTO REFERENCIAL, por lo tanto, el lote no va a corresponder necesariamente con los reactivos entregados a almacén, de la misma manera LA FECHA DE EXPIRACIÓN EN LOS CERTIFICADOS DE ANÁLISIS ES SOLO REFERENCIAL.

Solicitamos amablemente al comité si aclarar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARAN QUE SU ENTENDER ES CORRECTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	16:30:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CONSULTA 10(Pág. 14)
CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. Documentación obligatoria.
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

No se menciona que especificaciones técnicas se deben acreditar, solicitamos se acrediten las siguientes características de los reactivos y equipo en cesión de uso, mediante folletería, catálogo y/ documentación emitida por el fabricante:

REACTIVO: Metodología y Muestra biológica.
EQUIPO EN CESIÓN DE USO: Tipo, Metodología, Performance y Características.

Las demás especificaciones técnicas serán acreditadas mediante en Anexo N°3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 **Página: 14**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE LA CONSULTA YA HA SIDO ABSUELTA EN LA PREGUNTA N°8, PLANTEADO POR LA EMPRESA VIKMAR S.A.C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:02:36

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con relación al Plazo de Entrega se señala que será computado a partir del día siguiente de suscrito el contrato y/o notificación de la orden de compra, sin embargo, se debe tener en cuenta que, normalmente la suscripción del contrato se da en un determinado día mientras que la notificación de la orden de compra se da en días posteriores, con lo cual, se tendría dos fechas de inicio del plazo de entrega, lo que genera incertidumbre y pueda conllevar a que se aplique penalidades al contratista por dicha incertidumbre.

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, podría precisar que el plazo de entrega será computado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y la debida notificación de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE PARA EVITAR INCONVENIENTES CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA, SOLO SE CONSIDERARA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:02:36

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el objeto de la presente convocatoria, capítulo I de la sección específica, mencionan el ítem PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO INVITRO PARA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASA TIPO KPC, NDM, VIM y OXA 48 X 20. Entendemos que existió un error de omisión, al no incorporar las EE.TT del test de diagnóstico invitro para detección de carbapenemasa o en su defecto, se entendería que se estaría aceptando cualquier producto que sirva para la detección de Carbapenemasa.

Considerando que el requerimiento debe ser claro y que al tratarse de un procedimiento de selección simplificado, el cual no permite elevar el pliego absoluto de ser el caso, proponemos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, incorporar como mínimo un LISTADO de detección de, por lo menos, las VARIANTES más relevantes que deben ser detectadas por la prueba:

Tipo NDM: NM-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-19

Tipo KPC: KPC-1-2-3-4-5-6-7-12-14-23-28-39

Tipo IMP: IMP-1-2-4-5-6-7-8-10-11-13-14-15-16-18-19-22-26-29-31-37-39-46-47-56-58-61-63-71-79

Tipo VIM: VIM-1-2-4-5-6-19-23-26-27-31-39-46-51-52-54-56-58-59

Tipo OXA-48 like: OXA-48-162-181-204-232-244-245-370-436-484-515-517-519-535-793.

El Comité de Selección tomará en cuenta lo propuesto y lo incorporará en las Bases, tomando en cuenta que ello no altera la indagación de mercado.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EFECTIVAMENTE HUBO UN ERROR AL MOMENTO DE LA PUBLICACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y SE OMITIO ADJUNTAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CARBAPENEMASA, POR TANTO EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRUEBA RAPIDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:02:36

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el objeto de la presente convocatoria, capítulo I de la sección específica, mencionan el ítem PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO INVITRO PARA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASA TIPO KPC, NDM, VIM y OXA 48 X 20. Al haber omitido las EE.TT del test de diagnóstico invitro de detección de carbapenemasa, entendemos aceptarían que la PRESENTACION esté en UN (01) solo casete con los 05 genes de resistencia para así permitir la pluralidad de postores y/o marcas.

El Comité de Selección podría indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página: 19**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE LA APRECIACION ES CORRECTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:02:36

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el objeto de la presente convocatoria, capítulo I de la sección específica, mencionan el ítem PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO INVITRO PARA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASA TIPO KPC, NDM, VIM y OXA 48 X 20. Al haber omitido las EE.TT del test de diagnóstico invitro de detección de carbapenemasa, entendemos que aceptarían anticuerpos monoclonales que reconocen de manera individual a cada una de las cinco carbapenemasas inmovilizados en una membrana de nitrocelulosa y a su vez que contengan anticuerpos monoclonales libres en la almohadilla de conjugado con oro coloidal, tomando en cuenta que lo descrito cuenta con pluralidad de postores y/o marcas.

El Comité de Selección podría indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página: 19**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE LA APRECIACION ES CORRECTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:02:36

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el objeto de la presente convocatoria, capítulo I de la sección específica, mencionan el ítem PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO INVITRO PARA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASA TIPO KPC, NDM, VIM y OXA 48 X 20. Al haber omitido las EE.TT del test de diagnóstico invitro de detección de carbapenemasa, entendemos que aceptarían soluciones tampón acorde a la metodología del fabricante, tomando en cuenta que lo descrito cuenta con pluralidad de postores y/o marcas.

El Comité de Selección podría indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página: 19**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE LA APRECIACION ES CORRECTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:02:36

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con relación al certificado de Análisis se consigna al inicio del segundo párrafo un texto referido a la información mínima que debe contener, sin embargo, lo requerido no se condice con lo señalado en el DS 016-2011-SA, por lo que debe ser suprimido al ser contrario a lo establecido en la normativa legal vigente.

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, suprimirá el texto referido a la información mínima que debe tener el certificado de análisis o protocolo de análisis por ser contrario a la normativa legal vigente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A **Página: 34**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA: Se clara en el mismo DS 016-2011-SA, respecto a productos biológicos, de exportación, es obligatorio ¿ En el Artículo N° 24° de exportación: ítem 5: Copia de certificado de análisis o protocolo de análisis del lote que ingrese según corresponda de acuerdo al tipo de producto o dispositivo...", POR LO QUE SE SOLICITA A LA EMPRESA CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:02:36

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Con relación al Plazo de Entrega se señala que será computado a partir del día siguiente de suscrito el contrato y/o notificación de la orden de compra, sin embargo, se debe tener en cuenta que, normalmente la suscripción del contrato se da en un determinado día mientras que la notificación de la orden de compra se da en días posteriores, con lo cual, se tendría dos fechas de inicio del plazo de entrega, lo que genera incertidumbre y pueda conllevar a que se aplique penalidades al contratista por dicha incertidumbre.

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, podría precisar que el plazo de entrega para el ITEM 2 : PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO INVITRO PARA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASA TIPO KPC, NDM, VIM y OXA 48 X 2 será computado hasta 45 días a partir del día día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página: 19**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE LA PREGUNTA YA HA SIDO ABSUELTA EN LA CONSULTA N°11, FORMULADO POR LA EMPRESA SIMED PERU S.A.C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL R.D.C.Q. DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20602409385	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	FARAH GROUP S.R.L.	Hora de envío :	23:57:24

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases indican lo siguiente:

24 o más reactivos refrigerados a bordo identificado con códigos de barra.

Sin embargo hay marcas que cumplen con las condiciones para poder realizar distintas pruebas pero que tienen para 20 reactivos aborto. Podría el comité también aceptar equipo automatizado de inmunología de 20 reactivos a bordo de mesa de 200 test por hora pero con la condición y para cumplir y mejorar esta propuesta se podría entregar dos equipos, de las mismas características así el usuario tendría dos equipos con un total de 40 posiciones de reactivos refrigerados.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACLARA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA INDAGACIÓN DE MERCADO HUBO VARIAS EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, POR LO QUE SE SOLICITA A LA EMPRESA CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null