

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-69-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESECTOSCOPIA PARA LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN CONTINUA DEL RESIDENTADO MEDICO DE LA UNSA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	12:17:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según el artículo 29 numeral 29.4 no se puede considerar modelo, colores distintivos, marca ni procedencia de los productos ya que favorece a una casa comercial en especifica y descarta ciertos proveedores o ciertos productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 29 numeral 29.4 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área Usuaria absuelve su observación en los siguientes términos: SE ACEPTA OBSERVACIÓN, SE RETIRA modelo, colores distintivos, marca

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

N°2. Elemento de trabajo, bipolar movimiento por medio de un resorte, el soporte para el pulgar es móvil, en posición de reposo el electrodo está dentro de la vaina. Incluye : obturador estándar para vainas de 24/26charr
N°3. Vaina de resectoscopio, 26charr. Punta oblicua, vaina interior giratoria con aislamiento cerámico, tubo de conexión para flujo de entrada y salida.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-69-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESECTOSCOPIA PARA LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN CONTINUA DEL RESIDENTADO MEDICO DE LA UNSA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	12:17:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

se solicita al comite se amplie longitud de la optica, de 30 a 30.5cm y de la misma manera se indica omitir los modelos que estan poniendo ya que de por si se esta haciendo referencia a una casa comercial, vulnerando el principio de plurarilidad

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área Usuaria absuelve su observación en los siguientes términos: SE ACEPTA PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

N° 1. Óptica de visión foroblicua panorámica 30°,4mm,30cm de longitud,esterilizable en autoclave,con conductor de luz de fibra óptica incorporado.Incluye bandeja para óptica

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-69-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESECTOSCOPIA PARA LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN CONTINUA DEL RESIDENTADO MEDICO DE LA UNSA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	12:17:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité, con respecto a las Asas de corte no hacer referencia de marcas, ni modelos ni características distintivas del material y así puedan participar más proveedores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área Usuaría absuelve su observación en los siguientes términos: SE ACEPTA PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

N° 4. Asa de corte bipolar, 2 varillas guía, 24/26 charr, esteril para un solo uso, envase para 10 unidades, para utilizar con los elementos de trabajo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-69-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESECTOSCOPIA PARA LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN CONTINUA DEL RESIDENTADO MEDICO DE LA UNSA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	12:17:48

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
con respecto a las bandejas de esterilización se solicita al comité ampliar las dimensiones en +/-2 cm. ya que ello permitirá la participación de más postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El área Usuaría absuelve su consulta en los siguientes términos: NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
N° 5. Bandeja para almacenamiento y esterilización de Resectoscopio medidas: 490 x 220 x 70cm