

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código : 20516809524

Fecha de envío : 31/10/2023

Nombre o Razón social : MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION
REPRESENTACIONES S.A.C - MASED
REPRESENTACIONES S.A.C

Hora de envío : 11:25:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo Microscopio de fluorescencia con objetivos Plan fluor 100X con N.A comprendida entre el rango de: 1.3 a 1.4; para fomentar mayor concurrencia de postores; teniendo en consideración que, cuanto mayor sea la apertura numérica de un objetivo, este tendrá una mayor capacidad de mostrar detalles finos en la imagen que forma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, precisa que se aceptará parcialmente su consulta y se aceptará Objetivos Plan fluor o fluarex 100 X con N.A de 1.3 a 1.4, se considerara en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B05: OBJETIVO PLAN FLUOR O FLUAREX 100 X N.A DE 1.3 A 1.4.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	11:25:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

B08 TAMAÑO DE 190MM ANCHO (O MÁS) X 150 MM FONDO (O MÁS)

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo Microscopio DE fluorescencia con tamaño de platina según las especificaciones de cada fabricante, debido a que tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales; Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, precisa que se aceptará parcialmente su consulta y se aceptará tamaño de la platina de acuerdo a cada fabricante, se considerara en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B08: TAMAÑO DE LA PLATINA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	11:25:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

B11 CONDENSADOR CAMPO CLARO A.N 1.1

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo Microscopio de fluorescencia con condensador campo claro A.N comprendido entre el rango de 0.9 a 1.1, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, precisa que se aceptará parcialmente su consulta y se aceptará Microscopio de fluorescencia con condensador campo claro A. N de 0.9 a 1.1, se considerara en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B011: CONDENSADOR CAMPO CLARO A.N. 0.9 a 1.1.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	11:25:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

C02 TORRETA DE FLUORESCENCIA DE 08 POSICIONES O MÁS

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo Microscopio de fluorescencia con torreta de fluorescencia de mínimo 06 posiciones, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores y se obtenga un mejor equipo a un mejor precio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, no acepta su consulta debido a que reduciría la capacidad de marcadores a utilizar en un futuro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	11:25:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

6.9.2 PLAZO

PLAZO DE ENTREGA 30 DÍAS CALENDARIOS(¿)

SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva AMPLIAR el plazo de entrega del MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA a 60 días calendarios, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, post pandemia donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.9 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, no acepta su consulta, debido a que el servicio requiere contar con urgencia el equipo, así, cumplir con la finalidad publica en beneficio de los pacientes del HNHU.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	14:04:14

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA
SE SOLICITA
C04 CONEXIÓN A FUENTE DE PODER MEDIANTE GUIA DE LUZ O EMPLAME DIRECTO DE CARTUCHOS LED.
Con la finalidad de aclarar el requerimiento, tendría a bien el área usuaria confirmar que la fuente de poder para la guía de Luz podrá ser del tipo halogenuero metálico de 130W o del tipo LED"

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, aclara que lo solicitado es fuente de poder para la guía luz es del tipo LED.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	14:10:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

"En la página 17 y 28 de las bases solicitan:

7.6.1 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario

Teniendo en cuenta que el bien objeto de la convocatoria no requieren de Registro Sanitario para su comercialización, por lo antes expuesto solicitamos suprimir dicho requerimiento y/o solicitar el listado de DIGEMID.

De esta manera promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación, ya que está prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de postores.

"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A **Página: 17**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que se aceptarán dispositivos médicos sin registro sanitario cuando estos se encuentran en el listado referido a la no sujeción a registro sanitario publicado por la DIGEMID ¿ última versión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	14:40:58

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

"En la página 26 de las bases solicitan:

7.1.1. Otras obligaciones del contratista

La fecha de fabricación del equipo no debe exceder los seis (06) meses anteriores a la fecha de presentación de propuestas.

Teniendo en cuenta que el plazo de entrega solicitado en las bases es de Treinta (30) días calendario contabilizado desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra, resulta restrictivo solicitar que la fecha de fabricación del equipo no debe exceder los seis (06) meses anteriores a la fecha de presentación de propuestas.

Por lo antes expuesto, solicitamos a vuestro comité de selección en consulta aceptar lo siguiente:

La fecha de fabricación del equipo no debe exceder los doce (12) meses anteriores a la fecha de presentación de propuestas.

De esta manera promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación, ya que está prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, precisa que se aceptará su consulta y se modificará fecha de fabricación del equipo no debe de exceder de los doce (12) meses anteriores a la fecha de presentación de propuestas, se considerara en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

7.1.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: La fecha de fabricación de los equipos no debe exceder los doce (12) meses anteriores a la fecha de presentación de propuestas, la misma que será verificada físicamente a la hora de entrega de los equipos

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:30:17

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Microscopio de Fluorescencia A04
Revolver Giratorio quintuple extraible no fijo. esta característica solo la cumple la Marca Olympus. Para mayor pluralidad de postores el Comité de selección aceptará un revolver giratorio quintuple no extraíble?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, precisa que no acepta su consulta debido a que existen pluralidad de postores en el mercado que cuentan con esas características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:30:17

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Microscopio de Fluorescencia B04
Objetivos Plan Fluor 40x N.A. 0.75, este tipo de objetivo FLUOR es descripción de Olympus, nuestro equipo a ofertar es Objetivo Plan Fluarex por lo que tanto FLUOR como FLUAREX SON PLAN SEMIACROMATICOS por lo que vendrían a ser lo mismo. Para mayor pluralidad de postores el Comité de Selección aceptarán Objetivos Plan Fluor o Fluarex?

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, precisa que se aceptará parcialmente su consulta y se aceptará Objetivos Plan Fluor ó Fluarex 40x N.A. 0.75, se considerará en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B04:OBJETIVOS PLAN FLUOR O FLUAREX 40 X N.A. 0.75

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:30:17

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Microscopio de Fluorescencia B05
Objetivos Plan Fluor 100x N.A. 1.3, este tipo de objetivo FLUOR es descripción de Olympus, nuestro equipo a ofertar es Objetivo Plan Fluarex por lo que tanto FLUOR como FLUAREX SON PLAN SEMIACROMATICOS por lo que vendrían a ser lo mismo. Para mayor pluralidad de postores el Comité de Selección aceptarán Objetivos Plan Fluor o Fluarex?

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, precisa que se aceptará parcialmente su consulta y se aceptará Objetivos Plan Fluor ó Fluarex 100x N.A 1.3 A1.4, se considerará en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B05:OBJETIVOS PLAN FLUOR O FLUAREX 100 X N.A. 1.3 a 1.4.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:30:17

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Microscopio de Fluorescencia B07
Platina Rotable 250° y extraible no fija. Esta característica solo la cumple la Marca Olympus. Para mayor pluralidad de
postores el Comité de selección aceptará con Platina fija?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, precisa que se aceptará parcialmente su consulta y se aceptará platina rotatable 250° y extraible no fija o fija, se considerará en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B07:PLATINA ROTABLE 250° Y EXTRAIBLE NO FIJA O FIJA

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:30:17

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Microscopio de Fluorescencia B08
Tamaño de 190mm ancho (o mas) x 150mm fondo (o mas). Para mayor pluralidad de postores el Comite de seleccion aceptara Platina de tamaño 230mm x 140mm ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organo Encargado de las Contrataciones en coordinación con el área usuaria, aclara que se aceptará tamaño de la platina de acuerdo a cada fabricante, se considerara en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B08:TAMAÑO DE LA PLATINA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:30:17

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Microscopio de Fluorescencia B10
Pinza doble muestra con mano a la izquierda. Para mayor pluralidad de postores el Comité de selección aceptará Pinza doble muestra con mando a derecha?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, precisa que se aceptará parcialmente B10 Pinza doble muestra con mano a la izquierda ó Derecha, se considerará en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B10: PINZA DOBLE MUESTRA, CON MANDO A LA IZQUIERDA O DERECHA.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:30:17

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Microscopio de Fluorescencia B14
Boton de control de la intensidad de la luz en la parte frontal, esta característica es puntualmente de Olympus, por lo que solicitamos se considere que el Boton de control de la intensidad de la luz sea en la parte lateral.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, precisa que se aceptará parcialmente su consulta B14 Boton de control de la intensidad de la luz en la parte frontal o parte lateral, se considerara en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B14:BOTON DE CONTROL DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ EN LA PARTE FRONTAL O EN LA PARTE LATERAL.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:30:17

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Microscopio de Fluorescencia C02
Torreta de Fluorescencia de 8 posiciones o mas, el Comité de selección podrá aceptar Torreta de Fluorescencia de 6 posiciones o en su caso 02 Torretas de 6 posiciones para que así haya mayor pluralidad de postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, precisa que no acepta su consulta debido a que no es funcional para el manejo del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:30:17

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Microscopio de Fluorescencia C03
Control de bloqueo de paso de luz en la parte frontal del iluminador para facil manejo del usuario, el Comite de seleccion podra aceptar Control de bloqueo de paso de luz en la parte lateral del iluminador para facil manejo del usuario para que así haya mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, precisa que se aceptará parcialmente su consulta y se aceptará C03 Control de bloqueo de paso de luz en la parte frontal o en la parte lateral, se considerara en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C03:CONTROL DE BLOQUEO DE PASO DE LUZ EN LA PARTE FRONTAL DEL ILUMINADOR O EN LA PARTE LATERAL.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:30:17

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Microscopio de Fluorescencia D05
Velocidad de 60 FPS en modulo full HD., el Comite de seleccion podra aceptar un Microscopio con una camara de 30FPS
con velocidad de 0.1ms de captura x 3600 seg.?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, precisa que no acepta su consulta debido a que ello permite una alta definición de la imagen.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null