

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-27-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD N° 18 1 ¼ Y N° 20 1 1/4

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 08/11/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 15:54:23

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

h) Certificado de Protocolo de Análisis

Solicitamos al Comité, aceptar que la información consignada en el Protocolo de Análisis, sea de acuerdo a lo aprobado por la DIGEMID en el registro sanitario.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Cap. II

**Literal:** 2.2

**Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Organo Encargado de las Contrataciones evalúa integralmente, el pliego de consultas y observaciones. El cual se ACLARA ceñirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No corresponde.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-27-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD N° 18 1 ¼ Y N° 20 1 1/4

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	15:54:23

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

i) Ficha Técnica del Producto o Inserto.

Solicitamos al Comité, aceptar para acreditar el cumplimiento de especificaciones técnicas, presentar adicionalmente carta del fabricante, Certificado de cumplimiento, declaración jurada, manual de instrucciones de uso, folletería o certificado de análisis.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Cap. II      Literal: 2.2      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Organo Encargado de las Contrataciones evalúa integralmente, el pliego de consultas y observaciones. El cual se ACLARA ceñirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No corresponde.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-27-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD N° 18 1 ¼ Y N° 20 1 1/4

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	15:54:23

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

XII Requisitos de admisión (Al ingreso del producto).  
Inserto o Ficha Técnica.

Solicitamos al Comité, aceptar como sustento carta del fabricante o certificado de cumplimiento.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Cap. III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Organo Encargado de las Contrataciones evalúa integralmente, el pliego de consultas y observaciones. El cual se ACLARA ceñirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No corresponde.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-27-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD N° 18 1 ¼ Y N° 20 1 1/4

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	15:54:23

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Tabla N° 2 Ensayos para le control de calidad.

Según bases homologadas menciona que las copias del informe de ensayo y acta de muestreo solo aplican a cada entrega que corresponda efectuar un control de calidad, y según cronograma establecido por la entidad, no indica que entrega corresponde, solicitamos al Comité, aclarar si el presente proceso está sujeto a controles de calidad, teniendo en cuenta los costos que representan para los preveedores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: Cap. III

**Literal:** 3.1

**Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Organo Encargado de las Contrataciones remite al Area Usuaría, Departamento de Farmacia, el pliego de consultas y observaciones. El cual ACOGE la observación y se modifica en las Bases Integradas, quedando lo siguiente:

No corresponde control de calidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Por integración de bases se modifica:

No corresponde control de calidad

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-27-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD N° 18 1 ¼ Y N° 20 1 1/4

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	15:54:23

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Anexo N° 1 - Muestras

Solicitamos al Comité, indicar el lugar, fecha y hora de entrega de muestras.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: Cap. III

**Literal:** 3.1

**Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Organo Encargado de las Contrataciones remite al Area Usuaría, Departamento de Farmacia, el pliego de consultas y observaciones. El cual ACLARA la observación y se modifica en las Bases Integradas, quedando lo siguiente:

MUESTRAS:

No corresponde.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Por integración de bases se modifica:

MUESTRAS:

No corresponde.