

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código : 20458379395

Nombre o Razón social : LABIN PERU S.A.

Fecha de envío : 20/10/2023

Hora de envío : 12:10:16

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

En la sección PLAZO DE ENTREGA se indica que el plazo es de 5 días, en tal sentido se solicita indicar al Comité de Selección si dicho plazo se podría ampliar a 25 días calendarios contados a partir del día siguiente de la emisión de orden de compra.

**Acápito de las bases :** Sección: General      Numeral: 4      Literal: .      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE DEBIDO A LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA POR EL REACTIVO SOLICITADO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	12:10:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las páginas 24 a la 26 en la sección CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS según lo indicado se entiende que el reactivo a ofertar deberá ser líquido y listo para su uso; es decir sin realizar mezcla previa, esto para evitar contaminación y/o mala preparación; teniendo en cuenta ello se solicita al Comité de Selección indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases :Sección: GeneralNumeral: .Literal: .Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN LA CONSULTA REALIZADA LA APRECIACION ES CORRECTA; EL REACTIVO ES LIQUIDO LISTO PARA SU USO ES DECIR SIN REALIZAR MEZCLA PREVIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	12:10:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las páginas 24 a la 26 se indican las especificaciones técnicas de los reactivos a usar en el equipo en cesión de uso sin embargo en cada uno se puede observar una LINEALIDAD muy específica que no podría ser cumplida por todos los postores; en tal sentido se solicita que sea elimina ya que al incluirla se restringe la mayor participación de postores a ofertar , infringiendo así los principios de Libre Concurrencia, Igualdad de Trato y Transparencia previstos en el art. 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 4      Literal: .      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

E ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS OFERTADOS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	12:10:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las páginas 25 a la 26 se detallan las características del equipo en cesión de uso, sin embargo no se detalla la antigüedad del equipo, en tal sentido solicitamos al Comité de Selección considerar fecha de fabricación no mayor a 06 años esto debido a que si se solicita un equipo nuevo esto puede encarecer los costos de las pruebas perjudicando así a la institución.

Acápite de las bases :Sección: GeneralNumeral: .Literal: .Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA SEGÚN LO SOLICITADO CON RESPECTO A LA ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO; SE SOLICITA EL EQUIPO CON FECHA DE FABRICACION NO MAYOR A 4 AÑOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E SOLICITA EL EQUIPO CON FECHA DE FABRICACION NO MAYOR A 4 AÑOS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo ALBUMINA, se especifica suero y plasma como muestra biológica.

Se pide al comité solicitar suero y/o plasma como muestra biológica. Ya que el plasma produce resultado falsamente elevados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE SOLICITARA COMO MUESTRA BIOLOGICA SUERO Y/O PLASMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo BILIRRUBINA TOTAL, se especifica linealidad de 35 mg/dL como mínimo.

Se le pide al comité aceptar linealidad de 30 mg/dL como mínimo, para una mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS OFERTADOS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:  
En las características técnicas del reactivo BILIRRUBINA DIRECTA, se especifica linealidad de 15 mg/dL como mínimo.  
  
Se pide al comité aceptar linealidad de 12 mg/dL como mínimo, para una mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
E ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS OFERTADOS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las características técnicas para el reactivo FOSFATASA ALCALINA, solicitan como metodología el método IFCC modificado.

Se solicita al comité aceptar como metodología lo siguiente: cinético - colorimétrico, espectrofotometría convencional o variante. Esto para ampliar la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 22

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las características técnicas de las BILIRRUBINAS, se solicita las bilirrubinas total y directa como presentaciones individuales.

Se solicita al comité aceptar presentaciones que contengan en una sola caja bilirrubinas total y directa para una mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; LAS BILIRRUBINAS SERAN ACEPTADAS EN PRESENTACION COMO BILIRRUBINA DIRECTA Y BILIRRUBINA TOTAL EN CAJAS SEPARADAS Y/O BILIRRUBINA DIRECTA Y BILIRRUBINA TOTAL JUNTAS EN CAJA INDIVIDUAL COMO PRESENTACION UNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo COLESTEROL TOTAL, se solicita suero y plasma como muestra biológica.

Se pide al comité aceptar como muestra suero y/o plasma ya que el plasma produce resultados falsamente disminuidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE SOLICITARA COMO MUESTRA BIOLOGICA SUERO Y/O PLASMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:  
En las características técnicas del reactivo COLESTEROL TOTAL, se solicita el método: oxidasa peroxidasa.  
  
Se pide al comité aceptar también el método enzimático-colorimétrico, esto para ampliar la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo COLESTEROL TOTAL, solicitan linealidad de 769 mg/dL como mínimo.

Se pide al comité aceptar linealidades de hasta 769 mg/dL, esto para ampliar la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

E ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo CREATININA, se especifica la sarcosina oxidasa como metodología.

Se solicita al comité aceptar el método cinético-colorimétrico esto para una mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo CREATININA, se especifica una linealidad de 79.3 mg/dL como mínimo.

Se solicita el comité aceptar linealidad de hasta 79.3 mg/dL como requisito, esto para ampliar la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo GLUCOSA, se especifica linealidad de 500 mg/dL como mínimo.

Se pide al comité aceptar linealidades de hasta 500 mg/dL como requisito esto para ampliar la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:  
En las características técnicas del reactivo GLUCOSA, solicitan como metodología el método oxidasa peroxidasa.  
  
Se pide al comite aceptar también el método enzimático-colorimétrico como requisito esto para ampliar la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo TRANSAMINASA OXALACETICA (AST-TGO), se especifica linealidad de 800 U/L como mínimo.

Se solicita al comité aceptar linealidad de hasta 800 U/L como requisito, esto para ampliar la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:  
En las características técnicas del reactivo TRANSAMINASA OXALACETICA (AST-TGO), se especifica como metodología: método IFCC-sin activación por fosfato piridoxal.  
  
Se pide al comité aceptar también el método cinético UV como requisito para una mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo TRANSAMINASA PIRUVICA (ALT-TGP), se especifica linealidad de 1000 U/L como mínimo.

Se pide al comité aceptar linealidad de hasta 1000 U/L como requisito, esto para ampliar la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

E ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo TRANSAMINASA PIRUVICA (ALT-TGP), se especifica el método IFCC sin activación por fosfato piridoxal.

Se pide al comité aceptar también el método CINETICO UV como requisito, esto para ampliar la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo TRIGLICERIDOS, se especifica como metodología el método GPO-POD.

Se pide al comité aceptar también las metodologías enzimático-colorimétrico (trinder) con factor aclarante lipídico, espectrofotometría convencional o variante, esto para ampliar la concurrencia de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código : 20538910717

Nombre o Razón social : UNIMEDILAB S.A.C.

Fecha de envío : 20/10/2023

Hora de envío : 17:31:17

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

En las características técnicas del reactivo UREA, se especifica como metodología Método ureasa-GLDH, UV.

Se pide al comité aceptar también el método cinético UV como requisito para una mayor concurrencia de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo AMILASA, se especifica como metodología el método enzimático o IFCC.

Se pide al comité aceptar también el método CINETICO-COLORIMÉTRICO, esto para ampliar concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código : 20538910717

Nombre o Razón social : UNIMEDILAB S.A.C.

Fecha de envío : 20/10/2023

Hora de envío : 17:31:17

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

En las características técnicas del reactivo HDL DIRECTO, se especifica como metodología método directo.

Se pide al comité aceptar también el método ENZIMÁTICO-COLORIMÉTRICO, esto para ampliar concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:  
En las características técnicas del reactivo HDL DIRECTO, se especifica una linealidad de 231 mg/dL como mínimo.  
  
Se solicita al comité aceptar linealidad de hasta 231 mg/dL como requisito. esto para ampliar pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo LDL DIRECTO, se especifica como metodología método directo.

Se pide al comité aceptar también la metodología enzimático-colorimétrico para una mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código : 20538910717

Nombre o Razón social : UNIMEDILAB S.A.C.

Fecha de envío : 20/10/2023

Hora de envío : 17:31:17

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

En las características técnicas del reactivo ACIDO URICO, se especifica como metodología el método uricasa-peroxidasa.

Se pide al comité aceptar también el metodo enzimático-colorimétrico así ampliar la concurrencia de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

E ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:  
En las características técnicas del reactivo PROTEINAS EN ORINA Y LCR, se especifica una metodología de rojo molibdato pirogalol.  
  
Se pide al comité aceptar también la metodología colorimétrica y así ampliar la concurrencia de postores.  
Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 23  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
  
Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo PROTEINAS EN ORINA Y LCR, se especifica como linealidad 2000 mg/dL como mínimo.

Se pide al comite aceptar linealidad de hasta 2000 mg/dL y así ampliar pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:  
En las características técnicas del reactivo CREATINA QUINASA CKMB, se especifica método IFCC como metodología.  
  
Se solicita al comité aceptar también los métodos inmunoinhibición, cinético UV para una mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1.1      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA, se especifica linealidad de 10000 U/L como mínimo.

Se solicita al comité aceptar linealidad de hasta 10000 U/L como requisito para una mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA, se especifica método IFCC.

Se solicita al comité aceptar también el método cinético-colorimétrico, esto para ampliar concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO		
Nomenclatura :	AS-SM-4-2023-HRDLM.CH   CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH		

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

En las características técnicas del reactivo CALCIO, se especifica como metodología el método enzimático.  
Se solicita al comité aceptar tambien el método colorimétrico-arsenazo, esto para ampliar concurrencia de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1.1    **Página:** 23  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo FOSFORO, no se indica metodología.

Se pide al comité considerar los métodos colorimétrico o ultravioleta o enzimático.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo FOSFORO, se especifica una linealidad de 4000 mg/l.

Se solicita al comité aceptar linealidad de hasta 4000 mg/l. Esto para ampliar una mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo BILIRRUBINA DIRECTA, se especifica el método DSA como metodología.

Se solicita al comité aceptar también el método colorimétrico-dicloroanilina.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código : 20538910717

Nombre o Razón social : UNIMEDILAB S.A.C.

Fecha de envío : 20/10/2023

Hora de envío : 17:31:17

**Consulta:** Nro. 37

**Consulta/Observación:**

En las características técnicas del reactivo BILIRRUBINA TOTAL, se especifica el método DSA como metodología.

Se solicita al comité aceptar también el método colorimétrico-dicloroanilina.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo FOSFATASA ALCALINA, se especifica una linealidad de 800 U/L como mínimo.

Se pide al comité solicitar una linealidad mínima 1400 U/L como requisito para la fosfatasa alcalina, ya que permite tener una mayor precisión de lectura en muestras patológicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:  
En las características técnicas del equipo se solicita un analizador automatizado de acceso aleatorio de sobremesa.  
  
Se pide al comité que acepte analizadores automatizados de acceso aleatorio de piso esto para ampliar la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1.1      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE LA CONSULTA LA CONSULTA SE CONSIDERA ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE SOBREMESA O DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código : 20538910717

Nombre o Razón social : UNIMEDILAB S.A.C.

Fecha de envío : 20/10/2023

Hora de envío : 17:31:17

**Consulta:** Nro. 40

**Consulta/Observación:**

En las características técnicas del equipo se solicita que el volumen mínimo de reacción sea 100 uL.

Se pide al comité que acepte volúmenes de reacción como mínimo de 150 uL para ampliar concurrencia de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA CONSULTA POR LO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS COMO VOLUMEN MINIMO DE REACCION HASTA 150 UL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

OLUMEN MINIMO DE REACCION HASTA 150 UL



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En las características técnicas del equipo, la sonda de reactivo/muestra se indica que debe realizar un pre-calentamiento de reactivo.

Se pide al comité declarar este requerimiento como opcional, dado que existen equipos que realizan el pre-calentamiento de reactivo en la celda de reacción por un determinado número de ciclos, cumpliendo así la función requerida y a su vez ampliamos la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE INCORPORARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS QUE EL PRECALENTAMIENTO DE REACTIVO EN LA SONDA DE REACTIVO DEMUESTRA SEA OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En las características técnicas del equipo se solicita que el lavado de cubetas se realice con detergente precalentado y agua desionizada.

Se pide al comité declarar este requerimiento como opcional dado que existen equipos en el mercado que cuentan con 8 pasos de lavado y que garantizan una mejor performance además se amplía la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE INCORPORARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS EL LAVADO DE CUBETAS CON DETERGENTE PRECALENTADO SEA OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En las características técnicas del equipo, la sonda de reactivo/muestra debe contar con detección de obstrucciones.

Se solicita al comité declarar este requerimiento como opcional para ampliar la concurrencia de postores.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: 3.1.1Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE INCORPORARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS QUE LA DETECCIÓN DE OBSTRUCCIÓN EN LA SONDA DE REACTIVO/MUESTRA SEA OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En las características técnicas del equipo se indica que en la sonda de reactivo/muestra los residuos deben ser menores al 0.05%.

Se pide al comité declarar ese requerimiento como opcional para ampliar la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE CONSIDERARÁ COMO OPCIONAL EL PORCENTAJE DE RESIDUOS MENOR A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código : 20538910717

Nombre o Razón social : UNIMEDILAB S.A.C.

Fecha de envío : 20/10/2023

Hora de envío : 17:31:17

**Consulta:** Nro. 45

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité que las sondas de reactivo/muestra sean independientes tanto para reactivo 1 (R1), reactivo 2 (R2) y muestra. Evitando así problemas de arrastre y contaminación entre reactivos y muestras, conservando la estabilidad del reactivo a bordo y buscando una mayor precisión de los resultados.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 3.1.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE SOLICITARÁ QUE LAS SONDAS DE REACTIVO Y MUESTRAS SEAN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código : 20538910717

Nombre o Razón social : UNIMEDILAB S.A.C.

Fecha de envío : 20/10/2023

Hora de envío : 17:31:17

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**

De las características técnicas del equipo.

Se solicita al comité que los discos de reactivos y muestras sean individuales o independientes, buscando optimizar el sistema de refrigerado independiente, que se puedan almacenar una mayor cantidad de reactivos y muestras, evitando así inconvenientes o fallas al momento de cargar reactivos o añadir muestras.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE SOLICITARÁ DISCOS INDEPENDIENTES PARA MUESTRA Y REACTIVO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En los documentos de presentación obligatoria se está solicitando el certificado de buenas prácticas de almacenamiento (BPA).

Se solicita al comité que también incluya dentro de estos requisitos obligatorios el certificado de buenas prácticas de distribución y transporte (CBPDyT) a nombre del postor, puesto que se trata de productos con temperatura controlada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En el apartado de:  
CAPACIDAD LEGAL.  
Habilitación.

Requisitos: Resolucion de Autorizacion Sanitaria de funcionamiento de Establecimiento Farmaceutico: Documento emitido por la ANM o por la Autoridad Regional de Salud (ARS), DEACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL Articulo 17° del DS.014-2011-SA y su primera disposición Complementaria Transitoria; debiendo adjuntar las Resoluciones de los cambios y/o modificaciones realizados en el establecimiento Farmaceutico, según corresponda.Obligatorio para todas las empresas que se presenten en consorcio, salvo el caso de ser empresa extranjera no instalada en el territorio nacional, o empresa nacional que no este reconocida como establecimiento farmaceutico.

Acreditación:  
Copia legalizada de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos

Se pide al comité que la acreditación sea:  
Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
NO SE ACOGE; EL COMITÉ NO ACEPTARA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCION DE AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Sobre la experiencia del postor.  
Para el presente procedimiento de selección el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 630,600.00 (seiscientos treinta mil seiscientos con 00/100) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria.  
  
Se pide al comité aceptar como bienes similares: REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE SOLICITARÁ PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEL POSTOR, BIENES SIMILARES Y REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:17:10

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Con respecto a los reactivos de albumina, fosfatasa alcalina, bilirrubina total, bilirrubina directa, colesterol total, glucosa, creatinina, transaminasa oxalacetica, transaminasa piruvica, proteinas totales, trigliceridos, urea, amilasa, HDL directo, LDL directo, acido urico, proteinas en orina y LCR, creatin quinasa CKMB, gamma glutamil transpeptidasa, (todos los analitos del objeto del procedimiento de seleccion), para cada uno de ellos se describe linealidad, esta característica es usualmente empleada para realizar direccionamiento de los procedimientos de seleccion y favorecer a un postor particular, es por ello que en otras instancias como essalud, esta caracteritica no es requerida, en virtud de no incurrir en violacion de los principios libertad de concurrencia y equidad, solicitamos:  
Solicitamos amablemente al comite en coordinacion con el usuario tenga a bien AMPLIAR el requerimiento y considerar las linealidades deacuerdo a cada fabricante para NO IMPEDIR la participacion de los postores.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado articulo 2 inciso a libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

E ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:17:10

**Observación: Nro. 51**

**Consulta/Observación:**

Con respecto al equipo en cesión en uso DICE:  
No menor de 60 posiciones para reactivo, los reactivos objeto de esta convocatoria son 22, aunque todos fuera bireactivo, (el cual no es el caso), solamente se requerirían 44 posiciones para reactivos a bordo, es por ello que el requerimiento de 60 posiciones de reactivo es desproporcionada, y viola los principios de equidad y libertad de concurrencia de la ley de contrataciones con el estado en su artículo 2  
Aceptara el comité especial en coordinación con el usuario, AMPLIAR el requerimiento y aceptar analizadores de hasta 48 posiciones para reactivos para NO IMPEDIR la participación de los postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 ley de contrataciones con el estado inciso a

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE ACEPTARÁ EQUIPOS DE 48 A MÁS POSICIONES DE REACTIVO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 52**

**Consulta/Observación:**

En las bases, pág. 15, numeral 1.9 señalan plazo de entrega 15 días calendarios (única entrega), contados a partir del día siguiente de recepcionada la orden de compra.

Sin embargo, en pág. 24, numeral 4 señalan plazo de entrega 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de enviada y recepcionada la respectiva orden de compra

Como se observa hay una contradicción en cuanto al plazo de entrega, por lo que, al amparo del principio de Transparencia, establecido en el art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, para que las entidades proporcionen información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por todos los participantes y propiciar mayor participación de postores, SOLICITAMOS respetuosamente al Comité Especial en coordinación con el área usuaria ACLARAR cuál es el verdadero plazo de entrega considerado en el presente procedimiento de selección.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2 de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ESTABLECE PLAZO PARA UNICA ENTREGA 15 DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE COMPRA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 53**

**Consulta/Observación:**

En las bases, pág. 15, numeral 1.9 señalan plazo de entrega 15 días calendarios, y en pág. 28, Factores de Evaluación, literal B señalan lo siguiente:

Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, EL CUAL DEBE MEJORAR EL PLAZO DE ENTREGA establecido en las Especificaciones Técnicas  
De 01 hasta 15 días calendario: 20 puntos  
De 16 hasta 20 días calendario: 15 puntos

Como se observa hay una contradicción en cuanto al plazo de entrega, porque si el plazo de entrega es 15 días calendario, no se debe otorgarle puntaje a quienes exceden el plazo de entrega establecido en el presente procedimiento de selección.

Por lo que, al amparo del principio de Transparencia, establecido en el art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, para que las entidades proporcionen información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por todos los participantes y propiciar mayor participación de postores, SOLICITAMOS respetuosamente al Comité Especial ACLARAR, cuál es el plazo de entrega que mejora el plazo establecido en las especificaciones técnicas, para ser considerado en los factores de evaluación para obtener puntaje adicional.

**Acápíte de las bases : Sección: Específico      Numeral: IV      Literal: B      Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2 de la ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE ACREDITARÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MANUALES, FOLLETOS, BROCHURE, CARTAS, INSTRUCTIVOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

En las bases, pág. 18, documentos para la admisión de la oferta, literal d), solicitan Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).

Consulta: Debemos entender que con la presentación del Anexo N° 3 es suficiente para acreditar las especificaciones técnicas de los reactivos y equipo en cesión en uso solicitados en el presente procedimiento de selección, ¿es correcta mi apreciación?

De NO ser así, solicitamos al comité de selección, SEÑALAR CON PRECISIÓN, CUÁLES SON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE REQUIEREN SER ACREDITADAS, debiendo contemplar que de acuerdo con reiterados pronunciamientos de OSCE y del Tribunal de Contrataciones, tales como: la Resolución N° 2544-2019-TCE-S1, Resolución N° 2034-2018-TCE-S1 y/o Pronunciamiento N° 370-2019/OSCE-DGR, NO ES POSIBLE SOLICITAR QUE SE ACREDITEN TODAS las especificaciones técnicas

Asimismo, que las especificaciones técnicas serán acreditadas con folletos, instructivos, manuales, catálogos cartas o similares, emitidas por el fabricante o dueño de marca, en caso de que la totalidad de la información requerida no se encuentre en la folletería, manuales e insertos

Acápíte de las bases : Sección: Específico      Numeral: II      Literal: d      Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE ACREDITARÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MANUALES, FOLLETOS, BROCHURE, CARTAS, INSTRUCTIVOS EMITIDOSPOR EL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 55**  
**Consulta/Observación:**  
En pág. 23 de las bases, solicitan: Analizador Automatizado de acceso aleatorio de sobremesa.

Al respecto, en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, considere Analizador Automatizado de acceso aleatorio de sobremesa o de pie

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 3.1Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA LA CONSULTA SE CONSIDERA ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE SOBREMESA O DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 56**

**Consulta/Observación:**

En pág. 25 de las bases, solicitan presentar Copia legalizada de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos.

Observamos lo solicitado, en cuanto a que la copia debe ser legalizada.

Cabe precisar que, de acuerdo al Principio de Presunción de Veracidad recogido en el artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, toda la documentación que presenten los postores debe considerarse veraz, en tanto no se pruebe lo contrario; asimismo, de acuerdo con el Principio de Economía que debe regir toda contratación pública, debe evitarse incorporar en las Bases exigencias costosas e innecesarias.

Por tanto, no resulta razonable solicitar COPIA LEGALIZADA de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos, sin perjuicio de que la Entidad, en ejercicio de sus facultades, realice el control posterior de los documentos presentados.

Por lo que, solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepte Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2 de la ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA CEÑIRSE A LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 57**

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 22 de las bases, solicitan que el reactivo de BILIRRUBINA TOTAL presente una linealidad: 600 umol/L o 35.0 mg/dL como mínimo

Considerando que la linealidad varía entre las marcas, observamos este extremo de las bases, porque tal como está redactado da la impresión de estar dirigido a una determinada marca.

Por lo tanto, en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, considere para la BILIRRUBINA TOTAL una LINEALIDAD: 30 mg/dL COMO MÍNIMO, añadiendo que el Analizador de Bioquímico Automatizado que ofrecemos cuando detecta una linealidad mayor, realiza diluciones automáticas que se programan en el software del analizador

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:  
En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 22 de las bases, solicitan que el reactivo de BILIRRUBINA TOTAL trabaje con la METODOLOGÍA: Método DSA

Observamos este extremo de las bases y en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, también considere para la BILIRRUBINA TOTAL, la Metodología: DPD - colorimétrico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 59**

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 22 de las bases, solicitan que el reactivo de BILIRRUBINA DIRECTA presente una linealidad: 260 umol/L o 15.0 mg/dL como mínimo

Considerando que la linealidad varía entre las marcas, observamos este extremo de las bases, porque tal como está redactado da la impresión de estar dirigido a una determinada marca

Por lo tanto, en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, considere para la BILIRRUBINA DIRECTA una LINEALIDAD: 9 mg/dL COMO MÍNIMO, añadiendo que el Analizador de Bioquímico Automatizado que ofrecemos cuando detecta una linealidad mayor, realiza diluciones automáticas que se programan en el software del analizador.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2 de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 60**

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 22 de las bases, solicitan que el reactivo de BILIRRUBINA DIRECTA trabaje con la METODOLOGÍA: Método DSA

Observamos este extremo de las bases y en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, también considere para la BILIRRUBINA DIRECTA, la Metodología: DPD - colorimétrico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 61**

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 22 de las bases, solicitan que el reactivo de CREATININA presente una linealidad: 7000 umol/L o 79.3 mg/dL como mínimo

Considerando que la linealidad varía entre las marcas, observamos este extremo de las bases, porque tal como está redactado da la impresión de estar dirigido a una determinada marca

Por lo tanto, en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, considere para la CREATININA una LINEALIDAD: 35 mg/dL COMO MÍNIMO, añadiendo que el Analizador de Bioquímico Automatizado que ofrecemos cuando detecta una linealidad mayor, realiza diluciones automáticas que se programan en el software del analizador.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2 de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 22 de las bases, solicitan que el reactivo de CREATININA trabaje con la METODOLOGÍA: Método sarcosina oxidasa

Observamos este extremo de las bases y en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, también considere para la CREATININA, la Metodología: Jaffé colorimétrico ¿ cinético.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 22 de las bases, solicitan que el reactivo de CREATININA trabaje con la METODOLOGÍA: Método sarcosina oxidasa

Observamos este extremo de las bases y en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, también considere para la CREATININA, la Metodología: Jaffé colorimétrico ¿ cinético.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 64**

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 22 de las bases, solicitan que el reactivo de TRANSAMINASA PIRUVICA (ALT-TGP) presente una linealidad: 1000 U/L como mínimo

Considerando que la linealidad varía entre las marcas, observamos este extremo de las bases, porque tal como está redactado da la impresión de estar dirigido a una determinada marca

Por lo tanto, en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, considere para la TRANSAMINASA PIRUVICA (ALT-TGP) una LINEALIDAD: 400 U/L COMO MÍNIMO, añadiendo que el Analizador de Bioquímico Automatizado que ofrecemos cuando detecta una linealidad mayor, realiza diluciones automáticas que se programan en el software del analizador

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 3.1Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2 de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO
Nomenclatura :	AS-SM-4-2023-HRDLM.CH   CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 65**

**Consulta/Observación:**  
En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 22 de las bases, solicitan que el reactivo de AMILASA trabaje con la METODOLOGÍA: Método enzimático o IFCC.

Observamos este extremo de las bases y en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, también considere para la AMILASA, la Metodología: Método cinético.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico          Numeral: III                          Literal: 3.1                          Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Articulo 2 de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 23 de las bases, solicitan que el reactivo HDL DIRECTO presente una linealidad: 6 mmol/L ó 231 mg/dL como mínimo.

Considerando que la linealidad varía entre las marcas, observamos este extremo de las bases, porque tal como está redactado da la impresión de estar dirigido a una determinada marca

Por lo tanto, en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, considere para el HDL DIRECTO una LINEALIDAD: 151 mg/dL COMO MÍNIMO, añadiendo que el Analizador de Bioquímico Automatizado que ofrecemos cuando detecta una linealidad mayor, realiza diluciones automáticas que se programan en el software del analizador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:  
En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 23 de las bases, solicitan que el reactivo CREATINA QUINASA CK-MB trabaje con la METODOLOGÍA: Método IFCC.  
  
Observamos este extremo de las bases y en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, también considere para la CREATINA QUINASA CK-MB, la Metodología: Método Anti CK-M Inmunoinhibición, Cinético UV.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
Articulo 2 de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 23 de las bases, solicitan que el reactivo de GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA presente una linealidad: 10000 U/L como mínimo

Considerando que la linealidad varía entre las marcas, observamos este extremo de las bases, porque tal como está redactado da la impresión de estar dirigido a una determinada marca

Por lo tanto, en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, considere para la GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA una LINEALIDAD: 300 U/L COMO MÍNIMO, añadiendo que el Analizador de Bioquímico Automatizado que ofrecemos cuando detecta una linealidad mayor, realiza diluciones automáticas que se programan en el software del analizador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 23 de las bases, solicitan que el reactivo de GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA trabaje con la METODOLOGÍA: Método IFCC

Observamos este extremo de las bases y en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, también considere para la GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA, la Metodología: Método Substrato carboxilado, Cinético.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 70**

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 23 de las bases, solicitan que el reactivo LIPASA presente una linealidad: 300 U/L

Considerando que la linealidad varía entre las marcas, observamos este extremo de las bases, porque tal como está redactado da la impresión de estar dirigido a una determinada marca

Por lo tanto, en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, considere para LIPASA una LINEALIDAD: 250 U/L COMO MÍNIMO, añadiendo que el Analizador de Bioquímico Automatizado que ofrecemos cuando detecta una linealidad mayor, realiza diluciones automáticas que se programan en el software del analizador.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 3.1Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2 de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 71**

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 23 de las bases, solicitan que el reactivo CALCIO presente una linealidad: 18 mg/dL

Considerando que la linealidad varía entre las marcas, observamos este extremo de las bases, porque tal como está redactado da la impresión de estar dirigido a una determinada marca

Por lo tanto, en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, considere para el CALCIO una LINEALIDAD: 32 mg/dL COMO MÍNIMO, añadiendo que el Analizador de Bioquímico Automatizado que ofrecemos cuando detecta una linealidad mayor, realiza diluciones automáticas que se programan en el software del analizador.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 23 de las bases, solicitan que el reactivo de CALCIO trabaje con la METODOLOGÍA: Método enzimático

Observamos este extremo de las bases y en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, también considere para el CALCIO, la Metodología: Método Arsenazo III, Colorimétrico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA; SE ACEPTARA METODOLOGIA SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-4-2023-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDLMCH

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:40:36

Observación: Nro. 73

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los reactivos, pág. 23 de las bases, solicitan que el reactivo FOSFORO presente una linealidad: 4000 mg/L

Considerando que la linealidad varía entre las marcas, observamos este extremo de las bases, porque tal como está redactado da la impresión de estar dirigido a una determinada marca

Por lo tanto, en virtud al principio de libertad de concurrencia, para fomentar mayor participación, pluralidad de marcas y postores, Solicitamos cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, considere para el FOSFORO una LINEALIDAD: 35 mg/dL COMO MÍNIMO, añadiendo que el Analizador de Bioquímico Automatizado que ofrecemos cuando detecta una linealidad mayor, realiza diluciones automáticas que se programan en el software del analizador

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA REALIZADA EN LAS BASES INTEGRADAS SE ELIMINARAN LAS LINEALIDADES DE REACTIVOS Y SE ACEPTARAN LAS LINEALIDADES DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null