

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE TAMIZAJE NEFROLOGICO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 17/03/2025

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 18:26:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPÍTULO II, NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE OFERTAS, LITERAL D ¿ página 16

En el literal D se solicita Declaración jurada de cumplimiento de la Especificaciones Técnicas, sin embargo, no se detalla qué características deben de ser acreditadas y/o sustentadas por documentos técnicos como brochure, folletería, insertos, instrucciones de uso, catálogo, y/o cartas emitidas por el fabricante o dueño de la marca o filial autorizada. Sobre la base del contenido del presente proceso, consultamos amablemente al comité técnico si es correcto que las características a ser acreditadas con los documentos mencionados son:

En cuanto a los reactivos: Presentación, metodología, y muestra biológica.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 2.2

Literal: D

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante informe N°668-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA/HRA-MAMLL-A-DF-JCF, el área usuaria se pronuncia.

SE ACLARA; las características exigidas están descritas en el numeral 3 de las Especificaciones TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE TAMIZAJE NEFROLOGICO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM HIV (METODOLOGÍA QUIMIOLUMINISCENCIA)
¿ página 21

En el ítem en mención, se enuncia ¿cuarta generación o prueba combo¿. Entendemos que este término hace referencia a la capacidad del ensayo de detectar el antígeno y anticuerpos detallados en la PRESENTACIÓN especificada para este producto en las presentes bases. Consultamos amablemente al comité técnico precise si nuestro entender es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Mediante informe N°668-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA/HRA-MAMLL-A-DF-JCF, el área usuaria se pronuncia.

SE ACLARA; que, los bienes pueden entregarse en cuarta generación o prueba combo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE TAMIZAJE NEFROLOGICO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¿ páginas 21 a la 23

Para cada uno de los ítems, se solicita como tiempo de expira ¿un tiempo no menor de 18 meses a partir de la fecha de entrega¿. Considerando que los productos objeto de la presente convocatoria son elaborados a partir de elementos biológicos, es inviable tal cumplimiento. En ese sentido, se solicita al comité de selección, nos acepten productos cuyo tiempo de expira sea de 4 meses a partir de la fecha de entrega con carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: . Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante informe N°668-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA/HRA-MAMLL-A-DF-JCF, el área usuaria se pronuncia.

No se acoge a la solicitud.

En coordinación con la parte usuaria, no se acoge a la consulta por motivos que la fecha de vencimiento si es menor a 18 meses se presenta la carta de canje por vencimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE TAMIZAJE NEFROLOGICO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CAPÍTULO I, NUMERAL 1.9 PLAZO DE ENTREGA ¿ página 15

Si bien se especifica el plazo de entrega desde el perfeccionamiento del contrato (07 días calendarios), no se detalla el cronograma de entregas. Se consulta amablemente al comité técnico que especifique de cuántas entregas consta el presente proceso, así como detallar las cantidades a atender en cada una de ellas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: . Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante informe N°668-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA/HRA-MAMLL-A-DF-JCF, el área usuaria se pronuncia.

SE ACLARA que, la entrega es UNICA. Siendo el plazo de entrega de 7 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de la notificación de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE TAMIZAJE NEFROLOGICO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL 8 CARÁCTERÍSTICAS DEL BIEN, ÍTEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS PRODUCTOS DE INMUNOSEROLOGÍA, SUB ÍTEM REACTIVO PARA HIV Ag/Ac ¿ página 21

Se hace mención dentro de la sección METODOLOGÍA lo siguiente: ¿límite de detección para el antígeno p24 menor a 20 pg/mL según el panel HIV-Ag 2003 AFSSAPS¿. Considerando la existencia de otros patrones reconocidos como el de la OMS (código del NIBSC: 90/636), se solicita al comité técnico considere también cómo válido el uso de este patrón, el de la OMS, y que en esa línea, el límite de detección sea menor a 1 IU/mL, esto en razón de seguir manteniendo la sensibilidad de un 100%.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante informe N°668-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA/HRA-MAMLL-A-DF-JCF, el área usuaria se pronuncia.

SE ACOGE PARCIALMENTE; pueden participar otros patrones reconocidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modifica las especificaciones técnicas, precisándose lo siguiente:
Pueden participar otros patrones reconocidos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE TAMIZAJE NEFROLOGICO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¿ página 21 A LA 23

Para algunos de los 6 productos solicitados se indican los términos ¿última generación¿, lo cual haría referencia al cumplimiento de la metodología y a la composición indicadas en las bases. Se consulta al comité técnico si la apreciación dicha es correcta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: . Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante informe N°668-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA/HRA-MAMLL-A-DF-JCF, el área usuaria se pronuncia.

SE ACLARA que si al decir "última generación" significa que los los 6 productos solicitados tienen que ser de cumplimiento de la metodología y a la composición indicadas en las base.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE TAMIZAJE NEFROLOGICO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ÍTEM DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE SUPERFICIE DE VIRUS DE HEPATITIS B ¿ página 22

En este ítem se menciona la PRESENTACIÓN de empaques de 100 pruebas. Considerando que la presentación puede variar acorde al diseño del producto, se consulta al comité técnico pueda aceptar empaques de 200 pruebas para cada reactivo, sin perjuicio de la cantidad total solicitada por la entidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** . **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante informe N°668-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA/HRA-MAMLL-A-DF-JCF, el área usuaria se pronuncia.

SE ACLARA que: La presentación debe ser en empaque de 100 pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE TAMIZAJE NEFROLOGICO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ÍTEM DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE VIRUS DE HEPATITIS B ¿ página 21

Se menciona dentro de la sección METODOLOGÍA: ¿altamente específicos y alta sensibilidad¿. A NUESTRO ENTENDER ALTA SENSIBILIDAD Y ALTA ESPECIFICIDAD HACE REFERENCIA A QUE AMBOS SEAN MAYOR O IGUAL AL 99% , SE SOLICITA AL COMITE TECNICO CONFIRME SI NUESTRA PRESICION ES CORRECTA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** . **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante informe N°668-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA/HRA-MAMLL-A-DF-JCF, el área usuaria se pronuncia. SE ACOGE PARCIALMENTE, aceptándose que ambos puedan garantizar la sensibilidad y especificidad de no menor a 90%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modifica las especificaciones técnicas, precisándose lo siguiente:
Se acepta que ambos puedan garantizar la sensibilidad y especificidad de no menor a 90%.