

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20606046538	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BIOKLAM S.A.C.	Hora de envío :	12:26:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA las medidas de 4 x 5cm, en bien de una mayor pluralidad de postores de este ítem, solicitamos al comité de selección considerar también la medida de 5x 5cm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: EETT Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 10: No se acepta debido a que la medida solicitada es la que se utiliza es este Departamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20606046538	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BIOKLAM S.A.C.	Hora de envío :	12:26:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

MATERIAL
SE SOLICITA: POLIESTER DE USO HOSPITALARIO, en bien de una mayor pluralidad de postores de este ítem, solicitamos al comité de selección considerar también el material de Dermis de Bovino purificado, biologico.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: EETT Página: 46
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 10: No se acepta. La duramadre solicitada es sintética.
Si es de bonino ya no es sintética.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20606046538	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BIOKLAM S.A.C.	Hora de envío :	12:26:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA las medidas de 4 x 10cm, en bien de una mayor pluralidad de postores de este ítem, solicitamos al comité de selección considerar también la medida de 5x 5cm o 10x 12.5cm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: EETT Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 11: No se acepta debido a que la medida utilizada en el Departamento de Neurocirugía es 4 x 10.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20606046538	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BIOKLAM S.A.C.	Hora de envío :	12:26:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

material:
SE SOLICITA Polyester de uso hospitalario, en bien de una mayor pluralidad de postores de este ítem, solicitamos al comité de selección considerar también el material de Dermis de Bovino purificada, biológico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: EETT Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 11: No se acepta. La duramadre solicitada es sintética.
Si es de bonino ya no es sintética.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20101102204	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	ATILIO PALMIERI S.R.L.	Hora de envío :	15:52:27

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

- 20100755-Clip de aneurisma ángulo lateral 7mm. de largo.
- 1.-CAJA DE PAPEL/POLIETILENTEREFLATO SELLADA CONTENIENDO UN CLIP QUE SE COLOCA SOBRE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DENTRO DE UNA CAJA PROTECTORA TERANSPARANTE DE POLIESTIRENO EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS SOLCITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR NUESTRAS CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS
- 2.-CLIP NO ESTERIL DE ORIGEN, SE RESALTA QUE PREVIO AL USO DEL DISPOSITIVOSI DEBE SER ESTERILIZADO SEGÚN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
- 3.-CON SERIE GRABADA EN EL PROPIO DISPOSITIVO
- 4.- FUERZA EN EL RANGO 150+- 7.5% GR.
- 5.-LONGITUD DE 8MM CIERRE LATERAL
- 6.-PRODUCTO SIN VIDA UTIL ESPECIFICA

Solicitamos al comité aceptar la presentación del producto según lo autorizado en nuestro Registró Sanitario Artículo: Ley 30225 Art. 2. Inciso e) Competencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 72.1 y72.2 Literal: . Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 1: No se acepta clip no esteril ya que lo solicitado es clip estéril.

En cuanto a un clip de aneurisma de 8 mm si se acepta ya que está dentro del rango solicitado de 7mm de largo +/- 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20101102204	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	ATILIO PALMIERI S.R.L.	Hora de envío :	15:52:27

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

20100759-Clip de aneurisma bayoneta 9mm. de largo

- 1.-CAJA DE PAPEL/POLIETILENTEREFLATO SELLADA CONTENIENDO UN CLIP QUE SE COLOCA SOBRE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DENTRO DE UNA CAJA PROTECTORA TERANSParente DE POLIESTIRENO EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS SOLCITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR NUESTRAS CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS
- 2.-CLIP NO ESTERIL DE ORIGEN, SE RESALTA QUE PREVIO AL USO DEL DISPOSITIVOSI DEBE SER ESTERILIZADO SEGÚN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
- 3.-CON SERIE GRABADA EN EL PROPIO DISPOSITIVO
- 4.- FUERZA EN EL RANGO 150+- 7.5% GR.
- 5.-LONGITUD DE 10MM
- 6.-PRODUCTO SIN VIDA UTIL ESPECIFICA

Solicitamos al comité aceptar la presentación del producto según lo autorizado en nuestro registro Sanitario Artículo: Ley 30225 Art. 2. Inciso e) Competencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 72.1 y72.2 Literal: . Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 2: No se acepta clip no esteril ya que lo solicitado es clip estéril.

En cuanto a un clip de aneurisma de 10 mm si se acepta ya que está dentro del rango solicitado de 9mm +/- 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20101102204	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	ATILIO PALMIERI S.R.L.	Hora de envío :	15:52:27

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

20102465-Clip de aneurisma fenestrado recto 7 mm. de largo.

- 1.-CAJA DE PAPEL/POLIETILENTEREFLATO SELLADA CONTENIENDO UN CLIP QUE SE COLOCA SOBRE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DENTRO DE UNA CAJA PROTECTORA TERANSParente DE POLIESTIRENO EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS SOLCITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR NUESTRAS CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS
- 2.-CLIP NO ESTERIL DE ORIGEN, SE RESALTA QUE PREVIO AL USO DEL DISPOSITIVOSI DEBE SER ESTERILIZADO SEGÚN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
- 3.-CON SERIE GRABADA EN EL PROPIO DISPOSITIVO
- 4.- FUERZA EN EL RANGO 150+- 7.5% GR.
- 5.-LONGITUD DE 6MM 5Ø FENESTRACION
- 6.-PRODUCTO SIN VIDA UTIL ESPECIFICA

Solicitamos al comité aceptar la presentación del producto según lo autorizado en nuestro registro Sanitario Artículo: Ley 30225 Art. 2. Inciso e) Competencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 72.1 y72.2 Literal: . Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 3: No se acepta. Se solicita clip fenestrado con ángulo recto de 7mm. estéril.

En cuanto a un clip fenestrado con ángulo recto de 6 mm si se acepta ya que está dentro del rango solicitado de 7mm +/- 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20101102204	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	ATILIO PALMIERI S.R.L.	Hora de envío :	15:52:27

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

20100763-Clip de aneurisma recto 5 mm. de largo

- 1.-CAJA DE PAPEL/POLIETILENTEREFLATO SELLADA CONTENIENDO UN CLIP QUE SE COLOCA SOBRE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DENTRO DE UNA CAJA PROTECTORA TERANSParente DE POLIESTIRENO EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS SOLCITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR NUESTRAS CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS
- 2.-CLIP NO ESTERIL DE ORIGEN, SE RESALTA QUE PREVIO AL USO DEL DISPOSITIVOSI DEBE SER ESTERILIZADO SEGÚN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
- 3.-CON SERIE GRABADA EN EL PROPIO DISPOSITIVO
- 4.- FUERZA EN EL RANGO 130+- 7.5% GR.
- 5.-LONGITUD DE 6MM TIPO MINI
- 6.-APERTURA MAXIMA DE 7MM
- 6.-PRODUCTO SIN VIDA UTIL ESPECIFICA

Solicitamos al comité aceptar la presentación del producto según lo autorizado en nuestro registro Sanitario Artículo: Ley 30225 Art. 2. Inciso e) Competencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 72.1 y72.2 Literal: . Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 4: No se acepta. Se solicita clip recto de 5mm. estéril.

En cuanto a longitud de 6 mm si se acepta ya que está dentro del rango solicitado de 5mm +/- 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20101102204	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	ATILIO PALMIERI S.R.L.	Hora de envío :	15:52:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

20100764-Clip de aneurisma recto 7 mm. de largo

- 1.-CAJA DE PAPEL/POLIETILENTEREFLATO SELLADA CONTENIENDO UN CLIP QUE SE COLOCA SOBRE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DENTRO DE UNA CAJA PROTECTORA TERANSARENTE DE POLIESTIRENO EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS SOLCITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR NUESTRAS CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS
- 2.-CLIP NO ESTERIL DE ORIGEN, SE RESALTA QUE PREVIO AL USO DEL DISPOSITIVOSI DEBE SER ESTERILIZADO SEGÚN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
- 3.-CON SERIE GRABADA EN EL PROPIO DISPOSITIVO
- 4.- FUERZA EN EL RANGO 150+- 7.5% GR.
- 5.-CON APERTURA MAXIMA DE 8.5MM
- 6.-PRODUCTO SIN VIDA UTIL ESPECIFICA

Solicitamos al comité aceptar la presentación del producto según lo autorizado en nuestro registro Sanitario Artículo: Ley 30225 Art. 2. Inciso e) Competencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 72.1 y72.2 Literal: . Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 5: No se acepta. Lo solicitado es clip recto de 7mm estéril.

La fuerza debe ser mayor de 150 gr.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20101102204	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	ATILIO PALMIERI S.R.L.	Hora de envío :	15:52:27

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

20100765-Clip de aneurisma recto 9 mm. de largo

- 1.-CAJA DE PAPEL/POLIETILENTEREFLATO SELLADA CONTENIENDO UN CLIP QUE SE COLOCA SOBRE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DENTRO DE UNA CAJA PROTECTORA TERANSParente DE POLIESTIRENO EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS SOLCITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR NUESTRAS CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS
- 2.-CLIP NO ESTERIL DE ORIGEN, SE RESALTA QUE PREVIO AL USO DEL DISPOSITIVOSI DEBE SER ESTERILIZADO SEGÚN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
- 3.-CON SERIE GRABADA EN EL PROPIO DISPOSITIVO
- 4.- FUERZA EN EL RANGO 150+- 7.5% GR.
- 5.-LONGITUD DE 10MM
- 6.-CON APERTURA MAXIMA DE 10.5MM
- 6.-PRODUCTO SIN VIDA UTIL ESPECIFICA

Solicitamos al comité aceptar la presentación del producto según lo autorizado en nuestro Registro Sanitario Artículo: Ley 30225 Art. 2. Inciso e) Competencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 72.1 y72.2 Literal: . Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 6: No se acepta. El clip de 9 mm debe ser estéril.

La fuerza mayor de 150 gr.

Se puede aceptar clip de 10 mm porque está en el rango 9mm +/- 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20101102204	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	ATILIO PALMIERI S.R.L.	Hora de envío :	15:52:27

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

20100766-Clip de aneurisma semicurvo 5mm. de largo.

- 1.-CAJA DE PAPEL/POLIETILENTEREFLATO SELLADA CONTENIENDO UN CLIP QUE SE COLOCA SOBRE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DENTRO DE UNA CAJA PROTECTORA TERANSPARENTE DE POLIESTIRENO EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS SOLCITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR NUESTRAS CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS
- 2.-CLIP NO ESTERIL DE ORIGEN, SE RESALTA QUE PREVIO AL USO DEL DISPOSITIVOSI DEBE SER ESTERILIZADO SEGÚN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
- 3.-CON SERIE GRABADA EN EL PROPIO DISPOSITIVO
- 4.- FUERZA EN EL RANGO 130+- 7.5% GR.
- 5.-LONGITUD DE 5.5MM TIPO MINI
- 6.-CON APERTURA MAXIMA DE 6.5MM
- 6.-PRODUCTO SIN VIDA UTIL ESPECIFICA

Solicitamos al comité aceptar la presentación del producto según lo autorizado en nuestro Registro Sanitario Artículo: Ley 30225 Art. 2. Inciso e) Competencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 72.1 y72.2 Literal: . Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 7: No se acepta. Lo solicitado es clip de 5mm. Semicurvo estéril.
La fuerza del clip debe ser mayor de 150gr.
La longitud de 5.5 es aceptada porque está en el rango solicitado 5mm +/- 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20101102204	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	ATILIO PALMIERI S.R.L.	Hora de envío :	15:52:27

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

20100767-Clip de aneurisma semicurvo 7mm. de largo.

- 1.-CAJA DE PAPEL/POLIETILENTEREFLATO SELLADA CONTENIENDO UN CLIP QUE SE COLOCA SOBRE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DENTRO DE UNA CAJA PROTECTORA TERANSPARENTE DE POLIESTIRENO EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS SOLCITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR NUESTRAS CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS
- 2.-CLIP NO ESTERIL DE ORIGEN, SE RESALTA QUE PREVIO AL USO DEL DISPOSITIVOSI DEBE SER ESTERILIZADO SEGÚN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
- 3.-CON SERIE GRABADA EN EL PROPIO DISPOSITIVO
- 4.- FUERZA EN EL RANGO 130+- 7.5% GR.
- 5.-LONGITUD DE 6.5MM TIPO MINI
- 6.-CON APERTURA MAXIMA DE 7MM
- 6.-PRODUCTO SIN VIDA UTIL ESPECIFICA

Solicitamos al comité aceptar la presentación del producto según lo autorizado en nuestro Registro Sanitario Artículo: Ley 30225 Art. 2. Inciso e) Competencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 72.1 y72.2 Literal: . Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 8: No se acepta. El clip semicurvo de 7mm debe ser estéril.
La fuerza debe ser mayor de 150.
Puede aceptarse clip semicurvo de 6.5mm porque está en el rango 7mm +/- 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20101102204	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	ATILIO PALMIERI S.R.L.	Hora de envío :	15:52:27

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

20100768-Clip de aneurisma semicurvo 9mm. de largo.

- 1.-CAJA DE PAPEL/POLIETILENTEREFLATO SELLADA CONTENIENDO UN CLIP QUE SE COLOCA SOBRE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DENTRO DE UNA CAJA PROTECTORA TERANSParente DE POLIESTIRENO EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS SOLCITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR NUESTRAS CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS
- 2.-CLIP NO ESTERIL DE ORIGEN, SE RESALTA QUE PREVIO AL USO DEL DISPOSITIVOSI DEBE SER ESTERILIZADO SEGÚN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
- 3.-CON SERIE GRABADA EN EL PROPIO DISPOSITIVO
- 4.- FUERZA EN EL RANGO 130+- 7.5% GR.
- 5.-CON APERTURA MAXIMA DE 10MM
- 6.-PRODUCTO SIN VIDA UTIL ESPECIFICA

Solicitamos al comité aceptar la presentación del producto según lo autorizado en nuestro Registro Sanitario Artículo: Ley 30225 Art. 2. Inciso e) Competencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 72.1 y72.2 Literal: . Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 9: No se acepta. Se solicita clip semicurvo 9mm estéril.
La fuerza debe ser mayor de 150 gr.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:13:48

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

los certificados de análisis consignan...

Se solicita que se acepten los certificados de análisis de acuerdo a lo aprobado por Digemid

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: e4 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo indicado en las Bases está de acuerdo a DIGEMID. Y para todo producto se debe contar con la autorización de DIGEMID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:13:48

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
e6 Metodologia analitica...cuando se trate de metodologías propias el postor esta obligado a adjuntarlas. Las metodologías propias están protegidas por derecho de autor. por ello se solicita retirar este requisito.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e6 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acepta. Debe acogerse a las Normas Técnicas nacionales e internacionales de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:13:48

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

- 9. Control de calidad
- 9.1 Control de calidad previo a la entrega...

Las unidades solicitadas por entrega son pocas , consideramos que las pruebas de control de calidad por laboratorios de la red generarían un costo adicional que encarecería el producto. en tal sentido solicitamos retirar este requisito . de acuerdo al art. 29.3 del Reglamento de la LCE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se retirará el numeral 9. Control de calidad del Capítulo III de las Bases.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:13:48

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Item 1, 2,3, 5, 6, 7,8,9

PET-P...

Se solicita aceptar que el material de empaque sea el aprobado por Digemid

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El material de empaque debe estar conforme a las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:13:48

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

item 1,2,3,5,6,7,8,9,10 y 11

Compatible ...

Se solicita que sea compatible de acuerdo a lo señalado por el fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deben ser compatibles según lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1
1
Bien
CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:13:48

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
item 1,2,3,5,6,7,8,9
Nota se solicita que la casa proveedora provea 2 cliperas para los clips que ingresen
Se solicita considerar que sea una clipadora por cada item.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta porque los clip de 5mm usan diferente clipera de los de mayor tamaño.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:13:48

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas

Las bases solicitan dimensión 5 mm +/-1 desde 150 gramos

Solicitamos ampliar la especificación técnica a clip de aneurisma recto o clip de aneurisma fenestrado recto siempre que se garantice la parte operativa requerida para el clipaje de 5mm y desde 150 gramos

item 4 Clip aneurisma recto 5mm de largo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 4: No se acepta. Lo solicitado son clip rectos de 5mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1
1
Bien
CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:13:48

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
items 1,2,3,4,5,67,8,9
Especificaciones técnicas
Presión desde 150 gramos
Toda vez que los clips con realizados bajo procedimientos de calidad minuciosos, en su mayoría manuales con lo cual conservan un grado de tolerancia en el gramage sin afectar la seguridad en la aplicación de los mismos. Solicitamos al comité ampliar el rango desde 145 gramos como minimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta presión menor de 150 gr. porque tienen la fuerza suficiente para clipar un aneurisma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:13:48

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas
item Clip aneurisma semicurvo 5mm de largo
solicitamos al comité ampliar la especificación técnica a clip semicurvo de 5mm +/-1 o clip curvo de 5mm +/-1 , toda vez que al ser un clip de corta longitud, la curvatura difiere mínimamente en ambos tipos de clips curvo y semicurvo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 7: No se acepta. Solicitamos clip semicurvos de 5mm +/- 1; los clips curvos no tienen mucha utilidad, por su forma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:13:48

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

item 10 y 11

Especificaciones técnicas

empaque aséptico

Se solicita aceptar empaque estéril

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 46,

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En los Items 10 y 11 se incluirá el siguiente texto: "También se aceptará empaque estéril".

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:13:48

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

item 1,2,3,4,5,6,7,8,9
la casa proveedora que gane la licitación de compromete a canjear la necesidad del momento con clips de medidas alternativas .
El produdcto a entregar va con sello de la licitación, por lo que no se podría cambiar canjear por otras medidas. en tal sentido se solicita retirar este requisito.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En los Items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se retirará el siguiente texto: "EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A CANJEAR LA NECESIDAD DEL MOMENTO CON CLIPS DE MEDIDAS ALTERNATIVAS".

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	22:33:08

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En la página 48 de las bases, Especificaciones Técnicas del Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal Programable indica:

- Material
Tipo: Reservorio y Catéter de Polipropileno y Elastomero de silicona o Elastomero de silicona reforzada / malla mercilene / tantalio / rubí / magnetos

A fin de promover la libre competencia y la pluralidad de postores que promueve el artículo 2° de la LCE, SOLICITAMOS al Comité aceptar:

- Material
Tipo: Reservorio y Catéter de Polipropileno y/o de Polisulfona y Elastomero de silicona o Elastomero de silicona reforzada / malla mercilene / tantalio / rubí / magnetos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: ÍTEM 12 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 12: No se acepta. Requerimos reservorio y catéter de polipropileno y elastomero de silicona o elastomero de silicona reforzado / malla mercilene / tantalio / rubí / magnetos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	22:33:08

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En la página 48 de las bases, Especificaciones Técnicas del Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal Programable indica:

- Características
- Reservorio libre de látex con indicadores radiopacos de dirección de flujo con registro de magnitud de presión

A fin de promover la libre competencia y la pluralidad de postores que promueve el artículo 2° de la LCE, SOLICITAMOS al Comité aceptar:

- Características
- Reservorio libre de látex y/o Catéter de Polisulfona o Polipropileno con indicadores radiopacos de dirección de flujo con registro de magnitud de presión.

Se solicita lo anteriormente expuesto ya que los diseños pueden variar según fabricante y puede corresponder que los indicadores radiopacos se encuentren en la misma válvula/cateter.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: ÍTEM 12 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 12: No se acepta, se solicita reservorio libre de látex con indicadores radiopacos de dirección de flujo con registro de magnitud de presión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	22:33:08

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En la página 48 de las bases, Especificaciones Técnicas del Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal Programable indica:

- Características
- Con ocluidores proximales y distales en el reservorio

A fin de promover la libre competencia y la pluralidad de postores que promueve el artículo 2° de la LCE, SOLICITAMOS al Comité aceptar:

- Características
- Con ocluidores proximales y distales en el reservorio (OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: EETT Literal: ITEM 12 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 12: No se acepta, solicitamos con ocluidores proximales y distales en el reservorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	22:33:08

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En la página 46 de las bases, Especificaciones Técnicas de Duramadre Sintética de Poliéster 4.0 X 5 CM, indica:
- Material
Poliéster de uso hospitalario, biocompatible, atóxico y suturable

A fin de promover la libre competencia y la pluralidad de postores que promueve el artículo 2° de la LCE, SOLICITAMOS al Comité aceptar:
- Material
Poliéster de uso hospitalario, biocompatible, atóxico y suturable y/o Ácido Poliláctico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: ÍTEM 10 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 10: No se acepta, solicitamos poliester de uso hospitalario, biocompatible, atóxico y suturable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	22:33:08

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En la página 46 de las bases, Especificaciones Técnicas de Duramadre Sintética de Poliéster 4.0 X 5 CM, indica:
- Composición
Material sintético y/o biológico

A fin de promover la libre competencia y la pluralidad de postores que promueve el artículo 2° de la LCE, SOLICITAMOS al Comité aceptar:
- Composición
Material sintético y/o biológico y/o ácido poliláctico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: ITEM 10 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 10: No se acepta, solicitamos material sintético y/o biológico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	22:33:08

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En la página 46 de las bases, Especificaciones Técnicas de Duramadre Sintética de Poliéster 4.0 X 5 CM, indica:

- Descripción del productor según función o indicación
- Injerto de material sintético y/o biológico y suturable

A fin de promover la libre competencia y la pluralidad de postores que promueve el artículo 2° de la LCE, SOLICITAMOS al Comité aceptar:

- Descripción del productor según función o indicación
- Injerto de material sintético y/o biológico y suturable y/o de ácido poliláctico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: ÍTEM 10 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 10: No se acepta, necesitamos injerto de material sintético y/o biológico y suturable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	22:33:08

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En la página 47 de las bases, Especificaciones Técnicas de Duramadre Sintética de Poliéster 4.0 X 10 CM, indica:

- Material

Poliéster de uso hospitalario, biocompatible, atóxico y suturable

A fin de promover la libre competencia y la pluralidad de postores que promueve el artículo 2° de la LCE, SOLICITAMOS al Comité aceptar:

- Material

Poliéster de uso hospitalario, biocompatible, atóxico y suturable y/o Ácido Poliláctico

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** EETT **Literal:** ÍTEM 11 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 11: No se acepta, solicitamos poliester de uso hospitalario, biocompatible, atóxico y suturable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	22:33:08

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En la página 47 de las bases, Especificaciones Técnicas de Duramadre Sintética de Poliéster 4.0 X 10 CM, indica:
- Composición
Material sintético y/o biológico

A fin de promover la libre competencia y la pluralidad de postores que promueve el artículo 2° de la LCE, SOLICITAMOS al Comité aceptar:
- Composición
Material sintético y/o biológico y/o ácido poliláctico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: ÍTEM 11 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 11: No se acepta, solicitamos injerto de material sintético y/o biológico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	22:33:08

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En la página 47 de las bases, Especificaciones Técnicas de Duramadre Sintética de Poliéster 4.0 X 10 CM, indica:

- Descripción del productor según función o indicación
- Injerto de material sintético y/o biológico y suturable

A fin de promover la libre competencia y la pluralidad de postores que promueve el artículo 2° de la LCE, SOLICITAMOS al Comité aceptar:

- Descripción del productor según función o indicación
- Injerto de material sintético y/o biológico y suturable y/o de ácido poliláctico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: ÍTEM 11 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 11: No se acepta, solicitamos injerto de material sintético y/o biológico y suturable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CEREBRAL Y NEUROINTENSIVISMO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	23:57:30

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En la página 48 de las bases, Especificaciones Técnicas del Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal Programable indica:

- Características
- Con ocluidores proximales y distales en el reservorio

A fin de promover la libre competencia y la pluralidad de postores que promueve el artículo 2° de la LCE, SOLICITAMOS al Comité aceptar:

- Características
- Con ocluidores proximales y distales en el reservorio (OPCIONAL)

Se solicita lo anteriormente expuesto ya que nuestro sistema de válvula no lo requiere.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: EETT Literal: Ítem 12 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ITEM 12: No se acepta, solicitamos con ocluidores proximales y distales en el reservorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-