

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-CS/RSSCS – PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

En la oficina de la Unidad de Logística de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur, a los 24 día del mes de Agosto del año 2023, siendo las 10:00 horas, El comité de selección designado mediante Formato N°04 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN N°005-2023-ADM de fecha 07 de junio del 2023, tiene la responsabilidad de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-CS/RSSCS – PRIMERA CONVOCATORIA, con la finalidad de dar inicio al acta de APERTURA, ADMISIÓN, CALIFICACION y EVALUACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES a través de la plataforma del SEACE.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	BLGO. EDITH CASTRO VALLENAS	Titular	X	Dependencia:	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD
		Suplente			
Primer Miembro	TEC. KADIR SANDRO ARDILES CESPEDES	Titular	X	Dependencia:	PATRIMONIO – EQUIPOS BIOMEDICOS
		Suplente			
Segundo Miembro	CPC. IVONNE GISELL ESTRADA ZEA	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE LOGISTICA
		Suplente			

PRIMERO. – DETALLE DE LOS PARTICIPANTES. De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron y presentaron sus ofertas a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	10471332084	HUAMAN NINACO MARIZA MILENE	Válido	23/06/2023	10471332084
2	20100329205	H.W.KESSEL S.A.C.	Válido	22/06/2023	20100329205
3	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Válido	24/06/2023	20155695901
4	20447790999	EXPORT PERU GLOBAL SAC	Válido	23/06/2023	20447790999
5	20454256141	MEGATECH PERU S.A.C.	Válido	22/06/2023	20454256141
6	20505110651	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Válido	23/06/2023	20505110651
7	20524800510	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Válido	22/06/2023	20524800510
8	20537139120	DELTALAB PERU S.A.C.	Válido	22/06/2023	20537139120
9	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	Válido	22/06/2023	20545804795
10	20556662887	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Válido	22/06/2023	20556662887
11	20557788841	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	Válido	22/06/2023	20557788841
12	20600481593	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Válido	23/06/2023	20600481593
13	20600734904	CORPORACION QUANTUM SAC	Válido	26/06/2023	20600734904
14	20600989988	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	Válido	22/06/2023	20600989988
15	20601325153	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	Válido	30/06/2023	20601325153
16	20601972604	SOLUCIONES E INVERSIONES MEDICAS DEL SUR EIRL	Válido	26/06/2023	20601972604
17	20603346344	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Válido	24/06/2023	20603346344
18	20603460554	CF DISMED S.A.C.	Válido	24/06/2023	20603460554
19	20605223088	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Válido	26/06/2023	20605223088
20	20606042044	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Válido	24/06/2023	20606042044
21	20606823976	EROSMEDIC S.A.C.	Válido	28/06/2023	20606823976
22	20610597107	META BUSINESS IMPORT E.I.R.L.	Válido	26/06/2023	20610597107
23	20610754172	CONSORCIO S&C INTERNATIONAL EIRL	Válido	26/06/2023	20610754172

SEGUNDO. - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Con Fecha 18 de agosto del 2023 según cronograma del presente procedimiento de selección, los postores presentaron sus ofertas y fueron los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación de oferta	Estado de propuesta	Estado
1	20556662887	ALYTECH MEDIC S.A.C.	18/08/2023	enviado	Válido
2	20537139120	DELTALAB PERU S.A.C.	18/08/2023	enviado	Válido

TERCERO. – VERIFICACIÓN DE OFERTAS: Acto seguido se procede con la apertura de las ofertas y la verificación de los documentos requeridos para la admisión de la oferta de los postores con el siguiente detalle:

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA - ADMISION DE LA OFERTA	ALYTECH MEDIC S.A.C.	DELTALAB PERU S.A.C.
a) DDJJ de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE
c) DDJJ de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)	CUMPLE	CUMPLE

d) DDJJ de cumplimiento de los TDR contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE
e) El postor deberá presentar catálogo, folleto, manuales, brochures ficha técnica original o cualquier otro documento técnico del fabricante original que demuestre las características del bien ofertado y permita su plena identificación, el cual deberá tener congruencia con lo solicitado en el capítulo III de los Requerimientos Técnico Mínimos Especificaciones Técnicas. Los Catálogos, Folleto, Ficha técnica, manuales, brochures, deberán estar en idioma castellano o en su defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado. Se aceptará únicamente carta del fabricante en caso alguna característica técnica no conste explícitamente en los catálogos o ficha técnica y no haya forma de acreditar su cumplimiento, mas no por la totalidad de las características se acreditara los siguiente: PARAMETROS 8. RANGO DE LONGITUD DE ONDA: DE 340/405//500 Y/O /505/545/600/620 Y POSICIONES LIBRES HACIENDO DE 5 A 8 LONGITUDES DE ONDA 9. PRECISION DE LONGITUD DE ONDA: +/- 1.0nm O MENOR 10. ANCHO DE BANDA ESPECTRAL: HASTA 6nm 11. VELOCIDAD DE ESCANEEO MAYOR O IGUAL A 1000nm/min. 12. RANGO FOTOMETRICO DE ABSORBANCIA DE 0 A 2A O MAYOR. 13. APROXIMACION FOTOMETRICA: +/-0.005 O MENOR 14. CORRIMIENTO DE LA ABSORBANCIA: 0.003 A O MENOR 15. RUIDO MENOR IGUAL A +/-0.001 A 340nm 16. LUZ ESPUREA MENOR O IGUAL A 0.05%T A 340nm 17. MEMORIA DE ALMACENAMIENTO MENOR O IGUAL A 2500 RESULTADOS.	NO CUMPLE	CUMPLE
f) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple), expedido por el Ministerio de Salud (DIGEMID) vigente a la fecha de presentación de propuestas, relativo al equipo principal ofertado. Cabe señalar que de vencer la vigencia antes de la firma del Acta de Recepción, Instalación y Prueba Operativa del equipo, dicho registro deberá ser renovado. En caso de aquellos productos que por su naturaleza no requiera de Registro Sanitario, el postor deberá acreditar tal condición con documento oficial expedido por la DIGEMID.	CUMPLE	CUMPLE
g) Declaración Jurada del año de fabricación del equipo.	CUMPLE	CUMPLE
h) Declaración Jurada de la garantía del equipo ofertado	CUMPLE	CUMPLE
i) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE
j) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
k) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO	NO ADMITIDO	ADMITIDO
El postor ALYTECH MEDIC S.A.C. según el equipo ofertado en el catálogo presentado por el postor en el RANGO DE LONGITUD DE ONDA oferta 340, 405, 510, 546, 578, 620 + 2 POSICIONES LIBRES y según lo requerido en las bases integradas se solicitó 340/405/500 y/o 505/545/600/620 y POSICIONES LIBRES HACIENDO DE 5 A 8 LONGITUDES DE ONDA. Según evaluación por parte técnica del comité de selección determina que no cumple con lo requerido en la longitud de onda de 500 y/o 505 ; por lo que el comité de selección decide NO ADMITIR la oferta del postor ALYTECH MEDIC S.A.C.		

CUARTO. – CALIFICACION DE LA OFERTA: De acuerdo los resultados de la admisión de la oferta se encontró una oferta admitida y se procede con la calificación de los requisitos y experiencia del postor según las bases integradas con el siguiente detalle:

REQUISITOS DE CALIFICACION	DELTALAB PERU S.A.C.
HABILITACION: Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) , ISO 13485 o su equivalente en idioma castellano o traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado. Copia de Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
RESULTADO	CALIFICADO

QUINTO. – EVALUACIÓN DE LA OFERTA: De acuerdo los resultados de la calificación de los requisitos se procede a determinar el orden de prelación de los postores con el siguiente detalle:

REQUISITOS DE CALIFICACION	PRECIO OFERTADO	ORDEN DE PRELACION	PUNTAJE
DELTALAB PERU S.A.C.	49,000.00	PRIMERO	100 PTS.

SEXTO: OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

El comité de selección a cargo del presente procedimiento de selección habiendo verificado la documentación y las ofertas de los postores participantes; otorga la buena del procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-CS/RSSCS – PRIMERA**



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

COMITÉ DE SELECCIÓN



CONVOCATORIA para la CONTRATACION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR la cantidad de 5 unidad; con forme al siguiente detalle:

- Postor ganador: **DELTALAB PERU S.A.C.**
- Ruc N°: 20537139120
- Monto total ofertado: **S/ 49,000.00 (CUARETA Y NUEVE MIL CON 00/100 SOLES)**

No habiendo ninguna observación por parte de órgano encargado de las contrataciones del procedimiento de selección, siendo las 11:48 horas del mismo día, se da por concluido este acto; y se comunicara los resultados del presente a través del SEACE, y se suscribe la presente acta en señal de conformidad.

BLGO. EDITH CASTRO VALLENAS
Presidente titular

TEC. KADIR SANDRO ARDILES CESPEDES
Primer Miembro Titular

CPC. IVONNE GISELL ESTRADA ZEA
Segundo Miembro Titular