

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL I Y II DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Ruc/código : 20518373634

Nombre o Razón social : CLISERVIS & GEN S.A.C.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 01:42:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dado que las actividades contempladas en el TDR son actividades propias de mantenimiento de máquinas o equipos electromecánicos tales como las plantas de oxígeno, se debe incluir también en el perfil del personal clave a los profesionales calificados para dicha actividad según procedimientos idénticos, cuyo perfil técnico incluye a los capítulos de ingenierías: mecánica, mecánica eléctrica, industrial y electricista. El requisito de especialización en Ing. biomédica debe omitirse ya que no hay precedente de ello en procesos anteriores, y por el contrario se debe evitar se interprete como direccionamiento técnico, más cuando para este servicio en otros procesos se está trabajando con fichas de homologación al ser estratégico.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.3 Literal: Perfil Pro Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 17° de la Ley de Contrataciones del Estado establece la homologación de requerimientos

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION, CONCERNIENTE AL PERFIL DEL PERSONAL CLAVE Y ESPECIALIZACION SERA CONSIDERADO EN LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL I Y II DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Ruc/código :	20552399081	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA MEDIC'S PLC S.A.C.	Hora de envío :	22:53:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SOLICITAN PARA EL PERSONAL RESPONSABLE TIENE QUE SER ING. MECÁNICO DE FLUIDOS O ING. MECATRONICO Y QUE CUENTE CON UNA ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA BIOMEDICA DEBIDAMENTE ACREDITADA.
SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN OBVIE LA ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA BIOMEDICA PORQUE EL SERVICIO QUE SE REALIZARA ES CON RESPECTO REPRACION DE PLANTA DE OXIGENO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: B3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACLARAN LA CONSULTA REALIZADA POR EL POSTOR EN LAS BASES INTERADAS SE ESPECIFICARÁ EL RESPONSABLE DEL SERVICIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL I Y II DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Ruc/código :	20552399081	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA MEDIC'S PLC S.A.C.	Hora de envío :	22:53:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN REQUISITOS LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL RESPONSABLE DE UN AÑO EN INSTALACIÓN DE PLANTAS GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL PSA.
SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR DENTRO DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL RESPONSABLE EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GASES MEDICINALES Y VACÍO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: B.4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACLARA LA CONSULTA REALIZADO POR EL POSTOR QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE EXPECIFICARA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL I Y II DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Ruc/código :	20609775921	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	DAF CLINICAL LIFE SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:56:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Garantía : se dará de un con visita de evaluación de 3 veces.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE LA GARANTIA SERA DE UN (01) AÑO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL I Y II DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Ruc/código :	20609775921	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	DAF CLINICAL LIFE SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:56:43

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

eOBSERVACION: CONSIDERAR AL PERSONAL SIN ESPECIALIZACION EN INGENIERIA BIOMEDICA, Y CONSIDERAR ALOS PERSONALES INGINIERO EN MECANICA DE FLUIDOS, INGINIERO MECATRONICO, INGINIERO ELECTRICO MECANICO YA QUE EL SERVICIO QUE SE REALIZARA ES REPARACION DE PLANTA DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** B.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE, LA OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSTOR QUE SERA ESPECIFICADA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL I Y II DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Ruc/código :	20609775921	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	DAF CLINICAL LIFE SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:56:43

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN REQUISITOS LA EXPERENCIA DEL PERSONAL RESPONSABLE DE UN AÑO EN INSTALACION DE PLANTAS GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL PSA.
SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR DENTRO DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL RESPONSABLE EN SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GASES MEDICINALES Y VACIO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** B.4 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE EL COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSTOR CEÑIRSE A LAS BASES; EL AREA USUARIA REQUIERE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR SIENDO RESPONSABLE DE FORMULAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA O EXPEDIENTE TECNICO, RESPECTIVAMENTE ASI COMO LOS REQUISITOS DE CALIFICACION; ADEMAS DE JUSTIFICAR LA FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION, LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS QUE SE REQUIERAN DEBEN ESTAR ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL I Y II DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Ruc/código :	20609775921	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	DAF CLINICAL LIFE SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:56:43

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

EL PLAZO DEBERIA SER MENOS TIEMPO 20 DIAS

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.5.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE EL COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSTOR CEÑIRSE A LAS BASES; EL AREA USUARIA REQUIERE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR SIENDO RESPONSABLE DE FORMULAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA O EXPEDIENTE TECNICO, RESPECTIVAMENTE ASI COMO LOS REQUISITOS DE CALIFICACION; ADEMAS DE JUSTIFICAR LA FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION, LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS QUE SE REQUIERAN DEBEN ESTAR ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null