

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:13:10

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

En las EETT de la Silla de Ruedas Estándar, B. Características Generales, literal B0.2 se indica "..un anclaje para porta suero..".

Se solicita al Comité indique si con el porta suero de acero inoxidable hace referencia a la varilla de porta suero.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** ANEXO I      **Literal:** B02      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N°30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, en la ficha técnica de Silla de Ruedas Estandar, si se hace referencia a la varilla porta suero y su anclaje

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:13:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las EETT de la Silla de Ruedas Estándar, B. Características Generales, literal B06 se señala que las ruedas posteriores de tracción deben ser de 660.4MM (26") de diámetro.

Se solicita al Comité en aras de mayor pluralidad de marcas y postores considerar los siguientes diámetros:

Entre 24" - 26" de diámetro.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ANEXO I Literal: B06 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N°30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, para la característica técnica B06, también se aceptará:

B06: RUEDAS POSTERIORES DE TRACCIÓN ENTRE 609.6MM. (24¿) - 660.4MM. (26¿) DE DIÁMETRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que también se aceptarán B06: ruedas que oscilen en los rangos de 24" a 26"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:13:10

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En las EETT de la Silla de Ruedas Estándar, B. Características Generales, literal B07 se señala que los aros cromados deben ser de 635 MM (25") de diámetro.

Se solicita al Comité en aras de mayor pluralidad de marcas y postores considerar los siguientes diámetros:

Entre 23" -25" de diámetro.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** ANEXO I                    **Literal:** B07                    **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N°30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta la consulta, para la característica tecnica B07, tambien se acptara:  
B07: ARO CROMADO ENTRE 584.2MM. (23¿) - 635 MM. (25¿) DE DIÁMETRO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa que tambien se aceptarán B07: ARO CROMADO ENTRE 584.2MM. (23¿) - 635 MM. (25¿) DE DIÁMETRO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:13:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las EETT de la Camilla de Fisioterapia, B. Características Generales, literal B04. MATERIAL ALUMINIO, existe una contradicción con el literal B09. PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA DE ECOLOGIA AL HORNO.

Solicitamos al Comité a fin de cumplir con el acabado en pintura precise que el material sea de acero laminado al frio.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: ANEXO I

Literal: B04

Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N°30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, para la característica tecnica B04, tambien se aceptara:

B04: Material aluminio o acero laminado al frio

manteniendose la característica

B09: PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA DE ECOLOGIA AL HORNO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La característica tecnica B04, tambien se aceptara:

B04: Material aluminio o acero laminado al frio

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:13:10

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Respecto al personal clave se indica que deberá ser un Ing. Mecánico y/o Ing. Electricista y/o Ing. Electrónico.

Se solicita al Comité en aras de mayor pluralidad de marcas y postores considerar lo siguiente:

Bachiller en Ing. Mecánico y/o Ing. Electricista y/o Ing. Electrónico

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General        **Numeral:** 1.13.24        **Literal:** b)        **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N°30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta la consulta, en aras de que exista mayor pluralidad en el personal clave se indica que deberá ser un Ing. Mecánico y/o Ing. Electricista y/o Ing. Electrónico y/o Bachiller en Ing. Mecánico

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para el personal clave se indica que quedará de la siguiente manera: Un (01) Ing. Mecánico y/o Ing. Mecánico Eléctricista y/o Ing. Electrónico y/o Bachiller en Ing. Mecánico

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

B05 RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS METALICAS DE 5¿ DE DIAMETRO, CON JEBE DURO U OTRO MATERIAL SIMILAR ALTAMENTE RESISTENTE AL TRANSITO, DOBLE PISTA DE BILLAS, EJE CENTRAL DE LA RUEDA ROSCADA, PARTES METALICAS RESISTENTES A LA CORROSION, INTEGRAMENTE CROMADAS.

Se solicita al comité ampliar esta característica y así fomentar la pluralidad de postores, conforme a los principios establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, particularmente en lo que respecta a la libre competencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Al permitir que las ruedas delanteras puedan tener un diámetro mínimo de 5¿ en lugar de una medida fija, se amplía el abanico de proveedores que pueden cumplir con la especificación técnica, incentivando la participación de más empresas y evitando la exclusión injustificada de aquellas que, si bien cumplen con los requisitos funcionales de calidad, durabilidad y resistencia, tienen ruedas de un diámetro ligeramente superior, por lo cual se sugiere:

B05 RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS METALICAS DE MINIMO 5¿ DE DIAMETRO, CON JEBE DURO U OTRO MATERIAL SIMILAR ALTAMENTE RESISTENTE AL TRANSITO, DOBLE PISTA DE BILLAS, EJE CENTRAL DE LA RUEDA ROSCADA, PARTES METALICAS RESISTENTES A LA CORROSION, INTEGRAMENTE CROMADAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, para la característica técnica  
B05 RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS METALICAS DE 5" DE DIAMETRO MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la característica técnica B05, también se aceptará  
B05 RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS METALICAS DE 5" DE DIAMETRO MINIMO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 7

**Consulta/Observación:**  
B06 RUEDAS POSTERIORES DE TRACCION DE 660.4MM (26¿) DE DIAMETRO, CON JEBE DURO U OTRO MATERIAL SIMILAR ALTAMENTE RESISTENTE AL TRANSITO, DOBLE PISTA DE BILLAS, EJE CENTRAL DE LA RUEDA ROSCADA, PARTES METALICAS RESISTENTES A LA CORROSION, INTEGRAMENTE CROMADAS.  
Se solicita al comité ampliar esta característica que tiene como finalidad fomentar la pluralidad de postores, conforme a los principios establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, en lo que respecta a la libre competencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Al permitir que las ruedas posteriores tengan un diámetro mínimo de 609.6mm (24¿) en lugar de un valor fijo de 660.4mm (26¿), se amplía el rango de proveedores que pueden participar, incentivando la participación de más empresas y evitando la exclusión injustificada de aquellas que, aunque ofrecen productos con un diámetro de rueda ligeramente inferior, siguen cumpliendo con los requisitos funcionales de calidad, durabilidad y resistencia.Por ello, solicitamos que la especificación se modifique de la siguiente manera:  
B06 RUEDAS POSTERIORES DE TRACCION DE MINIMO 609.6MM (24¿) DE DIAMETRO, CON JEBE DURO U OTRO MATERIAL SIMILAR ALTAMENTE RESISTENTE AL TRANSITO, DOBLE PISTA DE BILLAS, EJE CENTRAL DE LA RUEDA ROSCADA, PARTES METALICAS RESISTENTES A LA CORROSION, INTEGRAMENTE CROMADAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acepta la consulta, para la característica técnica B06, también se aceptara:  
B06: RUEDAS POSTERIORES DE TRACCIÓN ENTRE 609.6MM. (24¿) - 660.4MM. (26¿) DE DIÁMETRO,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

para la característica técnica B06, también se aceptara:  
B06: RUEDAS POSTERIORES DE TRACCIÓN ENTRE 609.6MM. (24¿) - 660.4MM. (26¿) DE DIÁMETRO,

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

A05 PLATAFORMA DEL PACIENTE CON SOMIER ENCHAPADO CON PLASTICO LAMINADO (FORMICA) DE (03) SECCIONES (02) DE ELLAS ARTICULADAS (ESPALDAR Y ASIENTO) Y DESMONTABLE (EXTENSION DE PIERNAS) Se solicita al comité ampliar esta característica El cambio propuesto tiene como objetivo fomentar la pluralidad de postores, en línea con los principios de libre competencia y eficiencia en la normativa de contrataciones del Estado. La inclusión del tablero laminado de fenólico compactado, que presenta propiedades radiotransparentes y antibacteriales, ofrece una solución técnica equivalente o superior en términos de calidad, seguridad y funcionalidad para el paciente. Además, este tipo de material antibacterial ofrece ventajas en la prevención de infecciones, lo cual es crítico en hospitales y clínicas. Al incorporar esta alternativa, no solo se amplía el número de posibles proveedores que puedan cumplir con las especificaciones, sino que también se asegura que el equipo médico mantenga altos estándares de seguridad e higiene. Por ello, solicitamos que la especificación se modifique de la siguiente manera:  
A05 PLATAFORMA DEL PACIENTE CON SOMIER ENCHAPADO CON PLASTICO LAMINADO (FORMICA) O TABLERO LAMINADO DE FENOLICO COMPACTADO DE PROPIEDADES RADIOTRASPARENTE Y ANTIBACTERIALES DE (03) SECCIONES (02) DE ELLAS ARTICULADAS (ESPALDAR Y ASIENTO) Y DESMONTABLE (EXTENSION DE PIERNAS)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, que el postor podrá ofertar especificaciones técnicas que superen lo mínimo requerido sustentando la mejora respectiva, sin que esto represente mayor costo a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

A06 ESPALDAR, CON UN MARCO FABRICADO CON TUBO DE ACERO DE SECCION CUADRADA DE 1¿ X 2.0MM DE ESPESOR, CON UNTABLERO DE AGLOMERADO ENCHAPADO CON PLASTICO LAMINADO PREPARADO PARA LA INSTALACION DE SU RESPECTIVA COLCHONETA.

Se solicita al comité ampliar esta característica modificando el tablero aglomerado debido a que en el mercado hay diferentes marcas y materiales de fabricación, con el fin fomentar la pluralidad de postores. la incorporación del tablero fenólico compactado en el pliego de condiciones no solo fomenta la competencia, sino que también asegura la adquisición de un producto de mayor calidad y durabilidad, contribuyendo a una mejor gestión de los recursos públicos. Por ello, solicitamos que la especificación se modifique de la siguiente manera:

A06 ESPALDAR, CON UN MARCO FABRICADO CON TUBO DE ACERO DE SECCION CUADRADA DE 1¿ X 2.0MM DE ESPESOR, CON UN TABLERO DE AGLOMERADO ENCHAPADO CON PLASTICO LAMINADO O TABLERO LAMINADO DE FENOLICO COMPACTADO DE PROPIEDADES RADIOTRASPARENTE Y ANTIBACTERIALES PREPARADO PARA LA INSTALACION DE SU RESPECTIVA COLCHONETA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, que el postor podrá ofertar especificaciones técnicas que superen lo mínimo requerido sustentando la mejora respectiva, sin que esto represente mayor costo a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

SEGUN REFERENCIA:

A12 CUBETA PARA DESECHOS, FABRICADA CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.6MM DE ESPESOR, CON CANASTILLA PARA DESAGUE. MEDIDAS: 360 X 400 X 155MM.

Se solicita al comité ampliar esta característica que tiene como finalidad fomentar la pluralidad de postores, conforme a los principios establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, en lo que respecta a la libre competencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Al permitir que el valor sea el ¿mínimo¿, se amplía el rango de proveedores que pueden participar, incentivando la participación de más empresas y evitando la exclusión injustificada de aquellas que, aunque ofrecen productos con un medida ligeramente diferente, siguen cumpliendo con los requisitos funcionales de calidad, durabilidad y resistencia. Por ello, solicitamos que la especificación se modifique de la siguiente manera:

A12 CUBETA PARA DESECHOS, FABRICADA CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.6MM DE ESPESOR, CON CANASTILLA PARA DESAGUE. MEDIDAS MINIMAS: 360 X 400 X 155MM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, LA CANASTILLA PARA DESAGUE CON MEDIDAS: 360 X 400 X 155MM, es la que se encuentra acorde con los demás accesorios complementarios para su intalación y funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

A14 MOVIMIENTO ASCENDENTE Y DESCENDENTE (HI-LOW), ALTURA VARIABLE DESDE 650 HASTA 1050MM, QUE PERMITE QUE LA PACIENTE PUEDA DAR A LUZ EN POSICION HECHADA.

Se solicita al comité ampliar esta característica modificando la altura variable con el fiin fomentar la pluralidad de postores. Por ello, solicitamos que la especificación se modifique de la siguiente manera:

A14MOVIMIENTO ASCENDENTE Y DESCENDENTE (HI-LOW), ALTURA VARIABLE como minomo de 650 HASTA 1050MM, QUE PERMITE QUE LA PACIENTE PUEDA DAR A LUZ EN POSICION HECHADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, que el postor podrá ofertar especificaciones técnicas que superen lo mínimo requerido sustentando la mejora respectiva, sin que esto represente mayor costo a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

A15 MOVIMIENTO DEL ESPALDAR (FOWLER), CON INCLINACION REGULABLE HASTA 65°. QUE PERMITE QUE LA PACIENTE PUEDA DAR A LUZ EN POSICION HECHADA.

Se solicita al comité ampliar esta característica modificando la inclinación regulable, con el fin fomentar la pluralidad de postores. Por ello, solicitamos que la especificación se modifique de la siguiente manera:

A15 MOVIMIENTO DEL ESPALDAR (FOWLER), CON INCLINACION REGULABLE COMO MINIMO 65°. QUE PERMITE QUE LA PACIENTE PUEDA DAR A LUZ EN POSICION HECHADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, que el postor podrá ofertar especificaciones técnicas que superen lo mínimo requerido sustentando la mejora respectiva, sin que esto represente mayor costo a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:  
A20 MOVIMIENTO DEL ESPALDAR (FOWLER), CON INCLINACION REGULABLE HASTA 65°. QUE PERMITE QUE LA PACIENTE PUEDA DAR A LUZ EN POSICION HECHADA.  
Se solicita al comité eliminar esta característica debido a que es la misma que se observa en el ítem A15

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
ARTICULO 2

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara que, debido a que A15 y A20, son lo mismo, se eliminará el apartado del A20

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
SE ELIMINA (A20 MOVIMIENTO DEL ESPALDAR (FOWLER), CON INCLINACIÓN REGULABLE HASTA 65°. QUE PERMITE QUE LA PACIENTE PUEDA DAR A LUZ EN POSICIÓN DE SENTADA O SEMISENTADA.)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

SEGUN REFERENCIA:

A26 ANCHO TOTAL: 970MM

Se solicita al comité ampliar esta característica modificando la medida agregando la "máximo" del ancho total de la camilla y así fomentar la pluralidad de postores. Por ello, solicitamos que la especificación se modifique de la siguiente manera:

A26 ANCHO TOTAL MAXIMO: 970MM

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, que el postor podrá ofertar especificaciones técnicas que superen lo mínimo requerido sustentando la mejora respectiva, sin que esto represente mayor costo a la entidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:  
A27 LARGO DE LA PLATAFORMA: 1800MM  
Se solicita al comité considerar modificar esta características, ya que al colocar medidas exactas, esta limita a postores que cumplan con las demás características técnicas y así fomentar la pluralidad de postores. Por ello, solicitamos que la especificación se modifique de la siguiente manera:  
A27 LARGO DE LA PLATAFORMA MINIMO: 1800MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se precisa que, que el postor podrá ofertar especificaciones técnicas que superen lo mínimo requerido sustentando la mejora respectiva, sin que esto represente mayor costo a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

A28 LARGO TOTAL: 1930MM

Se solicita al comité ampliar esta característica ya que al colocar medidas exactas limita la pluralidad de postores y así fomentar la pluralidad de postores. Por ello, solicitamos que la especificación se modifique de la siguiente manera:

A28 LARGO TOTAL MAXIMO: 1930MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, que el postor podrá ofertar especificaciones técnicas que superen lo mínimo requerido sustentando la mejora respectiva, sin que esto represente mayor costo a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

A29 ALTURA MINIMA: 650MM

Se solicita al comité ampliar esta característica modificando la altura de la camilla y asi fomentar la pluralidad de postores. Por ello, solicitamos que la especificación se modifique de la siguiente manera:

A29 ALTURA MINIMA (MAXIMA): 650MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, que el postor podrá ofertar especificaciones técnicas que superen lo mínimo requerido sustentando la mejora respectiva, sin que esto represente mayor costo a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SEGUN REFERENCIA:

A30 ALTURA MAXIMA: 1050MM

Se solicita al comité ampliar esta característica que tiene como finalidad fomentar la pluralidad de postores, conforme a los principios establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, en lo que respecta a la libre competencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Al permitir que el valor sea el ¿mínimo¿, se amplía el rango de proveedores que pueden participar, incentivando la participación de más empresas y evitando la exclusión injustificada de aquellas que, aunque ofrecen productos con un medida ligeramente diferente, siguen cumpliendo con los requisitos funcionales de calidad, durabilidad y resistencia.

A30 ALTURA MAXIMA (MINIMO): 1050MM

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: iii

Literal: 3.1

Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, que el postor podrá ofertar especificaciones técnicas que superen lo mínimo requerido sustentando la mejora respectiva, sin que esto represente mayor costo a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA		

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

SEGUN REFERENCIA:

A31 CAPACIDAD DE CARGA: 130KG

Se solicita al comité ampliar esta característica que tiene como finalidad fomentar la pluralidad de postores, conforme a los principios establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, en lo que respecta a la libre competencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Al permitir que el valor sea el máximo, se amplía el rango de proveedores que pueden participar, incentivando la participación de más empresas y evitando la exclusión injustificada de aquellas que, aunque ofrecen productos con un medida ligeramente diferente, siguen cumpliendo con los requisitos funcionales de calidad, durabilidad y resistencia.

A31 CAPACIDAD DE CARGA MAXIMO: 130KG

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** iii    **Literal:** 3.1    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

articulo 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, que el postor podrá ofertar especificaciones técnicas que superen lo mínimo requerido sustentando la mejora respectiva, sin que esto represente mayor costo a la entidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SEGUN REFERENCIA:

B04 MATERIAL: ALUMINIO

Se solicita al comité aclarar esta característica debido a que en el ítem B06 hace mención que la estructura es de fierro de tubo cuadrado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, para la característica técnica B04, también se aceptará:

B04: Material aluminio o acero laminado al frío

manteniéndose la característica

B06 ESTRUCTURA DE FIERRO TUBO CUADRADO DE 1 X 0.9 DE ESPESOR MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la característica técnica B04, también se aceptará:

B04: Material aluminio o acero laminado al frío

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ¿MOBILIARIO CLINICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SEGUN REFERENCIA:

B04 ESTRUCTURA DE FIERRO TUBO CUADRADO DE 1 X 0.9 DE ESPESOR MINIMO

Se solicita al comité aclarar esta característica debido a que en el ítem B04 hace mención que el materia es aluminio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, para la característica tecnica B04, tambien se aceptara:

B04: Material aluminio o acero laminado al frio

manteniendose la característica B06

B06 ESTRUCTURA DE FIERRO TUBO CUADRADO DE 1 X 0.9 DE ESPESOR MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la característica tecnica B04, tambien se aceptara:

B04: Material aluminio o acero laminado al frio