

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20605046127

Fecha de envío : 05/12/2023

Nombre o Razón social : UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.

Hora de envío : 16:42:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

"ITEM 2 CENTRIFUGA REFRIGERADA
SE SOLICITA

¿ Cierre de tapa motorizado

Considerando que cada marca de centrifuga diseña sus equipos de acuerdo a parámetros específicos de producción los cuales, solicitamos al area usuaria fomentar la participacion de postores considerando alternativas que cumplan con los procedimientos estándar de centrifugacion en laboratorio.

Por tanto, tendría a bien el área usuaria aceptar un cierre de tapa manual y/o motorizado"

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 2

Literal: A

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores y en bienestar a cumplir con la necesidad real del área usuaria se aceptarán centrifugas con cerradura de tapa manual y/o motorizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar:

Cierre de tapa motorizado por:

Cierre de tapa manual y/o motorizado

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20605046127

Nombre o Razón social : UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 16:42:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"ITEM 2 CENTRIFUGA REFRIGERADA
SE SOLICITA

¿ RPM : 16,000 rpm o mayor

¿ RCF.: 24.900xg o mayor

Considerando que cada marca de centrifuga diseña sus equipos de acuerdo a parametros especificos de produccion los cuales, solicitamos al area usuaria fomentar la participacion de postores considerando alternativas que cumplan con los procedimientos estandar de centrifugacion en laboratorio.

Por tanto, tendria a bien el area usuaria aceptar

¿ RPM : 15,000 rpm o mayor

¿ RCF.: 24.000xg o mayor"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2

Literal: A

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores y en bienestar a cumplir con la necesidad real del área usuaria se aceptarán centrifugas que superen los 24000xg pues se encuentra dentro de los límites permisibles de variación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20605046127

Nombre o Razón social : UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 16:42:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"ITEM 2 CENTRIFUGA REFRIGERADA
SE SOLICITA

¿ Reconocimiento automático del rotor

Considerando que cada marca de centrifuga diseña sus equipos de acuerdo a parametros especificos de producción los cuales, solicitamos al area usuaria fomentar la participacion de postores considerando alternativas que cumplan con los procedimientos estándar de centrifugación en laboratorio.

Por tanto, tendría a bien el área usuaria aceptar

Reconocimiento de rotor mediante configuración manual"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2

Literal: A

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que es necesario comprender que el equipo sera utilizado para fines académicos e investigación por lo que se necesita optimizar el tiempo es por ello que el área usuaria necesita de una centrífuga con reconocimiento de rotor automático.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20605046127

Nombre o Razón social : UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 16:42:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"ITEM 2 CENTRIFUGA REFRIGERADA
SE SOLICITA

¿ Tiempo de aceleración y desaceleración menor o igual a 15 s

Considerando que cada marca de centrifuga diseña sus equipos de acuerdo a parámetros específicos de producción los cuales, solicitamos al área usuaria fomentar la participacion de postores considerando alternativas que cumplan con los procedimientos estándar de centrifugación en laboratorio.

Por tanto, tendría a bien el área usuaria aceptar

tiempo aceleración 25 S

tiempo desaceleración 35 S"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2

Literal: A

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que por superar los valores mencionados el 100% de los límites solicitados y siendo éste parámetro de importancia por el área usuaria no se puede aceptar lo ofrecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20605046127

Nombre o Razón social : UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 16:42:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

"ITEM 2 CENTRIFUGA REFRIGERADA
SE SOLICITA

¿ Tiempo programable: desde : 30 s ¿ 99 : 59 h o mayor

Considerando que cada marca de centrifuga diseña sus equipos de acuerdo a parametros especificos de produccion los cuales, solicitamos al area usuaria fomentar la participacion de postores considerando alternativas que cumplan con los procedimientos estandar de centrifugación en laboratorio.

Por tanto, tendria a bien el area usuaria aceptar timer de 0 a 9 Horas o mayor"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 2

Literal: A

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que teniendo en consideración que dentro de los protocolos del área usuaria aún no está indicado un proceso de centrifugación que requiera de tanto tiempo se aceptará equipos que posean tiempos programables de 30 s a 9 h.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar:

Tiempo programable 30s a 99.59 h o mayor

por:

Tiempo Programable 30 s a 9 h o mayor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20605046127

Nombre o Razón social : UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 16:42:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"En las bases solicitan: En los Factores de Evaluación

PLAZO DE ENTREGA. 30 Días calendario a partir del día siguiente de suscripción de contrato

Solicitamos al Comité de Selección Para permitir la mayor participación de postores potenciales, podrían considerar ampliar el plazo de entrega a 60 días calendario y siendo equipos que requieren una importación previa, desaduanaje y otros controles previos, es así que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no esta acorde a la realidad; por tanto, a fin de permitir y promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación. Solicitamos se amplíe el plazo de entrega a 60 días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato

Y así fomentar que el proceso se desarrolle bajo las condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad."

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 2

Literal: A

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que no es imposible modificar los plazos de entrega señalados en las bases. Pues tenemos urgencia de avanzar nuestros proyectos de investigación que ya cuentan con fechas de vencimiento para los avances requeridos. Además, las restricciones presupuestarias del año fiscal impiden la extensión de los plazos, ya que ello dificultaría los pagos dentro del marco presupuestario establecido, perjudicando tanto la operatividad de los proyectos, así mismo la indagación de mercado demuestra que se puede entregar ese equipo en dicho plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:42:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección informe donde se realizara la Capacitación e instalación de los equipos de la presente convocatoria

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACLARA que la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de los equipos se harán en los ambientes de la Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias - Facultad de Industrias Alimentarias, ubicado en la Carretera Central Km 1.21 Tingo María - Huánuco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:15

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita. ANALIZADOR DE COLOR DE MESA. TIEMPO DE ENTREGA DEL EQUIPO
El tiempo mínimo para la entrega del equipo en las instalaciones de la UNAS será de 30 días calendario.
Como es de conocimiento público, debido a la coyuntura actual y factores geopolíticos que afectan gran parte de Europa, las cadenas de suministro, producción y distribución están siendo afectadas. Esto se traduce en una demora tanto en los plazos de fabricación de los equipos como en el envío a los lugares de destino.
Es por ello que OBSERVAMOS este requerimiento y solicitamos amablemente al comité modificar las bases, ampliando el plazo de entrega para el analizador de color, quedando de la siguiente manera: El tiempo mínimo para la entrega del equipo en las instalaciones de la UNAS será de 75 días calendario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION, no es posible modificar los plazos de entrega señalados en las bases. Pues tenemos urgencia de avanzar nuestros proyectos de investigación que ya cuentan con fechas de vencimiento para los avances requeridos. Además, las restricciones presupuestarias del año fiscal impiden la extensión de los plazos, ya que ello dificultaría los pagos dentro del marco presupuestario establecido, perjudicando tanto la operatividad de los proyectos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:15

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita: Puerto de validación en la Tapa
Conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso. Entendemos como validación que se refiere al estado de la tapa, si esta cerrada o abierta, ¿es correcta nuestra apreciación? CONSULTAMOS si podrán aceptar bloqueo y protección de la tapa frente a apertura de funcionamiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que su apreciación es correcta, y si se acepta como bloqueo y protección de la tapa frente a apertura de funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 17:15:15

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita: Carcasa metálica y Tapa metálica

Conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso. CONSULTAMOS si podrán aceptar parte frontal y exterior de la tapa fabricada en plástico ABS, ya que, el plástico acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) es muy resistente al impacto e inerte a la corrosión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que por ser necesidad del área usuaria y de acuerdo al trabajo que se realiza es de necesidad que el equipo sea de carcasa y tapa metálica pues ello brindará condiciones de trabajo necesarios como estabilidad, fácil limpieza y desinfección, durabilidad y resistencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 17:15:15

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita: Tiempo de aceleración y desaceleración menor o igual a 15 s

Nuestro equipo cuenta con Sistema de aceleración y frenado controlable progresivo hasta 175 rampas seleccionables que evita la homogeneización de la muestra tras la separación. El usuario no tiene restricciones al configurar el tiempo de aceleración y frenado que desee, por lo que, CONSULTAMOS si podrán aceptar tiempo de aceleración y desaceleración programable por ser un beneficio para el usuario.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que en vista de no haber restricciones del tiempo de aceleración y frenado se considera una mejora tecnológica por lo tanto el equipo es aceptado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:15

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita: (01) llave para eje de rotor

Nuestro equipo cuenta con el sistema REI (Rotor Easy to Install), los rotores se instalan de forma segura sin necesidad de herramientas, y se desbloquean con solo retirarlos de su posición. El cambio de rotor solo por presión sin necesidad de llave resulta en un beneficio para el usuario, por lo que, para no limitar la participación de postores OBSERVAMOS este requerimiento y solicitamos amablemente al comité cambiar las especificaciones a: (01) llave para cambio de rotor o sistema de cambio del rotor sin necesidad de herramientas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, indicando que la llave del eje de rotor se incluyo para los casos que el equipo lo requiera. Por ello para mayor claridad se modificara la ET

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar:

(01) llave para eje de rotor

Por:

(01) Llave para eje de rotor. En caso que el equipo lo requiera.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20100162238

Fecha de envío : 05/12/2023

Nombre o Razón social : AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.

Hora de envío : 17:35:53

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: CENTRIFUGA REFRIGERADA

Características Generales

- Cierre de tapa motorizado

Se consulta amablemente al comité de selección si podrían aceptar adicionalmente que el cierre de tapa sea manual para una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 2

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores y en bienestar a cumplir con la necesidad real del área usuaria se aceptarán centrifugas con cerradura de tapa manual y/o motorizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar:

Cierre de tapa motorizado

por:

Cierre de tapa manual y/o motorizado.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20100162238

Nombre o Razón social : AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 17:35:53

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: CENTRIFUGA REFRIGERADA

Características Generales

- Puerto de validación en la tapa

Se consulta amablemente al comité de selección si podrían cambiar esta característica como opcional para una mayor participación de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 2

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que Puerto de validación en la Tapa se refiere al estado de la tapa, si esta cerrada o abierta, que También se conoce como bloqueo y protección de la tapa frente a apertura en funcionamiento y no puede ser opcional pues es una medida de seguridad y protección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:35:53

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: CENTRIFUGA REFRIGERADA

Características Generales

- Carcasa metálica y tapa metálica

Se consulta amablemente al comité de selección si podrían aceptar adicionalmente que la carcasa y tapa sean de material plástico para una mayor participación de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que por ser necesidad del área usuaria y de acuerdo al trabajo que se realiza es de necesidad que el equipo sea de carcasa y tapa metálica pues ello brindará condiciones de trabajo necesarios como estabilidad, fácil limpieza y desinfección, durabilidad y resistencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:35:53

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: CENTRIFUGA REFRIGERADA

Parámetros

- Tiempo de aceleración y desaceleración menor o igual a 15 s.

Se consulta amablemente al comité de selección si podrían aceptar que el tiempo de aceleración y desaceleración sea menor o igual a 30 s para una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que por superar los valores mencionados el 100% de los límites solicitados y siendo éste parámetro de importancia por el área usuaria no se puede aceptar lo ofrecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:35:53

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: CENTRIFUGA REFRIGERADA

Accesorios

- (02) fusibles
- (01) llave para eje de rotor

Se consulta amablemente al comité de selección si podrían aceptar que estos accesorios sean de acuerdo al fabricante, ya que el mecanismo de cambio de rotor de nuestro equipo no requiere llave.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que la llave del eje de rotor se incluyo para los casos que el equipo lo requiera. Por ello para mayor claridad se modificara la ET

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar:

(01) llave para eje de rotor

Por:

(01) Llave para eje de rotor. En caso que el equipo lo requiera.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20100162238

Fecha de envío : 05/12/2023

Nombre o Razón social : AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.

Hora de envío : 17:35:53

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: CENTRIFUGA REFRIGERADA

TIEMPO DE ENTREGA DEL EQUIPO

El tiempo mínimo para la entrega del equipo en las instalaciones de la UNSA será de 30 días calendarios.

Se consulta amablemente al comité de selección si podrían aceptar un tiempo de entrega de máximo 60 días calendarios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 2

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que es imposible modificar los plazos de entrega señalados en las bases, pues tenemos urgencia de avanzar nuestros proyectos de investigación que ya cuentan con fechas de vencimiento para los avances requeridos. Además, las restricciones presupuestarias del año fiscal impiden la extensión de los plazos, ya que ello dificultaría los pagos dentro del marco presupuestario establecido, perjudicando tanto la operatividad de los proyectos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20160056062

Nombre o Razón social : BELOMED S.R.L.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 18:28:05

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

"En el presente proceso solicitan folletos, instructivos, catalogo u otros similares donde se detalle y sustente el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien.

Entendemos que también serán permitidos documentos propios del fabricante como pueden ser manuales, cartas y/o fichas técnicas. Consultamos al comité especial en coordinación con el área usuaria confirmar si nuestra apreciación es correcta.

"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II

Literal: 2.2.1.1.e

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que los documentos mencionados en la consulta forman parte de otros similares indicados en las bases del proceso. Por lo tanto su apreciación es correcta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20160056062
Nombre o Razón social : BELOMED S.R.L.

Fecha de envío : 05/12/2023
Hora de envío : 18:28:05

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

"En el presente proceso solicitan una centrífuga refrigerada con la siguiente característica:

Tiempo de aceleración y desaceleración menor o igual a 15s.

Teniendo en cuenta que los tiempos de aceleración y desaceleración dependerán del tipo de rotor que se utilice, consultamos al comité especial admita también tiempos de aceleración y desaceleración de acuerdo al fabricante, promoviendo así una mayor participación de postores.
"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que se aceptarán equipos que varíen en Max 20% a los solicitado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:28:05

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

"En el presente proceso solicitan una centrífuga refrigerada con la siguiente característica:

Tiempo programable: desde: 30s-99:59h o mayor

Nuestra representada permite programar el tiempo hasta: 9h: 59min

Consultamos al comité especial en coordinación con el área usuaria si aceptaría también nuestra característica como alternativa permitiendo así una mayor participación de postores.
"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que teniendo en consideración que dentro de los protocolos del área usuaria aún no está indicado un proceso de centrifugación que requiera de tanto tiempo se aceptará equipos que posean tiempos programables de 30 s a 9 h.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar:
Tiempo programable 30s a 99.59 h o mayor
por:
Tiempo Programable 30 s a 9 h o mayor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20160056062
Nombre o Razón social : BELOMED S.R.L.

Fecha de envío : 05/12/2023
Hora de envío : 18:28:05

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

"En el presente proceso solicitan una centrífuga refrigerada con la siguiente característica:

Visualización de la aceleración centrífuga relativa (CRF) y revoluciones (RPM)

Nuestra representada permite programar la velocidad en valores de CRF o RPM. Por lo tanto, en la pantalla se mostrará el valor ingresado con la unidad de medición escogida que puede ser revoluciones o gravedades.

Por ese motivo, consultamos al comité especial si aceptaría lo siguiente:

Visualización de la aceleración centrífuga relativa (CRF) o revoluciones (RPM)

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que el equipo será utilizado para Investigación por lo que es necesario visualizar la CRF y/o RPM en tiempo real para asegurar el cumplimiento de los parámetros seleccionados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20160056062
Nombre o Razón social : BELOMED S.R.L.

Fecha de envío : 05/12/2023
Hora de envío : 18:28:05

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

"2. Tiempo de entrega del equipo, solicitan que los bienes se entreguen en el plazo de veinte (30) días calendarios. Por lo que manifestamos que de acuerdo a la coyuntura y la alta demanda por finalización de año la mayoría de proveedores presentan demoras en la importación de bienes.

A ello solicitamos respetuosamente al comité especial coordinación con el área usuaria se amplíe el plazo de entrega en el plazo de sesenta (60) días calendarios con el fin de generar mayor pluralidad de postores."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que nos es imposible modificar los plazos de entrega señalados en las bases. Pues tenemos urgencia de avanzar nuestros proyectos de investigación que ya cuentan con fechas de vencimiento para los avances requeridos. Además, las restricciones presupuestarias del año fiscal impiden la extensión de los plazos, ya que ello dificultaría los pagos dentro del marco presupuestario establecido, perjudicando tanto la operatividad de los proyectos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:28:05

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

"En el numeral 2.2.1.1 literal e) solicitan Descripción de las características técnicas del bien ofertado, marca, modelo, procedencia, cantidad, año de fabricación, nuevo sin uso, acompañado con información complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogo u otros similares donde se detalle y sustente el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien. (Anexo N° 12).

Observamos que no precisan y detallan claramente que aspectos técnicos deban ser sustentados con folletos, instructivos, catalogo u otros similares. Teniendo en cuenta que existe varias resoluciones del Tribunal del OSCE donde observa que se debe precisar y detallar claramente en el numeral de documentación obligatoria que aspectos se deban sustentar con la documentación solicitada.

Por lo que solicitamos respetuosamente detallar para el ITEM N° 02 que aspectos de las Características Generales, control, parámetros, visualización e indicadores, componentes, accesorios, requerimiento de energía deban ser sustentado con en folletos, instructivos, catalogo u otros similares."

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** CAP II **Literal:** 2.2.1.1 e) **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria NO ACOGE SU OBSERVACION e indica que esta claro en el numeral 2.2.1.1 literal e) que menciona que se debe describir las características técnicas del bien ofertado las cuales por razones obvias deben cumplir con las características técnicas solicitadas y ser sustentadas con folletos, instructivos, etc. Es decir los aspectos técnicos que deben ser sustentados, son los que se solicitan en el proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código : 20100511348

Nombre o Razón social : KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 23:55:47

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Para el Ítem 2, Centrífuga Refrigerada (01 und) se especifica el requerimiento:

"Cierre de tapa motorizado".

Suponemos que lo que se pretende decir es "Cerradura de tapa motorizado".

Las centrífugas cuentan comúnmente con dispositivos de seguridad en las cerraduras que bloquean la apertura de la tapa para evitar que esta pueda abrirse durante el funcionamiento, por ejemplo. No es común que el movimiento de apertura de la tapa sea impulsado por un mecanismo automático o motorizado y resultaría además un requisito no necesario.

Solicitamos que se establezca con claridad la especificación de ¿Cerradura¿ y no ¿Cierre¿ para que diga "Cerradura de tapa motorizada".

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que como usted lo menciona, un sistema motorizado para cerrar la tapa no es necesario en una centrifuga por lo que es entendible que al decir cierre de la tapa nos referimos a la cerradura que bloquea la apertura de la tapa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar:

Cierre de tapa motorizado

Por:

Cierre de tapa manual y/o motorizado