

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-GRJ-IREN-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/06/2025
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	14:54:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III en el numeral XIII. ESPECIFICACIONES TECNICAS para el REACTIVO DE HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE METODO QUIMIOLUMINISCENCIA en CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO EN CESION DE USO en TIPO solicitan "Analizador de quimioluminiscencia de acceso continuo automatizado con fecha de fabricación menor al 2018", entendemos que aceptarán analizadores que tengan fecha de fabricación como maximo del 2018. Solicitamos amablemente al comité de selección aclarar si nuestra apreciación es correcta y considerar "Analizador de quimioluminiscencia de acceso continuo automatizado con fecha de fabricación menor o igual al 2018" .

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** XIII **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área aclara que su apreciación es correcta se se solicita un analizador de quimioluminiscencia acceso continuo automatizado con fecha de fabricación menor o igual al 2018.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A01-ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA DE ACCESOS CONTINUO AUTOMATIZADO DE FECHA DE FABRICACIÓN MENOR O IGUAL AL AÑO 2018

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-GRJ-IREN-C-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/06/2025
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	14:54:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III en el numeral XIV. REQUISITOS DE CALIFICACION literal a) CAPACIDAD LEGAL para COPIA SIMPLE DE REGISTRO SANITARIO entendemos que estos documentos podrán estar a nombre del postor o terceros. Solicitamos amablemente al comité de selección aclarar si nuestra apreciación es correcta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** XIV **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área aclara que su apreciación es correcta, con relación a la capacidad legal para copia simple de registro sanitario esta podrá estar a nombre del postor o terceros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Copia simple de la resolución directoral de autorización sanitaria de funciones y de sus cambios otorgadas al establecimiento farmacéutico proveedor, emitidas por la dirección de medicamentos, insumos y drogas-DIGEMIND, como autoridad nacional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios ANM o por la autoridad regional de medicamentos -(ARM) del ministerio de salud MINSA. Esta podrá estar a nombre del postor o terceros.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-GRJ-IREN-C-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	25/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:31:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la sección CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO indican: D04. LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA LOS TUBOS PRIMARIOS Y LOS REACTIVOS.

Actualmente en el mercado, además de la identificación por código de barras también existe la lectura por RFID (radiofrecuencia). Este tipo de lectura permite la descarga y conocimiento de datos como fecha de vencimiento, lotes, datos de calibración y toda la información necesaria del reactivo para la realización de una prueba.

Ante lo fundamentado, se solicita al comité ACEPTAR un reactivo a bordo IDENTIFICADO CON LECTOR RFID, que de igual manera cumpliría con el desempeño adecuado del analizador, basándonos en el Principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta, con el fin de promover la pluralidad de postores se considerará también lectores con RFID (radiofrecuencia).

Precisión en bases integradas:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D04 -LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS Y/O LECTORES CON RFID (RADIOFRECUENCIA). PARA TUBOS PRIMARIOS Y LOS REACTIVOS, ESTOS PODRAN SER INTERNOS O EXTERNO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-GRJ-IREN-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES ONCOLOGICOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DE IREN CENTRO

Ruc/código : 20563090805

Fecha de envío : 25/06/2025

Nombre o Razón social : BIOASSAY PERU S.A.C.

Hora de envío : 16:31:44

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la sección CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO indican: D09. SISTEMA DE LAVADO QUE GARANTICE UN ARRASTRE MENOR A 0.1 PPM.

En el mercado, existen analizadores con una tasa de contaminación menor a 10^{-5} , que es un equivalente a un arrastre menor a 0.1 partes por millón.

Se solicita al comité ACEPTAR una TASA DE CONTAMINACIÓN MENOR A 10^{-5} , en concordancia con el Principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta, con el fin de promover la pluralidad de postores se considerará también que el sistema de lavado garantice un arrastre menor a 0.1 PPM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D09- Sistema de lavado que garantice un arrastre menor a 0.1 PPM o arrastre menor a menor a 10^{-5} .