

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código : 20600481593

Fecha de envío : 06/11/2023

Nombre o Razón social : PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.

Hora de envío : 18:31:49

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Plazo de entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de 7 días calendario.

La cantidad del requerimiento es de 855 kits y para entrega en 7 días calendarios según numeral 1.9; a nuestro criterio este plazo de entrega es imposible de cumplir dada la cantidad de kits solicitados; los importadores de reactivos de bioquímica como nuestra empresa no cuentan con un stock de ese tamaño menos solo en las presentación de 100 determinaciones, además nuestra empresa no fue invitada al estudio de mercado, por ese motivo es que solicitamos se modifique el plazo de entrega a un tiempo real en que las empresas puedan cumplir sin caer en penalidad, porque el fabricante demora para producir esta cantidad de kits aproximadamente 10 días más el transporte por vía aérea que demora aproximadamente 10 días, en ese orden de ideas, solicitamos se amplie el plazo de entrega a 25 días calendarios contados a partir de notificada la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I

Literal: 1.9

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA POR UNANIMIDAD ACUERDAN NO ACOGER LA OBSERVACION DEBIDO A QUE ES NECESARIO CONTAR CON LOS BIENES OBJETO DE LA CONVOCATORIA CON LA FINALIDAD DE ABASTECER OPORTUNAMENTE A LAS IPRESS DE TODA LA REGION HUANUCO YA QUE ESTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ZONAS RURALES A FIN DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION A LOS PACIENTES QUE CONCURREN A CADA EE.SS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Copia simple del protocolo de análisis a la fecha de presentación de ofertas e internamiento de los bienes

Solicitamos se PRECISE si el protocolo de análisis a presentar en el expediente será del mismo lote que se internaran los bienes en caso de salir favorecidos con la buena pro, eso implica que las empresas participantes en este proceso de selección, cuenten en su almacén con la totalidad de kits requeridos, aspecto que creemos no es el correcto, por la cantidad de kits requeridos sobretodo, además que no necesariamente el protocolo de análisis que se consigne en el expediente técnico deba ser el mismo que se deba entregar en el internamiento de los bienes, porque la empresa ganadora importara el reactivo de bioquímica de un lote nuevo con mayor vencimiento, aspecto que beneficia a la Entidad, en este orden de ideas solicitamos que el protocolo de análisis que se presente en el expediente técnico no necesariamente será igual al lote que se internara en los almacenes de la Entidad en caso de salir favorecido con la buena pro.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** g **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION DEBIDO A QUE EL PROTOOCLO DE ANALISIS GARANTIZA EL PRODUCTO REQUERIDO A INTERNARSE DEL MISMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Garantía de Producto

Garantizará la autenticidad y el buen estado de los Bienes entregados por un periodo mínimo de dieciocho (18) meses, en caso de no cumplir con lo mínimo requerido

Solicitamos se nos PRECISE que el periodo minimo de 18 meses corresponde a GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR porque solo se indica Garantía de Producto pero no indica que lo debemos considerar como garantía comercial del postor para tomar como referencia al momento de elaborar nuestra oferta para el factor de evaluación C GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6.8 **Literal:** 6.8 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA POR UNANIMIDAD ACUERDAN ACOGER LA OBSERVACION POR LO QUE SE ESTABLECERA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Colesterol total enzimático

Carateristicas tecnicas

Metodología colorimétrico, con soporte individualizado por prueba

Solicitamos se nos PRECISE que debemos entender por soporte individualizado por prueba, indicamos que este concepto técnico no aplica para este reactivo de bioquímica debiendo ser retirado de las características técnicas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE VA SUPRIMIR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Plazo de Entrega

De 02 hasta 04 días calendarios 20 ptos

De 05 hasta 07 días calendarios 10 ptos

En el numeral 1.9 PLAZO DE ENTREGA: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 7 días calendario de recibida la Orden de Compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación; se ha planteado en este mismo pliego de consultas modificar el plazo de entrega a 25 días calendario a partir de notificada la orden compra, en función de los argumentos expuestos en dicha consulta, por lo que se SOLICITA modificar el plazo de entrega como RTM a 25 días calendario, y los criterios de este factor de evaluación serían los siguientes:

De 15 a 20 días calendario 20 puntos

De 21 a 24 días calendario 10 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4

Literal: b

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE D SELECCION NO ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EL POSTRO DEBERA CEÑIRSE A LOS ESTABLECIDO EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Garantía Comercial del postor

Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las especificaciones técnicas.

Más de 15 hasta 18 meses 20 puntos

Mas de 12 hasta 15 meses 10 puntos

Solicitamos al comité de selección se nos PRECISE que el mínimo tiempo de garantía exigido en las especificaciones técnicas es de 18 MESES (numeral 6.8 página 23, Garantía de producto), y en base a este requerimiento técnico mínimo (RTM) se ofertara la garantía comercial del postor, es decir para que una empresa se le otorgue los 20 puntos en este factor de evaluación, las empresas deben ofertar 18 meses como RTM + 16 meses según criterio para que se asigne 20 puntos, el tiempo de GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR seria de 34 meses.

Creemos muy exagerado que una empresa oferte 34 meses como garantía comercial del postor si la exigencia de la vigencia mínima de los reactivos solicitada es de 18 meses; solicitamos modificar los criterios de este factor de evaluación a los siguientes:

De 4 a 6 meses 20 puntos

De 1 a 3 meses 10 puntos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: c Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDIANCION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE POR LO QUE EN LAS INTEGRADAS SE VA PRECISAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Colesterol total enzimático
kit x 100 determinaciones
contenido del kit:
reactivo 1 x 100 ml
estándar 1 x 5 ml

Los kits comerciales de bioquímica se expresan en MILILITROS (ML) y no en determinaciones. Según características técnicas se requiere que el contenido del kit sea 1 x 100 ML, estableciendo como regla que 1 ML corresponde a 1 DETERMINACION, en este orden de ideas y respetando la regla de 1 ML es igual a 1 DETERMINACION, se podrá ofertar kit de colesterol total enzimatico cuyo contenido del kit pueda ser 2 x 50 ml o 4 x 25 ml cumpliendo con ofertar un kit x 100 ML (100 DETERMINACIONES) sin pretender orientar hacia una determinada marca comercial, es importante señalar que cada fabricante diseña sus kits de acuerdo a su criterio, por ese motivo, es bien difícil que dos marcas diferentes coincidan en una sola presentación comercial y porque además no todas las empresas que comercializan este tipo de reactivos han sido invitadas al estudio de mercado para este proceso de selección, por ese motivo solicitamos se acepte la oferta de kit de colesterol total enzimático en la presentación comercial autorizada en su registro sanitario (kit 1 x 100 ml; kit 2 x 50 ml; kit 4 x 25 ml) y se cumpla con entregar la totalidad de kits solicitados (855).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CN EL AREA USUARIA POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NO AGOGER LA OSERVACION POR LO QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES. DEBIDO A QUE LAS IPRESS CUENTAN CON EQUIPOS PREEXISTENTES QUE REQUIEREN PARA SU FUNCIONAMIENTO DE LOS INSUMOS CON LAS MISMAS CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null