

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD CHANKA

Nomenclatura : LP-ABR-4-2025-DISA APU II-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DE ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERÓNIMO (03 EQUIPOS) DE LAS IPRESS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC APURIMAC II

Ruc/código : 20612262587

Nombre o Razón social : DELTALABO S.A.C.

Fecha de envío : 25/06/2025

Hora de envío : 19:19:26

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Respecto a la performance del equipo en cesión en uso, específicamente en cuanto a la cantidad de posiciones de 48 reactivos a bordo refrigerados o más, nos gustaría solicitar amablemente que se considere la posibilidad de aceptar la modificación a 40 reactivos a bordo refrigerados o mas.

El equipo que proponemos, aunque tiene 40 posiciones, cumple con los más altos estándares de eficiencia, precisión y rendimiento en la automatización de procesos, garantizando que la cantidad de pruebas realizadas no se vea afectada negativamente y que los tiempos de procesamiento y resultados sean altamente competitivos. Así fomentaría una mayor pluralidad de postores, permitiendo que más proveedores puedan presentar sus propuestas, lo que podría resultar en una oferta más competitiva en términos de precios, características y condiciones de implementación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la consulta de la empresa ampliando el rango de 40 a 48 posiciones, ya que el volumen de trabajo de los laboratorios es media y la capacidad de procesamiento de muestras en esa cantidad puede procesar teniendo igual eficiencia y capacidad de procesamiento, de igual forma se puede analizar el numero de muestras en un tiempo determinado. de esta manera se promueba la pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Rango de 40 a 48 reactivos a bordo refrigerados o mas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD CHANKA

Nomenclatura : LP-ABR-4-2025-DISA APU II-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DE ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERÓNIMO (03 EQUIPOS) DE LAS IPRESS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC APURIMAC II

Ruc/código :	20556662887	Fecha de envío :	25/06/2025
Nombre o Razón social :	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:05:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN LAS BASES SOLICITAN COLESTEROL LDL AUTOMATIZADA SOLICITAN UNA LINEALIDAD DE 600 mg/dL, es sabido que clínicamente el valor de colesterol LDL es mayor a 160 mg/dL y en muchos casos este no llega a mas que el colesterol total, si los reactivos de colesterol tienen linealidades hasta 600 mg/dL en su mayoría para tener valores ideales de este creemos que el valor de LDL no tiene que ser igual, el comité permitiría valores de Linealidad de LDL de 500mg/dL como mínimo a mas permitiendo así una mayor cantidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la consulta, siendo la linealidad en el ensayo de colesterol LDL crucial para garantizar la precisión y fiabilidad de los resultados ampliando el rango de linealidad de 500 a 600 mg/dl de esta manera se promueba la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

linealidad:rango de 500 a 600 mg/dl igual o mayor.