

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	12:11:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con respecto al plazo de entrega, se puede dilucidar que está programado para la primera entrega hasta los 10 días calendarios contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. Es preciso indicar al comité que su entidad no recibe en sus almacenes bienes sin emisión de orden de compra, en ese sentido colocar solo el contrato no guarda razonabilidad con la entrega. Solicitamos que se indique taxativamente que el plazo de entrega pueda ser de las siguientes opciones: Hasta los 10 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. Hasta los 10 días calendarios contados a partir del día siguiente suscrito el contrato, dentro de dicho plazo se realizará la notificación de la orden de compra.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado aclara que se acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega: Para la primer entrega, hasta los 10 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. Para las siguientes entregas, hasta los 10 días calendarios contados a partir del día siguiente a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	12:11:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se puede observar dentro del numeral 1.9 Plazo de Entrega. En el Cronograma de Entrega no se puede apreciar la información del cuadro de entrega del ítem, por lo tanto solicitamos que se adjunte dicho Cronograma nuevamente pero de una forma mucho más clara y nítida.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado aclara que se acepta lo solicitado, se adjunta cronograma legible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	12:11:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el literal e). Se solicita original o copia simple de la folletería/manual de instrucciones de uso...

Solicitamos al comité precisar con exactitud si se deben presentar ambos o solo uno de ellos

-Folletería.

-Manual de instrucciones de uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** e) **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que la documentación que se requiere es folletería en el que se incluya manual de uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	12:11:16

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se puede dilucidar dentro del numeral 9, vigencia mínima del producto. En el párrafo del numeral 9.2, de manera excepcional se solicita el formato 1, siempre y cuando algún producto al ingreso del almacén NO cumpla con la vigencia mínima solicitada de 18 meses. Se indica que se requerirá para el perfeccionamiento del contrato. Este formato 1 por canje de vencimiento, NO APLICA para los postores que oferten productos con vigencia iguales o mayores a 18 meses en concordancia a la literalidad de las bases y la vigencia mínima solicitada, este argumento ya fue materia de un recurso de apelación, resuelto por el tribunal de contrataciones del estado, por el mismo caso: RESOLUCION 1859-2022-TCE-S1 (fecha 27/06/2022).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RESOLUCION 1859-2022-TCE-S1 (fecha 27/06/2022)

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado precisa que lo solicitado se rige de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, por lo que se precisa que el Formato N°1 aplica para los dispositivos médicos que sean menores a 18 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	12:11:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se puede observar dentro del Anexo 1 Cuadro de Entrega del Ítem (Cronograma), no se puede apreciar la información del cuadro de entrega de los ítems, por lo tanto solicitamos que se adjunte dicho Cronograma nuevamente pero de una forma mucho más clara y nítida.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** III **Literal:** ANEXO 1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado aclara que se acepta lo solicitado, se adjunta cronograma legible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	12:11:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto al formato 4 y al formato 1 cartas de compromiso de Canjes, no se puede dilucidar en cuantos días se efectuarán los canjes, es decir los días serán a discrecionalidad de cada postor o caso contrario solicitamos designar un plazo determinado por parte de la entidad. ACLARAR Y CONFIRMAR

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** III **Literal:** FORMATO 1 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado aclara que el canje se efectuará en un plazo no mayor a 10 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	12:11:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el Formato 3 se menciona que la Ficha Técnica solo aplica para las Características, Material, Dimensiones y Medidas. ACLARAR Y CONFIRMAR si sustentara solo esos subtítulos (Características, Material y Dimensiones) de las Especificaciones Técnicas de la pág. 50.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** III **Literal:** FORMATO 3 **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado aclara que según indica el Formato N°3, se debe sustentar solo las Características, Material y Dimensiones y medidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	12:11:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el LITERAL E) segundo párrafo se señala que debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas señaladas por la entidad e indicar las normas nacionales e internacionales o propias. Sin embargo en otro extremo de las bases, específicamente en el formato 3 (Pág. 50), se señala que, ACREDITACION MEDIANTE CERTIFICADO DE ANALISIS Y/O METODOLOGIA DE ANALISIS, CATALOGO Y/O FOLLETERIA (INDICANDO LA NORMA UTILIZADA) Solicitamos aclarar esta ambigüedad, creemos que solo se debe sustentar el formato 3, con las normas internacionales, nacionales y/o propias del fabricante. En todo caso señalar como será la forma de acreditación de cada subtítulo: Característica, material, dimensiones y medidas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: e) Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado aclara que solo se acredita las Características, Material y Dimensiones y medidas, se suprime lo que no corresponde

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime del literal e): indicar las Normas Técnicas nacionales, Internacionales y/o propias de calidad. En el caso de indicar Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o propias de Calidad, estas deben corresponder a la edición vigente a la fecha de fabricación del producto como establece en el Decreto Supremo N°016-2011-SA. Asimismo, en el caso de presentar metodología de análisis regirse a lo señalado en el literal d)

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	12:11:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el formato 3 - FICHA TECNICA se indica que: Las especificaciones técnicas, su acreditación mediante certificado de análisis y/o metodología de análisis y/o catalogo y/o folletería (indicando la norma utilizada). Sobre este ultimo termino: "indicando la norma utilizada", se refiere a que, esto solo aplicara en el caso los postores acrediten con metodología de análisis las especificaciones. Es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: FORMATO 3 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, aclara que es correcto, solo se debe indicar las normas utilizadas en caso de que los postores acrediten con metodología de análisis.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	12:11:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se puede observar dentro del numeral 3.2 Requisitos de calificación. En la Experiencia del Postor en la Especialidad, no se puede apreciar la información en dicho literal, por lo tanto, solicitamos que se adjunte dicha información nuevamente junto con el cuadro de los montos y productos pero de una forma mucho más clara y nítida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado aclara que se acepta lo solicitado, se adjunta requisitos de calificación de forma legible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20547243065	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:31:45

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el literal e), a fin de acreditar las especificaciones técnicas del bien objeto de la presente convocatoria solicitamos al comité incluir los documentos: carta del fabricante, brochures, catálogos, o manuales del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado aclara que en la Ficha Técnica del Producto (Formato N°3) también se puede adjuntar adicionalmente carta del fabricante, brochures, catálogos, o manuales del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	17:44:44

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

ITEM 1: CATETER CONECTOR DE ALTA PRESION CON LUER LOOK DE 60 CM.

LONGITUD: DE LONGITUD APROX 60 CM - 120 CM.

CONSULTA: SE SOLICITA AL COMITÉ ORGANIZADOR NOS PERMITA PARTICIPAR CON NUESTRO CONECTOR DE PRESIÓN QUE PRESENTA UNA LONGITUD DE 122CM, LO CUAL NO AFECTA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que se acepta lo solicitado, se acepta también longitud de 122cm porque dicha medida también satisface la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	18:06:40

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan vigencia de 18 Meses, Contamos para el Ítem 4: JERINGA PERFUSORA DE 150 CC con:
270 Unid. con Vcto.: 03-2024
390 Unid. con Vcto.: 09-2024
¿Podemos presentar Oferta?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado aclara que las condiciones de la vigencia mínima del producto están claramente establecidas en el numeral 9 del capítulo III de las Bases, asimismo, en el numeral 9.2 indican las condiciones excepcionales que deben cumplir los dispositivos médicos que no pueden cumplir con la vigencia mínima establecida. Asimismo, se aclara que dicha excepción es por tiempo de vida útil especificado en el producto y declarado por el fabricante y no por fecha de vecimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA

Ruc/código :	20608084810	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	ORIENTE MEDIKA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:55:52

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Con respecto al Ítem CATETER CONECTOR DE ALTA PRESION CON LUER LOOK DE 60 CM.

LONGITUD: De longitud Aprox 60 cm - 120 cm.

Se solicita al comité organizador nos permita participar con nuestro conector de presión que presenta una longitud de 122cm, lo cual no afecta en el funcionamiento del producto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que se acepta lo solicitado, se acepta también longitud de 122cm porque dicha medida también satisface la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null