

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO TIPIFICADO COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, ITEMS: SILLA DE RUEDA PLEGABLE Y CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

Ruc/código : 20101312781

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION PROGRESO S.A.C.

Hora de envío : 19:14:35

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

En IV. Partes. Accesorios e Insumos: A qué se refiere con dos bases rodables y dos bastidores? Debería ser uno de cada uno

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** IV.1 IV.2 **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LAS DOS BASES RODABLES Y DOS BASTIDORES INDICADOS EN LOS LITERALES IV.1 Y IV.2 RESPECTIVAMENTE, HACEN REFERENCIA A DOS MEDIOS DE TRANSPORTE ENTRE LOS CUALES SE TRASLADARA AL PACIENTE POR MEDIO DE UNA PLATAFORMA.

ASÍ MISMO, PARA UNA MAYOR COMPRENSIÓN DE LO SOLICITADO SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO TIPIFICADO COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, ITEMS: SILLA DE RUEDA PLEGABLE Y CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

Ruc/código : 20101312781

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION PROGRESO S.A.C.

Hora de envío : 19:14:35

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

V Características Específicas:

V.1: Base rodable fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304-2B de estructura tubular de aproximadamente de 38 mm x 2mm. de espesor como mínimo,

No hay de espesor de pared 2mm., sólo hasta 1.5mm.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: V

Literal: V.1

Página: 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE DURANTE LA INDAGACIÓN DE MERCADO SE ENCONTRÓ PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON TODA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL IETSI.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO TIPIFICADO COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, ITEMS: SILLA DE RUEDA PLEGABLE Y CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	19:14:35

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

V Características Específicas:

V.2: Bastidor fabricado con tubos de acero inoxidable AISI 304-2B de sección rectangular de 30mm x 40mm x 2mm de espesor como mínimo y 45mm x 40mm x 2mm. de espesor como mínimo

No hay de espesor de pared 2mm., sólo hasta 1.5mm.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** V      **Literal:** V.2      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE DURANTE LA INDAGACIÓN DE MERCADO SE ENCONTRÓ PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON TODA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL IETSI.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO TIPIFICADO COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, ITEMS: SILLA DE RUEDA PLEGABLE Y CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

Ruc/código : 20101312781

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION PROGRESO S.A.C.

Hora de envío : 19:14:35

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

V Características:

V.3: Barandas laterales abatibles, fabricadas con tubo de acero inoxidable AISI 304-2B de sección redonda o cuadrada de 2mm. de espesor como mínimo, con sistema para asegurar su posicionamiento hacia arriba. Soportes de las barandas de 30mm de altura, de 20mm de base y 2mm. de espesor como mínimo  
No hay espesor de pared de 2mm., sino de 1.5mm.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** V      **Literal:** V.3      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE DURANTE LA INDAGACIÓN DE MERCADO SE ENCONTRÓ PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON TODA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL IETSI.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO TIPIFICADO COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, ITEMS: SILLA DE RUEDA PLEGABLE Y CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

Ruc/código : 20101312781

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION PROGRESO S.A.C.

Hora de envío : 19:14:35

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

V Características Especificas:

V.4: Plataforma para paciente fabricada con tubos de acero inoxidable AISI 304-2B de sección rectangular de 20mm x 40mm de 2mm de espesor y sección cuadrada de 20mm de 2mm de espesor como mínimo

No hay de 2mm. de espesor de pared, sólo hay de 1.5mm

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** V **Literal:** V.4 **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE DURANTE LA INDAGACIÓN DE MERCADO SE ENCONTRÓ PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON TODA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL IETSI.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO TIPIFICADO COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, ITEMS: SILLA DE RUEDA PLEGABLE Y CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

Ruc/código : 20101312781

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION PROGRESO S.A.C.

Hora de envío : 19:14:35

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

V Características Especificas:

V.4: Colchoneta de goma espuma de 22 Kg/m3 aproximadamente o superior, revestido de korofan, de 75mm(3") de espesor

Ya no existe Korofan, sugerimos que se use Cueromax Ultra

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: V

**Literal:** V.4

**Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE DURANTE LA INDAGACIÓN DE MERCADO SE ENCONTRÓ PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON TODA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL IETSI.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO TIPIFICADO COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, ITEMS: SILLA DE RUEDA PLEGABLE Y CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	19:14:35

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Se requiere planos detallados y/o una muestra física en algún Hospital en Lima, donde se pueda completar la información técnica del producto

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** V    **Literal:** V.8    **Página:** 3

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE DENTRO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DEL IETSI SE DETALLA LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO.

ASÍ MISMO, PARA UNA MAYOR COMPRENSIÓN DE LO SOLICITADO SE ADJUNTA IMAGEN N°01

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PARA UNA MAYOR COMPRENSIÓN DE LO SOLICITADO SE ADJUNTA IMAGEN N°01

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO TIPIFICADO COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, ITEMS: SILLA DE RUEDA PLEGABLE Y CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

Ruc/código : 20101312781

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION PROGRESO S.A.C.

Hora de envío : 19:14:35

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

VII.Control de Calidad(Obligatorio al producto Terminado):

Solicitamos se sirvan indicarnos que Laboratorio realiza las pruebas descritas.

Asimismo, el costo de dichas pruebas serán también asumidas por el Proveedor.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** VII.1 **Página:** 1-2

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL POSTOR PUEDE OPTAR POR CUALQUIER ORGANISMO REGISTRADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL) QUE REALICE LOS ENSAYOS SEGÚN LA NORMA "UNE-EN 1725:1998 MOBILIARIO. CAMAS Y COLCHONES".

ADEMAS SE ACLARA QUE EL POSTOR GANADOR DEBERÁ LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE LITERAL.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO TIPIFICADO COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, ITEMS: SILLA DE RUEDA PLEGABLE Y CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

Ruc/código : 20101312781

Nombre o Razón social : CORPORACION PROGRESO S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 19:14:35

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

VII.Control de Calidad(Obligatorio al Producto Terminado):

Según el tamaño de Lote, se detalla la cantidad de productos que pasarán la prueba, estas serán tomadas del pedido o se tendrá que fabricar adicionalmente mas productos.

Si se realizan inspecciones del proceso de fabricación, se puede obviar estas pruebas

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** VII.1 **Página:** 2

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE EL POSTOR DEBERÁ TENER EN CONSIDERACIÓN LO MENCIONADO EN EL LITERAL VII.1 DE LA FICHA TÉCNICA ASÍ COMO TAMBIÉN LO INDICADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ADQUISICIÓN EN LOS SIGUIENTES NUMERALES:

5.2.3. LOS PROVEEDORES DEBERÁN OFERTAR MOBILIARIO CLÍNICO NUEVO (SIN USO)...

5.2.6. LA OFERTA DEBERÁ SER PRESENTADA DE FORMA QUE EL MOBILIARIO CLÍNICO SE ENCUENTRE EN PERFECTO ESTADO,...

6.1.1. ii). VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y ADECUADO ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO CLÍNICO.

SE ACLARA TAMBIEN QUE EL POSTOR GANADOR DEBERA PROVEER EL INFORME TECNICO CON LOS ENSAYOS DEL LABORATORIO APLICADOS APLICADOS AL PRODUCTO TERMINADO SOLICITADOS EN ESTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null