

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	18:08:58

Consulta: Nro. 1
Consulta/Observación:
CONSULTA N° 01
Página: 21
CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

D01 Un (01) transductor convexo con tecnología convencional o cristal único, con frecuencias desde 2 a 8 MHZ, radio de curvatura máximo de 50mm, ángulo de visión no menor a 70 grados.
Se solicita al comité si aceptase el siguiente cambio para tener una mayor pluralidad de postores. Quedaría de la siguiente manera:

B.1 UN (01) TRANSDUCTOR CONVEXO CON TECNOLOGÍA CONVENCIONAL O CRISTAL UNICO CON FRECUENCIAS COMO MÍNIMO DE 2 A 6 MHZ, RADIO DE CURVATURA DE 50mm, ANGULO DE VISIÓN NO MENOR A 70 GRADOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección conjuntamente con el área usuaria evalúa la consulta por el usuario, y a fin de promover la pluralidad de postores, el comité de selección decide acoger parcialmente lo solicitado.
5.1 características o atribuciones técnicas del bien debe decir:
D01 un (01) transductor convexo con tecnología convencional o cristal unico con frecuencias como mínimo de 2 a 8 mhz, radio de curvatura maximo de 60mm, angulo de visión no menor a 70 grados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20601901065	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CIAMEDICAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:12:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN

D01 - UN TRANSDUCTOR CONVEXO CON TECNOLOGIA CONVENCIONAL O CRISTAL UNICO, CON FRECUENCIA DESDE 2 A 8 MHZ, RADIO DE CURVATURA MAXIMO DE 50MM, ANGULO DE VISION NO MENOR A 70 GRADOS.

ACTUALMENTE TENIENDO ENCUESTA QUE EXISTEN MEJORAS TEMCNOLOGICAS AVANZADAS. EXISTEN MULTIPLES ALGORITMOS QUE LA CALIDAD DE LA IMAGEN SEA MEJORADA Y ES POR ELLO QUE SUGERIMOS SE CONSIDERE LO SIGUIENTE:

D01 - UN TRANSDUCTOR CONVEXO CON TECNOLOGIA CONVENCIONAL O CRISTAL UNICO, CON FRECUENCIA DESDE 1 A 7 MHZ, RADIO DE CURVATURA MAXIMO DE 50MM, ANGULO DE VISION NO MENOR A 70 GRADOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección conjuntamente con el área usuaria evalúa la consulta por el usuario, y a fin de promover la pluralidad de postores, el comité de selección decide acoger parcialmente lo solicitado.

5.1 características o atribuciones técnicas del bien debe decir:

D01 un (01) transductor convexo con tecnología convencional o cristal unico con frecuencias como mínimo de 2 a 8 mhz, radio de curvatura maximo de 60mm, angulo de visión no menor a 70 grados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20601901065	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CIAMEDICAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:12:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOLICITAN

D02 - UN TRANSUDCTOR ENDOCAVITARIO CON FREUENCIA DESDE 3 A 10MHZ, RADIO DE CURVATURA DE 12MM, ANGULO DE VISION NO MENOR A 180 GRADOS.

TOMAR EN CUENTA QUE EQUIPOS AVANZADOS TIENEN MULTIPLES TECNOLOGIAS DE FUNCION DE LA CALIDAD E IMAGEN.

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION CONSIDERE LO SIGUIENTE:

D02 - UN TRANSUDCTOR ENDOCAVITARIO CON FRECUENCIA DESDE 3 A 10MHZ, RADIO DE CURVATURA DE 10MM, ANGULO DE VISION NO MENOR A 180 GRADOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D02 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección conjuntamente con el área usuaria evalúa la consulta por el usuario, y a fin de promover la pluralidad de postores, el comité de selección decide acoger parcialmente lo solicitado.

5.1 Características o atribuciones técnicas del bien

El área técnica acoge la consulta del postor a fin de promover la pluralidad de postores:

debe decir:

D02 un transductor endocavitario con frecuencia desde 3 a 10mhz, radio de curvatura NO MAYOR 12 MM, angulo de vision no menor a 180 grados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20601901065	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CIAMEDICAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:12:23

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOLICITAN

D04 - UN TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMETRICO CO FRECUENCIA DESDE 2 A 7 MHZ, RADIO DE CURVATURA MAXIMO DE 50MM, ANGULO DE VISION NMO MENOR A 78 GRADOS

CON LA FINALIDAD DE PODER TENER MAYOR PLURARIDAD DE POSTORES Y QUE EL ANGULO DE VISION ES PARA PODER TENER MAYOR AMPLITUD DE BARRIDO Y QUE CON REFERENCIA AL BARRIDO ES NECESARIO INDICAR QUE NO HAY MUCHA DIFERENCIA. SUGERIMOS LO SGTE:

D04 - UN TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMETRICO CON FRECUENCIA DESDE 2 A 7 MHZ, RADIO DE CURVATURA MAXIMO DE 50MM, ANGULO DE VISION NO MENOR A 70 GRADOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D04 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE ACOGER PARCIALMENTE LO SOLICITADO,

5.1 CARACTERISTICAS O ATRIBUCIONES TECNICAS DEL BIEN

DEBE DECIR:

D04 UN TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMETRICO CON FRECUENCIA DESDE 2 A 7 MHZ, RADIO DE CURVATURA MAXIMO DE 50MM, ANGULO DE VISION NO MENOR A 70 GRADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION A08. 600,000 O MAS CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL.

En la actualidad los sistemas de ultrasonido de alta resolución cuentan con una gran cantidad de canales de procesamiento, ésto permitirá obtener una información adecuada, brindando una mayor resolución de imagen bidimensional y Doppler, favoreciendo además la adquisición de las imágenes tridimensionales.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la mayor participación de postores en este proceso y por lo anteriormente expuesto, se solicita al Comité Especial considerar en los requerimientos técnicos mínimos lo siguiente:

A08. 1,300,000 O MAS CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A08 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO Y NO ACOGE CONSIDERANDO QUE LO SOLICITADO REPERCUTE EN LA CALIDAD DEL BIEN, ADEMAS QUE EN EL PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO SE EVIDENCIO LA EXISTENCIA DE PARTICIPANTES QUE CUMPLEN CON DICHA CONDICION; RAZON POR LA CUAL NO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y EQUIDAD DE LOS MISMOS EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO Y QUEDARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	19:54:36

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION A13. VELOCIDAD DE CUADROS O FRAME RATE NO MENOR DE 2,100 F/S

Observamos que solicitan frame rate máximo no menor de 2,100 f/s, sin embargo la cantidad de frame adquiridos por segundo varía de acuerdo a cada fabricante.

Los equipos de alta resolución de imagen tienen un frame rate desde 800 f/s permitiendo una adquisición rápida de imágenes en tiempo real y una adecuada resolución temporal en los sistemas de ultrasonido.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la mayor participación de postores en este proceso y por lo anteriormente expuesto, solicitamos al comité especial considerar dentro de los requerimientos mínimos lo siguiente:

A13. VELOCIDAD DE CUADROS O FRAME RATE NO MENOR DE 800 F/S

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A13 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO Y NO ACOGE CONSIDERANDO QUE LO SOLICITADO REPERCUTE EN LA CALIDAD DEL BIEN, ADEMAS QUE EN EL PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO SE EVIDENCIO LA EXISTENCIA DE PARTICIPANTES QUE CUMPLEN CON DICHA CONDICION; RAZON POR LA CUAL NO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y EQUIDAD DE LOS MISMOS EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO Y QUEDARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	19:54:36

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION B13. TRIPLEX 2D/COLOR/PWDOPPLER, IMAGEN ES DE VELOCIDAD TISULAR, ZOOM DE RF, VTSSUE, ECO ESTRÉS INTELIGENTE.

Observamos que solicitan zoom de RF, vtssue, sin embargo la nomenclatura de las diferentes herramientas de trabajo varia de acuerdo a cada fabricante.

Por lo antes expuesto solicitamos al comité especial de selección para una mayor participación de postores considerar: B13. TRIPLEX 2D/COLOR/PWDOPPLER, IMAGEN ES DE VELOCIDAD TISULAR, ZOOM DE RF, VTSSUE, ECO ESTRÉS INTELIGENTE (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** B13 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO Y NO ACOGE CONSIDERANDO QUE LO SOLICITADO REPERCUTE EN LA CALIDAD DEL BIEN, ADEMAS QUE EN EL PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO SE EVIDENCIO LA EXISTENCIA DE PARTICIPANTES QUE CUMPLEN CON DICHA CONDICION; RAZON POR LA CUAL NO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y EQUIDAD DE LOS MISMOS EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO Y QUEDARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	19:54:36

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION C03. FUNCION DE OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL MODO B Y DE LOS MODOS DOPPLER. En muchos casos clínicos comúnmente se observan lesiones pequeñas y complejas que a menudo son difíciles de identificar durante el escaneo, sin embargo existen herramientas que ayudaran a obtener una óptima visualización de dicha evaluación y esto dependerá de la tecnología del equipo de ultrasonido. Contar con una herramienta que te permita reconocer éste tipo de lesiones en tiempo real, proporcionando mayor información de resolución y contraste de la región de interés, ayudara de manera significativa al especialista a obtener un mejor resultado de dicho examen, además de minimizar su flujo de trabajo. Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la mayor participación de postores en este proceso y por lo anteriormente expuesto, solicitamos al comité especial considerar dentro de los requerimientos mínimos lo siguiente: C03. FUNCION DE OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL MODO DOPPLER Y DEL MODO B, CON HERRAMIENTA QUE PERMITA MEJORAR LA RESOLUCION DE CONTRASTE EN 2D.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: C03Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE ACOGER LO SOLICITADO,

5.1 CARACTERISTICAS O ATRIBUCIONES TECNICAS DEL BIEN

DEBE DECIR:

C03 FUNCION DE OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL MODO B Y DE LOS MODOS DOPPLER, CON HERRAMIENTA QUE PERMITA MEJORAR LA RESOLUCION DE CONTRASTE EN 2D.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	19:54:36

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION C17. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES E INFORMACION DEL PACIENTE EN MEMORIA SOLIDA Y USB.

Las características de los componentes internos del ecógrafo varían de acuerdo a cada fabricante. Observamos que solicitan sistema de almacenamiento digital en memoria solida, sin embargo existen otros tipos de discos sea interno y también externo que de igual manera permitirá almacenar base de datos e información, incluyendo imágenes y/o videos, etc. cumpliendo la misma función según lo requerido.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la mayor participación de postores en este proceso y por lo anteriormente expuesto, solicitamos al comité especial considerar dentro de los requerimientos mínimos lo siguiente: C17. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES E INFORMACION DEL PACIENTE EN MEMORIA SOLIDA O HDD Y USB.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C17 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	19:54:36

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION D01. UN TRANSDUCTOR CONVEXO CON TECNOLOGIA CONVENCIONAL O CRISTAL UNICO, CON FRECUENCIAS DESDE 2 A 8 MHZ, RADIO DE CURVATURA MAXIMO DE 50MM, ANGULO DE VISION NO MENOR A 70 GRADOS.
En el mercado actual las principales marcas de equipamiento biomédico cuentan con múltiples transductores cada uno de ellos con diversas características como la frecuencia, radio de curvatura, etc.

Usualmente el rango del convexo es de 1.5 ó 2.0Mhz a 5Mhz, para visualizar estructuras profundas del abdomen u otras zonas del cuerpo, además observamos que solicitan radio de curvatura máximo de 50mm, sin embargo el diseño de los transductores depende de cada fabricante.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la transparencia y mayor participación de postores en este proceso como lo indica la Ley de Contrataciones, solicitamos considerar dentro de los requerimientos opcionales lo siguiente:

D01. UN TRANSDUCTOR CONVEXO CON TECNOLOGIA CONVENCIONAL O CRISTAL UNICO, CON FRECUENCIAS DESDE 2 A 6 MHZ, RADIO DE CURVATURA MAXIMO DE 60MM, ANGULO DE VISION NO MENOR A 70 GRADOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D01 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE ACOGER PARCIALMENTE LO SOLICITADO,

5.1 CARACTERISTICAS O ATRIBUCIONES TECNICAS DEL BIEN
DEBE DECIR:
D01 UN (01) TRANSDUCTOR CONVEXO CON TECNOLOGÍA CONVENCIONAL O CRISTAL UNICO CON FRECUENCIAS COMO MÍNIMO DE 2 A 8 MHZ, RADIO DE CURVATURA MAXIMO DE 60mm, ANGULO DE VISIÓN NO MENOR A 70 GRADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	19:54:36

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION D02. UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO, CON FRECUENCIA DESDE 3 A 10 MHZ, RADIO DE CURVATURA DE 12 MM, ÁNGULO DE VISION NO MENOR A 180 GRADOS COMO MÍNIMO.

Las principales marcas reconocidas a nivel mundial cuentan con diversas características en sus transductores como por ejemplo las frecuencias, ángulo de apertura, la tecnología, el número de elementos, etc.

Observamos que solicitan un transductor Endocavitario con radio de curvatura de 12mm y ángulo de 180°, sin embargo la radio y angulación del transductor Endocavitario puede variar de acuerdo a cada fabricante, contar con radio de curvatura desde 11mm y con 179° de angulación permite obtener una adecuada visualización de imagen y no repercute en realizar los exámenes requeridos

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la mayor participación de postores en este proceso y por lo anteriormente expuesto, se solicita al Comité Especial considerar en los requerimientos técnicos mínimos lo siguiente: D02. UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO, CON FRECUENCIA DESDE 3 A 10 MHZ, RADIO DE CURVATURA DE 11 MM, ÁNGULO DE VISION NO MENOR A 179 GRADOS COMO MÍNIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D02 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE ACOGER PARCIALMENTE LO SOLICITADO,

5.1 CARACTERISTICAS O ATRIBUCIONES TECNICAS DEL BIEN

EL AREA TECNICA ACOGE LA CONSULTA DEL POSTOR A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES: DEBE DECIR:

D02. UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO, CON FRECUENCIA DESDE 3 A 10 MHZ, RADIO DE CURVATURA DE NO MAYOR 12 MM, ÁNGULO DE VISION NO MENOR A 179 GRADOS COMO MÍNIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	19:54:36

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION D03. UN TRANSDUCTOR LINEAL CON TECNOLOGIA CONVENCIONAL O CRISTAL UNICO, CON FRECUENCIAS DESDE 4 A 16 MHZ, CON LONGITUD DE 38MM COMO MINIMO.

Las principales marcas reconocidas a nivel mundial cuentan con diversas características en sus transductores como por ejemplo las frecuencias, la longitud de arreglo, la tecnología, el número de elementos, etc. Contar con una frecuencia de hasta 13Mhz no compromete de manera negativa en la adquisición de la imagen.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la mayor participación de postores en este proceso y por lo anteriormente expuesto, se solicita al Comité Especial considerar en los requerimientos técnicos mínimos lo siguiente:

D03. UN TRANSDUCTOR LINEAL CON TECNOLOGIA CONVENCIONAL O CRISTAL UNICO O COMBO WAVE, CON FRECUENCIAS DESDE 4 A 13 MHZ, CON LONGITUD DE 38MM COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D03 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO Y NO ACOGE CONSIDERANDO QUE LO SOLICITADO REPERCUTE EN LA CALIDAD DEL BIEN, ADEMAS QUE EN EL PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO SE EVIDENCIO LA EXISTENCIA DE PARTICIPANTES QUE CUMPLEN CON DICHA CONDICION; RAZON POR LA CUAL NO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y EQUIDAD DE LOS MISMOS EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO Y QUEDARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	20:58:40

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En los requerimientos técnicos mínimos se esta solicitando lo siguiente:
A01 UNIDAD MOVIL EN UNA ESTRUCTURA INTEGRADA CON FRENO EN LAS RUEDAS FRONTALES Y TRASERAS

Se solicita al comité que para una mayor pluralidad de postores acepten que el freno de ruedas podría estar integrada solo en las ruedas frontales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE ACOGER PARCIALMENTE LO SOLICITADO,

5.1 CARACTERISTICAS O ATRIBUCIONES TECNICAS DEL BIEN

DEBE DECIR:

A01 UNIDAD MOVIL EN UNA ESTRUCTURA INTEGRADA CON FRENO EN LAS RUEDAS FRONTALES (OBLIGATORIO) Y FRENOS DE RUEDAS TRASERAS - OPCIONALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	20:58:40

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se está observando en los requerimientos del punto E:

E PERIFERICOS

E01 01 IMPRESORA TERMICA DIGITAL DE VIDEO BLANCO Y NEGRO

E02 01 IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO A COLOR COMPATIBLE CON EL ECOGRAFO

Debido a que el bien que estamos ofertando es de última tecnología ya no viene con las dos impresoras, por la el bien de última generación viene de la siguiente manera:

E PERIFÉRICOS

E02 01 IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO A COLOR COMPATIBLE CON EL ECOGRAFO

INDICANDO TAMBIEN QUE SE OMITA EL E8 PAPEL PARA IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO

Por lo que se solicita al comité aceptar dicho requerimiento ya que el bien ofertado es de última generación y cumple con lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO Y NO ACOGE CONSIDERANDO QUE LO SOLICITADO REPERCUTE EN LA CALIDAD DEL BIEN, ADEMAS QUE EN EL PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO SE EVIDENCIO LA EXISTENCIA DE PARTICIPANTES QUE CUMPLEN CON DICHA CONDICION; RAZON POR LA CUAL NO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y EQUIDAD DE LOS MISMOS EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO Y QUEDARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	20:58:40

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita al comité agregar como documentos de admisión detalle del bien ofertado, presentar lo siguiente:
Ficha técnica, folletería y/o catálogo.
Con la finalidad de que el bien ofertado cumpla con las especificaciones solicitadas en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE ACOGER LO SOLICITADO

EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO FOLLETO, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS MANUALES O SIMILARES Y/O CARTA DEL FABRICANTE PARA ACREDITAR LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS Y SU RESPECTIVA FICHA TÉCNICA DEL BIEN (FORMATO 1).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	20:58:40

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el capítulo III en el punto 14, pagina 25 se observa requisito de calificación se observa lo siguiente:
- EL POSTOR ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A UN MILLÓN Y00 /100 SOLLES (S/ 1,000,000.00) POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE CONVOCATORIA.
y en el punto 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE OBSERVA QUE SE ACREDITE UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE S/ 700,000.00 POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE CONVOCATORIA.

Se solicita al comité corregir dicha solicitud en las bases integradas para no incurrir en error al momento de presentación de propuesta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, EN EL CAPITULO III LITERAL B. EXPERIENCIA DEL POSTOR.

EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE S/. 700,000.00 (SETESCIENTOS MIL Y 00/100SOLES) POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DURANTE LOS OCHO (8) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS QUE SE COMPUTARÁN DESDE LA FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO, SEGÚN CORRESPONDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	20:58:40

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita al comite agregar en las bases integradas la solicitud de CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE, con la finalidad de garantizar el transporte del bien solicitado.

- CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE A NOMBRE DEL POSTOR O CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE LA CUAL DETALLE DICHA PRESTACIÓN Y ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE LA EMPRESA QUE BRINDA EL SERVICIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE ACOGER LO SOLICITADO SE SOLICITARÁ COMO REQUISITO DE CALIFICACION COPIA DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE, EMITIDO POR LA DIGEMID COMO ANM O POR LA ARM, SEGÚN CORRESPONDA.

EN EL CASO QUE EL POSTOR ENCARGUE (TERCERICE) EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE ESTA ÚLTIMA DEBERÁ PRESENTAR SU CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE ¿ BPDT VIGENTE, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL VÍNCULO CONTRACTUAL ENTRE AMBAS PARTES (CONTRATO POR EL SERVICIO DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 833-2015/MINSA, NUMERAL 6.2.9).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	20:58:40

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

El punto 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, B: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD están solicitando acreditar la experiencia: a bienes similares a los siguientes:

Se solicita al comité considerar en las bases integradas como bienes similares: VENTA DE ECOGRAFOS MULTIPORPOSITO PARA HOSPITALES Y/O INSTITUCIONES

Se solicita al comité que para no limitar la participacion de postores consideren en las bases integradas acreditar la experiencia de la siguiente manera:

Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE ECOGRAFOS, CUNA DE CALOR, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, PULSIOXIMETRO PORTATIL, VENTILADOR DE TRANSPORTE PARA HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD Y/O INSTITUCIONES AL AREA DE SALUD PUBLICA Y PRIVADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA TECNICA DECIDE MANTENER LA CARACTERISTICA DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN BIENES SIMILARES

El comité con el area usuaria decide acoger la consulta y se solicita la acreditación de experiencia en: Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE ECOGRAFOS PARA HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD Y/O INSTITUCIONES AL AREA DE SALUD PUBLICA Y PRIVADA. con la finalidad de no limitar la participacion de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	20:58:40

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el punto 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN SE SOLICITA QUE SE ACREDITE UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE S/ 700,000.00 POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE CONVOCATORIA.

En virtud de cumplir con los principios que rigen las contrataciones del estado, en salvaguarda del artículo 2 literal a) del último párrafo de la Ley de Contrataciones del Estado, en salvaguarda de los principios sobre la libertad de concurrencia, se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la concurrencia de proveedores, asimismo igualdad de trato dado que no se pueden proporcionar vía los requerimientos ventajas o privilegios a un proveedor determinado y por transparencia, todo con la finalidad de favorecer la mayor concurrencia de postores. Se solicita al comité se modifique de la siguiente manera:

EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE S/ 280,000.00 POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE CONVOCATORIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, EN EL CAPITULO III LITERAL B. EXPERIENCIA DEL POSTOR.

EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE S/. 700,000.00 (SETESCIENTOS MIL Y 00/100SOLES) POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DURANTE LOS OCHO (8) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS QUE SE COMPUTARÁN DESDE LA FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO, SEGÚN CORRESPONDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	20:58:40

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

EN EL PUNTO 1.9 PLAZO DE ENTREGA se observa que la entrega es de la siguiente manera:
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de máximo: ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, es de 30 (TREINTA) días calendarios a partir del día siguiente a la formalización del contrato y/o la entrega de orden de compra.

Se solicita al comité que el plazo de entrega sea a la NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA, para así poder realizar una instalación y puesta en funcionamiento y evitar inconvenientes al momento del uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE ACOGER PARCIALMENTE LO SOLICITADO

EL PLAZO DE ENTREGA CUYO PLAZO SE COMPUTA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA, PARA ASÍ PODER REALIZAR UNA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE ESA MANERA SE CONSIDERARA COMO FACTOR DE EVALUACION:

DE 01 HASTA 05 DÍAS CALENDARIO 30 PUNTOS
DE 06 HASTA 19 DÍAS CALENDARIO:... 20 PUNTOS
DE 20 HASTA 30 DÍAS CALENDARIO: 10 PUNTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	20:58:40

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se observa en el capítulo III, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LO SIGUIENTE:
estándares de embalajes mínimos que debe cumplir el proveedor:
ISO 780 Y 7000: LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN (ISO), ESPECIFICA UNA SERIE DE SÍMBOLOS QUE SE DEBE UTILIZAR PARA MARCAR LOS EMPAQUES, EMBALAJES Y TRANSMITIR SUS INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN.
NORMA ISO 3394: HACE REFERENCIA A LAS DIMENSIONES DE LA CAJAS MASTER DE LOS PALLET Y DE LAS CARGAS PALETIZADAS, LAS DIMENSIONES EXTERNAS DEBEN CORRESPONDER A UNA MEDIA DE 60 CM X 40 CM; Y LOS PALLETS, DE ACUERDO AL MODO DE TRANSPORTE SELECCIONADO, DEBEN TENER LOS SIGUIENTES TAMAÑOS; PARA VÍA AÉREA, 120 CM X 80 CM; Y PARA VÍA MARÍTIMA, 120 CM X 100 CM
ISO 1400: NORMAS AMBIENTALES SOBRE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS POR LOE EMPAQUES.

El embalaje del producto es para garantizar cualquier daño lo cual el bien será entregado y puesta en funcionamiento en perfectas condiciones, asimismo dicha solicitud detallada en las bases no corresponde al bien solicitado ya que dichas normas establecidas son para identificar iconos de embalaje . Por lo que se solicita al comité y área usuaria suprimir dicho requerimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE ACOGER

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20605991794	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	FRAJMAC E.I.R.L.	Hora de envío :	22:15:30

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

en el numeral C07 solicitan software de adaptabilidad del ultrasonido segun el tejido evaluado.
Podrian especificar exactamente a que se refiere este software? ya que no es claro lo que solicitan

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LEY DE CONT LIBERT DE CONC, IGUAL. DE TRATO, TRANSP., PUBLICIDAD, COMPET. EFICACIA Y

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA ACLARA LA OBSERVACION POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES.

5.1 CARACTERISTICAS O ATRIBUCIONES TECNICAS DEL BIEN

C07 SOLICITAN SOFTWARE DE ADAPTABILIDAD DEL ULTRASONIDO SEGÚN EL TEJIDO EVALUADO ¿ OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20605991794	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	FRAJMAC E.I.R.L.	Hora de envío :	22:15:30

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

en el numeral C15 solicitan focalizacion completa en zona de la imagen en campo cercano o lejano

Podrian especificar exactamente a que se refiere esta focalizacion? ya que no es claro lo que solicitan

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LEY DE CONT LIBERT DE CONC, IGUAL. DE TRATO, TRANSP., PUBLICIDAD, COMPET. EFICACIA Y

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA ACLARA LA OBSERVACION POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE ACOGER LO SOLICITADO.

C15: FOCALIZACION COMPLETA EN ZONA DE LA IMAGEN EN CAMPO CERCANO O LEJANO DE 8 PUNTOS O ZONAS COMO MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20605991794	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	FRAJMAC E.I.R.L.	Hora de envío :	22:15:30

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

en el numeral

D02 solicitan un transductor endocavitario con frecuencias desde 3 a 10 MHZ, radio de curvatura de 12 mm, angulo de vision no menor a 180 grados como minimo

OBSERVACION , EL RADIO DE CURVATURA CORRESPONDE A UN TRANSDUCTOR MICROCONVEXO MAS NO DE ENDOCAVTARIO , RECOMENDAMOS ACEPTAR RADIO DE CURVATURA DE 40 MM A MAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LEY DE CONT LIBERT DE CONC, IGUAL. DE TRATO,TRANSP.,PUBLICIDAD,COMPET. EFICACIA Y

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE ACOGER PARCIALMENTE LO SOLICITADO,

5.1 CARACTERISTICAS O ATRIBUCIONES TECNICAS DEL BIEN

EL AREA TECNICA ACOGE LA CONSULTA DEL POSTOR A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES: DEBE DECIR:

D02 UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON FRECUENCIA DESDE 3 A 10MHZ, RADIO DE CURVATURA NO MAYOR 12 MM, ANGULO DE VISION NO MENOR A 180 GRADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL (LA) EESS C.S MANUEL BONILLA ¿ CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO , DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO

Ruc/código :	20605991794	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	FRAJMAC E.I.R.L.	Hora de envío :	22:15:30

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

en el numeral

D04 solicitan un transductor convexo volumetrico, con frecuencia desde 2 a 7 MHZ, radio de curvatura maximo de 50mm, angulo de visiom no menor a 78 grados

OBSERVACION , EL RADIO DE CURVATURA SEA DESDE 40 MM A MAS , Y ANGULO DE VISION DE 75 GRADOS A MAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LEY DE CONT LIBERT DE CONC, IGUAL. DE TRATO,TRANSP.,PUBLICIDAD,COMPET. EFICACIA Y

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO, Y A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE ACOGER PARCIALMENTE LO SOLICITADO,

5.1 CARACTERISTICAS O ATRIBUCIONES TECNICAS DEL BIEN

DEBE DECIR:

D04 UN TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMETRICO CON FRECUENCIA DESDE 2 A 7 MHZ, RADIO DE CURVATURA MAXIMO DE 50MM, ANGULO DE VISION NO MENOR A 70 GRADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null