

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código : 20502853750

Nombre o Razón social : COVIDIEN PERU S.A.

Fecha de envío : 18/09/2024

Hora de envío : 17:48:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA EN EL PUNTO E) INDICAN DOCUMENTO ADICIONAL QUE ACREDITE LAS CARACTERISTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES DEL BIEN, PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS TALES COMO: FOLLETOS, INTRUCTIVOS, CATALOGOS FICHAS TECNICAS.

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION QUE TAMBIEN SE ACEPTEN CARTAS Y MANUALES EMITIDOS POR EL FABRICANTE PARA ACREDITAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION, ACOGE A SU CONSULTA Y SE ACLARA QUE PARA ACREDITAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO SE ACEPTAN MANUALES ,FICHA TECNICA, EMITIDOS POR EL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20502853750	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	COVIDIEN PERU S.A.	Hora de envío :	17:48:46

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

DENTRO DE LOS DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA SOLICITAN.
F)MANUAL DE SERVICIO TECNICO IMPRSO EN IDIOMA ESPAÑOL
AL SOLICITAR EL MANUAL IMPRESO SE ENTIENDE QUE SU PRESENTACION DEBE SER DE MANERA FISICA, POR LO TANTO SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION INCLUIR ESTE REQUISITO COMO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, CON EL FIN DE EVITAR AMBIGUEDADES EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO ART 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN CONSULTA CON EL ÁREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACIÓN Y A LA VEZ ACLARA QUE LO SOLICITADO SE MODIFICARa EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
ADMISIÓN DE LA OFERTA: SE SUPRIMIRÁ EL SUB PÁRRAFO (F) "MANUAL DEL SERVICIO TÉCNICO IMPRESO EN IDIOMA ESPAÑOL"

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:
K) UNA DECLARACIÓN JURADA, PARA LA PRESENTACIÓN DEL MANUAL DEL SERVICIO TÉCNICO IMPRESO EN IDIOMA ESPAÑOL AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO DEL MATERIAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:
K) UNA DECLARACIÓN JURADA, PARA LA PRESENTACIÓN DEL MANUAL DEL SERVICIO TÉCNICO IMPRESO EN IDIOMA ESPAÑOL AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO DEL MATERIAL

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20502853750	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	COVIDIEN PERU S.A.	Hora de envío :	17:48:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DENTRO DE LOS DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA SOLICITAN:
H) CAPACITACION USUARIA Y TECNICAS
CON EL FIN DE EVITAR AMBIGUEDADES EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION ACLARAR SI PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SOLO SE DEBE PRESENTAR UNA DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DEL POSTOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN CONSULTA CON EL ÁREA USUARIA, ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA QUE LA CAPACITACION USUARIA Y TECNICA SE DEBE EFECTUAR DESPUES DE LA ENTREGA DEL EQUIPO, MOTIVO POR EL CUAL DEBERÁ PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20502853750	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	COVIDIEN PERU S.A.	Hora de envío :	17:59:16

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

g) Copia del certificado de garantía emitido por el fabricante

Solicitamos al comite de seleccion que este documento sea presentado al momento de la entrega del equipo, y que para la presentacion de ofertas se acredite mediante declaracion jurada del cumplimiento del postor

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones del estado art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN CONSULTA CON EL ÁREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACIÓN Y A LA VEZ ACLARA QUE LO SOLICITADO SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ADMISIÓN DE LA OFERTA: SE SUPRIMIRÁ EL SUB PÁRRAFO (G) "COPIA DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA EMITIDO POR EL FABRICANTE"

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:

L) UNA DECLARACIÓN JURADA, PARA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA, LA MISMA QUE SE PRESENTARA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMISIÓN DE LA OFERTA: SE SUPRIMIRÁ EL SUB PÁRRAFO (G) "COPIA DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA EMITIDO POR EL FABRICANTE"

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:

L) UNA DECLARACIÓN JURADA, PARA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA, LA MISMA QUE SE PRESENTARA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:35:45

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

VISUALIZACIÓN DE LOS VALORES ESPERADOS EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA EMITIDA, VELOCIDAD DE MUESTREO SOBRE LAS 434,000 MENCIONES DE IMPEDANCIA POR SEGUNDO. Cada fabricante cuenta con rango de mediciones de impedancia en función a la potencia emitida según criterios de fabricación, es por ello que la velocidad del muestreo va depender del modelo y la marca específica por fabricante, por ello al ser tan precisos en el muestreo de impedancia limita la participación de postores a una marca en específico como es Covidiend con su modelo FT10. Por lo que solicitamos considerar para fomentar participacion y pluralidad entre postores: VISUALIZACIÓN DE LOS VALORES ESPERADOS EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA EMITIDA, VELOCIDAD DE MUESTREO SOBRE LAS 434,000 MENCIONES DE IMPEDANCIA POR SEGUNDO O SEGUN FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN CONSULTA CON EL ÁREA USUARIA SE ACOGE A SU OBSERVACIÓN Y A LA VEZ ACLARA QUE LO SOLICITADO SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: VISUALIZACION DE LOS VALORES ESPERADOS EN FUNCION DE LA POTENCIA EMITIDA, VELOCIDAD DE MUESTREO SOBRE 434,000 MEDICIONES DE IMPEDANCIA POR SEGUNDO Y/O SEGÚN MANUAL DEL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VISUALIZACION DE LOS VALORES ESPERADOS EN FUNCION DE LA POTENCIA EMITIDA, VELOCIDAD DE MUESTREO SOBRE 434,000 MEDICIONES DE IMPEDANCIA POR SEGUNDO Y/O SEGÚN MANUAL DEL

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:35:45

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SISTEMA DE FUSION DE TEJIDO ´PARA TODO TIPO DE VASCULATURA, INCLUIDA LA PULMONAR HASTA 7MM CON CICLOS DE SELLADOS DE 2 A 4 SEGUNDOS. La duración de los ciclos de sellado varía según el calibre de los vasos y la marca del equipo. La importancia de un sellador de vasos radica en su capacidad para sellar vasos con un diámetro mínimo de 7 mm y minimizar la dispersión de temperatura al tejido adyacente, por lo que la solicitud de un tiempo específico para el ciclo de sellado limita la participación de postores. por lo que solicitamos considerar: SISTEMA DE FUSION DE TEJIDO ´PARA TODO TIPO DE VASCULATURA, INCLUIDA LA PULMONAR HASTA 7MM CON CICLOS DE SELLADOS DE 2 A 4 SEGUNDOS O SEGUN FABRICANTE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN CONSULTA CON EL ÁREA USUARIA, SE ACOGE A SU OBSERVACION Y SE ACLARA QUE SE HARAN LAS CORRECCIONES EN LA INTEGRACION DE BASES: " SISTEMA DE FUSION DE TEJIDO PARA TODO TIPO DE VASCULATURA, INCLUIDA LA PULMONAR HASTA 7MM CON CICLOS DE SELLADOS DE 2 A 4 SEGUNTOS Y/O SEGÚN MANUAL DEL FABRICANTE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SISTEMA DE FUSION DE TEJIDO PARA TODO TIPO DE VASCULATURA, INCLUIDA LA PULMONAR HASTA 7MM CON CICLOS DE SELLADOS DE 2 A 4 SEGUNTOS Y/O SEGÚN MANUAL DEL FABRICANTE"

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:35:45

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

CORTE MONOPOLAR PURO (300W O MAYOR). Mejora: El equipo que se está ofertando es un equipo de 400W. Un electrocauterio de 400W ofrece mejoras clínicas significativas en comparación con uno de 300W, como una coagulación más eficaz y rápida, mayor precisión y mayor versatilidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN CONSULTA CON EL ÁREA USUARIA, SE ACOGE A SU OBSERVACION Y SE ACLARA QUE SE HARAN LAS CORRECCIONES EN LA INTEGRACION DE BASES: " CORTE MONOPOLAR PURO DE 300W O

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CORTE MONOPOLAR PURO DE 300W O MAYOR"

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:35:45

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

COAGULACIÓN MONOPOLAR FULGURATE (120 O MAYOR). En el contexto de la electrocirugía, la fulguración implica la aplicación controlada de corriente eléctrica para vaporizar y destruir tejido, nuestro equipo maneja diferentes efectos para la realización de este proceso con el nombre de ¿FORZADA CORTANTE¿, por lo que solicitamos aceptar: COAGULACIÓN MONOPOLAR FULGURATE O FORZADA CORTANTE (150 O MAYOR)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN CONSULTA CON EL ÁREA USUARIA, SE ACOGE A SU OBSERVACION Y SE ACLARA QUE SE HARAN LAS CORRECCIONES EN LA INTEGRACION DE BASES: " COAGULACION MONOPOLAR FULGARATE O FORZADA CORTANTE DE 120W O MAYOR"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COAGULACION MONOPOLAR FULGARATE O FORZADA CORTANTE DE 120W O MAYOR"

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:35:45

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:
COAGULACIÓN SOFT (120 O MAYOR). El término "coagulación soft" se refiere a una modalidad de coagulación utilizada en electrocirugía que proporciona un efecto de coagulación más suave en comparación con otras modalidades de coagulación, como la coagulación estándar o la coagulación con corte, teniendo en cuenta lo anterior, para mayor participación solicitamos considerar: COAGULACIÓN SOFT O COAGULACIÓN ESTÁNDAR (120 O MAYOR)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
ESTE COMITÉ EN CONSULTA CON EL ÁREA USUARIA, SE ACOGE A SU OBSERVACION Y SE ACLARA QUE SE HARAN LAS CORRECCIONES EN LA INTEGRACION DE BASES: " COAGULACION SOFT 120W O MAYOR. COAGULACION BIPOLAR ESTANDAR DE 70W O MAYOR"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
COAGULACION SOFT 120W O MAYOR. COAGULACION BIPOLAR ESTANDAR DE 70W O MAYOR"

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:35:45

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

COAGULACIÓN PRECISO (70 O MAYOR). El término "coagulación precisa" se refiere a una modalidad de coagulación utilizada en cirugía que permite un control preciso y específico sobre el tejido. Considerando lo anterior en el equipo ofertado este término es sustituido por FORZADA NO CORTANTE. Por lo que solicitamos considerar para mayor participación: COAGULACIÓN PRECISO O FORZADA NO CORTANTE (80 O MAYOR)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN CONSULTA CON EL ÁREA USUARIA, ACOGE A SU OBSERVACION Y SE ACLARA QUE SE HARAN LAS CORRECCIONES EN LA INTEGRACION DE BASES: DE LA SIGUIENTE MANERA: COAGULACION BIPOLAR PRECISO DE 70W O MAYOR. COAGULACION BIPOLAR FORZADA DE 70W O

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: COAGULACION BIPOLAR PRECISO DE 70W O MAYOR. COAGULACION BIPOLAR FORZADA DE 70W O MAYOR"

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:35:45

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SISTEMA DE FUSION DE TEJIDOS (350W O MAYOR). La importancia de un sellador de vasos radica en su capacidad para sellar vasos con un diámetro mínimo de 7 mm y minimizar la dispersión de temperatura al tejido adyacente lo cual nuestro equipo cumple con los requerimientos exigidos, Teniendo en cuenta lo anterior y para mayor pluralidad y participación de postores: SISTEMA DE FUSION DE TEJIDOS (200W O MAYOR)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN CONSULTA CON EL ÁREA USUARIA, ACOGE A SU OBSERVACION Y SE ACLARA QUE SE HARAN LAS CORRECCIONES EN LA INTEGRACION DE BASES: DE LA SIGUIENTE MANERA: SISTEMA DE FUSION DE TEJIDOS DE 200W O MAYOR"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SISTEMA DE FUSION DE TEJIDOS DE 200W O MAYOR"

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:35:45

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

CORTE PARA RESECCIÓN BIPOLAR (300 O MAYOR). Mejora: Equipo ofertado cuenta con corte para resección bipolar de hasta 850W. Un electrocauterio con resección bipolar de 850W ofrece mejoras clínicas significativas en comparación con uno de 300W, como una capacidad de corte más rápida y eficiente, mejor hemostasia, menor dispersión térmica y mayor versatilidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION, ACOGE A SU OBSERVACION Y SE ACLARA QUE SE HARAN LAS CORRECCIONES EN LA INTEGRACION DE BASES: " DE LA SIGUIENTE MANERA: CORTE PARA RESECCION BIPOLAR DE 300W O

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CORTE PARA RESECCION BIPOLAR DE 300W O MAYOR"

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:35:45

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:
COAGULACION PARA RESECCIÓN BIPOLAR (175 O MAYOR). Mejora: Equipo ofertado cuenta con coagulación para resección bipolar de hasta 350W

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCION, ACOGE A SU OBSERVACION Y SE ACLARA QUE SE HARAN LAS CORRECCIONES EN LA INTEGRACION DE BASES: " DE LA SIGUIENTE MANERA: COAGULACION PARA RESECCION BIPOLAR DE 175W O MAYOR"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:35:45

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

ENVASE

¿ RESISTEN A LA MANIPILACION, TRANSPORTE Y ALMACENAJE

¿ QUE GARANCE LA INTEGRUIDAD DEL PRODUCTO

¿ EXCENTO DE PARTICULAS EXTRAÑAS REBABAS Y/O ARISTAS CORTANTES.

Entendemos que la especificación solicitada para el envase, se refiere a los lápices de cauterio. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION, ACLARA SU OBSERVACION, " ENVASE" SE REFIERE AL CARRO DE TRANSPORTE DEBE SER RESISTENTE DE LA MISMA MARCA NO ADAPATADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:35:45

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

1.1. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de TREINTA (30) días calendarios¿ El plazo de entrega solicitado no se encuentra acorde con el tiempo de importación, despacho y entrega del producto, por lo que solicitamos para fomentar nuestra participación aceptar: plazo de entrega de 60 días.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION NO ACOGE SU OBSERVACION POR QUE SE EVIDENCIA EN LA INDAGACION DE MERCADO QUE HAY PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:51:25

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

f) Manual de srevico técnico impreso en el idioma español
Observamos este literal toda vez que el requerimiento de manuales no es considerado por el OSCE como un documento obligatorio para la presentación de ofertas. Por lo que solicitamos se elimine de esta etapa y se considere como obligatorio para la etapa de entrega del bien. Aceptará el comité lo solicitado?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN CONSULTA CON EL ÁREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACIÓN Y A LA VEZ ACLARA QUE LO SOLICITADO SE MODIFICARa EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
ADMISIÓN DE LA OFERTA: SE SUPRIMIRÁ EL SUB PÁRRAFO (F) "MANUAL DEL SERVICIO TÉCNICO IMPRESO EN IDIOMA ESPAÑOL"

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:
K) UNA DECLARACIÓN JURADA, PARA LA PRESENTACIÓN DEL MANUAL DEL SERVICIO TÉCNICO IMPRESO EN IDIOMA ESPAÑOL AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO DEL MATERIAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:
K) UNA DECLARACIÓN JURADA, PARA LA PRESENTACIÓN DEL MANUAL DEL SERVICIO TÉCNICO IMPRESO EN IDIOMA ESPAÑOL AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO DEL MATERIAL

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:51:25

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

g) Copia del certificado de garantía emitido por el fabricante
Se observa este literal al ser un documento de emisión luego de otorgada la buena pro y de presentación a la entrega del bien. Por lo mencionado solicitamos al comité retirarlo de los documentos de presentación obligatoria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN CONSULTA CON EL ÁREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACIÓN Y A LA VEZ ACLARA QUE LO SOLICITADO SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
ADMISIÓN DE LA OFERTA: SE SUPRIMIRÁ EL SUB PÁRRAFO (G) "COPIA DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA EMITIDO POR EL FABRICANTE"

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:
L) UNA DECLARACIÓN JURADA, PARA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA, LA MISMA QUE SE PRESENTARA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:
L) UNA DECLARACIÓN JURADA, PARA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA, LA MISMA QUE SE PRESENTARA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:51:25

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

h) Capacitación usuari y técnica

Entendemos que lo que solicitan es una declaración jurada de compromiso de capacitación al area usuaria y técnica. Es correcta nuestra apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN CONSULTA CON EL ÁREA USUARIA SE ACOGE A SU OBSERVACIÓN, CALARA QUE LA CAPACITACION TECNICA DEBE SER EFECTUADO DESPUES DE LA ENTREGA DEL EQUIPO, MOTIVO POR EL CUAL DEBERÁ PRESENTAR UNA DECLARACION JURADA PARA ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN USUARIA Y TÉCNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL CENTRO, MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:51:25

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

B. MEJORAS PRECIO

Solicitamos al comité corregir la denominación del factor de evaluación, entendemos que se refieren a la mejora con puntaje del plazo de entrega.

Es correcta nuestra apreciación? Asimismo solicitamos ampliar el plazo a 60 días y con esto reformular el puntaje de la siguiente manera:

- De 45 hasta 49 Días calendarios 15 punto
- De 50 hasta 54 Días calendarios 10 puntos
- De 55 hasta 59 Días calendarios 5 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN LA REVISION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PUEDE EVIDENCIAR QUE HAY MAS DE UN POSTOR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DEL PLAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS CALENDARIOS MOTIVO POR EL CUAL NO ACOGE A SU OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null