

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-INSN-SB-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION ANUAL DE SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: MICRO GUIA 0.14 IN

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	19:26:50

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Según EETT solicitan:

\*CARACTERISTICAS:

Compatible con extensión de guía de acoplamiento de 115cm.

Solicitamos al comité que la compatibilidad con extensión de guía de acoplamiento sea OPCIONAL.

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacionales, se debe considerar ampliar y eliminar ciertas características de la especificación técnica para promover la pluralidad de los postores, e instruye a maximizar el valor de los recursos públicos de manera oportuna, bajo las mejores condiciones de precio, tecnología, vigencia, y afectos que se cumpla el fin público. Y a su vez teniendo en cuenta que no alterarían la funcionabilidad del producto.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: -      **Página: 34**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección previo pronunciamiento del área usuaria, aclara que No Acoge la Consulta y se ciñe a las especificaciones técnicas solicitadas. Por la complejidad de casos y variedad de patología vascular necesitamos contar con el dispositivo solicitado y con dichas especificaciones .

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No aplica