

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1.	DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE INNOVACION Y SOPORTE DE DIAGNOSTICO DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUMINISTRO DE PANEL DE IDENTIFICACIÓN + ANTIBIOGRAMA PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS X 1 DETERMINACIÓN PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNOSTICO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	PAC N° 77						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SIGANET N°1432-2023		Fecha de recepción	24/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	12/05/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	01/06/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	17/07/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	21/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la sexta versión	11/09/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la séptima versión	27/09/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEM(S)	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización	-	Fecha de aprobación	-			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-	Fecha de inicio de vigencia	-			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	4				4	CORREO ELECTRONICO	13, 17, 19/04/2023
	Respecto a aceptar componentes homólogo, metodología para el cálculo del CIM, a la antigüedad del equipo en cesión de uso, panel cuenta con cánula inoculadora incorporada.							
	1	1	1	CORREO ELECTRONICO	19/05/2023			
	Respecto a trasladar en las especificaciones técnicas las consultas acogidas de la indagación de mercado.							
	1	3	3	CORREO ELECTRONICO	26/06/2023			
	Respecto a una incongruencia en el canje del producto, así como respecto a la antigüedad del equipo en cesión de uso, debido a que lo señalado en el pliego de absolución de consultas y la antigüedad señalada en las especificaciones técnicas no coinciden, y sobre precisar la forma de pago.							
	1	4				4	CORREO ELECTRONICO	21 y 27/07/2023 01/08/2023
	Respecto a las características del equipo en cesión de uso, la inoculación automática, la antigüedad del equipo, y la característica de dispensador de solución salina.							
	1	1				1	CORREO ELECTRONICO	29/08/2023
	Respecto a la característica del equipo en cesión de uso de "Dispensador de solución salina y pipetas automáticas"							
	1	1				1	CORREO ELECTRONICO	15/09/2023
	Respecto al plazo de entrega.							
	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



