

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código : 20553512019

Fecha de envío : 02/06/2023

Nombre o Razón social : GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.

Hora de envío : 15:12:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se requiere:

A01 CAPACIDAD DE LA CÁMARA 50 LITROS, TIPO VERTIVAL +/- 5 L

En aras de ampliar la participación de potenciales postores se sugiere respetuosamente al comité de selección aceptar equipos con un rango de tolerancia del volumen de +/- 10 L.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: A01

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOJE LA OBSERVACION, EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA SE TOMA EN CONSIDERACION LA CONSULTA REALIZADA EN ARAS DE AMPLIAR LA PARTICIPACION DE POSTORES.SE ACOJE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : A01 CAPACIDAD DE CAMARA DE 50 LITROS O MAS TIPO VERTICAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A01 CAPACIDAD DE CAMARA DE 50 LITROS O MAS TIPO VERTICAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553512019	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	Hora de envío :	15:12:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se requiere:
A10 02 SENSORES DE TEMPERATURA FLEXIBLES (ESPECIALES PARA CARGAS LÍQUIDAS)
En aras de ampliar la participación de potenciales postores se sugiere respetuosamente al comité de selección aceptar equipos con 01 sensor de temperatura flexible (especiales para cargas líquidas).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A10 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOJE LA OBSERVACION, EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA, SE TOMA EN CONSIDERACION LA CONSULTA REALIZADA EN ARAS DE AMPLIAR LA PARTICIPACION DE POSTORES E PROCEDE A REALIZAR LOS CAMBIOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : A10 -02 SENSORES DE TEMPERATURA FLEXIBLES (ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS) Y/O 02 SENSORES DE LAS CUALES SEA 01 Sonda principal fija en la camara y 01 sonda de temperatura corazon flexible(ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
A10 -02 SENSORES DE TEMPERATURA FLEXIBLES (ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS) Y/O 02 SENSORES DE LAS CUALES SEA 01 Sonda principal fija en la camara y 01 sonda de temperatura corazon flexible(ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553512019	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	Hora de envío :	15:12:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se requiere:
A12 SOLDADURA DE CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN MEDIANTE SISTEMA ROBOTIZADO
En aras de ampliar la participación de potenciales postores se sugiere respetuosamente al comité de selección aceptar equipos con certificación ASME o PED, que garantizan la fabricación de la cámara de esterilización.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A12 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOJE LA OBSERVACION, EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA, SE TOMA EN CONSIDERACION LA CONSULTA REALIZADA EN ARAS DE AMPLIAR LA PARTICIPACION DE POSTORES E PROCEDE A REALIZAR LOS CAMBIOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA A12 SOLDADURA DE CAMARA DE ESTERILIZACION MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO CON CERTIFICACION ASME O PED.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
A12 SOLDADURA DE CAMARA DE ESTERILIZACION MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO CON CERTIFICACION ASME O PED.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553512019	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	Hora de envío :	15:12:49

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se requiere:
A22 CUATRO (04) PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN PREDETERMINADOS Y HASTA 06 PROGRAMAS ADICIONALES PARA CONFIGURAR POR EL USUARIO COMO MINIMO
En aras de ampliar la participación de potenciales postores se sugiere respetuosamente al comité de selección aceptar equipos 04 programas adicionales para configurar por el usuario como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A22 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOJE LA OBSERVACION, EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA, SE TOMA EN CONSIDERACION LA CONSULTA REALIZADA EN ARAS DE AMPLIAR LA PARTICIPACION DE POSTORES E PROCEDE A REALIZAR LOS CAMBIOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: A22 CUATRO (04) PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN PREDETERMINADOS Y HASTA 04 PROGRAMAS ADICIONALES PARA CONFIGURAR POR EL USUARIO COMO MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A22 CUATRO (04) PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN PREDETERMINADOS Y HASTA 04 PROGRAMAS ADICIONALES PARA CONFIGURAR POR EL USUARIO COMO MINIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	04/06/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:49:35

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

El equipo autoclave esta dentro de la relación de productos que a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario por DIGEMID.
Se solicita al comité de selección no considerar como requisito obligatorio para la admisibilidad de propuestas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.3 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOJE LA OBSERVACION SE SUPRIMIRA EL REQUISITO DE REGISTRO SANITARIO DE LAS BASES INTEGRADAAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	04/06/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:49:35

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

NORMATIVA (FACULTATIVA) indica 7 normativas, consultamos al comité de selección si el equipo debe de cumplir con todas las normativas o cumplir con algunas de ellas exceptuando el de seguridad eléctrica. Solicitamos al comité si el caso solicite todas las normativas para mayor pluralidad y participación de postores indicar " cumplir por lo menos con dos normativas para dar fiabilidad del equipo"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: B **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION ACLARA QUE LA NORMATIVA ES FACULTATIVA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	04/06/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:49:35

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En Experiencia del postor en la especialidad indica "Se consideran bienes similares a los similares: VENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE", consultamos al comité de selección considerar para mayor participación de postores en considerar bienes similares a los siguientes: VENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL O VENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACOGE LA OBSERVACION , POR LO QUE SE CORREGIRA DE LA SIGUIETNE MANERA: Se consideran bienes similares a los siguientes : VENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL O VENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes : VENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL O VENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	16:21:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Esterilizador a Vapor - Autoclave Vertical 50L A10 02 sensores de temperatura flexibles (especiales para cargas liquidas) Para mayor pluralidad de postores solicitamos al Comite de Seleccion aceptar una Autoclave con 02 sensores de las cuales sea 01 sonda principal fija en la camara y 01 Sonda de temperatura corazon flexible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOJE LA OBSERVACION, EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA SEGÚN LA CONSULTA REALIZADA SE PROCEDE A REALIZAR LOS CAMBIOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : A10 -02 SENSORES DE TEMPERATURA FLEXIBLES (ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS) Y/O 02 SENSORES DE LAS CUALES SEA 01 SONDA PRINCIPAL FIJA EN LA CAMARA Y 01 SONDA DE TEMPERATURA CORAZON FLEXIBLE(ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A10 -02 SENSORES DE TEMPERATURA FLEXIBLES (ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS) Y/O 02 SENSORES DE LAS CUALES SEA 01 SONDA PRINCIPAL FIJA EN LA CAMARA Y 01 SONDA DE TEMPERATURA CORAZON FLEXIBLE(ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	16:21:09

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Esterilizador a Vapor - Autoclave Vertical 50L A13 Aislamiento termico en la puerta y la camara de esterilizacion . Por lo general las autoclaves verticales no tienen aislamiento termico, por lo que solicitamos al Comite de Selecccion sea este punto opcional o de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA NO SE ACOGE LAS OBSERVACIONES, DADO QUE EXISTEN MARCAS CON AISLAMIENTO TERMICO EN PUERTAS Y LA CAMARA EL CUAL ESTA DISEÑADO PARA PROTEGER AL OPERADOR DE QUEMADURAS POR EL CALOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	16:21:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Esterilizador a Vapor - Autoclave Vertical 50L A19 Código de acceso para reprogramación de parámetros de funcionamiento en cada programa de esterilización. Existen equipos con ingreso directo al usuario la cual podría realizar ajustes de parámetros tales como: número de pulsos de prevacio, temperatura de esterilización, tiempo de secado final, modo de esterilización, para una mayor pluralidad de postores solicitamos al Comité de Selección aceptar lo siguiente A19 Código de acceso o ingreso directo para reprogramación de parámetros de funcionamiento como: número de pulsos de prevacio, temperatura de esterilización, tiempo de secado final, modo de esterilización.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA Y TÉCNICA, ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: A19 CÓDIGO DE ACCESO O INGRESO DIRECTO PARA REPROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO EN CADA PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A19 CÓDIGO DE ACCESO O INGRESO DIRECTO PARA REPROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO EN CADA PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	16:21:09

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Esterilizador a Vapor - Autoclave Vertical 50L C02 01 Contenedor con orificios de acero inoxidable. Para mayor pluralidad de postores el Comite de seleccion aceptara 01 Cesto sin perforar de acero inoxidable?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA SEGÚN LA CONSULTA REALIZADA SE PROCEDE A REALIZAR LOS CAMBIOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : C02 UN (01) CONTENEDOR CON ORIFICIOS DE ACERO INOXIDABLE Y/O UN (01) CESTO SIN PERFORAR DE ACERO INOXIDABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

: C02 UN (01) CONTENEDOR CON ORIFICIOS DE ACERO INOXIDABLE Y/O UN (01) CESTO SIN PERFORAR DE ACERO INOXIDABLE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	16:21:09

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: Solicita Esterilizador a Vapor - Autoclave Vertical 50L C03 01 Base con orificios de acero inoxidable. Para mayor pluralidad de postores el Comite de seleccion aceptara 01 Bandeja colectora de liquidos de acero inoxidable ?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA SEGÚN LA CONSULTA REALIZADA SE PROCEDE A REALIZAR LOS CAMBIOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : C03 UNA (01) 01 BASE CON ORIFICIOS DE ACERO INOXIDABLE Y/O UNA (01) BANDEJA COLECTORA DE LIQUIDOS DE HACERO INOXIDABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C03 UNA (01) 01 BASE CON ORIFICIOS DE ACERO INOXIDABLE Y/O UNA (01) BANDEJA COLECTORA DE LIQUIDOS DE HACERO INOXIDABLE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:14:57

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

A01 CAPACIDAD DE LA CAMARA 50 LITROS, TIPO VERTICAL +/- 5 L

Los fabricantes de diferentes autoclaves en el mundo manejan las capacidades de sus equipos según sus mercados y necesidades, por ello, se les pide si pueden aceptar equipo de mayor capacidad, como mejora para el usuario y pueda tener mayor producción en procesos de la esterilización.

Por lo expuesto líneas atrás, se solicita al comité de Selección, si el punto A01 puede quedar de la siguiente manera:

A01 CAPACIDAD DE LA CAMARA 50 LITROS O mas, TIPO VERTICAL

Teniendo en cuenta que esta característica beneficiara a la entidad y al usuario y no impedira la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 5.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA ACOJE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : A01 CAPACIDAD DE CAMARA DE 50 LITROS O MAS TIPO VERTICAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A01 CAPACIDAD DE CAMARA DE 50 LITROS O MAS TIPO VERTICAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20600446461	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C. - HASSO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:43:32

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan: ¿Capacidad de la cámara 50 Litros, tipo vertical +/- 5 L¿.

Consulta: Solicitamos al comité especial considerar: ¿Capacidad de la cámara 50 Litros, tipo vertical +/- 10 L¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A01 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA ACOJE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : A01 CAPACIDAD DE CAMARA DE 50 LITROS O MAS TIPO VERTICAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A01 CAPACIDAD DE CAMARA DE 50 LITROS O MAS TIPO VERTICAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20600446461	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C. - HASSO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:43:32

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitan: ¿Capacidad de la cámara 50 Litros, tipo vertical +/- 5 L¿.

Consulta: Solicitamos al comité especial considerar: ¿Capacidad de la cámara 50 Litros, tipo vertical +/- 8 L¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A01 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA ACOJE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : A01 CAPACIDAD DE CAMARA DE 50 LITROS O MAS TIOO VERTICAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A01 CAPACIDAD DE CAMARA DE 50 LITROS O MAS TIOO VERTICAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20600446461	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C. - HASSO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:43:32

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan: ¿02 sensores de temperatura flexibles (especiales para carga líquida)¿.

Consulta: La cantidad de sensores de temperatura empleado difiere según la fabricación y diseño de cada fabricante, un solo sensor flexible es suficiente para registrar la temperatura en los líquidos, ante ello solicitamos al comité especial considerar: ¿01 o 02 sensores de temperatura flexibles (especiales para carga líquida)¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A10 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA Y CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR PARTICIPACION SE PROCEDE A REALIZAR LOS CAMBIOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : A10 -02 SENSORES DE TEMPERATURA FLEXIBLES (ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS) Y/O 02 SENSORES DE LAS CUALES SEA 01 SONDA PRINCIPAL FIJA EN LA CAMARA Y 01 SONDA DE TEMPERATURA CORAZON FLEXIBLE(ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A10 -02 SENSORES DE TEMPERATURA FLEXIBLES (ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS) Y/O 02 SENSORES DE LAS CUALES SEA 01 SONDA PRINCIPAL FIJA EN LA CAMARA Y 01 SONDA DE TEMPERATURA CORAZON FLEXIBLE(ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20600446461	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C. - HASSO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:43:32

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitan: ¿Soldadura de cámara de esterilización mediante sistema robotizado¿.

Consulta: La soldadura robotizada no garantiza una buena soldadura el comité especial debe solicitar en cambio un certificado que garantice el correcto estado de la cámara y que este soporte la presión de trabajo, ante ello solicitamos al comité especial considerar: ¿Cámara fabricada de acuerdo PED 2014/68 EC u otra norma que garantice la resistencia de la cámara a la presión¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A12 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA SEGÚN LA CONSULTA REALIZADA SE PROCEDE A REALIZAR LOS CAMBIOS QUEDADON DE LA SIGUIENTE MANERA: A12 SOLDADURA DE CAMARA DE ESTERILIZACION MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO CON CERTIFICACION ASME O PED.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12 SOLDADURA DE CAMARA DE ESTERILIZACION MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO CON CERTIFICACION ASME O PED.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20600446461	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C. - HASSO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:43:32

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitan: ¿Cuenta con reservorio incorporado para recirculación de agua¿.

Consulta: El uso de un reservorio incorporado es según diseño de cada fabricante ello no impide el objetivo final que es la esterilización, por lo cual, solicitamos al comité especial considerar: ¿Opcional cuenta con reservorio incorporado para recirculación de agua¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A15 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA ACLARA QUE ES INDISPENSABLE CON UN RESERVORIO PARA CIRCULACION DEL AGUA DEBEDIO QUE A QUE NO SE CUENTA CON LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO DE AGUA CONSTANTE Y INSTALACION DE DESAGUE PARA EL EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20600446461	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C. - HASSO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:43:32

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitan: ¿Indicadores visuales de: bajo nivel de agua, puerta abierta, fase del proceso, falla y código de error de falla, fin de proceso¿.

Consulta: El bajo nivel de agua en el equipo se reporta junto a un mensaje de error por lo cual solicitamos al comité especial considerar: ¿Indicadores visuales de: puerta abierta, temperatura, bloqueo de puerta, fase del proceso, falla y código de error de falla, fin de proceso¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A21 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA ACLARA QUE LA CONSULTA INDICADA NO TIENE OBJETIVIDAD NO GUARDA RELACION DEL UN MENSAJE DE ERROR POR BAJO NIVEL DE AGUA CON LA NECESIDAD DE INCLUIR OTRO INDICADORES VISUALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20600446461	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C. - HASSO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:43:32

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Solicitan: ¿01 Canastilla tipo malla de acero inoxidable¿.

Consulta: Solicitamos al comité especial considerar: ¿Opcional 01 Canastilla tipo malla de acero inoxidable¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C01 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA ACLARA QUE ES INDISPENSABLE CONTAR CON CESTOS, CANASTILLAS Y OTROS CONTENEDORES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACION POR LO CUAL NO SE CONSIDERA FACTIBLE DAR COMO OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20600446461	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C. - HASSO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:43:32

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitan: ¿Manual de operación y manual técnico¿.

Consulta: Los proveedores de las diferentes marcas no entregan el manual de servicio o técnico a las personas que no han sido capacitadas en fábrica ante ello solicitamos al comité especial: ¿Manual de operación y/o manual técnico¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C05 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA SE ACLARA QUE ES INDISPENSABLE EL MANUAL TECNICO A FIN DE VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POSTERIOR A SU CULMINACION DE LA GARANTIA, ASI COMO TAMBIEN ES DE GRAN UTILIDAD ANTE UNA EVALUACION POR ERRORES O FALLAS QUE PRESENTE EL EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20600446461	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C. - HASSO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:43:32

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitan: ¿¿Profesional requerido: Médico especializado / Ing. Biomédico / Ing. Electrónico / Ing. Mecánico / Ing. Electromecánico o carreras de la salud con 03 años de experiencia¿¿.

Consulta: Solicitamos al comité especial considerar Bachiller en ingeniería electrónica con mas de 12 años de experiencia. ¿¿Profesional o bachiller requerido: Médico especializado / Ing. Biomédico / Ing. Electrónico / Ing. Mecánico / Ing. Electromecánico o carreras de la salud con 03 años de experiencia¿¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.7.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LOS SOLICITADO POR EL POSTOR DEBIENDO PREVALECER LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20600446461	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S.A.C. - HASSO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:43:32

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Solicitan: Solicitamos al comité especial considerar Bachiller en ingeniería electrónica con mas de 12 años de experiencia. ¿¿Profesional requerido: Ing. Biomédico / Ing. Electrónico / Ing. Mecánico / Ing. Electromecánico / Licenciado en Tecnología Médica¿¿.

Consulta: en el capítulo 3 sección IV-c página 89 indica ¿¿Profesional o bachiller requerido: Ing. Biomédico / Ing. Electrónico / Ing. Mecánico / Ing. Electromecánico / Licenciado en Tecnología Médica¿¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.7.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LOS SOLICITADO POR EL POSTOR DEBIENDO PREVALECER LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 05/06/2023

Hora de envío : 18:04:57

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Tiempo de entrega 90 días calendario para la entrega del equipo, plazo que incluye la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del mismo; sin embargo, dichos plazos no contemplan la actual crisis europea que atraviesan diversos proveedores, esto afecta la cadena mundial de suministros, lo cual conlleva demoras en las entregas de componentes y equipamientos, sumándose además la complicada gestión de logística internacional para las importaciones. Atendiendo a lo expuesto OBSERVAMOS dicho requerimiento y solicitamos al comité de selección que, en consulta con su área usuaria, tengan a bien a ampliar el plazo de entrega a 150 días calendarios, plazo que incluye la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del bien(es)¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA NO ACOGE LO SOLICITADO POR EL POSTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	18:04:57

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita: Capacidad de la cámara 50 litros, tipo vertical +/-5 L.

El volumen del equipo no afecta su funcionalidad y varía de acuerdo a la marca y procedencia del mismo. Existen alternativas que poseen un volumen mayor, como por ejemplo el modelo de 63 litros de capacidad en la cámara interna; equipo con el cual se podría igual trabajar con cargas menores. Por lo tanto, para fomentar la pluralidad de postores y recibir mejoras tecnológicas CONSULTAMOS al comité si aceptaría alternativas con: Capacidad de 63 litros¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA EN ARAS DE AMPLIAR LA PARTICIPACION DE POSTORES.ACOJE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : A01 CAPACIDAD DE CAMARA DE 50 LITROS O MAS TIPO VERTICAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A01 CAPACIDAD DE CAMARA DE 50 LITROS O MAS TIPO VERTICAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 05/06/2023

Hora de envío : 18:04:57

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Normativa facultativa¿
AAM1/ANIS ST-S; FDA S10K APROBADA; EN 13060: 2004+A2:2010 Esterilizador pequeño a vapor; en 61326-1:2006 equipos eléctricos para requisitos EMC; EN 17665-1:2006 Esterilización de productos sanitarios- calor húmedo.
Al respecto indicamos que las normativas internacionales están en constante actualización y varían de acuerdo al país de origen del equipo, esto implica que existen normativas equivalentes lo cual no afecta la funcionalidad principal del equipo. En ese sentido CONSULTAMOS al comité de selección si aceptarán la siguiente propuesta ¿Que cumpla Certificaciones PED 2014/68/EU; ISO 17025:2005 (UKAS); IEC 61010; ISO9001:2015 o de acuerdo al fabricante¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA SE ACLARA QUE LA NORMATIVA ES FACULTATIVA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20503919908	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:16:22

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Solicitan:
A10 02 SENSORES DE TEMPERATURA FLEXIBLES (ESPECIALES PARA CARGAS LÍQUIDAS)
Señores del Comité sobre lo solicitado
¿Cual es la función de estos sensores?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA ACLARA QUE SIRVEN PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA ESPECIALMENTE VENTAJOSO PARA LOS PROCESOS QUE IMPLICAN LA ESTERILIZACIÓN DE GRANDES VOLÚMENES DE LÍQUIDOS, DONDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN SE REGULA TANTO POR LA TEMPERATURA ALCANZADA EN EL CENTRO DE LA MUESTRA LÍQUIDA COMO POR LA TEMPERATURA ALCANZADA EN LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20503919908	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:16:22

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Solicitan :
A10 02 SENSORES DE TEMPERATURA FLEXIBLES (ESPECIALES PARA CARGAS LÍQUIDAS)
Señores del Comité sobre lo solicitado
¿Por qué están solicitando 02 sensores?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA SEGÚN LA CONSULTA REALIZADAS SE PROCEDE A REALIZAR LOS CAMBIOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : A10 -02 SENSORES DE TEMPERATURA FLEXIBLES (ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS) Y/O 02 SENSORES DE LAS CUALES SEA 01 Sonda principal fija en la camara y 01 sonda de temperatura corazon flexible(ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A10 -02 SENSORES DE TEMPERATURA FLEXIBLES (ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS) Y/O 02 SENSORES DE LAS CUALES SEA 01 Sonda principal fija en la camara y 01 sonda de temperatura corazon flexible(ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20503919908	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:16:22

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Solicitan:

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

COMO MINIMO 03 AÑOS EN MANEJO, OPERACIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO OFERTADO O SIMILARES CLAVE REQUERIDO COMO PERSONAL TECNICO PARA INSTALACIÓN

Señores del Comité sobre lo solicitado se puede colocar otro personal clave como ingeniero?

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: II

Literal: 3.1

Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE LOS POSTORES DEBERÁN REGIRSE A LOS ESTABLECIDO EN LAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20503919908	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:16:22

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Solicitan:

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

COMO MINIMO 03 AÑOS EN MANEJO, OPERACIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO OFERTADO O SIMILARES CLAVE REQUERIDO COMO PERSONAL TECNICO PARA INSTALACIÓN

Señores del Comité sobre lo solicitado

¿Cómo se acreditará la experiencia?

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: II

Literal: 3.1

Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE LAS BASES INTEGRADAS SE INDICA LOS DOCUMENTOS PARA LA ACREDITACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNA (1) ESTERILIZADOR A VAPOR- AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:29

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

A10: 02 SENSORES DE TEMPERATURA FLEXIBLES (ESPECIALES PARA CARGAS LIQUIDAS)

Se solicita cordialmente al comite de seleccion indicar si estos sensores, pueden ser un accesorio externo al equipo para así poder monitorizar correctamente la temperatura dentro de la carga liquida, esto se debe a que son pocas las marcas que poseen un sensor interno destinado a ser insertado a una carga líquida. De manera que la especificacion quede de la siguiente manera:

A10: 02 SENSORES DE TEMPERATURA FLEXIBLES INTERNOS O EXTERNOS (ESPECIALES PARA CARGAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

"EL COMITÉ DE SELECCIÓN , EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA Y TECNICA , ACLARA LA CONSULTA QUE ESTOS SENSORES SON INDISPENSABLE PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA ESPECIALMENTE VENTAJOSO PARA LOS PROCESOS QUE IMPLICAN LA ESTERILIZACIÓN DE GRANDES VOLÚMENES DE LÍQUIDOS. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null