

**ACTA DE POSTERGACIÓN DE LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 151-2024-GRH/CS-3

**ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LAVADO, SECADO DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO NIVEL III-1" SEGUNDA ETAPA.**

En, la ciudad de Huánuco, a los 17 días del mes de julio del año 2025, en las instalaciones de oficina de la Sub Gerencia de Abastecimiento del Gobierno Regional de Huánuco – Sede Central, a las 08:05 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados con **FORMATO N° 04 RECONFORMACION DEL COMITE DE SELECCION N° 153-2025-GRH/GRA, de fecha 19 de junio del 2025**, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LAVADO, SECADO DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO NIVEL III-1" SEGUNDA ETAPA., a fin de postergar la admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro.

1. COMITÉ DE SELECCIÓN

PRESIDENTE (TITULAR)	Ing. José Enrique Figueroa Quispe	DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
PRIMERO MIEMBRO (TITULAR)	ING. Wilmer More Palomino	DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
SEGUNDO MIEMBRO (TITULAR)	CPC. Arnold Jefferson Jaimes Paredes	DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

2. ACUERDO OPTADO

Que, según cronograma del procedimiento de selección la, admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, estaban establecido según cronograma del SEACE para el día **10 de julio del 2025.**

El Comité de selección por UNANIMIDAD decide postergar la admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro por motivos de recarga laboral, para el día **17 de julio del 2025.**

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto a las 08:10 del mismo día suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.



Ing. José Enrique Figueroa Quispe
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



Ing. Wilmer More Palomino
PRIMER MIEMBRO



CPC. Arnold Jefferson Jaimes Paredes
SEGUNDO MIEMBRO

FORMATO N° 13
ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

1	NÚMERO DE ACTA	003-2025
---	----------------	----------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En la ciudad de Huánuco, a los 17 días de julio del año 2025, en la Sub Gerencia de Abastecimiento, se reunieron los miembros de comité de selección designados mediante Formato N° 04 reconfirmación de Comité de Selección 153-2025-GRH/GRA, de fecha 19 de junio de 2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 151-2024-GRH/CS-3, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LAVADO, SECADO DE INSTRUMENTAL MEDICO, PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO NIVEL III-1 SEGUNDA ETAPA , sesionó a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO , de acuerdo a lo siguiente: <table><tr><td><u>ETAPAS</u></td><td colspan="2"><u>FECHAS DE LAS SESIONES</u></td><td colspan="2"><u>HORA DE LAS SESIONES</u></td></tr><tr><td></td><td>Desde:</td><td>Hasta:</td><td>Desde:</td><td>Hasta:</td></tr><tr><td>- Para la admisión:</td><td>17/07/2025</td><td>17/07/2025</td><td>08:20 a.m.</td><td>11:30 a.m.</td></tr><tr><td>- Para la evaluación:</td><td>17/07/2025</td><td>17/07/2025</td><td>11:31 a.m.</td><td>12:00 p.m.</td></tr><tr><td>- Para la calificación:</td><td>17/07/2025</td><td>17/07/2025</td><td>12:01 p.m.</td><td>13:00 p.m.</td></tr><tr><td>- Para el otorgamiento de la buena pro:</td><td>17/07/2025</td><td>17/07/2025</td><td>15:31 p.m.</td><td>16:00 p.m.</td></tr></table>	<u>ETAPAS</u>	<u>FECHAS DE LAS SESIONES</u>		<u>HORA DE LAS SESIONES</u>			Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:	- Para la admisión:	17/07/2025	17/07/2025	08:20 a.m.	11:30 a.m.	- Para la evaluación:	17/07/2025	17/07/2025	11:31 a.m.	12:00 p.m.	- Para la calificación:	17/07/2025	17/07/2025	12:01 p.m.	13:00 p.m.	- Para el otorgamiento de la buena pro:	17/07/2025	17/07/2025	15:31 p.m.	16:00 p.m.
<u>ETAPAS</u>	<u>FECHAS DE LAS SESIONES</u>		<u>HORA DE LAS SESIONES</u>																												
	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:																											
- Para la admisión:	17/07/2025	17/07/2025	08:20 a.m.	11:30 a.m.																											
- Para la evaluación:	17/07/2025	17/07/2025	11:31 a.m.	12:00 p.m.																											
- Para la calificación:	17/07/2025	17/07/2025	12:01 p.m.	13:00 p.m.																											
- Para el otorgamiento de la buena pro:	17/07/2025	17/07/2025	15:31 p.m.	16:00 p.m.																											

3	SOBRE EL QUÓRUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	JOSE ENRIQUE FIGUEROA QUISPE	Condición	DESIGNADO	Titular	X
					Suplente	
	Primer Miembro	WILMER MORE PALOMINO	Condición	DESIGNADO	Titular	X
					Suplente	
	Segundo Miembro	ARNOLD JEFFERSON JAIMES PAREDES	Condición	CAS	Titular	X
Suplente						

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo a la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE, se registraron a través de dicho sistema, los siguientes participantes:

Nro	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20447790999	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/06/2025	Válido
2	20457820187	SALUD BIENES Y SERVICIOS S.R.L. - SABYSER S.R.L.	27/06/2025	Válido
3	20520765361	CHIRURGISCHE INSTRUMENTE UND VERBRAUCH SAC	04/07/2025	Válido
4	20553512019	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	29/06/2025	Válido
5	20603061498	INTERLAB J & M E.I.R.L.	08/07/2025	Válido
6	20604652261	ALBUJAR IMPORT E.I.R.L.	30/06/2025	Válido
7	20609766345	BADIR RESURFACE E.I.R.L.	30/06/2025	Válido
8	20609841878	SYSTEM MED S.A.C.	28/06/2025	Válido

5	DETALLE DE LOS POSTORES				
	En la fecha señalada en el cronograma de la ficha de selección publicada en el SEACE, presentaron sus ofertas a través de dicho sistema, los siguientes postores:				
	Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Estado de la propuesta
	1	20603061498	INTERLAB J&M E.I.R.L.	09/07/2025	Enviado
	2	20553512019	GESTION MÉDICA EMPRESARIAL S.A.C.	09/07/2025	Enviado

6	ADMISIÓN DE LAS OFERTAS		
	De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en el acápite "Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases, a fin de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas o Términos de referencia, según corresponda. ADJUNTO ANEXO 1		
	6.1	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS	
Nº		Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1		INTERLAB J&M E.I.R.L.	CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

		DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA f):	
		<p>- EL POSTOR NO PRESENTO Certificado de seguridad eléctrica una declaración de cumplimiento de normas internacionales como: IEC, UL, EN, CSA, o equivalentes, emitida por el fabricante o entidad competente para LAVADOR UTRASONIDO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y MAQUINA PARA SECADO DE INSTRUMENTAL.</p>	
6.2 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN			
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:			
Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula	
1	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	1	
7 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
7.1 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
1		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº 1 GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	100.00 puntos
		BONIFICACIONES (DE SER EL CASO)	5.00 puntos
		TOTAL	105.00 puntos
7.2 ORDEN DE PRELACIÓN			
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:			
Nº DE ORDEN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		PUNTAJE TOTAL
1	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.		105.00 Puntos
IMPORTANTE:			
En caso de empate la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo el orden previsto en el literal b) del numeral 74.2 del artículo 74 y el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento, según corresponda.			
8 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS			
COMPLETAR EL DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE CADA POSTOR, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN, HASTA OBTENER DOS (2) OFERTAS CALIFICADAS, SALVO QUE DE LA REVISIÓN SOLO SE PUEDA OBTENER UNA OFERTA CALIFICADA. (Numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento "Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases").			
8.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS			
Luego de culminada la evaluación, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó a los postores que cumplen con los requisitos de calificación detallados en las Bases:			
1		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº 1 GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE NO CUMPLE
		A CAPACIDAD LEGAL	X
		B1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	
		B3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	
		B3.1 FORMACION ACADEMICA	
		B.3.2 CAPACITACION	
		B4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X
		C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CALIFICADO
IMPORTANTE:			
De ser el caso, si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el órgano a cargo del procedimiento de selección verifica los requisitos de calificación de los demás postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación, en caso hubiere.			
8.2 DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS			
De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó que los siguientes postores fueron descalificados al no cumplir los requisitos de calificación especificados en las Bases, por las razones expuestas a continuación:			
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1			




	1	
11	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	
	De acuerdo a los resultados obtenidos, el siguiente postor obtiene la buena pro:	
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C. RUC N° 20553512019
		MONTO ADJUDICADO
		S/ 419,000.00
12	ACUERDO ADOPTADO	
	El Comité de Selección da por aprobado los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro. El acuerdo fue adoptado por:	
	Unanimidad: <input checked="" type="checkbox"/>	Mayoría: <input type="checkbox"/> Fundamento del voto discrepante: <input type="text"/>
13	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>WILMER MORE PALOMINO Primer Miembro</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>JOSE ENRIQUE FIGUEROA QUISPE Presidente</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ARNOLDO JEFFERSON JAIMES PAREDES Segundo Miembro</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL RESPONSABLE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>	

DOCUMENTACION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°151-2024-GRH/CS-3	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	INTERLAB J&M E.I.R.L.										
DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA												
DOCUMENTACION PARA LA ADMISION DE LA OFERTA												
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE										
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE										
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE										
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE										
<p>e) FORMATO N° 01 "FICHA TECNICA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones y características técnicas solicitadas por la Entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N°01 "Hoja de presentación de los bienes y sustento de cumplimiento de las características técnicas".</p> <p>Asimismo, el postor adjuntará copia de catálogos, brochures, folletos, ficha técnica del fabricante, así como cartas emitidas por el fabricante, con el fin de acreditar el cumplimiento de las siguientes características técnicas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM PAQUETE</th><th>DENOMINACION DEL ACTIVO</th><th>ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SER ACREDITADAS CON LA PRESENTACION DE CATALOGOS, BROCHURES, FOLLETOS, FICHA TECNICA DEL FABRICANTE Y/O CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">EQUIPOS DE LAVADO SECADO DE INSTRUMENTAL</td><td>PISTOLA LAVADORA DE INSTRUMENTOS</td><td>AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, C01</td></tr> <tr> <td>LAVADOR ULTRASONICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO</td><td>AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AD9, A10, C01</td></tr> <tr> <td>MAQUINA PARA SECADO DE INSTRUMENTAL</td><td>AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, B01, B02, B03, C01, D01, F01, F03, G01</td></tr> </tbody> </table>	ITEM PAQUETE	DENOMINACION DEL ACTIVO	ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SER ACREDITADAS CON LA PRESENTACION DE CATALOGOS, BROCHURES, FOLLETOS, FICHA TECNICA DEL FABRICANTE Y/O CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE	EQUIPOS DE LAVADO SECADO DE INSTRUMENTAL	PISTOLA LAVADORA DE INSTRUMENTOS	AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, C01	LAVADOR ULTRASONICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AD9, A10, C01	MAQUINA PARA SECADO DE INSTRUMENTAL	AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, B01, B02, B03, C01, D01, F01, F03, G01	CUMPLE	CUMPLE
ITEM PAQUETE	DENOMINACION DEL ACTIVO	ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SER ACREDITADAS CON LA PRESENTACION DE CATALOGOS, BROCHURES, FOLLETOS, FICHA TECNICA DEL FABRICANTE Y/O CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE										
EQUIPOS DE LAVADO SECADO DE INSTRUMENTAL	PISTOLA LAVADORA DE INSTRUMENTOS	AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, C01										
	LAVADOR ULTRASONICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AD9, A10, C01										
	MAQUINA PARA SECADO DE INSTRUMENTAL	AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, B01, B02, B03, C01, D01, F01, F03, G01										
f) Certificado de seguridad eléctrica una declaración de cumplimiento de normas internacionales como: IEC, UL, EN, CSA, o equivalentes, emitida por el fabricante o entidad competente para LAVADOR ULTRASONICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y MAQUINA PARA SECADO DE INSTRUMENTAL.	CUMPLE	NO CUMPLE										
g) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE										
h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE										
i) El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	CUMPLE										
RESULTADO	ADMITIDO	NO ADMITIDO										
DOCUMENTO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION												
B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
ITEM N° 1 - Anexo N° 8.	CUMPLE	-----										
C) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL												
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	CUMPLE	-----										
RESULTADO DE EVALUACIÓN	CALIFICADO	-----										

NOMBRE O RAZON SOCIAL			CLAVE		E-221A	
GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.			CANTIDAD		2	
DENOMINACION DEL EQUIPO			PISTOLA LAVADORA DE INSTRUMENTOS			
MARCA			SANDER DO BRASIL			
MODELO			PS30			
PAIS DE ORIGEN			BRASIL			
AÑO DE FABRICACION			2025			
VIGENCIA DE GARANTIA		24 MESES	PLAZO DE ENTREGA		70 DIAS CALENDARIOS	
N°	REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS			CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO		SUSTENTO EN FOLIOS
				SI	NO	
A01	JUEGO DE 3 (TRES) PISTOLAS INTEGRDAS CON PANTALLA PARA INFORMACION			CUMPLE		13
A02	PISTOLAS PRESURISADAS PARA LA LIMPIEZA Y SECADO DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS			CUMPLE		12,13
A03	PISTOLAS INDEPENDIENTES POR FUNCION: AGUA, AIRE Y DETERGENTE. DIFERENCIADOS POR COLOR			CUMPLE		13,14
A04	CON REGULADOR DE PRESION DE AGUA Y AIRE COMPRIMIDO			CUMPLE		13
A05	CON ADAPTADORES O BOQUILAS, 8 (OCHO) COMO MINIMO			CUMPLE		13,14
A06	CON PANTALLA DE CONTROL			CUMPLE		13,14
A07	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO IONIZADO O ALUMINIO ANODIZADO			CUMPLE		12,14
C	REQUERIMIENTO DE ENERGIA					
C01	220VV 50/60 HZ.			CUMPLE		13
RESULTADO DE EVALUACION						CUMPLE

NOMBRE O RAZON SOCIAL				CLAVE	E-221A
INTERLAB J&M E.I.R.L.				CANTIDAD	2
DENOMINACION DEL EQUIPO					
PISTOLA LAVADORA DE INSTRUMENTOS					
MARCA					
ENDOCLEAR					
MODELO					
CP200					
PAIS DE ORIGEN					
BRASIL					
AÑO DE FABRICACION					
2025					
VIGENCIA DE GARANTIA		24 MESES	PLAZO DE ENTREGA	70 DIAS CALENDARIOS	
N°	REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS			CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO	
				SI	NO
A01	JUEGO DE 3 (TRES) PISTOLAS INTEGRADAS CON PANTALLA PARA INFORMACION			CUMPLE	24
A02	PISTOLAS PRESURISADAS PARA LA LIMPIEZA Y SECADO DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS			CUMPLE	24
A03	PISTOLAS INDEPENDIENTES POR FUNCION: AGUA, AIRE Y DETERGENTE. DIFERENCIADOS POR COLOR			CUMPLE	24
A04	CON REGULADOR DE PRESION DE AGUA Y AIRE COMPRIMIDO			CUMPLE	24
A05	CON ADAPTADORES O BOQUILAS, 8 (OCHO) COMO MINIMO			CUMPLE	24
A06	CON PANTALLA DE CONTROL			CUMPLE	24
A07	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO IONIZADO O ALUMINIO ANODIZADO			CUMPLE	24
C	REQUERIMIENTO DE ENERGIA				
C01	220VV 50/60 HZ.			CUMPLE	24
RESULTADO DE EVALUACION				CUMPLE	

NOMBRE O RAZON SOCIAL				CLAVE	D-219	
GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.				CANTIDAD	2	
DENOMINACION DEL EQUIPO		LAVADOR ULTRASÓNICO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO				
MARCA	SANDERS DO BRASIL					
MODELO	SW 4500 AUTO 2					
PAIS DE ORIGEN	2025					
AÑO DE FABRICACION	BRASIL					
VIGENCIA DE GARANTIA	24 MESES	PLAZO DE ENTREGA	70 DIAS CALENDARIOS			
N°	REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS			CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO		SUSTENTO EN FOLIOS
				SI	NO	
A01	TIPO SOBRE MESA			CUMPLE		17
A02	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE			CUMPLE		19
A03	CALENTADOR CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TEMPERATURA			CUMPLE		18
A04	CON PROCESO DE DESGASIFICACION DEL AGUA			CUMPLE		19
A05	SALIDA DE DRENAJE CON VÁLVULA DE DESCARGA, DEBERÁ INCLUIR MANGUERA			CUMPLE		19
A06	SALIDA DE BOQUILLAS DE CHORO DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CANULADOS O CON SISTEMA DE IRIGACION			CUMPLE		19
B	BÁSICAS			CUMPLE		19
A07	VOLUMEN DE TANQUE: 45 LITROS A MAS			CUMPLE		17
A08	REGULACIÓN DEL TIEMPO			CUMPLE		18,19
A09	REGULACION DE TEMPERATURA			CUMPLE		18,19
A10	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR			CUMPLE		19
A11	INDICADOR DIGITAL DE LA TEMPERATURA			CUMPLE		19
C	REQUERIMIENTO DE ENERGIA					19
C01	220VAC O 230VAC / 60 Hz. CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220VAC, 16A) DEBE CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM			CUMPLE		18,19
RESULTADO DE EVALUACION						CUMPLE

NOMBRE O RAZON SOCIAL			CLAVE		D-219
INTERLAB J&M E.I.R.L.			CANTIDAD		2
DENOMINACION DEL EQUIPO					
LAVADOR ULTRASONICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO					
MARCA					
STEELCO					
MODELO					
US300					
PAIS DE ORIGEN					
2025					
AÑO DE FABRICACION					
ITALA					
VIGENCIA DE GARANTIA		24 MESES	PLAZO DE ENTREGA		70 DIAS CALENDARIOS
N°	REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS				CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
					SI NO
A01	TIPO SOBRE MESA				CUMPLE
A02	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE				CUMPLE
A03	CALENTADOR CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TEMPERATURA				CUMPLE
A04	CON PROCESO DE DESGASIFICACION DEL AGUA				CUMPLE
A05	SALIDA DE DRENAJE CON VÁLVULA DE DESCARGA, DEBERÁ INCLUIR MANGUERA				CUMPLE
A06	SALIDA DE BOQUILLAS DE CHORO DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CANULADOS O CON SISTEMA DE IRIGACION				CUMPLE
B	BÁSICAS				CUMPLE
A07	VOLUMEN DE TANQUE: 45 LITROS A MAS				CUMPLE
A08	REGULACIÓN DEL TIEMPO				CUMPLE
A09	REGULACION DE TEMPERATURA				CUMPLE
A10	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR				CUMPLE
A11	INDICADOR DIGITAL DE LA TEMPERATURA				CUMPLE
C	REQUERIMIENTO DE ENERGIA				CUMPLE
C01	220VAC O 230VAC / 60 Hz. CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220VAC, 16A) DEBE CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM				CUMPLE
RESULTADO DE EVALUACION					CUMPLE

NOMBRE O RAZON SOCIAL				CLAVE	E-219	
GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.				CANTIDAD	1	
DENOMINACION DEL EQUIPO						
MARCA						
MAQUINA PARA SECADO DE INSTRUMENTAL						
MODELO						
SANDERS DO BRASIL						
SMS 500 TOUCH						
PAIS DE ORIGEN						
BRASIL						
AÑO DE FABRICACION						
2025						
VIGENCIA DE GARANTIA		24 MESES	PLAZO DE ENTREGA			
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS			07 DIAS CALENDARIOS			
N°				CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO		SUSTENTO EN FOLIOS
				SI	NO	
A01	SECADORA DE INSTRUMENTAL, CON VOLUMEN INTERNO DE 350L O MÁS			CUMPLE		22,23,25
A02	SELLO DE PUERTA PARA ALTA TEMPERATURA			CUMPLE		26
A03	TIPO DE AISLACION: LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD O DE ACUERDO AL FABRICANTE			CUMPLE		25
A04	CON 8 (OCHO) DIVISIONES COMO MINIMO, PARA EL SECADO DE MATERIALES			CUMPLE		24
A05	SALIDA DE DRENAJE CCON 8 (OCHO)BANDEJAS PARA SECADO DE INSTRUMENTALON VÁLVULA DE DESCARGA, DEBERÁ INCLUIR MANGUERA			CUMPLE		26
B	BÁSICAS			CUMPLE		25
B01	EXTERIOR CHAPA DE ACERO No: 20 PINTADA AL EPOXI HORNEADO O MATERIAL ACERO INOXIDABLE 304			CUMPLE		25
B02	INTERIOR CHAPA GALVANIZADA No: 20 O MATERIAL ACERO INOXIDABLE 304			CUMPLE		25
B03	MATERIAL ACERO INOXIDABLE 304			CUMPLE		25,23
C	TIPO DE VENTILACIÓN					26
C01	FORZADA POR VENTILADOR DE SERVICIO CONSTANTE DE BAJA CANTIDAD DE AIRE EN CIRCULACION CON UN NIVEL DE RUIDO < 50DBA/1M			CUMPLE		25
D	CALEFACCIÓN					25
D01	POR RESISTENCIAS BLINDADAS EN ACERO INOXIDABLE			CUMPLE		25
F	CONTROL DE TEMPERATURA					26
F01	PANEL DE CONTROL DIGITAL CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON ALARMA VISUAL			CUMPLE		26
F03	TERMOSTATO DE EMERGENCIA			CUMPLE		25
G	SUMINISTRO ELECTRICO			CUMPLE		25
G01	220V, 60 HZ			CUMPLE		25
RESULTADO DE EVALUACION						CUMPLE

NOMBRE O RAZON SOCIAL				CLAVE	E-219
INTERLAB J&M E.I.R.L.				CANTIDAD	1
DENOMINACION DEL EQUIPO					
MAQUINA PARA SECADO DE INSTRUMENTAL					
MARCA					
STEELCO					
MODELO					
AD400					
PAIS DE ORIGEN					
ITALIA					
AÑO DE FABRICACION					
2025					
VIGENCIA DE GARANTIA		24 MESES	07 DIAS CALENDARIOS		
N°		REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS		CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO	
				SI	NO
A01	SECADORA DE INSTRUMENTAL, CON VOLUMEN INTERNO DE 350L O MÁS			CUMPLE	17
A02	SELLO DE PUERTA PARA ALTA TEMPERATURA			CUMPLE	17
A03	TIPO DE AISLACION: LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD O DE ACUERDO AL FABRICANTE			CUMPLE	17
A04	CON 8 (OCHO) DIVISIONES COMO MINIMO, PARA EL SECADO DE MATERIALES			CUMPLE	17
A05	SALIDA DE DRENAJE CCON 8 (OCHO)BANDEJAS PARA SECADO DE INSTRUMENTALON VÁLVULA DE DESCARGA, DEBERÁ INCLUIR MANGUERA			CUMPLE	17
B	BÁSICAS			CUMPLE	17
B01	EXTERIOR CHAPA DE ACERO No: 20 PINTADA AL EPOXI HORNEADO O MATERIAL ACERO INOXIDABLE 304			CUMPLE	17
B02	INTERIOR CHAPA GALVANIZADA No: 20 O MATERIAL ACERO INOXIDABLE 304			CUMPLE	17
B03	MATERIAL ACERO INOXIDABLE 304			CUMPLE	17
C	TIPO DE VENTILACIÓN				
C01	FORZADA POR VENTILADOR DE SERVICIO CONSTANTE DE BAJA CANTIDAD DE AIRE EN CIRCULACION CON UN NIVEL DE RUIDO < 50DBA/1M			CUMPLE	17
D	CALEFACCIÓN				17
D01	POR RESISTENCIAS BLINDADAS EN ACERO INOXIDABLE			CUMPLE	17
F	CONTROL DE TEMPERATURA				
F01	PANEL DE CONTROL DIGITAL CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON ALARMA VISUAL			CUMPLE	17
F03	TERMOSTATO DE EMERGENCIA			CUMPLE	17
G	SUMINISTRO ELECTRICO			CUMPLE	17
G01	220V, 60 HZ			CUMPLE	17
RESULTADO DE EVALUACION			CUMPLE		