

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS PARA LAS DIRECCIONES DE LA UE026 DIREICAJ PNP

Ruc/código : 20392820541

Nombre o Razón social : PLASTILAB S.A.C

Fecha de envío : 14/08/2023

Hora de envío : 10:27:13

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el presente proceso, se puede observar que solicitan "frasco de plástico x 100ml para muestras" (ITEM 22). Informamos a la entidad que dicho producto se encuentra vigente el catálogo electrónico del Acuerdo Marco ¿IM-CE-2021-20 Material de plástico, material de vidrio y material de laboratorio clínico¿.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: capítulo 1 Literal: 1.2 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 113 y 114 del capítulo XI de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA, SE ACOGE A LA CONSULTA: se retirara el ítem en mención "FRASCO DE PLASTICO X 100 mL" perteneciente a los catálogo electrónicos de Acuerdo Marco. según Anexo N°01: IM-CE-2021-20 MATERIAL DE PLASTICO, MATERIAL DE VIDRIO Y MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO, ello de conformidad a la DIRECTIVA N°007-2017-OSCE/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FORMARA PARTES DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS PARA LAS DIRECCIONES DE LA UE026 DIREICAJ PNP

Ruc/código : 20469252541

Nombre o Razón social : PRODICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 16/08/2023

Hora de envío : 22:19:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EL ITEM 13. DOSIFICADOR ACOPLABLE A FRASCOS Y REACTIVOS DE 0.1 A 10 mL
Volumen ajustable 0.1 - 10 mL. Resolución: 0.1 mL Material de PTFE, ETFE, FEP, BGS. Acoplable a frasco de vidrio x 1 litro. Para dosificar soluciones.
Los DOSIFICADORES con ese rango de medida ya está descontinuado en el mercado.
CONSULTA 1: Podría la unidad usuaria aceptar DOSIFICADOR 1 A 10 mL y Resolución: 0.2mL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA, SE ACOGE A LA CONSULTA: debido a que las medidas propuestas no afectaría en el trabajo a realizar. DEBIENDO QUEDAR: "DOSIFICADOR ACOPLABLE A FRASCOS Y REACTIVOS DE 0.1 a 10 mL.
Volumen ajustable 0.1 (\pm 1) - 10 mL. Resolución: 0.1 mL o 0.2 ml. Material de PTFE, ETFE, FEP, BGS. Acoplable a frasco de vidrio x 1 litro. Para dosificar soluciones"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS PARA LAS DIRECCIONES DE LA UE026 DIREICAJ PNP

Ruc/código : 20469252541

Nombre o Razón social : PRODICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 16/08/2023

Hora de envío : 22:19:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EL ITEM 15. DOSIFICADOR ACOPLABLE A FRASCOS Y REACTIVOS DE 5 A 100 mL
Volumen ajustable 5 - 100 mL. Material de PTFE, ETFE, FEP, BGS. Acoplable a frasco de vidrio x 2.5 litros. Para dosificar soluciones orgánicas.
Los DOSIFICADORES con ese rango de medida ya está descontinuado en el mercado.
CONSULTA 2: Podría la unidad usuaria aceptar DOSIFICADOR 10 A 100 mL.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA, SE ACOGE A LA CONSULTA: debido a que las medidas propuestas no afectaría en el trabajo a realizar. DEBIENDO QUEDAR: "DOSIFICADOR ACOPLABLE A FRASCOS Y REACTIVOS DE 5 a 100 mL.
Volumen ajustable 5 (\pm 5) - 100 mL. Material de PTFE, ETFE, FEP, BGS. Acoplable a frasco de vidrio x 2.5 litros. Para dosificar soluciones."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS PARA LAS DIRECCIONES DE LA UE026 DIREICAJ PNP

Ruc/código :	10099131786	Fecha de envío :	16/08/2023
Nombre o Razón social :	BUENO CORNEJO GREGORIO ROBERTO	Hora de envío :	22:36:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Ítem 31. LUNA DE RELOJ DE 9.9 cm DE DIÁMETRO.
SUSTENTO: Los diámetros de las lunas reloj más comerciales en el mercado es de 10cm.
¿La unidad usuaria aceptaría la luna reloj de 10cm de diámetro?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA, SE ACOGE A LA CONSULTA, debido a que las medidas propuestas no afectaría en el trabajo a realizar; así mismo, tomando en consideración las características comerciales del producto en el mercado: DEBIENDO QUEDAR: "Luna de reloj de 9.9 (+/- 0.1 mm) de diametro".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS PARA LAS DIRECCIONES DE LA UE026 DIREICAJ PNP

Ruc/código :	10099131786	Fecha de envío :	16/08/2023
Nombre o Razón social :	BUENO CORNEJO GREGORIO ROBERTO	Hora de envío :	22:36:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El ítem 32. LUPA PLEGABLE DE 20X DE AUMENTO
SUSTENTO: En el mercado la lupa más comercial es de 15X, la de 20X no es comercial.
¿La unidad usuaria podrá aceptar la lupa plegable de 15X de aumento?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA, SE ACOGE A LA CONSULTA, debido a que las medidas propuestas no afectaría en el trabajo a realizar. DEBIENDO QUEDAR: "de aumentos de 15X (+/- 5X)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS PARA LAS DIRECCIONES DE LA UE026 DIREICAJ PNP

Ruc/código :	10099131786	Fecha de envío :	16/08/2023
Nombre o Razón social :	BUENO CORNEJO GREGORIO ROBERTO	Hora de envío :	22:36:46

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Ítem 56. PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA 100 uL - 1000 uL X 500
Tips transparentes o de color, s graduación, con filtro, bolsa/rack, estéril para el volumen de 100ul-1000ul.
SUSTENTO: Las puntas de pipetas en bolsa x 500 unidades vienen sin filtro; en el ítem 55 han pedido sin filtro, no estéril.
¿La unidad usuaria aceptaría puntas PARA PIPETA AUTOMATICA 100 uL - 1000 uL X 500 en bolsa x 500 sin filtro, no estéril?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA, SE ACOGE A LA CONSULTA: debido a que las especificaciones propuestas son las requeridas para el trabajo a realizar. DEBIENDO QUEDAR: "Tips transparentes o de color, sin graduación, sin filtro, en bolsa, no estéril para el volumen de 100ul-1000ul.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS