

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-41-2022-CS-UNIQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA ELECTRICA 1200° C 5 LITROS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código : 20515650297

Nombre o Razón social : PICSA PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/12/2023

Hora de envío : 10:24:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las EETT se solicita que el material sea "Carcasa de chapas estructurales de acero inoxidable"; en la actualidad lo más usado en este tipo de equipos es Estructura de acero con pintura epóxica, pues ayuda a una mejor conservación de los equipos y mejor aislamiento lo cual mejora la conservación de la energía en el proceso, asimismo son pocas las marcas que aún trabajan con acero inoxidable, por lo cual para garantizar la pluralidad de ofertas solicitamos se acepte también: Estructura de acero con pintura epóxi.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área responsable de los requerimientos técnicos acepta parcialmente la consulta con el fin de garantizar pluralidad de postores y marcas, se incorpora: "Carcasa de chapas estructurales de acero inoxidable o estructura de acero inoxidable con pintura epoxica"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Carcasa de chapas estructurales de acero inoxidable o Estructura de acero con pintura epoxica

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
Nomenclatura : AS-SM-41-2022-CS-UNIQ-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA ELECTRICA 1200° C 5 LITROS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20515650297	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	PICSA PERU S.A.C.	Hora de envío :	10:24:44

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las EETT se solicita "Controlador: 5 programas con 4 segmentos cada uno o mayor"; en el mercado solo la marca Nabertherm con el modelo L(T) cumple con lo solicitado. Con el fin de garantizar la pluralidad de postores solicitamos se acepte también equipos con controladores de 4 programas de hasta 15 segmentos cada uno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área responsable de los requerimientos técnicos acepta parcialmente la consulta con el fin de garantizar pluralidad de postores y marcas, se incorpora: "Controlador: 5 programas con 4 segmentos cada uno o mayor o con controladores de 4 programas de hasta 15 segmentos cada uno"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Controlador: 5 programas con 4 segmentos cada uno o mayor o con controladores de 4 programas de hasta 15 segmentos cada uno"